GARA A PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 5 TELECOMANDATI DIGITALI, LAVORI ACCESSORI, SERVIZI CONNESSI E SERVIZI OPZIONALI PER DIVERSI PRESIDI DI ATS SARDEGNA – CIG 7702926F9C

I chiarimenti ed eventuali informazioni complementari sulla documentazione di gara sono consultabili sul sito www.atssardegna.it

***

CHIARIMENTI E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

1) Domanda

Con la presente per chiedere se è necessaria la creazione della PASSOE, per la ditta partecipante e per eventualmente anche per la ditta ausiliaria.

Riguardo il contratto in caso di avvalimento (punto 1.2.3) è necessario utilizzare un proforma da Voi proposto o un qualsiasi facsimile di contratto di avvalimento.

Risposta

Con riferimento alla prima parte del quesito si riporta quanto previsto dal par. "1. 3 Banca dati" del Disciplinare di gara: *"La Deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell'ANAC del 17.2.2016 n. 157, all'art. 9 comma 1 bis, per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00* ***svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici****, stabilisce che il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti* ***sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità****.* ***Visto che alla data di pubblicazione del Bando di gara non risulta essere stata pubblicata la suindicata deliberazione, ATS Sardegna effettuerà la verifica circa il possesso dei requisiti generali e tecnico professionali richiesti nella presente gara con le modalità descritte nel presente Disciplinare"****.*Nella presente gara non è pertanto richiesta la creazione e produzione del PASSOE.

Con riferimento alcontratto di avvalimento, si fa presente che la stazione appaltante non ha predisposto un facsimile di contratto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria dovranno, pertanto, procedere alla redazione del contratto di avvalimento nel rispetto dei principi previsti dalla vigente normativa. Al riguardo si rammenta che l'art. 89, comma 1 del Codice prevede che il contratto di avvalimento debba indicare, a pena di nullità, i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il contratto di avvalimento dovrà pertanto riportare, a pena di nullità e quindi di esclusione, l'indicazione specifica, esplicita ed esauriente dei requisiti forniti e dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria in ordine ai requisiti oggetto di avvalimento.

2) Domanda

Nel caso in cui ci si ricorra dell'avvalimento, la ditta Ausiliaria è tenuta alla compilazione dell'Allegato 2 facsimile domanda di partecipazione e dichiarazione di avvalimento oppure è sufficiente la compilazione della sola dichiarazione di avvalimento?

Risposta

Si rammenta che in ipotesi di avvalimento, come previsto dal disciplinare di gara, dovranno essere posti in essere i seguenti adempimenti:

Il concorrente dovrà in primo luogo compilare la sezione C del DGUE, indicando la denominazione dell'**operatore economico ausiliario** e **i requisiti oggetto di avvalimento**. Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

1) **DGUE dell'ausiliaria**, sottoscritto con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) **dichiarazione sostitutiva** di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'**impresa ausiliaria**, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; *(**n.b.: si tratta della cd. dichiarazione di avvalimento, per la cui redazione si può utilizzare il facsimile messo a disposizione in calce all'allegato 2**)*

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; *(n.b.: **anche tale dichiarazione è già contenuta nel facsimiledi dichiarazione di avvalimento messo a disposizione in calce all'allegato 2**)*

4) originale (firmato digitalmente dal concorrente e dall'ausiliaria) o copia autentica notarile del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

La domanda di partecipazione (pagg. da 1 a 6 dell'Allegato 2) è presentata dal solo concorrente.

Non è più necessaria la dichiarazione relativa all'ipotesi di eventuali operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", in quanto la relativa previsione di legge (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) risulta abrogata dall'art. 8, comma 10 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90.

3) Domanda

Con riferimento alla fornitura dell'UPS richiesta in Capitolato, in virtù dell'avvio del Gruppo Elettrogeno, sulla base di quanto previsto dalle normative vigenti per le strutture sanità, entro i successivi 15sec dall'interruzione dell'energia elettrica , si chiede di confermare che è sufficiente garantire il mantenimento dei dati d'esame sulla Stazione d'Acquisizione fino al ripristino dell'alimentazione elettrica di potenza.

Risposta

Si fa presente chela descrizione della fornitura di UPS richiesta a corredo delle apparecchiature è stata riportata nella descrizione dei lavori di adeguamento necessari per l'installazione delle diagnostiche. A tal riguardo si precisa e chiarisce che la fornitura di ciascuna apparecchiatura prevista nella presente gara (n. 5 diagnostiche richieste) dovrà includere la fornitura di un sistema UPS destinato ad alimentare la consolle di comando (workstation) dell'apparecchiatura stessa, con un'autonomia non inferiore a 30 minuti;

4) Domanda

Con riferimento all'importo dei lavori relativi all'adeguamento dei locali, previsti da codesta S.A. nella tabella "dettaglio delle prestazioni" a pagina 8 del disciplinare di gara, si chiede di confermare che questi possono essere superabili e che l'unico valore vincolante a base d'asta non superabile è il totale ovvero "l'importo complessivo a base d'asta"?

Risposta

Si conferma, l'unico valore vincolante è **l'importo complessivo a base d'asta**. Non sono previste separate basi d'asta unitarie.

5) Domanda

In riferimento al parametro A5 della tabella punteggio tecnico (PT), una attenta valutazione della qualità di immagine richiederebbe anche la conoscenza del fattore di ingrandimento che dipende non solo dalla distanza fuoco-film ma anche dalla distanza tavolo-detettore. Differenze significative di ingrandimento si riscontrano generalmente con SID di cm 300. Per quanto espresso, si richiede che venga preso in considerazione anche tale parametro (distanza tavolo-detettore)

Risposta

Si conferma il contenuto del criterio di valutazione A5 della Tabella Punteggio Tecnico. Si rimanda a quanto prescritto da detto criterio.

6) Domanda

Con riferimento al punto B2 della tabella punteggio tecnico (PT) si richiede di specificare se il termine "espandibilita" si riferisce ad eventuali opzionali non richiesti nel capitolato di gara.

Risposta

L'elemento di valutazione *"espandibilità del sistema"*, previsto dal criterio B2 della Tabella Punteggio Tecnico, si riferisce alla possibilità del sistema proposto di essere implementato con ulteriori dispositivi, accessori e/o moduli, inclusi nella configurazione offerta oppure disponibili in opzione. Tali elementi, come previsto dal Disciplinare, verranno valutati sotto il profilo della "concretezza" della soluzione proposta dal concorrente.

7) Domanda

Facendo riferimento all'appendice A capitolato tecnico caratteristiche minime si richiede di specificare se il compressore debba essere incluso in offerta

Risposta

Tra le specifiche di fornitura descritte nell'Appendice A è richiesto il *"controllo a distanza del sistema di compressione"*. Il compressore deve, pertanto, essere incluso in offerta.

8) Domanda

Con riferimento alla richiesta di fornire in dotazione alla sala un Gruppo UPS in grado di alimentare la Diagnostica in caso di mancanza dell'Energia per il tempo necessario all'intervento del Gruppo Elettrogeno, si chiede:

A. Il Gruppo UPS è previsto solo per il sito di Cagliari?

B. Il Gruppo UPS deve alimentare solo la Workstation?

C. Quale deve essere la Autonomia del Gruppo UPS?

Risposta

Si veda il chiarimento sub 3.