

L’AFFIDAMENTO IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER L’ESECUZIONE DI ESAMI DI IMMUNOEMATOLOGIA OCCORRENTI ALL’ATS SARDEGNA					
ALLEGATO D_ CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE					
N°	Criteri di valutazione	sotto criteri di valutazione	Modalità di applicazione del punteggio (Vedasi il documento "Metodologie di valutazione delle offerte)	punteggio massimo voce	Punteggio massimo attribuibile
1	Reagenti, card e campioni caricabili in continuo senza interruzione dei processi in corso	tutte e tre le risorse presenti	A	4	4
		due risorse presenti	A	2	
		una risorsa presente	A	1	
2	Alloggiamento emazie test on board con termostatazione automatica a circa 20°C +/- 2°C della temperatura nell'Area reagenti		A	2	2
3	Tempo di stabilità delle emazie test a bordo dell’analizzatore (maggior tempo di stabilità = maggior punteggio)		B	4	4
4	Numero di punzonatori dedicati per la foratura delle schede, per abbattimento della carry over (maggior numero di punzonatori = maggior punteggio)		B	6	6
5	Diluizione del campione in supporti monouso per abbattimento del carry over		A	4	4
6	Utilizzo di card pre-seminate per tipizzazione eritrocitaria estesa	Su schedine pre-seminate	A	2	2
		Con antisieri dispensati automaticamente in schedina e dotati di controlli di qualità		2	
		Con antisieri dispensati automaticamente senza controllo di qualità		1	
7	Quantità minima di sangue contenuta nella provetta per processazione di campioni pediatrici (volume minimo = maggior punteggio)		B	2	2
8	Tempo di esecuzione in minuti di un gruppo AB0/RhD diretto (minor tempo = maggior punteggio)		B	8	8
9	Tempo di esecuzione in minuti di una prova di compatibilità (minor tempo = maggior punteggio)		B	8	8
10	Titolazione in automatico con metodiche certificate (maggior numero di titolazioni scalari = maggior punteggio)		B	4	4
11	Software di identificazione anticorpi completamente integrato nel software strumentale con caricamento delle informazioni del pannello antigenico tramite lettura del codice a barre		A	4	4
12	Tempo di manutenzione obbligatoria periodica in minuti (minor tempo = maggior punteggio)		B	4	4

13	Rumorosità del sistema (minore rumorosità = maggior punteggio)		B	4	4
14	Presenza di doppia centrifuga		A	3	3
15	Tempi di centrifugazione (minor tempo = maggior punteggio)		B	3	3
16	Numero di posizioni dedicate per incubazione a temperatura ambiente e incubazione a 37°C (maggior numero di posizioni = maggior punteggio)		B	2	2
17	Proposta migliorativa oltre a quanto previsto in CSA		C	6	6
TOTALE PUNTI MAX ASSEGNABILI				70	
PUNTEGGIO TECNICO: 70					
PUNTEGGIO ECONOMICO: 30					
TOTALE: 100					