

**Spett.le ABINTRAX SRL**

**OGGETTO: RDO n. 2822433- Acquisizione licenze d'uso e servizi per la Telecardiologia della Rete di Emergenza-Urgenza della Regione Sardegna - COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE**

Con la presente, si comunica che nel corso della seduta riservata del giorno 14/10/2021, dedicata alla valutazione delle offerte tecniche, si è disposta l'esclusione dell'offerta di codesta impresa per i motivi indicati nel seguito della presente.

Si riporta stralcio del verbale del 14/10/2021:

*"offerta Abintrax: anche a seguito di una più approfondita analisi, l'offerta tecnica presentata appare poco chiara e dettagliata, in particolare, per quanto concerne la descrizione delle modalità di trasmissione dell'ECG e delle principali informazioni cliniche alle Centrali operative del 118.*

*L'impresa offre n. 3 interfacce applicative in cui si suddivide il sistema, senza precisare né spiegare se siano da considerarsi indipendenti o complementari ai fini della ricezione dei dati paziente dai monitor defibrillatori Lifepak 12/15, attualmente in uso, né quali siano le modalità di reciproca interazione.*

*Nello specifico, le interfacce applicative di cui il sistema si compone risultano essere: "Client App", "Web Front End", "Mobile App".*

- La componente "Client App" consiste letteralmente in un "applicativo eventualmente fornito dalla stazione appaltante, in grado di intercettare i dati prodotti dai dispositivi Lifepak per inviarli in un formato noto verso la piattaforma di gestione dei tracciati. Tale applicativo sarà integrato all'interno dell'infrastruttura se ritenuto necessario in fase di redazione della proposta progettuale".*

*Tale componente dell'offerta Abintrax risulta, pertanto, difforme rispetto alle previsioni del Capitolato Tecnico in cui, al paragrafo 3.1 "Oggetto della Fornitura", si precisa che ai fini della piena funzionalità del progetto, esclusivamente le dotazioni hardware sono da intendersi a cura e oneri della Stazione Appaltante. Tale componente non può conseguentemente intendersi rispondente alla modalità di ordine chiuso ("chiavi in mano") prevista dal Capitolato stesso, al paragrafo 3.2 "Requisiti Generali della soluzione Richiesta". Inoltre tale soluzione appare gravemente lacunosa e poco chiara: si dice che "l'applicativo sarà integrato" e non si specifica da chi e in che modo, anche perché si fa riferimento alla "fase di redazione della proposta progettuale" e non si comprende a quale altra proposta progettuale si*

faccia riferimento se non a quella presa in esame, depositata nel termine predeterminato per la procedura in oggetto.

- la componente "WEB Front End" identifica un browser ovvero l'interfaccia attraverso la quale il personale delle Centrali leggerà e refererà le informazioni ricevute, ma non spiega e non si evince da nessuna altra parte dell'offerta con quale modalità i dati paziente siano trasferiti dalle apparecchiature che li generano e veicolati quindi al browser;
- la componente "Mobile App" viene indicata come utilizzabile "a discrezione della stazione appaltante", affermazione che genera molta confusione, poiché induce a chiedersi come sia possibile farne a meno, in quanto pare l'unica in grado di consentire la trasmissione dei dati generati dai Lifepak 12/15 verso le Centrali Operative del 118.

Non è chiaro e non viene argomentato né approfondito, se tale soluzione sia invece indispensabile perché il sistema possenga i "requisiti di disponibilità, che definiscono sia i termini di continuità operativa del sistema che i requisiti di disponibilità di tutti i componenti funzionali e strutturali del sistema", come richiesto dal Capitolato Tecnico - par. 3.4 "Requisiti dell'infrastruttura Tecnologica".

In ordine a tale soluzione proposta, inoltre, sempre lo stesso par. 3.4 "Requisiti dell'infrastruttura Tecnologica" del Capitolato Tecnico prevede che "L'infrastruttura tecnologica, anche se a carico della Stazione Appaltante, dovrà essere ben documentata (in termini di requisiti) adeguata ed opportunamente dimensionata rispetto alle esigenze specifiche del sistema in esercizio ...".

Ancora, il par. 4.3 "Progettazione Tecnico Applicativa" del Capitolato Tecnico prevede che "Devono essere individuate le necessarie eventuali interfacce con le procedure esistenti, che hanno dei collegamenti con la soluzione che si sta sviluppando/fornendo (si veda paragrafo apposito) e si analizzano gli strumenti della soluzione commerciale atti a soddisfare i fabbisogni di reports."

Sempre il par. 4.3 "Progettazione Tecnico Applicativa" del Capitolato Tecnico prevede ancora che: "Particolare attenzione dovrà essere posta nell'individuare e documentare i requisiti che non possono essere soddisfatti dalla soluzione standard (tendenzialmente funzionalità non coperte o realizzate secondo modalità non compatibili con il modello organizzativo attuale, che richiedono l'implementazione di una personalizzazione o una modifica dei processi a livello organizzativo)".

Dal quadro d'insieme, sembra potersi ritenere che la soluzione Mobile App sia da considerarsi componente indispensabile dell'offerta ABINTRAX, tale da consentire il trasferimento dei dati paziente dai monitor defibrillatori Lifepak 12/15 alle Centrali Operative, considerato che questa soluzione senz'altro modifica l'attuale modello organizzativo (che prevede la trasmissione diretta dal defibrillatore alla Centrale Operativa tramite modem integrato nel defibrillatore), si rileva che le richieste del Capitolato di predisporre adeguata documentazione e descrizione particolareggiate, siano state disattese. A tal riguardo, inoltre:

- *l'offerta non contiene alcuna indicazione circa la modalità di trasmissione (es. wifi vs bluetooth) del tracciato ECG dai monitor defibrillatori ai telefoni cellulari nei quali la Mobile App dovrà essere installata;*
- *non sono descritti i requisiti tecnologici minimi dei dispositivi che la stazione appaltante dovrà acquistare a proprie spese, per poi distribuirli agli operatori sanitari interessati;*
- *non sono descritti i protocolli adottati per la trasmissione e la protezione dei dati; elementi indispensabili per poter valutare il sistema proposto e il suo funzionamento.*

*Per le motivazioni sopra elencate, singolarmente considerate, l'offerta non è rispondente alle esigenze di questa Azienda e ai requisiti richiesti nel Capitolato Tecnico. Inoltre, l'offerta è talmente lacunosa e incompleta da cagionare incertezza sostanziale sui contenuti delle obbligazioni contrattuali.*

*Pertanto l'offerta è **esclusa** ai sensi degli artt. 59 c. 3 e 94 c. 1 lett. a) del D.lgs 50/2016.*

Avverso il provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. della Sardegna nel termine di 30 giorni dalla conoscenza.

Codesta Impresa può prendere visione della ulteriore documentazione relativa alla procedura in oggetto, eventualmente ritenuta necessaria per la tutela dei propri interessi, ma comunque solo limitatamente alle parti che interessano direttamente il provvedimento di esclusione o personalmente presso la SC Sistemi Informativi Sanitari del Dipartimento ICT di questa Azienda, preferibilmente da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13.30, previo appuntamento concordato via e-mail: [ict.sisanitari@pec.atssardegna.it](mailto:ict.sisanitari@pec.atssardegna.it).

Distinti saluti.

#### **La Commissione Giudicatrice**

**Il Presidente Ing. Flavia Lodi**

**Il componente Ing. Giovanni Secci**

**Il componente Ing. Romina Lobina**