

ALLEGATO "B" - CRITERI DI VALUTAZIONE						
LOTTO 1: SISTEMA PER BIOPSIA MAMMARIA VUOTO ASSISTITA (VABB) DA UTILIZZARE SOTTO GUIDA STEREOTASSICA VERTICALE Il sistema dovrà essere pienamente compatibile con le apparecchiature in dotazione all'azienda (Mammografo "Hologic - Selenia Dimension" e sistema di supporto per la stereotassi con guida verticale " Hologic - Affirm" e sistema per aspirazione del campione "Suros - Sapphire")						
CRITERI DI VALUTAZIONE						
DISPOSITIVI MEDICI						
1	Codice dei prodotti offerti					
2	Numero di repertorio della banca dati del Ministero					
se non indicato il n° di repertorio indicare:						
3	fabbricante					
4	destinazione d'uso					
5	Classificazione Nazionale del Dispositivo					
Parametri per l'attribuzione del punteggio		Punteggio Max. attribuibile	Formula applicabile	giudizio collegialmente espresso dalla Commissione Tecnica di Gara	Coefficiente Assegnato	Punteggio
6	Funzionalità ed ergonomia del sistema	13	C	Distinto	0,7	9,1
7	Maggior atraumaticità dell'ago (Estremità dell'ago e sua capacità di penetrazione)	12	C	Distinto	0,7	8,4
8	Rotazione automatica dell'ago finestrato (SI/NO)	6	A	Ottimo	1	6
9	Tipologie, gamma e durata dell'ecoriflettanza dei marker	6	C	Distinto	0,7	4,2
10	Ampiezza della gamma di disponibilità di aghi dal diverso calibro per il prelievo in diverse tipologie di mammella	6	C	Distinto	0,9	5,4
11	Presenza della camera di prelievo ad ampiezza variabile (SI/NO)	5	A	Ottimo	1	5
12	Possibilità di lavaggio dei campioni durante la procedura (SI/NO)	4	A	Ottimo	1	4
13	Possibilità di somministrazione di anestetico attraverso l'ago (SI/NO)	4	A	Ottimo	1	4
14	confezionamento: minor numero di aghi per confezione e possibilità di comporre i kit in base alle esigenze, funzionale alla possibilità di ordinare singolarmente i singoli componenti con la relativa quota;etichettatura: deve indicare per ogni componente del kit, in caratteri o simboli ben visibili, il tempo di validità, le misure e il numero del lotto	4	C	Ottimo	0,9	3,6
15	Metodo di sterilizzazione con preferenza ai raggi gamma (a quest'ultimo metodo sarà attribuito il massimo del punteggio disponibile)	3	C	Buono	0,6	1,8
16	Maggior tempo di validita' del prodotto sterile per ogni singolo componente del kit (aghi, boccole, cassette, marker, etc.)	4	C	Ottimo	0,9	3,6
17	Progetto formativo (allegare proposta)	3	C	Buono	0,6	1,8
		70			Tot.	56,9
					Tot. Riparam.	70

*Handwritten signature and initials:*  
 [Signature]  
 [Initials]