

**RdO : rfq\_322419 - VENTILATORI B-LEVEL**

Allegato n° 01 *al VERBALE*  
 N° 01 del 07/08/2018  
 Composto di n° 01 fogli o A4.

QUESTIONE 1. rif. cauzione provvisoria – chiediamo gentilmente di confermare che, in caso di partecipazione a più lotti, possa essere presentata un'unica cauzione di importo pari al 2% della somma degli importi a base d'asta dei lotti per i quali si presenta offerta, riportante la chiara indicazione dei lotti di riferimento;

RISPOSTA: Si conferma

QUESTIONE 2. rif. traduzione giurata per documenti in lingua straniera – relativamente alle dichiarazioni di conformità e alle certificazioni dei prodotti offerti (generalmente rilasciate dai produttori in lingua inglese), chiediamo di confermare che la Ditta Concorrente possa produrre apposita autocertificazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante la “veridicità” della traduzione esibita, senza necessità di produrre traduzioni giurate, asseverate in tribunale, per le quali la procedura risulterebbe particolarmente gravosa ed onerosa;

RISPOSTA: le dichiarazioni di conformità e le certificazioni dei prodotti offerti possono essere prodotte in lingua originale, non è prevista autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 della traduzione da parte del concorrente. Le schede tecniche e i manuali d'uso devono essere presentati in lingua italiana nella maniera indicata negli atti di gara

QUESTIONE 3. rif. “Allegato E – Patto di Integrità” – si chiede di precisare se debba essere presentato, all'interno della Documentazione Amministrativa (Busta di Qualifica), il Patto di Integrità sottoscritto per accettazione dalla Ditta Concorrente. In caso affermativo, vogliate inoltre indicare dove debba essere inserito tale documento in considerazione del fatto che sul portale non è presente alcuna “sezione” dedicata al suo caricamento;

RISPOSTA: si conferma che il Patto di Integrità, sottoscritto per accettazione, deve essere presentato nella Busta di Qualifica. Sul Portale non è presente una sezione “dedicata” ma può essere inserita ulteriore documentazione nella sezione “allegati generici”

QUESTIONE 4. nel caso di presentazione di più documenti per uno stesso punto, chiediamo gentilmente di confermare che possa essere caricata a sistema una cartella compressa “.zip” non firmata digitalmente, contenente tali documenti sottoscritti digitalmente;

RISPOSTA: Si conferma la possibilità di inserire una cartella compressa “.zip”, contenente più documenti sottoscritti digitalmente

QUESTIONE 5. rif. documentazione tecnica – chiediamo di confermare che la copia del manuale d'uso del ventilatore offerto possa essere presentata assieme alle schede tecniche/depliant illustrativi, caricando a sistema una cartella compressa non firmata digitalmente. Resta ben inteso che i documenti presenti all'interno di tale cartella saranno firmati digitalmente.

RISPOSTA: Si conferma

QUESTIONE 6 : In riferimento al lotto 1, trattandosi di un Bilevel di fascia base per pazienti non complessi (OSAS/OHS), riteniamo che la modalità Temporizzata (T) non sia necessaria poiché non utilizzata per questa tipologia di pazienti. Allo stesso tempo, anche la presenza di un allarme disconnessione paziente è solitamente disponibile in dispositivi più complessi. Vi chiediamo quindi la possibilità di proporre dispositivi che non siano dotati di modalità “T” e di allarme disconnessione pazienti.

RISPOSTA: Si confermano le specifiche espresse dalla Stazione Appaltante.

QUESTIONE 7 : si richiede se sono ammessi anche sistemi alternativi di memorizzazione dati alla scheda SD.

RISPOSTA: Si precisa che nel caso di equivalenza funzionale la stessa dovrà essere dimostrata ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs.60 del 2016