

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Estremi della gara: procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n° 50/2016, per l'affidamento, in n° 3 distinti lotti di aggiudicazione, della fornitura e installazione di frigoriferi biologici vari, idonei per la conservazione di farmaci, campioni biologici, reagenti e/o prodotti di laboratorio, con capacità di 130 litri circa (lotto 1, n° 70 unità, C.I.G. 7644252C4C), di 200 litri circa (lotto 2, n° 25 unità, C.I.G. 76442667DB) e di 700 litri circa (lotto 3, n° 20 unità, C.I.G. 7644279297), da destinare alle diverse Aree Socio Sanitarie Locali dell'A.T.S. Sardegna, per il periodo di mesi dodici (12).

Avviso di indagine di mercato ai sensi delle Linee Guida ANAC n° 4, di attuazione del D. Lgs. n° 50/2016, per l'affidamento, in n° 3 distinti lotti di aggiudicazione, della fornitura e installazione di frigoriferi biologici vari, idonei per la conservazione di farmaci, campioni biologici, reagenti e/o prodotti di laboratorio, con capacità di 130 litri circa (lotto 1, n° 70 unità, C.I.G. 7644252C4C), di 200 litri circa (lotto 2, n° 25 unità, C.I.G. 76442667DB) e di 700 litri circa (lotto 3, n° 20 unità, C.I.G. 7644279297), da destinare alle diverse Aree Socio Sanitarie Locali dell'A.T.S. Sardegna, per il periodo di mesi dodici (12).

Con il presente avviso l'Azienda per la Tutela della Salute, intende avviare un'indagine di mercato ai sensi delle Linee Guida ANAC n° 4, di attuazione del D. Lgs. n°50/2016, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1 e 36, comma 1, del succitato Decreto Legislativo, al fine di individuare e selezionare idonei Operatori Economici da invitare a successiva procedura Negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del vigente Codice degli Appalti Pubblici, finalizzata all'affidamento della fornitura in oggetto.

Si indicano, qui di seguito, gli elementi essenziali inerenti al procedimento di affidamento di che trattasi:

Amministrazione aggiudicatrice e Stazione Appaltante:

ATS - Azienda per la Tutela della Salute

Via Enrico Costa, 57 – 07100 Sassari (SS)

CF: 92005870909 – P.IVA: 009356650903

Struttura e Unità Organizzativa di riferimento

S.C. Ingegneria Clinica

Via Piero della Francesca n. 1 – 09047 Selargius (CA)

Punti di contatto

E-mail: sc.ingegneriaclinica@atssardegna.it

PEC: sc.ingegneriaclinica@pec.atssardegna.it

Sito web: <http://www.atssardegna.it>

Oggetto del contratto

| Lotto | Descrizione lotto | C.I.G. | Importo Unitario a base d'asta (Iva esclusa) | Importo Complessivo a base d'asta (Iva esclusa) |
|---|--|---------------|---|--|
| Lotto 1 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE N° 70 FRIGO-FARMACI CAPACITA' 130 LT CIRCA | 7644252C4C | € 1.600,00 | € 112.000,00 |
| Lotto 2 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE N° 25 FRIGO-FARMACI CAPACITA' 200 LT CIRCA | 76442667DB | € 1.980,00 | € 49.500,00 |
| Lotto 3 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE N° 20 FRIGO-FARMACI CAPACITA' 700 LT CIRCA | 7644279297 | € 2.950,00 | € 59.000,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO A BASE D'ASTA (3 lotti) Iva/esclusa | | | | € 220.500,00 |

I frigoriferi biologici, distinti per singolo lotto, dovranno possedere le caratteristiche tecniche di seguito specificate:

LOTTO 1 – N° 70 Frigoriferi di capacità circa 120 litri

Fornitura ed installazione di frigoriferi biologici idonei per la conservazione di farmaci, campioni biologici, reagenti e/o prodotti di laboratorio aventi le seguenti caratteristiche:

- Armadio Frigorifero a posizionamento verticale
- Capacità lorda: non inferiore a 100 litri e non superiore a 150 litri
- Accuratezza di lettura (differenza tra la temperatura reale nelle camere e quella letta e visualizzata): minore uguale di 1 °C
- Accuratezza di impostazione (differenza tra la temperatura impostata e quella reale all'interno della camera): minore uguale di di 1°C
- Refrigerazione ottenuta con gas ecologico privo di CFC
- Spessore isolamento di almeno 60 mm.
- Temperatura di esercizio di 4 ° C regolabile, almeno, tra +2°C e +10°C
- Sistema di ventilazione forzata per garantire l'uniformità di temperatura all'interno della camera
- Presenza del registratore della temperatura
- Interruttore generale ON/OFF
- Sistema di regolazione e dell'impostazione della temperatura di esercizio
- Sistema di regolazione e impostazione degli Allarmi della temperatura (min/max)
- Allarmi, sia acustici che visivi, della temperatura (alta/bassa)
- Sistema di segnalazione (acustico e/o visivo) della porta aperta
- Allarme, sia acustico che visivo, che segnala l'assenza di alimentazione di rete
- Visualizzazione digitale della temperatura
- Sistema di controllo della umidità
- Illuminazione interna
- Sistema di sbrinamento
- Almeno n. 3 ripiani regolabili asportabili e n.1 cassetto
- Dotato di batteria tampone per garantire il funzionamento degli allarmi anche in caso di assenza alimentazione elettrica
- Struttura portante robusta e resistente, dotata di ruote o rulli per agevolare la movimentazione e di piedini regolabili per il livellamento
- Vano/Vasca interno/a, con forme arrotondate facilmente lavabile e sanificabile
- Porta ad elevato isolamento, completa di idonea guarnizione a garanzia della corretta e sicura chiusura della porta stessa e dotata di chiusura con chiave (su n. 70 frigoriferi n. 50 unità dovranno avere la porta cieca e n. 20 unità la porta a vetro trasparente)
- Pannello di comando e controllo semplice ed intuitivo

- Dotazione di sistema per la remotizzazione degli allarmi (per la ripetizione a distanza dei segnali d'allarme tramite collegamento ad impianto centralizzato di monitoraggio allarmi SPYLOG in uso presso ATS Sardegna)
- Foro passante per sonda laterale \varnothing 25mm
- Si precisa che tutti i frigoriferi dovranno essere dotati di un sistema di registrazione delle temperature con registratore grafico a carta o sistema equipollente, completamente indipendente ed autonomo in tutti i componenti che ne permettano il suo funzionamento (esempio: sonda di temperatura, alimentazione ed elettronica..), che garantisca un'analisi in continua delle temperature, anche in presenza di guasto del sistema, o di mancanza di alimentazione per almeno 72 h;

LOTTO 2 – N° 25 Frigoriferi di capacità circa 200 litri

Fornitura ed installazione di frigoriferi biologici idonei per la conservazione di farmaci, campioni biologici, reagenti e/o prodotti di laboratorio aventi le seguenti caratteristiche:

- Armadio Frigorifero a posizionamento verticale
- Capacità lorda: non inferiore a 180 litri e non superiore a 220 litri
- Accuratezza di lettura (differenza tra la temperatura reale nelle camere e quella letta e visualizzata): minore uguale di 1 °C
- Accuratezza di impostazione (differenza tra la temperatura impostata e quella reale all'interno della camera): minore uguale di 1°C
- Refrigerazione ottenuta con gas ecologico privo di CFC
- Spessore isolamento di almeno 60 mm.
- Temperatura di esercizio di 4°C regolabile, almeno, tra +2°C e +10°C
- Sistema di ventilazione forzata per garantire l'uniformità di temperatura all'interno della camera
- Presenza del registratore della temperatura
- Interruttore generale ON/OFF
- Sistema di regolazione e dell'impostazione della temperatura di esercizio
- Sistema di regolazione e impostazione degli Allarmi della temperatura (min/max)
- Allarmi, sia acustici che visivi, della temperatura (alta/bassa)
- Sistema di segnalazione (acustico e/o visivo) della porta aperta
- Allarme, sia acustico che visivo, che segnala l'assenza di alimentazione di rete
- Visualizzazione digitale della temperatura
- Sistema di controllo della umidità
- Illuminazione interna
- Sistema di sbrinamento
- Almeno n. 4 ripiani regolabili asportabili e n. 1 cassetto

- Dotato di batteria tampone per garantire il funzionamento degli allarmi anche in caso di assenza alimentazione elettrica
- Struttura portante robusta e resistente, dotata di ruote o rulli per agevolare la movimentazione e di piedini regolabili per il livellamento
- Vano/Vasca interno/a, con forme arrotondate facilmente lavabile e sanificabile
- Porta ad elevato isolamento, completa di idonea guarnizione a garanzia della corretta e sicura chiusura della porta stessa e dotata di chiusura con chiave (su n. 25 frigoriferi n. 15 unità dovranno avere la porta cieca e n. 10 unità la porta a vetro trasparente)
- Pannello di comando e controllo semplice ed intuitivo
- Dotazione di sistema per la remotizzazione degli allarmi (per la ripetizione a distanza dei segnali d'allarme tramite collegamento ad impianto centralizzato di monitoraggio allarmi SPYLOG in uso presso ATS Sardegna)
- Foro passante per sonda laterale \varnothing 25mm
- Si precisa che tutti i frigoriferi dovranno essere dotati di un sistema di registrazione delle temperature con registratore grafico a carta o sistema equipollente, completamente indipendente ed autonomo in tutti i componenti che ne permettano il suo funzionamento (esempio: sonda di temperatura, alimentazione ed elettronica..), che garantisca un'analisi in continua delle temperature, anche in presenza di guasto del sistema, o di mancanza di alimentazione per almeno 72 h;

LOTTO 3 – N° 20 Frigoriferi di capacità circa 700 litri

Fornitura ed installazione di frigoriferi biologici idonei per la conservazione di farmaci, campioni biologici, reagenti e/o prodotti di laboratorio aventi le seguenti caratteristiche:

- Armadio Frigorifero a posizionamento verticale
- Capacità lorda: non inferiore a 680 litri e non superiore a 720 litri
- Accuratezza di lettura (differenza tra la temperatura reale nelle camere e quella letta e visualizzata): minore uguale di 1 °C
- Accuratezza di impostazione (differenza tra la temperatura impostata e quella reale all'interno della camera): minore uguale di 1°C
- Refrigerazione ottenuta con gas ecologico privo di CFC
- Spessore isolamento di almeno 60 mm.
- Temperatura di esercizio di 4 ° C regolabile, almeno, tra +2°C e +10°C
- Sistema di ventilazione forzata per garantire l'uniformità di temperatura all'interno della camera
- Presenza del registratore della temperatura
- Interruttore generale ON/OFF
- Sistema di regolazione e dell'impostazione della temperatura di esercizio
- Sistema di regolazione e impostazione degli Allarmi della temperatura (min/max)
- Allarmi, sia acustici che visivi, della temperatura (alta/bassa)

- Sistema di segnalazione (acustico e/o visivo) della porta aperta
- Allarme, sia acustico che visivo, che segnala l'assenza di alimentazione di rete
- Visualizzazione digitale della temperatura
- Sistema di controllo della umidità
- Illuminazione interna
- Sistema di sbrinamento
- Almeno n. 6 ripiani regolabili asportabili e n. 2 cassette
- Dotato di batteria tampone per garantire il funzionamento degli allarmi anche in caso di assenza alimentazione elettrica
- Struttura portante robusta e resistente, dotata di ruote o rulli per agevolare la movimentazione e di piedini regolabili per il livellamento
- Vano/Vasca interno/a, con forme arrotondate facilmente lavabile e sanificabile
- Porta ad elevato isolamento, completa di idonea guarnizione a garanzia della corretta e sicura chiusura della porta stessa e dotata di chiusura con chiave (su n. 20 frigoriferi n. 10 unità dovranno avere la porta cieca e n. 10 unità la porta a vetro trasparente)
- Pannello di comando e controllo semplice ed intuitivo
- Dotazione di sistema per la remotizzazione degli allarmi (per la ripetizione a distanza dei segnali d'allarme tramite collegamento ad impianto centralizzato di monitoraggio allarmi SPYLOG in uso presso ATS Sardegna)
- Foro passante per sonda laterale \varnothing 25mm
- Si precisa che tutti i frigoriferi dovranno essere dotati di un sistema di registrazione delle temperature con registratore grafico a carta o sistema equipollente, completamente indipendente ed autonomo in tutti i componenti che ne permettano il suo funzionamento (esempio: sonda di temperatura, alimentazione ed elettronica..), che garantisca un'analisi in continua delle temperature, anche in presenza di guasto del sistema, o di mancanza di alimentazione per almeno 72 h.

Le apparecchiature oggetto di eventuale affidamento, qualora aggiudicate, dovranno essere fornite, consegnate, installate e collaudate, per singolo lotto, previa emissione di appositi ordinativi emessi dalle singole Aree Socio Sanitarie Locali, destinatarie delle stesse, entro l'arco temporale massimo di mesi dodici (12) dalla data di primo ordine (eventuale fornitura non in unica soluzione ma distribuita, massimo, nel corso di un anno solare).

Importo stimato del contratto

Il valore globale indicativo della procedura, determinato sulla base dei quantitativi sopra indicati, è pari all'importo complessivo di € 220.500,00, oltre l'IVA di legge.

Modalità di affidamento e criterio di aggiudicazione

L'affidamento avverrà mediante eventuale successiva procedura Negoziata, da espletarsi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n° 50/2016, in n° 3 distinti lotti di gara, condotta con modalità elettroniche e telematiche sul Sistema "SardegnaCAT", messo a disposizione dalla Centrale di Committenza Regionale, da aggiudicare, per singolo lotto, secondo il criterio dell'offerta al prezzo più basso

(art. 95, comma 4, del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.), stante il carattere standardizzato inerente alla tipologia di configurazione tecnica dei frigoriferi in affidamento.

Si precisa che la registrazione e abilitazione sul predetto Sistema costituiscono condizioni essenziali per poter essere invitati alla procedura Negoziata e poter, quindi, presentare offerta di gara.

Requisiti amministrativi, tecnici e professionali richiesti ai fini della partecipazione alla procedura

Di seguito di indicano i requisiti necessari per poter partecipare alla futura procedura Negoziata ad inviti (RDO) :

- possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016;
- iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti alla presente gara, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, del medesimo succitato Decreto;
- fatturato minimo pari all'importo fissato a base di gara, realizzato nell'ultimo triennio, relativamente a ciascun lotto di gara.

Soggetti ammessi a partecipare

È ammessa la partecipazione alla presente procedura degli Operatori Economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del D. Lgs. n° 50/2016 e di cui all'art. 45, commi 1 e 2, del D. Lgs. n° 50/2016, in possesso dei requisiti sopra descritti.

Si precisa che la manifestazione di interesse costituisce esclusivamente una dichiarazione preliminare in merito alla sussistenza dei predetti requisiti, il cui possesso dovrà essere attestato dagli Operatori Economici – solo ove vengano invitati - in sede di presentazione dell'offerta, con le modalità che verranno precisate nella documentazione della futura procedura Negoziata.

Modalità e termine di presentazione della documentazione richiesta ai fini dell'indagine di mercato

Il presente avviso rimarrà pubblicato sul sito ufficiale dell'Azienda ATS Sardegna (www.atssardegna.it) per un periodo di n° 15 gg., decorrenti dal giorno successivo alla data di inserzione.

Gli Operatori Economici che intendano partecipare alla presente iniziativa ed essere invitati alla futura procedura Negoziata dovranno inoltrare, a questa Stazione Appaltante, esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo di posta elettronica certificata sc.ingegneriaclinica@pec.atssardegna.it, apposita dichiarazione di manifestazione di interesse, redatta in conformità al modello **allegato A** al presente Avviso e sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante dell'Impresa concorrente con poteri di impegnare la stessa nella presente procedura.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: ***“Riscontro ad avviso di indagine di mercato per la fornitura ed installazione di frigoriferi biologici vari, idonei per la conservazione di farmaci, campioni biologici, reagenti e/o prodotti di laboratorio, da destinare alle diverse Aree Socio Sanitarie Locali di ATS Sardegna - Lotto/i di interesse:_____”***.

L'istanza di partecipazione dovrà pervenire all'indirizzo PEC sopra indicato entro e non oltre il termine perentorio del giorno 31/10/2018, ore 12.00.

Il tempestivo inoltro entro il termine sopraindicato rimane ad esclusivo rischio del Mittente. Non potranno partecipare alla fase di selezione degli Operatori ed alla successiva fase ad inviti le dichiarazioni

di manifestazione di interesse che pervengano dopo la scadenza del termine perentorio sopra indicato o che vengano inoltrate con modalità difformi rispetto a quelle indicate nel presente avviso.

Modalità di svolgimento e criteri di individuazione dei soggetti da invitare alla procedura Negoziata

La Stazione Appaltante inviterà a presentare offerta con apposita Richiesta d'Offerta (RDO), un numero minimo di 5 (cinque) Operatori Economici, per ogni lotto di gara, laddove esistenti e idonei, in ragione dei requisiti come sopra definiti, selezionati tra coloro che abbiano manifestato il proprio interesse a partecipare con le modalità e nel termine perentorio come sopra indicati. Nell'ipotesi in cui pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare alla procedura mediante sorteggio, di cui sarà data successiva informazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esperire in ogni caso la successiva procedura Negoziata anche nell'ipotesi in cui pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5 (cinque).

Si precisa che il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorative, trattandosi di una mera indagine di mercato finalizzata all'individuazione di Operatori Economici in grado di eseguire la fornitura ed installazione di cui all'oggetto ed interessati alla partecipazione ad una eventuale successiva procedura Negoziata.

La Stazione Appaltante si riserva, pertanto, di non proseguire nella procedura di selezione e/o di utilizzare procedure diverse. La ATS Sardegna, inoltre, si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, detta procedura; in tal caso, i soggetti che manifestino il loro interesse non potranno vantare alcuna pretesa nei confronti di questa Amministrazione.

Si precisa, infine, che, ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n° 50/2016, è l'Ing. Barbara Podda.

Il Referente dell'istruttoria amministrativa è il Dr. Paolo Sanna (Tel. 0783-317784) pao.sanna.1@atssardegna.it.

Pubblicazione dell'avviso

Il presente avviso, unitamente al modello di istanza per la manifestazione di interesse ad esso allegato, è pubblicato sul profilo del Committente, all'indirizzo: www.atssardegna.it

Ulteriori informazioni

Eventuali integrazioni e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente pubblicate esclusivamente nel medesimo sito internet di questa Azienda.