

**LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE
TECNICHE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI
OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE**

STORIA DEL DOCUMENTO

Nel corso della vigenza del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, anche "SDAPA") per la fornitura del servizio di Ossigenoterapia domiciliare, il presente documento può essere oggetto di modifiche e/o integrazioni nel seguito dettagliate.

DATA PUBBLICAZIONE	DESCRIZIONE	PARAGRAFI MODIFICATI/INTEGRATI
Marzo 2018	Aggiornamento	1.3
Ottobre 2017	Aggiornamento	-
Giugno 2016	Prima Emissione	-
-	-	-

INDICE

1. CATEGORIA	MERCEOLOGICA:	SERVIZIO	DI
OSSIGENOTERAPIA	DOMICILIARE		..4
	Servizio di ossigenoterapia domiciliare LOX		5
	Ossigeno liquido medicinale.....		11
	Servizio di ossigenoterapia domiciliare con concentratore stazionario (COX)		12
	Bombola di backup di ossigeno gassoso		16
	Servizio di ossigenoterapia domiciliare con concentratore trasportabile/portatile (TPOC/POC)		17
	Bombola di backup di ossigeno gassoso		21

1. CATEGORIA MERCEOLOGICA: SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE

La Categoria merceologica "Servizio di Ossigenoterapia domiciliare" si riferisce alla gestione terapeutica, mediante ossigenazione con flussi di ossigeno medio/alti (ossigeno liquido) o mediante ossigenazione con flussi di ossigeno medio/bassi (concentratore), dei pazienti affetti da insufficienza respiratoria cronica, come da diagnosi, piano terapeutico o prescrizione dei centri di Pneumologia e Fisiopatologia respiratoria autorizzati e d'intesa con il competente Servizio ASL.

Di seguito il dettaglio delle caratteristiche da associare a ciascun ausilio presente nella scheda a Sistema, accessibile alle Amministrazioni in fase di predisposizione della documentazione, e sarà visibile agli Operatori economici nell'Appalto Specifico avviato dall'Amministrazione.

In caso di acquisizione del servizio di ossigenoterapia domiciliare con ossigeno liquido l'Amministrazione dovrà trascrivere la scheda "Servizio di ossigenoterapia domiciliare LOX" e in automatico sarà trascritta anche la scheda "Ossigeno liquido medicinale". Di seguito il dettaglio delle schede.

Servizio di ossigenoterapia domiciliare LOX

Nome Caratteristica	Obbligatorio PA	Migliorativa	Valori	Vincoli per la PA relativamente ai valori
Nome del servizio	SI	NO	Servizio di ossigenoterapia domiciliare LOX	Valore NON modificabile dall'Amministrazione
Descrizione tecnica	SI	NO	Gestione terapeutica a lungo termine, mediante somministrazione del farmaco ossigeno ai pazienti affetti da insufficienza respiratoria cronica, come da diagnosi, piano terapeutico o prescrizione dei centri di Pneumologia e Fisiopatologia respiratoria autorizzati e d'intesa con il competente Servizio ASL.	Valore NON modificabile dall'Amministrazione
Stima dei pazienti da gestire [numero]	SI	NO		L'Amministrazione deve inserire il numero stimato di pazienti da gestire, per la fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare nel corso dell'Appalto
Call center	SI	NO	24 h/gg per 365 gg/anno	Valore NON modificabile dall'Amministrazione

Acquisti in Rete della P.A. – Linee guida per la compilazione delle schede tecniche

Nome Caratteristica	Obbligatorio PA	Migliorativa	Valori	Vincoli per la PA relativamente ai valori	NOTE S.A.: attenzione si riporta l'indicazione delle specifiche adottate dalla S.A. seppure previste come "non obbligatorie", in conformità a quanto previsto dalle linee guida CONSIP
Tempo di consegna e prima installazione apparecchi e accessori	SI	NO	Entro 24 ore solari	Valore NON modificabile dall'Amministrazione	
Fornitura di dispositivi medici e materiale di consumo ad uso accessorio	SI	NO	SI	Valore NON modificabile dall'Amministrazione	

Confezioni AIC e Medical Device [numerosità assortimento]	NO	SI	≥ 1 [formula concava (interdipendente), con $\alpha=1$]	Il concorrente che offrirà l'assortimento più numeroso di confezioni AIC e Medical Device otterrà il punteggio massimo (che dovrà essere indicato dall'Amministrazione).	Caratteristica inserita dalla S.A., premiata in fase di attribuzione del punteggio
Materiale di consumo [numerosità assortimento]	NO	SI	≥ 1 [formula concava (interdipendente), con $\alpha=1$]	Il concorrente che offrirà l'assortimento più numeroso di materiale di consumo otterrà il punteggio massimo (che dovrà essere indicato dall'Amministrazione)	Caratteristica inserita dalla S.A., premiata in fase di attribuzione del punteggio

Acquisti in Rete della P.A. – Linee guida per la compilazione delle schede tecniche

Nome Caratteristica	Obbligatorio PA	Migliorativa	Valori	Vincoli per la PA relativamente ai valori	NOTE S.A.: attenzione si riporta l'indicazione delle specifiche adottate dalla S.A. seppure previste come "non obbligatorie", in conformità a quanto previsto dalle linee guida CONSIP
Sistemi LOX - Unità base	NO	NO	Erogazione regolare ($\geq 0,25$ e ≤ 6) [l/min]; Erogazione specifica (≤ 15) [l/min]	Valore NON modificabile dall'Amministrazione	Caratteristica minima inserita dalla S.A. nel Capitolato Tecnico
Sistemi LOX - Unità portatile	NO	NO	Peso (≥ 2 e ≤ 4) [kg]; Autonomia ($\geq 3-4$) [ore]; Flusso (~ 2) [l/min]; Erogazione ($\geq 0,25$ e ≤ 6) [l/min]	Valore NON modificabile dall'Amministrazione	Caratteristica minima inserita dalla S.A. nel Capitolato Tecnico
Servizio di assistenza tecnica	SI	NO	Disponibilità [24 h/gg per 365 gg/anno]; Reperibilità telefonica	Valore NON modificabile dall'Amministrazione	

Tempi di intervento chiamate non in urgenza [h]	NO	SI	$\leq 24 =$ formula lineare semplice (tra 24 e 18) $\leq 18 = X$ (punteggio massimo)	Indicare i PT da assegnare (al posto della "X"). L'Amministrazione può inserire delle soglie diverse	Caratteristica inserita dalla S.A., premiata in fase di attribuzione del punteggio
Tempi di intervento chiamate in urgenza [h]	NO	SI	$\leq 12 =$ formula lineare semplice (tra 12 e 4) $\leq 4 = X$ (punteggio massimo)	Indicare i PT da assegnare (al posto della "X"). L'Amministrazione può	Caratteristica inserita dalla S.A., premiata in fase di attribuzione del punteggio

Acquisti in Rete della P.A. – Linee guida per la compilazione delle schede tecniche

Nome Caratteristica	Obbligatorio PA	Migliorativa	Valori	Vincoli per la PA relativamente ai valori	NOTE S.A.: attenzione si riporta l'indicazione delle specifiche adottate dalla S.A. seppure previste come "non obbligatorie", in conformità a quanto previsto dalle linee guida CONSIP
Numero automezzi	NO	SI	≥ 1 [formula concava (interdipendente), con $\alpha=1$]	L'Amministrazione concorrente che metterà a disposizione la migliore combinazione tra numero e tipologia degli automezzi (Elettrico, Ibrido, Metano, GPL, Euro 6, Euro 5) otterrà il punteggio massimo (indicato dall'Amministrazione)	Caratteristica inserita dalla S.A., premiata in fase di attribuzione del punteggio

Piano di subentro: ASL si impegna a fornire i dati e i piani di terapia e di consumo degli assistiti (entro	SI	NO	Completamento del subentro (entro 60 giorni solari) con piena operatività di tutti i	Valore NON modificabile dall'Amministrazione	
Copertura aree geografiche dei pazienti	SI	NO		Indicare l'area dove essere erogato il servizio	Area Geografica di riferimento: Regione Sardegna
Copertura territorio nazionale	NO	SI	NO = 0 SI =	Indicare i PT da assegnare (al posto della "X"). L'Amministrazione ON N pu	Caratteristica inserita dalla S.A., premiata in fase di attribuzione del punteggio

Acquisti in Rete della P.A. – Linee guida per la compilazione delle schede tecniche

Nome Caratteristica	Obbligatorio PA	Migliorativa	Valori	Vincoli per la PA relativamente ai valori	NOTE S.A.: attenzione si riporta l'indicazione delle specifiche adottate dalla S.A. seppure previste come "non obbligatorie", in conformità a quanto previsto dalle linee guida CONSIP
Copertura aree geografiche (extra Italia nella CE) [numero Paesi]	NO	SI	≥ 2 = formula lineare semplice (tra 2 e 28) $\geq 28 = X$ (punteggio massimo)	Indicare i PT da assegnare (al posto della "X"). L'Amministrazione NO può N inserire un valore differente	<i>Caratteristica inserita dalla S.A., premiata in fase di attribuzione del punteggio</i>

Copertura aree geografiche (Extra CE) [numero Paesi]	NO	SI	$\geq 2 =$ formula lineare semplice (tra 2 e 10) $\geq 10 = X$ (punteggio massimo)	Indicare i PT da assegnare (al posto della "X"). L'Amministrazione NO N può inserire un valore differente	Caratteristica NON inserita dalla S.A
Sedi territoriali [numero]	NO	SI	≥ 1 [formula concava alla migliore (interdipendente), con $\alpha=1$]	Il concorrente che metterà a disposizione il numero più elevato di sedi territoriali otterrà il punteggio massimo (che dovrà essere indicato dall'Amministrazione)	Caratteristica inserita dalla S.A., premiata in fase di attribuzione del punteggio
Sistema informativo	SI	NO	Collegabile ai S.I. della PA (o accessibile via web con adeguati livelli di sicurezza); Connettività al servizio competente ASL; Invio di flussi informativi;	Valore NON modificabile dall'Amministrazione	
Unità di misura	SI	NO	Giornate di terapia per paziente	Valore NON modificabile	

Nome Caratteristica	Obbligatorio PA	Migliorativa	Valori	Vincoli per la PA relativamente ai valori	NOTE S.A.: attenzione si riporta l'indicazione delle specifiche adottate dalla S.A. seppure previste come "non obbligatorie", in conformità a quanto previsto dalle linee guida CONSIP
Condizioni di pagamento	SI	NO	<ul style="list-style-type: none"> • 30 GG Data Ricevimento Fattura; • 30 GG Data Prestazione Servizi; • 30 GG Data Accertamento Conformità Servizi; • 60 GG Data Ricevimento Fattura; 	L'Amministrazione	Parametro utilizzato: 60 GG Data Ricevimento Fattura;

Acquisti in Rete della P.A. – Linee guida per la compilazione delle schede tecniche

Ossigeno liquido medicinale

Nome Caratteristica	Obbligatorio PA	Migliorativa	Valori	Vincoli per la PA relativamente ai valori	NOTE S.A.: attenzione si riporta l'indicazione delle specifiche adottate dalla S.A. seppure previste come "non obbligatorie", in conformità a quanto previsto dalle linee guida CONSIP
Nome commerciale	SI	NO	Ossigeno liquido medicinale	Valore NON modificabile	
Descrizione tecnica	SI	NO	Ossigeno medicinale in contenitore criogenico; Struttura contenitore: acciaio inox con doppia parete metallica ed isolato termicamente da una intercapedine sott ovuoto; Capacità contenitore: $\sim(\geq 30$ e	Valore NON modificabile dall'Amministrazione	

Codice ATC	SI	NO	V03AN01	Valore	NON modificabile	
Unità di misura	SI	NO	m ³	Valore	NON modificabile	

Acquisti in Rete della P.A. – Linee guida per la compilazione delle schede tecniche

In caso di acquisizione del servizio di ossigenoterapia domiciliare con concentrato stazionario l'Amministrazione dovrà trascinare la scheda "Servizi di ossigenoterapia domiciliare con concentratore stazionario (COX)" e in automatico sarà trascinata anche la scheda "Bombola di backup di ossigeno gassoso". Di seguito il dettaglio delle schede.

Servizio di ossigenoterapia domiciliare con concentratore stazionario (COX)

Nome Caratteristica	Obbligatorio PA	Migliorativa	Valori	Vincoli per la PA relativamente ai valori	NOTE S.A.: attenzione si riporta l'indicazione delle specifiche adottate dalla S.A. seppure previste come "non obbligatorie", in conformità a quanto previsto dalle linee guida CONSIP
Nome del servizio	SI	NO	Servizi di ossigenoterapia domiciliare con concentratore stazionario (COX)	Valore NON modificabile dall'Amministrazione	

Descrizione tecnica	SI	NO	Gestione terapeutica, mediante ossigenazione con flussi di ossigeno medio/bassi, dei pazienti affetti da insufficienza respiratoria cronica, come da diagnosi e prescrizione dei centri di Pneumologia e Fisiopatologia res	Valore NON modificabile dall'Amministrazione	
Ulteriori caratteristiche tecniche	NO	NO	Peso (≥ 9 e ≤ 25) [kg]; Alimentazione rete elettrica domiciliare; Erogazione a flusso continuo	Valore NON modificabile dall'Amministrazione	Caratteristica minima inserita dalla S.A. nel Capitolato Tecnico

Acquisti in Rete della P.A. – Linee guida per la compilazione delle schede tecniche

Nome Caratteristica	Obbligatorio PA	Migliorativa	Valori	Vincoli per la PA relativamente ai valori	NOTE S.A.: attenzione si riporta l'indicazione delle specifiche adottate dalla S.A. seppure previste come "non obbligatorie", in conformità a quanto previsto dalle linee guida CONSIP
Stima dei pazienti da gestire [numero]	SI	NO		L'Amministrazione deve inserire il numero stimato di pazienti da gestire, per la fornitura del servizio di ossigenoterapia	
Call center	SI	NO	24 h/gg per 365 gg/anno	Valore NON modificabile	
Tempo di consegna e prima installazione apparecchi e accessori	SI	NO	Entro 24 ore solari	Valore NON modificabile dall'Amministrazione	

Fornitura di dispositivi medici e materiale di consumo ad uso accessorio	SI	NO	SI	Valore NON modificabile dall'Amministrazione	
Servizio di assistenza tecnica	SI	NO	Disponibilità [24 h/gg per 365 gg/anno]; Reperibilità telefonica operatore	Valore NON modificabile dall'Amministrazione	
Tempi di intervento chiamate non in urgenza [h]	NO	SI	≤ 24 = formula lineare semplice (tra 24 e 18) ≤ 18 = X (punteggio massimo)	Indicare i PT da assegnare (al posto della "X"). L'Amministrazione può inserire delle soglie diverse	Caratteristica inserita dalla S.A., premiata in fase di attribuzione del punteggio

Acquisti in Rete della P.A. – Linee guida per la compilazione delle schede tecniche

Nome Caratteristica	Obbligatorio PA	Migliorativa	Valori	Vincoli per la PA relativamente ai valori	NOTE S.A.: attenzione si riporta l'indicazione delle specifiche adottate dalla S.A. seppure previste come "non obbligatorie", in conformità a quanto previsto dalle linee guida CONSIP
Tempi di intervento chiamate in urgenza [h]	NO	SI	≤ 12 = formula lineare semplice (tra 12 e 4) $\leq 4 = X$ (punteggio massimo)	Indicare i PT da assegnare (al posto della "X"). L'Amministrazione può inserire delle soglie diverse	Caratteristica inserita dalla S.A., premiata in fase di attribuzione del punteggio
Piano di subentro: ASL si impegna a fornire i dati e i piani di terapia e di consumo degli assistiti (entro 15 giorni solari)	SI	NO	Completamento del subentro (entro 60 giorni solari) con piena operatività di tutti i	Valore NON modificabile dall'Amministrazione	

Rumorosità missione apparecchio [dB]	NO	SI	$\leq 45 =$ formula lineare semplice (tra 45 e 20) $\leq 20 = X$ (punteggio massimo)	Indicare i PT da assegnare (al posto della "X"). L'Amministrazione NO può N inserire un valore differente	Caratteristica inserita dalla S.A., premiata in fase di attribuzione del punteggio
Copertura aree geografiche dei pazienti	SI	NO		Indicare l'area dove essere erogato il servizio	Area Geografica di riferimento: Regione Sardegna
Sedi territoriali [numero]	NO	SI	≥ 1 [formula concava alla miglore (interdipendente), con $\alpha=1$]	Il concorrente che metterà a disposizione il numero più elevato di sedi territoriali otterrà il punteggio massimo (che dovrà essere indicato dall'Amministrazione)	Caratteristica inserita dalla S.A., premiata in fase di attribuzione del punteggio

Nome Caratteristica	Obbligatorio PA	Migliorativa	Valori	Vincoli per la PA relativamente ai valori	NOTE S.A.: attenzione si riporta l'indicazione delle specifiche adottate dalla S.A. seppure previste come "non obbligatorie", in conformità a quanto previsto dalle linee guida CONSIP
Sistema informativo	SI	NO	Collegabile ai S.I. della PA (o accessibile via web con adeguati livelli di sicurezza); Connettività al servizio competente ASL; Invio di flussi informativi;	Valore NON modificabile dall'Amministrazione	
Identificativo di registrazione BD/RDM	SI	NO		Valore NON modificabile dall'Amministrazione	
Unità di misura	SI	NO	Giornate di terapia per paziente	Valore NON modificabile	

Condizioni di pagamento	SI	NO	<ul style="list-style-type: none"> • 30 GG Data Ricevimento Fattura; • 30 GG Data Prestazione Servizi; • 30 GG Data Accertamento Conformità Servizi; • 60 GG Data Ricevimento Fattura; 	L'Amministrazione	<p>Parametro utilizzato: 60 GG Data Ricevimento Fattura;</p>
-------------------------	----	----	--	-------------------	---

Acquisti in Rete della P.A. – Linee guida per la compilazione delle schede tecniche

Bombola di backup di ossigeno gassoso

Nome Caratteristica	Obbligatorio PA	Migliorativa	Valori	Vincoli per la PA relativamente ai valori
Nome commerciale	SI	NO	Bombola di backup di ossigeno gassoso	Valore NON modificabile dall'Amministrazione
Descrizione tecnica	SI	NO	Bombole di ossigeno gassoso atte a garantire, per almeno 12 ore, la continuità nella somministrazione di ossigeno in caso di interruzione di energia elettrica o guasto del concentratore; Capacità geometrica: $\sim(\geq 5 \text{ e } \leq 27)$ [l]; Presenza di una valvola riduttrice con flussi ($\geq 0,5 \text{ e } \leq 6$) [l/min]	Valore NON modificabile dall'Amministrazione
Codice ATC	SI	NO	V03AN01	Valore NON modificabile dall'Amministrazione
Unità di misura	SI	NO	m ³	Valore NON modificabile dall'Amministrazione

In caso di acquisizione del servizio di ossigenoterapia domiciliare con concentrato stazionario l'Amministrazione dovrà trascinare la scheda "Servizi di ossigenoterapia domiciliare con concentratore trasportabile / portatile (TPOC/POC)" e in automatico sarà trascinata anche la scheda "Bombola di backup di ossigeno gassoso". Di seguito il dettaglio delle schede.

Servizio di ossigenoterapia domiciliare con concentratore trasportabile/portatile (TPOC/POC)

Nome Caratteristica	Obbligatorio PA	Migliorativa	Valori	Vincoli per la PA relativamente ai valori	NOTE S.A.: attenzione si riporta l'indicazione delle specifiche adottate dalla S.A. seppure previste come "non obbligatorie", in conformità a quanto previsto dalle linee guida CONSIP
Nome del servizio	SI	NO	Servizi di ossigenoterapia domiciliare con concentratore trasportabile/portatile (TPOC/POC)	Valore NON modificabile dall'Amministrazione	

Descrizione tecnica	SI	NO	Gestione terapeutica, mediante ossigenazione con flussi di ossigeno medio/bassi, dei pazienti affetti da insufficienza respiratoria cronica, come da diagnosi e prescrizione dei centri di Pneumologia e Fisiopatologia res	Valore NON modificabile dall'Amministrazione	
Ulteriori caratteristiche tecniche	NO	NO	Peso (≥ 2 e ≤ 9) [kg]; Trasporto (Bretella o borsa o carrello su ruote); Batterie ricaricabili; Capacità	Valore NON modificabile dall'Amministrazione	Caratteristica minima inserita dalla S.A. nel Capitolato Tecnico

Acquisti in Rete della P.A. – Linee guida per la compilazione delle schede tecniche

Nome Caratteristica	Obbligatorio PA	Migliorativa	Valori	Vincoli per la PA relativamente ai valori	NOTE S.A.: attenzione si riporta l'indicazione delle specifiche adottate dalla S.A. seppure previste come "non obbligatorie", in conformità a quanto previsto dalle linee guida CONSIP
Stima dei pazienti da gestire [numero]	SI	NO		L'Amministrazione deve inserire il numero stimato di pazienti da gestire, per la fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare nel corso dell'Appalto	
Call center	SI	NO	24 h/gg per 365 gg/anno	Valore NON modificabile	

Tempo di consegna e prima installazione apparecchi e accessori	SI	NO	Entro 24 ore solari	Valore NON modificabile dall'Amministrazione	
Fornitura di dispositivi medici e materiale di consumo ad uso	SI	NO	SI	Valore NON modificabile dall'Amministrazione	
Servizio di assistenza tecnica	SI	NO	Disponibilità [24 h/gg per 365 gg/anno]; Reperibilità telefonica	Valore NON modificabile dall'Amministrazione	
Tempi di intervento chiamate non in urgenza [h]	NO	SI	≤ 24 = formula lineare semplice (tra 24 e 18) ≤ 18 = X (punteggio massimo)	Indicare i PT da assegnare (al posto della "X"). L'Amministrazione può inserire	Caratteristica inserita dalla S.A., premiata in fase di attribuzione del punteggio

Acquisti in Rete della P.A. – Linee guida per la compilazione delle schede tecniche

Nome Caratteristica	Obbligatorio PA	Migliorativa	Valori	Vincoli per la PA relativamente ai valori	NOTE S.A.: attenzione si riporta l'indicazione delle specifiche adottate dalla S.A. seppure previste come "non obbligatorie", in conformità a quanto previsto dalle linee guida CONSIP
Tempi di intervento chiamate in urgenza [h]	NO	SI	≤ 12 = formula lineare semplice (tra 12 e 4) $\leq 4 = X$ (punteggio massimo)	Indicare i PT da assegnare (al posto della "X"). L'Amministrazione può inserire delle soglie diverse	Caratteristica inserita dalla S.A., premiata in fase di attribuzione del punteggio
Piano di subentro: ASL si impegna a fornire i dati e i piani di terapia e di consumo degli assistiti (entro 15 giorni solari dalla data di adesione)	SI	NO	Completamento del subentro (entro 60 giorni solari) con piena operatività di tutti i sistemi: Continuità	Valore NON modificabile dall'Amministrazione	

Rumorosità missione apparecchio [dB]	NO	SI	≤ 45 = formula lineare semplice (tra 45 e 20) $\leq 20 = X$ (punteggio massimo)	Indicare i PT da assegnare (al posto della "X"). L'Amministrazione NO può N inserire un valore differente	Caratteristica inserita dalla S.A., premiata in fase di attribuzione del punteggio
Copertura aree geografiche dei pazienti	SI	NO		Indicare l'area dove essere erogato il servizio	
Sedi territoriali [numero]	NO	SI	≥ 1 [formula concava alla migliore (interdipendente), con $\alpha=1$]	Il concorrente che metterà a disposizione il numero più elevato di sedi territoriali otterrà il punteggio massimo (che dovrà essere indicato dall'Amministrazione)	Caratteristica inserita dalla S.A., premiata in fase di attribuzione del punteggio

Nome Caratteristica	Obbligatorio PA	Migliorativa	Valori	Vincoli per la PA relativamente ai valori	NOTE S.A.: attenzione si riporta l'indicazione delle specifiche adottate dalla S.A. seppure previste come "non obbligatorie", in conformità a quanto previsto dalle linee guida CONSIP
Sistema informativo	SI	NO	Collegabile ai S.I. della PA (o accessibile via web con adeguati livelli di sicurezza); Connettività al servizio competente ASL; Invio di flussi informativi;	Valore NON modificabile dall'Amministrazione	
Identificativo di registrazione BD/RDM	SI	NO		Valore NON modificabile dall'Amministrazione	

Unità di misura	SI	NO	Giornate di terapia per paziente	Valore NON modificabile dall'Amministrazione	
Condizioni di pagamento	SI	NO	<ul style="list-style-type: none"> • 30 GG Data Ricevimento Fattura; • 30 GG Data Prestazione Servizi; • 30 GG Data Accertamento Conformità Servizi; • 60 GG Data Ricevimento Fattura; • 60 GG Data Ricevimento Prestazione Servizi; • 60 GG Data Accertamento Conformità Servizi 	L'Amministrazione	<p>Parametro utilizzato: 60 GG Data Ricevimento Fattura;</p>

Acquisti in Rete della P.A. – Linee guida per la compilazione delle schede tecniche

Bombola di backup di ossigeno gassoso

Nome Caratteristica	Obbligatorio PA	Migliorativa	Valori	Vincoli per la PA relativamente ai valori
Nome commerciale	SI	NO	Bombola di backup di ossigeno gassoso	Valore NON modificabile dall'Amministrazione
Descrizione tecnica	SI	NO	Bombole di ossigeno gassoso atte a garantire, per almeno 12 ore, la continuità nella somministrazione di ossigeno in caso di interruzione di energia elettrica o guasto del concentratore; Capacità geometrica: $\sim(\geq 5 \text{ e } \leq 27)$ [l]; Presenza di una valvola riduttrice con flussi ($\geq 0,5 \text{ e } \leq 6$) [l/min]	Valore NON modificabile dall'Amministrazione
Codice ATC	SI	NO	V03AN01	Valore NON modificabile dall'Amministrazione
Unità di misura	SI	NO	m ³	Valore NON modificabile dall'Amministrazione

Bombola di ossigeno gassoso

Nome Caratteristica	Obbligatorio PA	Migliorativa	Valori	Vincoli per la PA relativamente ai valori
Nome commerciale	SI	NO	Bombola di ossigeno gassoso	Valore NON modificabile dall'Amministrazione
Descrizione tecnica	SI	NO	Bombole di ossigeno gassoso. Capacità geometrica: $\sim(\geq 5 \text{ e } \leq 27)$ [l]; Presenza di una valvola riduttrice con flussi $(\geq 0,5 \text{ e } \leq 6)$ [l/min]	Valore NON modificabile dall'Amministrazione
Codice ATC	SI	NO	V03AN01	Valore NON modificabile dall'Amministrazione
Unità di misura	SI	NO	m ³	Valore NON modificabile dall'Amministrazione