

Dott. Mario Russo

Da: pasqualina.raspa@atssardegna.it
Inviato: martedì 29 ottobre 2019 12:30
A: Dott. Mario Russo
Cc: PIANA SERGIA
Oggetto: Re: SECONDO SOLLECITO RISPOSTA: microbiologia manuale

Buongiorno,
si ribadisce che l'inserimento nei requisiti minimi del capitolato di gara del range di lettura del test è finalizzato ad evitare aumento dei costi per quelle determinazioni fuori range massimo che obbligatoriamente necessitano di ulteriore diluizione, con conseguente raddoppio del costo dell'esame. Quantificare in modo preciso la concentrazione della calprotectina nelle feci è un utile ausilio, oltre che alla diagnosi differenziale tra le malattie intestinali infiammatorie e non infiammatorie, anche al monitoraggio della patologia.

CONCLUSIONE

Tutte le ditte sono conformi ai requisiti minimi richiesti dal capitolato, anche se nella valutazione del costo dell'esame dovrebbe essere preso in considerazione l'aumento del costo per test dopo diluizione.

cordialmente
Pasqualina Raspa

--

Pasqualina Raspa
Responsabile Laboratorio Analisi Cliniche - Ozieri
ATS Sardegna - ASSL Sassari
Tel.: +39 (079) 779255
Mobile: +39 (348) 6974816
FAX: +39 (079) 779460
Email: pasqualina.raspa@atssardegna.it

Il 2019-10-29 10:17 Dott. Mario Russo ha scritto:

> Buongiorno Dott.ssa,
> nonostante i solleciti anche telefonici della dott.ssa Piana
> relativamente al lotto 20, non abbiamo a tutt'oggi ricevuto alcuna
> risposta in merito a quanto richiesto nelle precedenti email sotto
> riportate.
>
> Considerata l'estrema necessità di portare a conclusione la procedura
> di gara a valenza ATS relativa alla microbiologia manuale è necessario
> fornire risposta ENTRO LA GIORNATA ODIERNA.
>
> Si ringrazia anticipatamente
>
> --
> _Dott. Mario Russo_
>
> ATS Sardegna
> S.C. Logistica e Valorizzazione del Patrimonio tel. 079/2061715 - fax
> 079/2111001 Orari di ufficio: lun-ven: 08.00-14.00
> mario.russo@atssardegna.it
>
> Prima di stampare questa email, pensa all'ambiente.
>
> -----
> DA: Dott. Mario Russo [mailto:mario.russo@atssardegna.it]
> INVIATO: martedì 1 ottobre 2019 12:37
> A: 'pasqualina.raspa@atssardegna.it'
> CC: 'Antonio Spano'; 'Sergia Piana'
> OGGETTO: SOLLECITO RISPOSTA: microbiologia manuale
>
> Buongiorno Dott.ssa Raspa,
> non ho ricevuto risposta in merito alla email del 25/09/2019 di cui
> sotto.
>
> Chiedo urgente riscontro al fine di poter procedere con la prosecuzione

> della procedura.
>
> La ringrazio anticipatamente
>
> --
> _Dott. Mario Russo_
>
> ATS Sardegna
> S.C. Logistica e Valorizzazione del Patrimonio tel. 079/2061715 - fax
> 079/2111001 Orari di ufficio: lun-ven: 08.00-14.00
> mario.russo@atssardegna.it
>
> Prima di stampare questa email, pensa all'ambiente.
>
> -----
> DA: Dott. Mario Russo [mailto:mario.russo@atssardegna.it]
> INVIATO: mercoledì 25 settembre 2019 12:28
> A: 'pasqualina.raspa@atssardegna.it'
> CC: 'Spano Antonio Lorenzo'; 'Sergia Piana'
> OGGETTO: R: microbiologia manuale
>
> Buongiorno Dott.ssa,
> facendo seguito alle risultanze pervenute relativamente alle offerte
> tecniche della gara in oggetto, si osserva che la valutazione del
> Lotto n. 20 non è chiara in quanto risulta il giudizio del solo
> Operatore Meridian Bioscience Europe srl senza specificare se i
> prodotti offerti dagli altri operatori partecipanti rispondano alle
> caratteristiche minime del capitolato tecnico.
>
> Si invita, pertanto, a chiarire tale aspetto ATTESTANDO LA CONFORMITÀ
> O MENO dei prodotti offerti dai restanti OO.EE. partecipanti al lotto
> 20.
>
> Si ringrazia anticipatamente.
>
> Cordiali saluti
>
> --
> Dott. Mario Russo
>
> ATS Sardegna
> S.C. Logistica e Valorizzazione del Patrimonio tel. 079/2061715 - fax
> 079/2111001 Orari di ufficio: lun-ven: 08.00-14.00
> mario.russo@atssardegna.it
>
> Prima di stampare questa email, pensa all'ambiente.
>
> -----Messaggio originale-----
> Da: pasqualina.raspa@atssardegna.it
> [mailto:pasqualina.raspa@atssardegna.it]
> Inviato: lunedì 23 settembre 2019 12:37
> A: PIANA SERGIA
> Cc: Russo Mario; Spano Antonio Lorenzo
> Oggetto: microbiologia manuale
>
> Buongiorno,
> in riferimento alla "PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DI
> TERRENI DI COLTURA PER LA MICROBIOLOGIA E DIAGNOSTICI CON PROCEDURA
> MANUALE PER LE AREE SOCIO SANITARIE LOCALI DI SASSARI, NUORO, ORISTANO
> E CAGLIARI DELL'ATS SARDEGNA". si invia in allegato il file.
>
> Cordiali saluti
> Pasqualina Raspa
>
> Pasqualina Raspa
> Responsabile Laboratorio Analisi Cliniche - Ozieri
> ATS Sardegna - ASSL Sassari
> Tel.: +39 (079) 779255

- > Mobile: +39 (348) 6974816
- > FAX: +39 (079) 779460
- > Email: pasqualina.raspa@atssardegna.it