ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

Lotti deserti procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici: sistemi di drenaggio chirurgico, sacche e sistemi di raccolta liquidi, sacche e contenitori per nutrizione ed infusione, contenitori per organi, dispositivi per somministrazione prelievo e raccolta - CND A06 - 08 - 09 – 99.

RICHIESTA CHIARIMENTI	RISCONTRO
Buongiorno, in riferimento alla campionatura, nel disciplinare viene indicato l'art. 5 del CSA, ma non risulta nei documenti allegati, potete gentilmente verificare? in attesa di un cortese riscontro porgiamo cordiali saluti.	Con il presente avviso si comunica che tra i documenti messi a disposizione si trova anche la Determina 6414 del 11.12.2020, comprendente il CSA e i suoi allegati. Le caratteristiche tecniche sono riportate nel CSA e negli allegati dello stesso. In particolare nell'allegato A al CSA è riportata, nella penultima colonna, la quantità da campionare, lotto per lotto. In ogni caso con il presente avviso si fornisce, anche separatamente dal provvedimento di autorizzazione a contrarre, il CSA e i suoi allegati. Le basi d'asta riferite al fabbisogno annuale, lotto per lotto, sono riportate nell'allegato 2 al disciplinare di gara.
Buongiorno, per poter esaminare la procedura, si richiede di ricevere un elenco delle caratteristiche tecniche dei lotti; in allegato ci sono solo i 41 file di xls. Grazie e cordiali saluti	Con il presente avviso si comunica che tra i documenti messi a disposizione si trova anche la Determina 6414 del 11.12.2020, comprendente il CSA e i suoi allegati. Le caratteristiche tecniche sono riportate nel CSA e negli allegati dello stesso. In particolare nell'allegato A al CSA è riportata, nella penultima colonna, la quantità da campionare, lotto per lotto. In ogni caso con il presente avviso si fornisce, anche separatamente dal provvedimento di autorizzazione a contrarre, il CSA e i suoi allegati. Le basi d'asta riferite al fabbisogno annuale, lotto per lotto, sono riportate nell'allegato 2 al disciplinare di gara.
Buongiorno con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti: - Nel disciplinare di gara si fa riferimento a un	Con il presente avviso si comunica che tra i documenti messi a disposizione si trova anche la Determina 6414 del 11.12.2020, comprendente il CSA e i suoi allegati. Le caratteristiche tecniche sono riportate nel CSA e

Capitolato Speciale d'Appalto che però non risulta reperibile tra i documenti pubblicati. Rimanendo in attesa di gentile riscontro porgiamo Cordiali saluti	negli allegati dello stesso. In particolare nell'allegato A al CSA è riportata, nella penultima colonna, la quantità da campionare, lotto per lotto. In ogni caso con il presente avviso si fornisce, anche separatamente dal provvedimento di autorizzazione a contrarre, il CSA e i suoi allegati. Le basi d'asta riferite al fabbisogno annuale, lotto per lotto, sono riportate nell'allegato 2 al disciplinare di gara.

RICHIESTA CHIARIMENTI	**RISCONTRO**
Buongiorno, in riferimento al lotto n. 3 chiediamo: - cosa si intende per punta dritta? La conformazione YANKAUER prevede un'incurvatura tra l'impugnatura e la punta. - senza fori o con curva? In attesa di un cortese riscontro porgiamo cordiali saluti	*"Cannula di aspirazione chirurgica tipo Yankauer,monouso sterile,di idoneo materiale di grado medicale, trasparente, priva di lattice, lunghezza cm 25 ca. (+-20%), senza foro di controllo, punta dritta ,leggera e maneggevole,atraumatica,provvista di foro distale e fori assimmetrici. Dotata di idonea e confortevole impugnatura. Misure CON TOLLERANZA +/- 15%"* Si richiedono cannule Yankauer con "un'incurvatura tra l'impugnatura e la punta", ma la punta non dovrà essere *rastremata*, ma "dritta" del medesimo calibro della cannula dotata di fori.

RICHIESTA CHIARIMENTI	**RISCONTRO**
L'All. 4 " Domanda di partecipazione" richiede: " ..... dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla S.A. attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione". Chiediamo conferma che ai fini della partecipazione alla gara non è necessario effettuare il sopralluogo e che tale richiesta è un refuso.	Si conferma che ai fini della partecipazione alla gara non è necessario effettuare il sopralluogo e che tale richiesta è un refuso.

Cordiali saluti.	

RICHIESTA CHIARIMENTI	**RISCONTRO**
Buongiorno, Con la presente si chiede di confermare che la presentazione della campionatura dovrà avvenire entro il giorno 21/01/2021. In attesa di cortese Riscontro, Cordiali Saluti	Si conferma il termine indicato nel timing di gara: il giorno 21/01/2020 ore 13:00
Buongiorno, **Art. 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA:** Tra la Doc. Da presentare é indicato: Ulteriore documentazione amministrativa: Eventuale Inserire i documenti relativi ai familiari conviventi ai fini dei controlli relativi alla normativa "Antimafia" Si chiede se la presentazione della Doc Antimafia deve avvenire necessariamente in fase di Gara o dovrà avvenire in fase di aggiudicazione. In attesa Cordiali Saluti	Si conferma che la documentazione relativa ai familiari conviventi ai fini dei controlli Antimafia potrà essere presentata anche dopo l'aggiudicazione.
Si chiede di confermare se, per il lotto n. 2, è richiesto un kit con soffietto + drenaggio con ago. In tal caso si chiede di specificare la tipologia di drenaggio e le misure richieste. Grazie.	Con riferimento al quesito inviato, si precisa che è da intendersi: kit con soffietto + drenaggio di varie misure con a go.

Buongiorno, con la presente siamo a chiedere chiarimento sul LOTTO 8: viene richiesto un tubo avente lunghezza 30 m, chiediamo se tale misura sia corretta. Nel restare in attesa di cortese riscontro, cogliamo l'occasione per porgere i ns. distinti saluti	Si conferma che la misura della lunghezza è : 30 m etri ca.(+-20%).

RICHIESTA CHIARIMENTI	**RISCONTRO**
LOTTO 1: Buongiorno, chiediamo la possibilità di offrire un drenaggio che scarica su sacca oppure esplicitare cosa si intenda esattamente per valvola di scarico. E' possibile offrire drenaggi con la sacca annessa dal momento che indicate valvola antireflusso interna e valvola di scarico?	No.
LOTTO 17: Buongiorno, considerato che la descrizione della medicazione prevista nel kit indica un prodotto unico sul mercato, si chiede, al fine di ampliare la possibilità di partecipazione, di poter offrire un kit contenente un drenaggio con caratteristiche equivalenti e superiori a quello richiesto e una MEDICAZIONE composta da una pellicola di poliuretano trasparente con integrato un tampone in gel trasparente a lento rilascio di Clorexidina gluconata al 2% con caratteristiche e destinazione d'uso equivalenti alla medicazione da Voi indicata.	SI. E' possibile offrire separatamente i drenaggi nelle misure richieste e la medicazione in schiuma di poliuretano, idrofilica ed assorbente imbibita di clorexidina gluconato a lento rilascio, con foro centrale e fenestratura radiale, per avvolgere completamente il tubo di drenaggio nel punto di inserzione.

RICHIESTA CHIARIMENTI	**RISCONTRO**
Buongiorno,	Si.

si chiede se, visti i tempi ristretti per via delle chiusure festive, e gli oggettivi problemi logistici dovuti alla pandemia, si possano presentare campioni non sterili. In alternativa si chiede che possa essere procrastinata la data di scadenza per la consegna della campionatura. Cordiali saluti.	E' possibile fornire campioni "non sterili", accompagnati dall'etichetta prevista per il campione sterile.
Lotti nn.rr. 38 e 39 (misurazione della diuresi oraria): All'interno della descrizione dei sistemi richiesti per i lotti nn. 38 e 39 viene richiesta la "presenza di clamp fermalenzuolo". Tale elemento, essendo lo stesso un accessorio non indispensabile alla destinazione d'uso del dispositivo medico oggetto della fornitura (misurazione della diuresi oraria), non è presente nel sistema commercializzato da molte aziende produttrici presenti sul mercato pertanto, nel rispetto dei principidi par condicio e del favor partecipationis espressi dalle leggi vigenti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) che prevedono la massima partecipazione a tutte le procedure di gara, nonché al fine di salvaguardare l'interesse legittimo di ciascun operatore economico a concorrere con gli altri per l'aggiudicazione di una commessa pubblica, mediante la formulazione di un'offerta corretta, adeguata e consapevole, si chiede di eliminare tale requisito o, in subordine, di farlo rientrare tra i requisiti preferenziali e non tra i requisiti minimi richiesti, tenendo comunque conto nella valutazione tecnica del principio di equivalenza funzionale sancito dall'art. 68 del D.Lgs 50/2016 e consolidato nella giurisprudenza in materia di appalti.	Si comunica che la specifica richiesta "presenza di clamp fermalenzuolo" è stata inserita per mero errore materiale, pertanto non si terrà conto della stessa nell'esame dell'offerta tecnica.
Allegato B Scheda n°5 (tabella parametri di qualità) Lotti nn.rr. 38 e 39: Con riferimento al criterio B "maggior tenuta della saldatura della sacca", confermate che intendiate, oltre alla sola saldatura, la valutazione di tutti i componenti della sacca stessa che ne implementino la resistenza e	Con riferimento al criterio B "maggior tenuta della saldatura della sacca", si conferma quanto indicato in atti di gara.

l'efficienza, come ad esempio la presenza di un filtro aria (preferenzialmente idrofobico e antibatterico), la valvola antireflusso e la possibilità di essere trasportata agganciata al letto senza ulteriori perdite? Riteniamo infatti che la sola saldatura sia di difficile valutazione in quanto tutti i prodotti commercializzati recano una marcatura CE che garantisce qualità e sicurezza del dispositivo medico. Infine, facciamo notare che non sono previsti punteggi qualitativi per il servizio di post-vendita o la formazione del personale sanitario, pertanto si suggerisce di scorporare dai 22 punti attribuiti per il criterio B un punteggio da assegnare anche per tali voci.	
Pag. 24 del Disciplinare di gara (F23): Si chiede conferma che il codice ufficio(Campo 6) sia errato. Il codice ufficio giusto deve essere considerato TWN?;	Si conferma che il codice ufficio indicato a pag.24 del Disciplinare di gara (F23) è errato; nel Campo 6 il Codice ufficio corretto è TWN.
Documentazione tecnica di gara: Si chiede conferma che, come da giurisprudenza ormai consolidata in materia, sia possibile allegare documenti in lingua originale (inglese) per quanto concerne le Conformità, le certificazioni CE e gli studi clinici-evidenze scientifiche relative ai prodotti offerti;	Si. E' possibile presentare le Certificazioni della documentazione tecnica in lingua originale (inglese). La restante documentazione tecnica relativa ai prodotti offerti può essere fornita anche in lingua originale, purchè riconducibile ad uno dei paesi membri dell'UE, essa dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in lingua italiana o, in alternativa, relativa dichiarazione ex DPR 445/2000 di attestazione della traduzione fedele all'originale, prodotta dal legale rappresentante o soggetto munito di potere.
Firmatario degli atti di gara:	Si conferma

Si chiede conferma che gli atti di gara possano essere sottoscritti da qualsiasi procuratore speciale che abbia il potere di impegnare la società allegando copia del documento che attesti i suoi poteri e copia del documento d'identità.	
Gent.mi, la presente per chiedere se possibile presentare le Certificazioni della documentazione tecnica in lingua originale (inglese). Cordiali saluti	Si. E' possibile presentare le Certificazioni della documentazione tecnica in lingua originale (inglese). La restante documentazione tecnica relativa ai prodotti offerti può essere fornita anche in lingua originale, purchè riconducibile ad uno dei paesi membri dell'UE, essa dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in lingua italiana o, in alternativa, relativa dichiarazione ex DPR 445/2000 di attestazione della traduzione fedele all'originale, prodotta dal legale rappresentante o soggetto munito di potere.
File Excel dettaglio a prezzi unitari Con riferimento al file Excel di dettaglio offerta a prezzi unitari, chiediamo se la cella W1, che somma il valore delle singole voci di offerta annuale, ed il loro totale : - sia un refuso - possa essere modificata eliminando dalla somma la cella dei totali in grigio (esempio Lotto 38: cella W6) La formula della cella W1 infatti, se lasciata invariata, raddoppia il valore dell'offerta annuale. Distinti saluti.	La cella W1 (presente in corrispondenza della prima riga) in tutti I file è un refuso, pertanto può essere modificata eliminando la formula in essa contenuta, in quanto il totale del lotto, necessariamente corrispondente alla somma dei totali dei sublotti, è indicato nella cella grigia. Qualora l'offerente non modificasse tale cella essa corrisponderebbe al valore biennale dell'offerta, cioè il valore del contratto senza considerare l'esercizio delle possibili opzioni. In ogni caso non si terrà conto nell'esame dell'offerta economica del contenuto della cella W1.
Richiesta chiarimenti Gent.mo RUP, in merito al lotto 3 si evidenzia che sono state	Non è possibile indicare i quantitativi previsti per la voce H. Per l'aggiudicazione si terrà conto

accorpate sotto il medesimo sublotto le voci E F G H. Sulla base delle nostre conoscenze di mercato vi rendiamo noto che il prezzo relativo ai prezzi della voce H è notevolmente superiore rispetto a quanto previsto per le voci E F G. Pertanto si richiede al fine di consentire alla scrivente ditta di formulare migliore offerta economica di indicare i quantitativi previsti per la voce H. Cordiali Saluti.	dell'importo totale del valore del lotto.
	Avviso del 14.01.2021 Si ribadisce, come disposto in atti di gara (Requisiti di ammissione), che ai fini dell'ammissione alla presente procedura di gara, gli operatori economici partecipanti non dovranno dimostrare il raggiungimento di particolari fatturati, ma dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica ed organizzativa: presentazione di un elenco delle principali forniture analoghe a quelle poste in gara effettuate negli ultimi cinque anni (periodo determinato al fine di garantire la partecipazione delle PMMI), con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e privati degli appalti stessi. Costituisce requisito minimo di ammissione l'aver svolto, per Enti sanitari pubblici o privati, nel quinquennio, almeno una fornitura analoga, di durata almeno semestrale, senza limiti di valore, ovvero, in alternativa, più forniture analoghe di durata, nel complesso, almeno annuale senza limiti di valore. Si vedano nel dettaglio tutti i requisiti di ammissione.