

## **VERBALE N. 2 DEL 18/03/2021**

**Preso d'atto dell'esame di merito della documentazione tecnica presentata dagli Operatori Economici partecipanti alla procedura per l'affidamento, in n. 17 distinti lotti di aggiudicazione, di dispositivi medici vari (CND: A06 - C01 - T02 - V90 - Z12), occorrenti al Servizio Farmaceutico Ospedaliero della ASSL di Oristano. - Rdo nr. 367416 - SardegnaCAT.**

L'anno duemila e ventuno, il giorno diciotto, del mese di marzo, il RUP, Dr. Paolo Sanna, Collaboratore Amministrativo presso la S.C. Servizio Giuridico Amministrativo, Area di Oristano, con il supporto e l'assistenza del Dr. Gian Marco Zoncu, Coadiutore Amministrativo presso la medesima summenzionata Struttura Complessa della ASSL di Oristano.

### **PREMESSO E CONSIDERATO**

- che con Determinazione del Direttore ASSL di Oristano n. 2000 del 29/12/2020 è stata disposta l'autorizzazione a contrarre per l'espletamento della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., da svolgere sulla piattaforma della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT, per un importo presunto di € 88.884,80 più IVA di legge, per la fornitura (per un periodo di 24 mesi) di dispositivi medici vari, afferenti alle CND A06 - C01 - T02 - V90 - Z12, così come specificati nell'allegato 1 alla summenzionata Determinazione;
- che con Lettera d'Invito (prot. n. PG/2020/0002299 del 05/01/2021), in pari data, è stata indetta sul portale SardegnaCAT, una RdO multi lotto, suddividendo i prodotti richiesti in n. 17 distinti lotti non frazionabili di aggiudicazione, invitando a partecipare alla procedura di affidamento tutti gli Operatori Economici iscritti alle categorie merceologiche indicate nell'allegato 1 alla Determinazione a contrarre;
- che con avviso Prot PG/2021/0022038 del 20/01/2021, trasmesso a tutti gli Operatori Economici invitati, tramite il sistema di messaggistica del portale SardegnaCAT, si è provveduto, al fine consentire al Servizio Farmaceutico Ospedaliero di riscontrare le numerose richieste di chiarimenti pervenute, a differire il termine ultimo per la presentazione delle offerte dal giorno 21/01/2021, ore 18:00 (originariamente previsto) al giorno 04/02/2021, ore 18:00;
- che con precedente proprio Verbale n. 1 del 10/02/2021 si è proceduto alla verifica inventariale con contestuale disamina della documentazione amministrativa e all'apertura della documentazione tecnica, con rinvio alla competenza del Direttore S.C. Servizio Farmaceutico Ospedaliero, richiedente la fornitura, per l'esame della completezza e regolarità della stessa e per la verifica di conformità dei dispositivi medici proposti.

Dato atto che, tramite diversi invii (stante la corposa documentazione di gara), a mezzo posta elettronica aziendale, in data 15 febbraio 2021, è stata trasmessa, al Direttore S.C. Servizio Farmaceutico Ospedaliero della ASSL di Oristano, la documentazione tecnica presentata dagli Operatori Economici partecipanti alla procedura e risultati ammessi, unitamente al Verbale del R.U.P. n. 1 del 10/02/2021.

Considerato che in data 17/03/2021 il Direttore del Servizio Farmaceutico Ospedaliero della ASSL di Oristano, tramite posta elettronica aziendale, ha trasmesso il parere di conformità tecnica dei dispositivi medici proposti, allegato sotto il nr. 1 al presente Verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Preso atto come dall'esame di merito della documentazione tecnica è emerso quanto segue:

- l'Operatore Economico Betatex Srl ha presentato un'offerta tecnica esclusivamente per i lotti 3-4-5-14-15-16, e non anche per i lotti 2-6-13 e 17 come dallo stesso erroneamente indicato nel DGUE, come riportato nel Verbale del RUP n. 1 del 10/02/2021;
- l'Operatore Economico Seda Spa ha presentato un'offerta tecnica esclusivamente per i lotti 10 e 11 e non per il lotto 6 come dallo stesso erroneamente indicato nel DGUE, come riportato nel Verbale del RUP n. 1 del 10/02/2021.

Pertanto, conformemente a quanto sopra descritto, i lotti partecipati da parte degli Operatori Economici che hanno presentato propria offerta di gara, risultano essere i seguenti:

| LOTTE PARTECIPATI                                      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Operatore Economico                                    | Lotti |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ARTEMIDE PRESIDI MEDICO CHIRURGICI S.R.L. UNIPERSONALE |       |   |   |   |   |   | x |   |   |    |    | x  |    |    |    |    |    |
| B.Braun Milano S.p.A.                                  |       |   |   |   |   |   |   |   | x |    |    |    |    |    |    |    |    |
| BETATEX  |       |   | x | x | x |   |   |   |   |    |    |    |    | x  | x  | x  |    |
| CLINI-LAB SRL  |       |   |   |   |   |   |   |   |   | x  |    |    |    |    |    |    |    |
| DELTA MED  |       | x |   | x | x | x | x |   |   | x  | x  | x  |    |    |    | x  |    |
| DIALMEDICA Srl   |       |   |   |   |   |   |   |   |   | x  | x  |    |    |    |    |    |    |
| FARMAC-ZABBAN S.p.A.                                   |       |   |   |   |   |   |   | x |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| KALTEK   |       |   |   |   |   |   |   | x |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.                              |       |   |   |   | x |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | x  |
| MEDICAL S.P.A.   |       |   |   |   |   |   |   |   |   | x  | x  |    |    |    |    |    |    |
| MOLNLYCKE HEALTH CARE                                  |       |   |   |   | x |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | x  |
| PAUL HARTMANN S.P.A.                                   |       |   | x | x | x |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | x  |
| SANIFARM SRL   |       | x | x | x | x |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| SEDA S.P.A. CON SOCIO UNICO                            |       |   |   |   |   |   |   |   |   | x  | x  |    |    |    |    |    |    |
| SURGIKA  |       |   |   | x | x |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | x  |
| Terapon S.r.l.   |       |   | x | x | x |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | x  |
| TIASET DI CARRESI LORENZO                              |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    | x  | x  |    |    |
| VYGON ITALIA S.r.l.                                    | x     |   |   |   |   |   |   |   |   | x  | x  |    |    |    |    |    |    |

Preso atto che, relativamente al lotto 13, non risultando essere state presentate offerte, lo stesso è dichiarato deserto per assenza di offerte.

Il R.U.P. prende atto, a seguito del summenzionato parere tecnico di conformità, rilasciato dal Direttore del Servizio Farmaceutico Ospedaliero della ASSL di Oristano, delle seguenti risultanze:

| <b>Lotto</b> | <b>Offerte tecniche conformi</b>  | <b>Offerte tecniche non conformi</b>                  |
|--------------|---|---|
| 1            | Vygon Italia srl  | -   |
| 2            | Delta Med<br>Sanifarm srl   | -   |
| 3            | Betatex srl   | Paul Hartmann SpA<br>Sanifarm Srl<br>Terapon Srl      |
| 4            | Betatex srl<br>Paul Hartmann SpA<br>Sanifarm srl<br>Terapon srl<br>Delta Med<br>Surgika srl | -   |
| 5            | Betatex srl<br>Delta Med<br>Paul Hartmann SpA<br>Molnlycke Healthcare<br>Surgika srl        | Lohmann & Rauscher Srl<br>Sanifarm Srl<br>Terapon Srl |
| 6            | Delta Med   | -   |
| 7            | Artemide presidi medico chirurgici s.r.l.<br>Delta Med                                      | -   |
| 8            | Farmac Zabban SpA<br>Kaltec   | -   |
| 9            | B.Braun Milano S.p.A  | -   |
| 10           | CliniLab Srl<br>Dialmedica Srl<br>Medical SpA<br>Seda SpA<br>Vygon Italia srl               | Delta Med   |
| 11           | Dialmedica Srl<br>Seda SpA<br>Vygon Italia Srl  | Delta Med<br>Medical spa                              |
| 12           | Artemide presidi medico chirurgici s.r.l.   | Delta Med   |
| 13           | Lotto deserto   |   |
| 14           | Betatex<br>Tiaset di Carresi Lorenzo  | -   |
| 15           | Betatex<br>Tiaset di Carresi Lorenzo  | -   |
| 16           | Betatex<br>Delta Med  | -   |
| 17           | Lohmann & Rauscher Srl<br>Molnlycke Healthcare<br>Surgika srl                               | Paul Hartmann SpA<br>Terapon srl                      |

Il R.U.P.:

- esaminato il suddetto parere di conformità del 17/03/2021 del soprascritto Direttore del Servizio Farmaceutico Ospedaliero di questa ASSL, prende atto delle non conformità tecniche espresse per i dispositivi medici di cui ai lotti riportati nel precedente prospetto;
- dà atto come, a seguito delle summenzionate non conformità tecniche e relative motivazioni, le offerte afferenti ai correlati Operatori Economici e relativi lotti, che risultano escluse dalle successive fasi della procedura sono le seguenti:

| <b>Lotto</b> | <b>Operatori Economici non ammessi alle successive fasi della procedura</b> |
|--------------|---|
| 3            | Paul Hartmann SpA, Sanifarm Srl, Terapon Srl                                |
| 5            | Lohmann & Rauscher Srl, Sanifarm Srl, Terapon Srl                           |
| 10           | Delta Med   |
| 11           | Delta Med, Medical spa  |
| 12           | Delta Med   |
| 17           | Paul Hartmann SpA, Terapon srl  |

- dà atto come, a seguito del medesimo parere tecnico di conformità, gli Operatori Economici, per i relativi lotti, ammessi alle successive fasi della procedura, risultano essere i seguenti:

| <b>Lotto</b> | <b>Operatori economici ammessi alle successive fasi della procedura</b>           |
|--------------|---|
| 1            | Vygon Italia srl  |
| 2            | Delta Med, Sanifarm srl   |
| 3            | Betatex srl   |
| 4            | Betatex srl, Paul Hartmann SpA, Sanifarm srl, Terapon srl, Delta Med, Surgika srl |
| 5            | Betatex srl, Delta Med, Paul Hartmann SpA, Molnlycke Healthcare, Surgika srl      |
| 6            | Delta Med   |
| 7            | Artemide presidi medico chirurgici s.r.l. , Delta Med                             |
| 8            | Farmac Zabban SpA, Kaltec   |
| 9            | B.Braun Milano S.p.A  |
| 10           | CliniLab Srl, Dialmedica Srl, Medical SpA, Seda SpA, Vygon Italia srl             |
| 11           | Dialmedica Srl, Seda SpA, Vygon Italia Srl  |
| 12           | Artemide presidi medico chirurgici s.r.l.   |
| 14           | Betatex, Tiaset di Carresi Lorenzo  |
| 15           | Betatex, Tiaset di Carresi Lorenzo  |
| 16           | Betatex, Delta Med  |
| 17           | Lohmann & Rauscher Srl, Molnlycke Healthcare, Surgika srl                         |

Si dà atto, infine, che:

- il presente Verbale verrà pubblicato e sarà visibile agli OO.EE. partecipanti, sulla piattaforma "Sardegna-Cat", sezione Verbali;
- si procederà all'invio delle relative comunicazioni di esclusione dalle successive fasi della procedura, secondo le risultanze sopra descritte, e alla successiva disabilitazione dalla piattaforma degli Operatori Economici, per i relativi lotti, i cui prodotti sono risultati

come tecnicamente non conformi.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**Il RUP:** Dr. Paolo Sanna

SANNA PAOLO  
Firmato digitalmente da SANNA  
PAOLO  
Data: 2021.03.18 11:43:53  
+01'00'

**Il Coadiutore Amministrativo:** Dr. Gian Marco Zoncu

ZONCU GIAN  
MARCO  
Firmato digitalmente da  
ZONCU GIAN MARCO  
Data: 2021.03.18  
11:52:55 +01'00'

**Parere di conformità sulla documentazione tecnica presentata dagli Operatori Economici partecipanti alla procedura per l'affidamento, in n. 17 distinti lotti di aggiudicazione, di dispositivi medici vari (CND: A06 - C01 - T02 - V90 - Z12).  
Rdo nr. 367416 – SardegnaCAT.**

| Lotto | Operatore Economico  | Conformità          | Note  |
|-------|----------------------|---------------------|---|
| 1     | Vygon Italia srl     | conforme            |   |
| 2     | Delta Med            | conforme            |   |
|       | Sanifarm srl         | conforme            |   |
|       | Betatex srl          | conforme            |   |
| 3     | Paul Hartmann SpA    | <b>Non conforme</b> | Il dispositivo proposto eccede in difetto di oltre il 10% le dimensioni richieste   |
|       | Sanifarm srl         | <b>Non conforme</b> | Il dispositivo proposto eccede in difetto di oltre il 10% le dimensioni richieste   |
|       | Terapon srl          | <b>Non conforme</b> | Il dispositivo proposto eccede in eccesso di oltre il 20% le dimensioni richieste   |
| 4     | Betatex srl          | conforme            |   |
|       | Paul Hartmann SpA    | conforme            |   |
|       | Sanifarm srl         | conforme            |   |
|       | Terapon srl          | conforme            |   |
|       | Delta Med            | conforme            |   |
|       | Surgika srl          | conforme            |   |
| 5     | Betatex srl          | conforme            |   |
|       | Delta Med            | conforme            |   |
|       | Lohmann Rauscher     | <b>Non conforme</b> | Dall'offerta tecnica non risultano le dimensioni del foro di incisione  |
|       | Paul Hartmann SpA    | conforme            |   |
|       | Molnlycke Healthcare | conforme            |   |
|       | Sanifarm srl         | <b>Non conforme</b> | Le dimensioni del film incisione superano la soglia del 20%   |
|       | Terapon srl          | <b>Non conforme</b> | Le dimensioni del film incisione non rispettano le % previste dal capitolato  |
|       | Surgika srl          | conforme            |   |
| 6     | Delta Med            | conforme            |   |
| 7     | Artemide             | conforme            |   |
|       | Delta Med            | conforme            |   |
| 8     | Farmac Zabban        | conforme            |   |
|       | Kaltec               | conforme            |   |
| 9     | BBraun               | conforme            |   |
| 10    | CliniLab srl         | conforme            |   |
|       | Delta Med            | <b>Non conforme</b> | Mancanza in scheda tecnica di chiare indicazioni sulla destinazione d'uso, in particolare non si rileva nessuna informazione sulla idoneità del DM all'infusione ad alta pressione ed all'impiego con mezzi di contrasto. |
|       | Dialmedica           | conforme            |   |
|       | Medical spa          | conforme            |   |
|       | Seda spa             | conforme            |   |
|       | Vygon Italia srl     | conforme            |   |

**Parere di conformità sulla documentazione tecnica presentata dagli Operatori Economici partecipanti alla procedura per l'affidamento, in n. 17 distinti lotti di aggiudicazione, di dispositivi medici vari (CND: A06 - C01 - T02 - V90 - Z12).**  
**Rdo nr. 367416 – SardegnaCAT.**

| Lotto | Operatore Economico  | Conformità          | Note  |
|-------|----------------------|---------------------|---|
| 11    | Delta Med            | <b>Non conforme</b> | Mancanza in scheda tecnica di chiare indicazioni sulla destinazione d'uso, in particolare non si rileva nessuna informazione sulla idoneità del DM all'infusione ad alta pressione ed all'impiego con mezzi di contrasto. |
|       | Dialmedica           | conforme            |   |
|       | Medical spa          | <b>Non conforme</b> | Viene proposto un catetere a due lumi mentre era richiesto monolume.  |
|       | Seda spa             | conforme            |   |
|       | Vygon Italia srl     | conforme            |   |
| 12    | Delta Med            | <b>Non conforme</b> | Vengono proposti cavetti per ECG, mentre erano richiesti cavi per controllo soglia di stimolazione cardiaca   |
|       | Artemide             | conforme            |   |
| 13    |                      |                     |   |
| 14    | Betatex              | conforme            |   |
|       | Tiaset               | conforme            |   |
| 15    | Betatex              | conforme            |   |
|       | Tiaset               | conforme            |   |
| 16    | Betatex              | conforme            |   |
|       | Deltamed             | conforme            |   |
| 17    | Lohmann Rauscher     | conforme            |   |
|       | PAUL Hartmann SpA    | <b>Non conforme</b> | Le dimensioni del foro non rispettano le % previste dal capitolato  |
|       | Molnlycke Healthcare | conforme            |   |
|       | Surgika srl          | conforme            |   |
|       | Terapon srl          | <b>Non conforme</b> | Il dispositivo proposto è privo delle cinghie fermacavi   |

Oristano, 17/03/2021

Il Direttore del Servizio Farmaceutico Ospedaliero ASSL  
Oristano  
Dott.ssa Giuliana Flore