

VALUTAZIONE LOTTO 26										
					Coefficiente tra 0 e 1 attribuito	Valutazione Cardinal Health 509 Srl	Coefficiente tra 0 e 1 attribuito	Valutazione Medical Spa	Coefficiente tra 0 e 1 attribuito	Valutazione Tecnomedical Srl
			CRITERIO DI ATTRIBUZION E	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE						
A	Funzionalità ed ergonomia	Maneggevolezza ed efficacia rispetto alla destinazione d'uso	C	14	sufficiente 0,20	2,80	ottimo 1	14,00	sufficiente 0,20	2,80
		Presenza di sistemi di sicurezza per il paziente	C	4	sufficiente 0,20	0,80		4,00	sufficiente 0,20	0,80
		Presenza di sistemi di sicurezza per l'operatore	C	4	sufficiente 0,20	0,80		4,00	sufficiente 0,20	0,80
B	Caratteristiche tecniche	Minor atraumaticità del dispositivo: minor rischio di lesione/danno al paziente nel posizionamento e nell'utilizzo del prodotto	C	10	insufficiente 0	0,00		10,00	discreto 0,40	4,00
		Facilità e tipologia delle connessioni	C	10	insufficiente 0	0,00		10,00	discreto 0,40	4,00
C	Certificazioni	Biocompatibilità dei materiali (EN ISO 10993) : prove eseguite e sintesi dei risultati	A	6		6		6		6
		Prove di tenuta (uni en 1617:1997 e 1618:1997)	A	3		0		3		3
		Sistema di Gestione Qualità per Dispositivi medici (ISO13485)	A	3		3		3		3
		Sistema di Gestione Qualità della ditta produttrice (ISO13485)	A	3		3		3		3
D	Confezionamento ed etichettatura	TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO	MAGGIOR robustezza dell'involucro primario a garanzia della sterilità, es. doppia busta ecc.	C	2	sufficiente 0,20	0,40	2,00	sufficiente 0,20	0,40
			Facilità della manovra di apertura	C	1	discreto 0,40	0,40	1,00	ottimo 1	1,00
		CARATTERISTICHE DELL'ETICHETTATURA	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	C	1	discreto 0,40	0,40	1,00	ottimo 1	1,00
			Presenza di indicatore del punto di apertura	A	1		1	1		1
			Presenza di istruzioni per l'utilizzo del prodotto	A	1		1	1		1
		MINOR NUMERO DI PEZZI PER CONFEZIONE SECONDARIA		B	2		2	2		0,8
E	Metodo di sterilizzazione	RAGGI GAMMA, BETA, VAPORE ED ALTRI	A	3		0	0		0	
		OSSIDO DI ETILENE	A	0,5	0,5	0,5		0,5		
F	Maggior Tempo di validità	5	A	2		2	2		2	
		<5 e >=3	A	1		0	0		0	
		<3	A	0,5		0	0		0	
				totale max 70 punti		24,10	67,50		35,10	

TOTALE RIPARAMETRATO

24,99

70,00

36,40