

VALUTAZIONE LOTTO 3													
					Coefficiente tra 0 e 1 attribuito	Valutazione Id & Co Srl	Coefficiente tra 0 e 1 attribuito	Valutazione Ite Medical Srl	Coefficiente tra 0 e 1 attribuito	Valutazione Medline International Italy Srl	Coefficiente tra 0 e 1 attribuito	Valutazione Cardinal Health 509 Srl	
			CRITERIO DI ATTRIBUZION E	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE									
A	Funzionalità ed ergonomia	Maneggevolezza ed efficacia rispetto alla destinazione d'uso	C	14	ottimo 1	14,00	sufficiente 0,20	2,80	sufficiente 0,20	2,80	sufficiente 0,20	2,80	
		Presenza di sistemi di sicurezza per il paziente	C	4	ottimo 1	4,00	buono 0,60	2,40	sufficiente 0,20	0,80	sufficiente 0,20	0,80	
		Presenza di sistemi di sicurezza per l'operatore	C	4	ottimo 1	4,00	Insufficiente 0,00	0	sufficiente 0,20	0,80	sufficiente 0,20	0,80	
B	Caratteristiche tecniche	Minor atraumaticità del dispositivo: minor rischio di lesione/danno al paziente nel posizionamento e nell'utilizzo del prodotto	C	10	ottimo 1	10,00	sufficiente 0,20	2,00	sufficiente 0,20	2,00	sufficiente 0,20	0,20	
		Facilità e tipologia delle connessioni	C	10	ottimo 1	10,00	discreto 0,40	4,00	sufficiente 0,20	2,00	insufficiente 0	0,00	
C	Certificazioni	Biocompatibilità dei materiali (EN ISO 10993) : prove eseguite e sintesi dei risultati	A	6		6		6		6,00		6	
		Prove di tenuta (uni en 1617,1997 e 1618:1997)	A	3		0		0		0,00		3	
		Sistema di Gestione Qualità per Dispositivi medici (ISO13485)	A	3		3		3		3,00		3	
		Sistema di Gestione Qualità della ditta produttrice (ISO13485)	A	3		3		3		3,00		3	
D	Confezionamento ed etichettatura	TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO	MAGGIOR robustezza dell'involucro primario a garanzia della sterilità, es. doppia busta ecc.	C	2	ottimo 1	2,00	sufficiente 0,20	0,40	ottimo 1	2,00	discreto 0,40 0,80	
			Facilità della manovra di apertura	C	1	ottimo 1	1,00	Insufficiente 0,00	0	ottimo 1	1,00	buono 0,60 0,60	
		CARATTERISTICHE DELL'ETICHETTATURA	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	C	1	ottimo 1	1,00	sufficiente 0,20	0,20	ottimo 1	1,00	ottimo 1	1
			Presenza di indicatore del punto di apertura	A	1		1		1		1,00		1
			Presenza di istruzioni per l'utilizzo del prodotto	A	1		1		0		0,00		1
			MINOR NUMERO DI PEZZI PER CONFEZIONE SECONDARIA		B	2		2		1		2,00	
E	Metodo di sterilizzazione	RAGGI GAMMA, BETA, VAPORE ED ALTRI	A	3		0		0		0,00		0	
		OSSIDO DI ETILENE	A	0,5		0,5		0,5		0,50		0,5	
F	Maggior Tempo di validità	5	A	2		2		2		2,00		2	
		<5 e >=3	A	1		0		0		0,00		0	
		<3	A	0,5		0		0		0,00		0	
totale max 70 punti						64,50		28,30		29,90		27,00	

TOTALE RIPARAMETRATO

70

30,71

32,45

29,30