

Lotti deserti procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici: sistemi di drenaggio chirurgico, sacche e sistemi di raccolta liquidi, sacche e contenitori per nutrizione ed infusione, contenitori per organi, dispositivi per somministrazione prelievo e raccolta - CND A06 - 08 - 09 – 99.

Allegato 1 al verbale tecnico n. 6 del 24.06.2021

1) Si dispone l'esclusione dell' impresa **CEA Spa** relativamente ai lotti sotto indicati, per i motivi indicati nel seguito della presente:

Lotto 15: Nella documentazione e nel dispositivo medico offerto sono presenti ftalati, contrariamente a quanto richiesto.

Lotto 20: quanto dichiarato in scheda tecnica circa la lunghezza del tubo scanalato (cm.30 con scanalatura) non corrisponde al campione presentato, la cui lunghezza è 21 cm, pertanto inferiore a quanto richiesto (30 cm +/- 20%).

Pertanto l'offerta è esclusa ai sensi degli artt. 59 c. 3 e 94 c. 1 lett. a) del D.lgs 50/2016.

2) Si dispone l'esclusione dell' impresa **Medical Spa** relativamente ai lotti sotto indicati, per i motivi indicati nel seguito della presente:

Lotto 1: Nella documentazione e nel dispositivo medico offerto non sono presenti né la singola molla, né il sistema di aspirazione "flap-stop"; inoltre la capacità del dispositivo offerto non rientra nel range +/- 20% così come richiesto.

Lotto 20: il dispositivo medico offerto presenta una lunghezza del tubo scanalato di 21 cm, Contrariamente a quanto richiesto (30 cm +/- 20%).

Pertanto l'offerta è esclusa ai sensi degli artt. 59 c. 3 e 94 c. 1 lett. a) del D.lgs 50/2016.

3) Si dispone l'esclusione dell' impresa **Medline International Italy Srl unipersonale** relativamente ai lotti sotto indicati, per i motivi indicati nel seguito della presente:

Lotto 20: il dispositivo medico offerto presenta una lunghezza della parte scanalata di 21 cm, contrariamente a quanto richiesto (30 cm +/- 20%).

Pertanto l'offerta è esclusa ai sensi degli artt. 59 c. 3 e 94 c. 1 lett. a) del D.lgs 50/2016.

4) Si dispone l'esclusione dell' impresa **Prodifarm Spa** relativamente ai lotti sotto indicati, per i motivi indicati nel seguito della presente:

Lotto 20: il dispositivo medico offerto presenta una lunghezza del tubo scanalato di 21 cm, contrariamente a quanto richiesto (30 cm +/- 20%).

Lotto 21: Nella documentazione e nel dispositivo medico offerto sono presenti ftalati, contrariamente a quanto richiesto.

Pertanto l'offerta è esclusa ai sensi degli artt. 59 c. 3 e 94 c. 1 lett. a) del D.lgs 50/2016.

5) Si dispone l'esclusione dell' impresa **Teleflex Medical Srl** relativamente ai lotti sotto indicati, per i motivi indicati nel seguito della presente:

Lotto 20: il dispositivo medico offerto presenta una lunghezza del tubo scanalato di 20 cm, contrariamente a quanto richiesto (30 cm +/- 20%); inoltre le scanalature sono tre, e non 4, come richiesto.

Lotto 24: non disponibile il FR 16 richiesto, mentre si offre un FR 14; non disponibile la lunghezza punta a J di 40 cm +/- 20%, mentre si offre una lunghezza di 23 cm.

Pertanto l'offerta è esclusa ai sensi degli artt. 59 c. 3 e 94 c. 1 lett. a) del D.lgs 50/2016.

6) Si dispone l'esclusione dell' impresa **Tecnomedical Srl** relativamente ai lotti sotto indicati, per i motivi indicati nel seguito della presente:

Lotto 15: Nella documentazione e nel dispositivo medico offerto sono presenti ftalati, contrariamente a quanto richiesto.

Lotto 20: il dispositivo medico offerto presenta una lunghezza del tubo scanalato di 20 cm, contrariamente a quanto richiesto (30 cm +/- 20%); inoltre le scanalature sono tre, e non 4, come richiesto, con presenza di lume centrale

Pertanto l'offerta è esclusa ai sensi degli artt. 59 c. 3 e 94 c. 1 lett. a) del D.lgs 50/2016.

7) Si dispone l'esclusione dell' impresa **Cardinal Health Italy 509 Srl** relativamente ai lotti sotto indicati, per i motivi indicati nel seguito della presente:

Lotto 4: assenza del CH richiesto 24/25; il dispositivo consegnato e offerto presenta CH 34.

Lotto 5: richiesto dispositivo con punta a bulbo; offerto un dispositivo senza punta a bulbo.

Lotto 29: richiesto un kit con bisturi con incisione, assente nel dispositivo offerto; inoltre non si riesce a raccordare il dispositivo senza inficiare la sicurezza.

Pertanto l'offerta è esclusa ai sensi degli artt. 59 c. 3 e 94 c. 1 lett. a) del D.lgs 50/2016.

8) Si dispone l'esclusione dell' impresa **Ile Medical Srl** relativamente ai lotti sotto indicati, per i motivi indicati nel seguito della presente:

Lotto 29: richiesto un kit con bisturi con incisione, assente nel dispositivo offerto.

Pertanto l'offerta è esclusa ai sensi degli artt. 59 c. 3 e 94 c. 1 lett. a) del D.lgs 50/2016.

9) Si dispone l'esclusione dell' impresa **Biomedica Italia Srl** relativamente ai lotti sotto indicati, per i motivi indicati nel seguito della presente:

Lotto 20: il dispositivo medico offerto presenta una lunghezza del tubo scanalato di 20 cm, contrariamente a quanto richiesto (30 cm +/- 20%).

Pertanto l'offerta è esclusa ai sensi degli artt. 59 c. 3 e 94 c. 1 lett. a) del D.lgs 50/2016.

10) Si dispone l'esclusione dell' impresa **Sanifarm Srl** relativamente ai lotti sotto indicati, per i motivi indicati nel seguito della presente:

Lotto 9: Nella documentazione e nel dispositivo medico offerto sono presenti ftalati, contrariamente a quanto richiesto "privo di lattice e ftalati".

Pertanto l'offerta è esclusa ai sensi degli artt. 59 c. 3 e 94 c. 1 lett. a) del D.lgs 50/2016.

I Commissari
Apollonia Pipere
Maria Angela Rossi
Francesca Rizzuti
F.to

Il segretario verbalizzante
Annamaria Porcu
F.to