

VALUTAZIONE LOTTO 21											
					Coefficiente tra 0 e 1 attribuito	Valutazione Medical Spa	Coefficiente tra 0 e 1 attribuito	Valutazione Medline International Italy Srl Unip.	Coefficiente tra 0 e 1 attribuito	Valutazione Tecnomedical Srl	
			CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE							
A	Funzionalità ed ergonomia	Maneggevolezza ed efficacia rispetto alla destinazione d'uso		C	16	ottimo 1	16,00	sufficiente 0,20	3,20	sufficiente 0,20	3,20
B	Caratteristiche tecniche	Minor atraumaticità del dispositivo: minor rischio di lesione/danno al paziente nel posizionamento e nell'utilizzo del prodotto		C	10	ottimo 1	10,00	discreto 0,40	4,00	sufficiente 0,20	2,00
		Maggior morbidezza del materiale		C	5	ottimo 1	5,00	discreto 0,40	2,00	sufficiente 0,20	1,00
		Maggior compatibilità e tipologia delle connessioni		C	5	ottimo 1	5,00	sufficiente 0,20	1,00	sufficiente 0,20	1,00
C	Certificazioni	Biocompatibilità dei materiali (EN ISO 10993) : prove eseguite e sintesi dei risultati		A	10		10		10		10
		Prove di tenuta (uni en 1617:1997 e 1618:1997)		A	5		0		0		0
		Sistema di Gestione Qualità per Dispositivi medici (ISO13485)		A	3		3		3		3
		Sistema di Gestione Qualità della ditta produttrice (ISO 9001)		A	3		3		3		3
D	Confezionamento ed etichettatura	TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO	MAGGIOR robustezza dell'involucro primario a garanzia della sterilità, es. doppia busta ecc.	C	2	ottimo 1	2,00	sufficiente 0,20	0,40	discreto 0,40	0,80
			Facilità della manovra di apertura	C	1	ottimo 1	1,00	discreto 0,40	0,40	discreto 0,40	0,40
		CARATTERISTICHE DELL'ETICHETTATUR A	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	C	1	ottimo 1	1,00	discreto 0,40	0,40	discreto 0,40	0,40
			Presenza di indicatore del punto di apertura	A	1		1		1		1
			Presenza di istruzioni per l'utilizzo del prodotto	A	1		1		1		1
		MINOR NUMERO DI PEZZI PER CONFEZIONE SECONDARIA		B	2		2		2		0,4
E	Metodo di sterilizzazione	RAGGI GAMMA, BETA, VAPORE ED ALTRI	A	3		0		0		0	
		OSSIDO DI ETILENE	A	0,5		0,5		0,5		0,5	
F	Maggior Tempo di validità	5	A	2		2		2		2	
		<5 e >=3	A	1		0		0		0	
		<3	A	0,5		0		0		0	
				totale max 70 punti		62,50		33,90		29,70	

TOTALE RIPARAMETRATO

70,00

37,97

33,26