

VALUTAZIONE LOTTO 7																			
				CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	Coefficiente tra 0 e 1 attribuito	Valutazione Cardinal Health 509 Srl	Coefficiente tra 0 e 1 attribuito	Valutazione Id & Co Srl	Coefficiente tra 0 e 1 attribuito	Valutazione Ite Medical Srl	Coefficiente tra 0 e 1 attribuito	Valutazione Medical Spa	Coefficiente tra 0 e 1 attribuito	Valutazione Medline International Italy Srl Unip.	Coefficiente tra 0 e 1 attribuito	Valutazione Sanifarm Srl	Coefficiente tra 0 e 1 attribuito	Valutazione Tecnomedical Srl
A	Funzionalità ed ergonomia	Maneggevolezza ed efficacia rispetto alla destinazione d'uso		C	15	discreto 0,40	6,00	ottimo 1	15,00	insufficiente 0	0,00	sufficiente 0,20	3,00	sufficiente 0,2	3,00	insufficiente 0	0,00	sufficiente 0,20	3,00
B	Caratteristiche tecniche	Maggior facilità e tipologia delle connessioni		C	13	discreto 0,40	5,20	ottimo 1	13,00	sufficiente 0,20	2,60	discreto 0,40	5,20	sufficiente 0,2	2,60	sufficiente 0,20	2,60	sufficiente 0,20	2,60
		Maggior resistenza al collabimento		C	12	buono 0,60	7,20	ottimo 1	12,00	sufficiente 0,20	2,40	discreto 0,40	4,80	sufficiente 0,2	2,40	sufficiente 0,20	2,40	sufficiente 0,20	2,40
		Minor memoria		C	8	buono 0,60	4,80	ottimo 1	8,00	sufficiente 0,20	1,60	buono 0,60	4,80	sufficiente 0,2	1,60	sufficiente 0,20	1,60	sufficiente 0,20	1,60
C	Certificazioni	Prove di tenuta (uni en 1617:1997 e 1618:1997)		A	3			0	3		0		3		0		0		0
		Sistema di Gestione Qualità per Dispositivi medici (ISO13485)		A	3		3		3		3		3		2		3		3
		Sistema di Gestione Qualità della ditta produttrice (ISO13485)		A	3		3		3		3		3		2		3		3
D	Confezionamento ed etichettatura	TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO	Maggior resistenza alla rottura dell'imballo primario e garanzia della sterilità, se, dopo essere	C	2	sufficiente 0,20	0,40	ottimo 1	2,00	sufficiente 0,20	0,40	ottimo 1	2,00	ottimo 1	2,00	sufficiente 0,20	0,40	sufficiente 0,20	0,40
			Protezione della manovra di apertura	C	1	buono 0,60	0,60	ottimo 1	1,00	sufficiente 0,20	0,20	ottimo 1	1,00	buono 0,60	0,60	sufficiente 0,20	0,20	buono 0,60	0,60
			Misura, data e scadenza in cartello o simboli ben visibili	C	1	ottimo 1	1,00	ottimo 1	1,00	sufficiente 0,20	0,20	ottimo 1	1,00	buono 0,60	0,60	sufficiente 0,20	0,20	ottimo 1	1,00
		CARATTERISTICHE DELL'ETICHETTATURA	Presenza di indicatore del punto di apertura	A	1		1		1		1		1		1		1		1
			Presenza di simbolo per l'apertura	A	1		0		0		0		1		1		0		0
			Presenza di simbolo per l'apertura del prodotto	A	1		0		0		0		0		1		0		0
		MINORI NUMERO DI SACCHE PER CONFEZIONE SECONDARIA		B	2		2		0,8		1,3		1		2		1,3		1,5
		RADIO GAMMA, BETA, VAPORE ED ALTRE		A	3		3		0		0		0		0		0		0
E	Metodo di sterilizzazione	OSSIDO DI ETILENE		A	0,5		0		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5
F	Tempo di validità	5		A	2		2		2		2		2		2		2		2
		<5 e >=3		A	1		0		0		0		0		0		0		0
		<3		A	0,5		0		0		0		0		0		0		0
				totale max 70 punti															
							39,20		65,30		18,20		36,30		23,30		18,20		22,60
				TOTALE RIPARAMETRATO			42,02		70		19,51		38,91		24,98		19,51		24,23