ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Nuoro

Direzione Area Socio Sanitaria Locale

Nuoro, 13.01.2020

ATS-AZIENDA TUTELA SALUTE
NP 2020/1372 del 13/01/2020 ore 09,33
Mitt . ASSL Nuoro Presidio Ospedaliero S ..
Ass. SC Servizio Giuridico Amministrat
Class 1

Direttore Servizio
Giuridico Amministrativo di Area
Dr. F. Pittalis

Direttore ASSL
Dott. G. Cattina

E p.c. S.C. Fisica Sanitaria

Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione
Ing. S. Fatteri

Oggetto: acquisto DPI (Normativa CEI EN ISO 61331-1) personale radio esposto UU.OO. Cardiologia, Radiologia Interventistica, Chirurgia Vascolare.

Al fine di ottemperare alle disposizioni in tema di radioprotezione, in sostituzione dei dispositivi usurati, non ergonomici o per nuova dotazione, si chiede **la fornitura urgente** di DPI anti "X" per il personale medico e sanitario che opera nelle attività interventistiche. I DPI dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:

1. **Camici per la protezione completa anteriore, laterale e posteriore del corpo. Protezione frontale con sovrapposizione completa. Modello spezzato (corpetto + gonna), con scarico lombare.**

- Protezione richiesta: frontale 0,5 mm Pb Eq. Posteriore 0,25 mm Pb Eq. Protezione testata fino a 150 KV.
- Materiale privo di Piombo e di peso contenuto.
- Rivestimento esterno in materiale privo di lattice, idrorepellente, facilmente lavabile, possibilmente con trattamento antibatterico.
- Modello completamente avvolgente.
- Protezione anteriore con pannelli che si sovrappongono totalmente.
- Chiusura anteriore con velcro.
- Taschino interno porta dosimetro.
- Taschino esterno porta dosimetro non protetto.

Direzione ASSL Nuoro
Via Demurtas, 1 08100 NUORO
Tel. 0784 240642
direzionegenerale@aslnuoro.it

Urgente !!

ASLNuoro

- Spalline imbottite con protezione RX.

2. **Occhiali per la protezione del cristallino**

- Protezione richiesta: frontale 0,75 mm Pb Eq. Laterale: 0,35 mm Pb Eq.

3. **Collari per la protezione della tiroide.**

- Protezione richiesta: su tutta la circonferenza 0,5 mm Pb Eq.
- Caratteristiche generali come elencate per i camici

Di seguito il fabbisogno dei DPI per le UU.OO. di cui all'oggetto:

U.O. Cardiologia (Emodinamica ed Elettrofisiologia)

- N. 17 Camici personalizzati
- N. 17 Collari tiroidei
- N. 17 Occhiali anti "X"
- N. 3 Supporti mobili per camici e collari

U.O. Radiologia (Angiografia Interventistica)

- N. 12 Camici personalizzati
- N. 12 Collari tiroidei
- N. 12 Occhiali anti "X";
- N. 2 Supporti mobili per camici e collari

U.O. Chirurgia Vascolare

- N. 6 Camici personalizzati
- N. 6 Collari tiroidei
- N. 6 Occhiali anti "X";
- N. 6 paia di guanti chirurgici anti "X";
- N. 1 Supporto mobile per camici e collari

ASLNuoro

Si richiedono inoltre N. 3 Camici (Taglie Medium, Large, Extra Large) e N. 3 Collari tiroidei non personalizzati per gli operatori esterni. Una volta avviata la procedura d'acquisto, la Ditta fornitrice dovrà prendere accordi con i Coordinatori delle suddette UU.OO. e la struttura di Fisica Sanitaria per le modalità della fornitura, la raccolta delle taglie per ciascun operatore e provveda allo smaltimento dei dispositivi sostituiti.

Nel sottolineare ancora l'urgenza della fornitura, si porgono distinti saluti.

Il Direttore f.f. del P.O.U.
Dott.ssa Antonella Tatti

ATSSardegna - ASSL Nuoro
Ospedale "San Francesco" - Nuoro
Direzione Sanitaria
Dirigente Medico
Dott.ssa Antonella Tatti

Dr.ssa Francescanna Cabras
Esperto Qualificato
N° 966 - I Grado

Dr.ssa Francescanna Cabras
ESPERTO QUALIFICATO
N° 966 - I Grado