CHIARIMENTI FORNITURA E SERVIZI CONNESSI, IN CINQUE LOTTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, DI APPARECCHIATURE DA DESTINARE AI PUNTI NASCITA DI ATS SARDEGNA

Chiarimento n°1 del 22/12/2021 *- Riferimento Lotto 3:In riferimento al documento "allegato 1 capitolato tecnico", in particolare riguardo il lotto 3 relativo alla fornitura di n.12 lampade per fototerapia, si richiede di specificare se la caratteristica tecnica: "monitoraggio della temperatura cutanea" sia da considerare un refuso, oppure se si tratta di una caratteristica tecnica richiesta, che preveda un modulo dedicato all'impostazione e monitoraggio della temperatura cutanea del neonato, con relativo radiante riscaldante aggiuntivo alla fototerapia, di cui ci risulta un unico produttore presente sul mercato.*

Riscontro n°1:

Con riferimento al*"Chiarimento 1 - Riferimento Lotto 3"*, si conferma quanto indicato nel Capitolato tecnico. In particolare, si veda la specifica tecnica la quale richiede esclusivamente il "monitoraggio della temperatura cutanea" del neonato.

Chiarimento n°2 del 22/12/2021*- Riferimento Lotto 4:In riferimento al documento "allegato 1 capitolato tecnico", in particolare riguardo il lotto 4 relativo alla fornitura di n.2 incubatrici neonatali, si richiede se il requisito di seguito indicato:"Pulsossimetria integrata con tecnologia Masimo, per la determinazione della saturazione d'ossigeno e della frequenza del polso; "Possa essere soddisfatto con tecnologia non integrata nell'apparecchiatura ma esterna al corpo macchina, perfettamente equivalente dal punto di vista funzionale ai fini del monitoraggio della saturazione d'ossigeno e della frequenza del polso del neonato.*

Riscontro n°2:

Con riferimento al*"Chiarimento 2 - Riferimento Lotto 4"*, si precisa quanto segue:

in relazione al requisito:
"Pulsossimetria integrata con tecnologia Masimo, per la determinazione della saturazione d'ossigeno e della frequenza del polso" la parola "integrata" è un refuso. La caratteristica richiesta è da intendersi come segue:
"Pulsossimetria con tecnologia Masimo, per la determinazione della saturazione d'ossigeno e della frequenza del polso"

Chiarimenton°3 del10/01/2022

Spett.le ATS,
sottoponiamo alla Vs. cortese attenzione i seguenti chiarimenti riferiti al lotto 4 della suddetta procedura:
Quesito:
In riferimento al capitolato tecnico della procedura in oggetto, in relazione alle caratteristiche richieste elencate in "Caratteristiche Incubatrice neonatale da reparto" (LOTTO 4 – Incubatrice neonatale da reparto), viene richiesto:
• Pulsossimetria integrata con tecnologia Masimo, per la determinazione della saturazione d'ossigeno e della frequenza del polso;
chiediamo conferma che per "Pulsossimetria integrata" si intenda la necessità di avere un modulo di monitoraggio della SpO2 che, in quanto integrato in un sistema medicale, in conformità alle normative vigenti, sia certificato ed approvato per l'utilizzo dal costruttore, e pertanto presente nel manuale operatore e service nell'elenco degli accessori certificati ed approvati dallo stesso costruttore dell'incubatrice neonatale offerta.

Riscontro n°3:

Si veda riscontro e rettifica relativa al quesito n°2.

Chiarimenton°4 del12/01/2022

Buongiorno,
con riferimento alla trattativa in oggetto, Lotto 1, si comunica che i tempi previsti dalla fabbrica per la consegna delle apparecchiature sono di circa 12 settimane per l'attuale mancanza di parti per l'assemblaggio dei cardiotocografi.
Si chiede di poter ugualmente rispondere pur non rispettando i tempi espressi nella lettera di invito (30 giorni).
Cordiali saluti

Riscontro n°4

Con riferimento al*"Chiarimento 3 - Riferimento Lotto 1"*, si conferma quanto indicato nel Capitolato tecnico.