

ALLEGATO "C"

LOTTO 2: POMPA PER NUTRIZIONE ENTERALE				
SCHEDA N°1 : REQUISITI MINIMI (rispondere con una X nella riga corrispondente)				
STRUMENTO			si	no
1	semplicità d'impostazione e facilità d' uso			
2	peso contenuto, basso ingombro, facilità di trasporto	≤ 1,5 Kg con morsetto per asta		
3	velocità di erogazione (impostabile almeno nel range)	1-300 ml/h		
4	incrementi	1 ml/h		
5	precisione d'infusione	± 10% o ± 0,5 ml/h		
6	possibilità di effettuare il lavaggio della linea di infusione			
7	ampio display con software ed istruzioni in italiano			
8	sistema anticaduta libera (blocco dell' erogazione continua)			
9	indicatore visivo di funzionamento a batteria e/o corrente e carica residua della batteria			
10	alimentazione a rete a 220 V ± 10% , 50 Hz e batteria ricaricabile, con autonomia, a 100ml/h, minimo di 3 ore con commutazione automatica dell' alimentazione			
11	allarmi sonori e visivi per batteria scarica, occlusione, fine infusione, malfunzionamento(autodiagnosi) presenza di aria nella linea infusione			
12	allarmi non disattivabili automaticamente (necessità di intervento dell'operatore)			
13	tasti e display su pannello protetti da accidentali infiltrazioni di acqua			
14	utilizzabile sia in ambito ospedaliero che domiciliare			
15	Predisposizione per fissaggio a stativi, barre orizzontali o aste verticali			
16	conforme alle norme tecniche di settore (P.E. CEI 62-5, CEI 62-148, CEI 62-50 ETC)			
17	Marcatura CE			
DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO			si	no
14	sterili e confezionati singolarmente			
15	ideali all' uso cui sono destinati (compatibilità con le diete enterali presenti in commercio)			
16	perfetta raccordabilità tra sacca e deflussore			
17	deflussori raccordabili ai sondini di varie ditte e di lunghezza adeguata			
18	compatibili con la pompa offerta per le voci A-B-C-D-E			
19	Marcatura CE			
SCHEDA N°2 (compilare obbligatoriamente con una descrizione sintetica)				
APPARECCHIATURA				
1	codice strumento			
2	Numero di repertorio della banca dati del Ministero			
	<i>se non indicato il n° di repertorio indicare:</i>			
3	Classificazione Nazionale del Dispositivo			
4	Fabbricante			
5	anno fabbricazione			
6	destinazione d'uso			
	<i>parametri per l'attribuzione del punteggio dell'apparecchiatura</i>		<i>da compilare a cura della ditta offerente</i>	Punteggio Max. attribuibile
7	Ergonomia:intuitività dell'interfaccia; semplicità delle operazioni di caricamento nella pompa del set d'infusione; autopriming.			10

ALLEGATO "C"

8	Minori dimensioni e peso		5
9	Sistemi di sicurezza proposti (p.e riconoscimento del set inserito,sensori flusso,sensori pressione,etc)		5
10	Indicazione del volume erogato e volume residuo		3
11	Archivio eventi maggior numero di eventi memorizzabili		3
12	Ulteriori allarmi rispetto a quelli minimi richiesti voce 11 requisiti r		3
13	Durata massima della batteria ricaricabile,con dispositivo funzionante alla velocità di 100 ml/h		2
14	Possibilità di ulteriore alimentazione elettrica 12 V per utilizzo in autovettura		2
15	Maggior Grado di Impermeabilità (IP-x)		2
16	Migliore precisione d' infusione rispetto al valore minimo richiesto alla voce 5 requisiti minimi		3
17	Volume minimo e massimo programmabile e relativi incrementi in ml/ora		2
DISPOSITIVI MEDICI			
18	Codice prodotto voce 2 B		
19	Numero di repertorio della banca dati del Ministero		
	se non indicato il n° di repertorio indicare:		
20	fabbricante		
21	destinazione d'uso		
22	Classificazione Nazionale dei Dispositivo		
	<i>Parametri per l'attribuzione del punteggio dei dispositivi medici monouso sterili</i>	<i>da compilare a cura della ditta offerente</i>	Punteggio Max.
23	Funzionalità ed ergonomia		3
24	materiale di costruzione		3
25	assenza di lattice		2
26	assenza di ftalati		2
27	confezionamento ed etichettatura		2
28	metodo di sterilizzazione		2
29	tempo di validità' del prodotto sterile		1
ASSISTENZA TECNICA			
	<i>Parametri per l'attribuzione del punteggio</i>	<i>da compilare a cura della ditta offerente</i>	Punteggio Max. attribuibile
30	assistenza telefonica con numero dedicato da lun a ven dalle 9 alle 18		2
31	tempi massimi di soluzione guasto dalla chiamata telefonica (fa fede la registrazione chiamata della struttura dell'Azienda assegnataria del bene)		2
32	manutenzioni programmate: valutazione del programma in termini di minor durata di eventuali fermi macchina e di minore interferenza di attività sanitaria di istituto		
33	tempi di sostituzione apparecchio non funzionante		0,5
34	Addestramento (ore)		0,5