

PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI EMOGASANALITICI DIETRO CESSIONE IN "SERVICE" DELLE APPARECCHIATURE. NUMERO GARA 6894145 –

AVVISO DI CHIARIMENTI DEL 28/12/2017

Quesito 1

In riferimento al Vs. "Avviso di chiarimenti del 14/12/2017", pubblicato sull'a piattaforma SardegnaCat, la risposta che Codesta Spettabile Amministrazione ha dato al Quesito n. 36, sembrerebbe aver modificato quanto richiesto nei documenti di gara (Profilo A del Lotto N. 2), inserendo un ulteriore esame, Cl.

Si chiede dunque di confermare quale requisito essenziale alla partecipazione, quanto già richiesto nel Vs. Capitolato Speciale, Art. 1 - Lotto 2, nel quale vengono dettagliati i seguenti esami per il profilo A:

Profilo A	pH, P02, PC02, HC03, Elettroliti (Na, K, Ca ionizzato), Hct e/o Hb, Glucosio
-----------	--

o comunque di considerare l'esame Cl come "auspicabile", al fine di permettere la più ampia partecipazione. Tale modifica, se confermata, comporterebbe, infatti, una sopravvenuta impossibilità per la Scrivente di partecipare alla procedura in oggetto.

Riscontro Quesito 1

A seguito di ulteriori richieste di chiarimenti, riesaminate puntualmente le prescrizioni del capitolato nella sua formulazione originaria, se ne confermano i contenuti.

Tuttavia si ritiene auspicabile la presenza dell'anione Cl con la precisazione che la non disponibilità non potrà essere motivo di esclusione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Carlo Contini

