

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016, MEDIANTE RDO SUL MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN UN UNICO LOTTO, DI VENTILATORI POLMONARI PRESSOVOLUMETRICI DA DESTINARE A DIVERSE AREE SOCIO SANITARIE LOCALE DI ATS SARDEGNA.

VERBALE DI 1° SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

L'anno duemiladiciotto, il giorno 19 del mese di Giugno, presso la sede dell'ASSL di Cagliari, via Pier della Francesca n. 1 – Selargius (CA), si è riunita in seduta riservata, per procedere alla valutazione delle offerte tecniche, la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione del Direttore ASSL di Cagliari n. 1965 del 04/06/2018, composta da:

Presidente Componente	Ing. Giovanni Secci, Dirigente Ingegnere di ATS Sardegna
Componente	Dott. Cesare Severino, Dirigente Medico di ATS Sardegna
Componente	Dott.ssa Sara Samuela Tamponi, Dirigente Farmacista di ATS Sardegna
Segretario	Dott.ssa Elisabetta Sirigu, collaboratore amministrativo di ATS Sardegna

Si precisa, altresì, che alla seduta partecipa la Dott.ssa Elisabetta Sirigu, funzionario della stazione appaltante, la quale, svolgerà le funzioni di segretario e, pertanto, curerà le operazioni di mera verbalizzazione della seduta della commissione e delle relative operazioni, senza con ciò partecipare alle valutazioni e decisioni del collegio.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti delle Commissioni e del Segretario, dà inizio ai lavori.

Si dà atto che, entro il termine fissato per il 23/05/2018, relativamente alla procedura in oggetto sono pervenute sette offerte dai seguenti operatori economici:

LINDE MEDICALE S.R.L.
VIVISOL S.R.L.
VITALAIRE ITALIA
MEDICAIR CENTRO S.R.L.
MEDIGAS ITALIA SRL
GENERAL RAY SRL
SAPIO LIFE SRL

Che preliminarmente, in seduta pubblica telematica, si è proceduto allo sblocco e all'apertura delle Offerte tecniche per la verifica della presenza dei documenti relativi alle singole Offerte Tecniche. Che, in esito a tale verifica, è risultato che tutti gli operatori offerenti hanno presentato correttamente la documentazione tecnica e pertanto sono ammessi alla fase di valutazione.

In conformità a quanto prescritto dal disciplinare di gara si procederà, innanzitutto, a verificare la corrispondenza/conformità delle caratteristiche e dei requisiti minimi dichiarati da ciascun concorrente nella propria offerta tecnica rispetto a quelli a base di offerta previsti, a pena esclusione, nel Capitolato tecnico e, in generale, nella documentazione di gara.

Tutto ciò premesso, la Commissione procede alle operazioni di cui sopra.

La Commissione esamina la documentazione tecnica presentata dai partecipanti verificando la rispondenza tra le caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte e quelle previste a pena d'esclusione nel capitolato tecnico di gara. L'esito di tali valutazioni è riportato nella tabella allegata al presente verbale.



La Commissione, dà atto che le offerte conformi alle condizioni tecniche e contrattuali minime a base di gara e, pertanto, ammesse alle successive fasi di gara sono:

VIVISOL S.R.L.
MEDICAIR CENTRO S.R.L.
MEDIGAS ITALIA SRL
SAPIO LIFE SRL

Le offerte presentate dai concorrenti LINDE MEDICALE S.R.L., GENERAL RAY SRL e VITALAIRE ITALIA non sono conformi ai requisiti minimi richiesti pena esclusione per le motivazioni riportate per ciascun concorrente nella tabella anzidetta.

La Commissione delibera di comunicare tali non conformità al RUP per le comunicazioni di esclusione di cui all'art 76 comma 5 lett B del D.Lgs 50/2016.

Ultimate le sopraindicate operazioni così come previsto per la data odierna, il Presidente dichiara chiusa la seduta ed aggiorna i lavori della commissione.

I COMPONENTI

Dott. Cesare Severino



Dott.ssa Sara Samuela Tamponi




IL PRESIDENTE/COMPONENTE

Ing. Giovanni Secci



IL SEGRETARIO

Dott.ssa Elisabetta Sirigu



Caratteristiche minime a pena di esclusione	General Ray	Linde	Medicalr	Medigas	Sapto life	Vitalaire	Vivisol
1. Possibilità di utilizzo per pazienti adulti e pediatrici con Vt da 50 ml a 2000ml;	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf
2. Modalità di ventilazione invasiva: VCV, AVCV, PCV, APCV, SIMV, PSV, PSV a volume garantito o volume target o di sicurezza;	si - offerta tecnica.pdf e manuale d'uso.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf
3. Modalità di ventilazione non invasiva: CPAP;	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf
4. Possibilità di cambiare le modalità ventilatorie durante l'uso;	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf
5. Range di pressione: lpap 5 - 40 cmH2O;	si - offerta tecnica.pdf	verificare conversione	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	no (da 6,11 cmH2O); offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf
6. Range di pressione in modalità CPAP: lpap 5 - 20 cmH2O;	si - offerta tecnica.pdf	verificare conversione	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf			
7. Range PEEP: 0 - 20 cmH2O;	si - offerta tecnica.pdf	verificare conversione	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf			
8. Possibilità di arricchimento in O2 dell'aria inspirata;	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf
9. Frequenza respiratoria da 5 a 40 atti al minuto;	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf
10. Funzionante sia con circuito bitubo che con monotubo con perdita;	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf
11. Possibilità prevista dal costruttore nel manuale d'uso di utilizzo di circuiti universali non dedicati per lo specifico apparecchio;	si - offerta tecnica.pdf	NO - documento offerta tecnica.pdf riporta "non indicato sul manuale d'uso"	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	possibilità limitata ad alcuni marchi autorizzati dal produttore - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf
12. Visualizzazione di tutti i parametri di ventilazione, delle curve di pressione e di flusso, e allarmi;	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf
13. Trigger inspiratorio a flusso o a pressione con diversi livelli di sensibilità;	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf
14. Possibilità di impostare i tempi di inspirazione e la rampa;	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf
15. Trigger espiratorio automatico o con diverse percentuali di azione sul picco flusso;	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf
16. Allarmi programmabili su apnea, disconnessione paziente, occlusione, volume corrente, volume minuto, batteria scarica, pressione massima e minima, mancanza alimentazione di rete elettrica, alta e bassa frequenza respiratoria;	si - offerta tecnica.pdf	si - scheda prodotto.pdf	si - scheda prodotto.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	no - non dichiara allarmi apnea e bassa frequenza respiratoria - l'assenza viene giustificata come "Tali allarmi utilizzano algoritmi differenti, ma perseguono lo stesso scopo, ossia quello di salvaguardare la sicurezza del paziente" - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf
17. Regolazione del volume degli allarmi;	si - offerta tecnica.pdf	NO - documento offerta tecnica.pdf riporta "NO"	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	no - possibilità subordinata alla modalità di ventilazione - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf
18. Rumorosità non superiore a 38 dB;	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf
19. Dimensioni contenute con peso (completo di batteria interna) non superiore ai 5 Kg ± 10%;	Offerta Tecnica riporta 4,5kg ma scheda tecnica riporta 5,5kg.pdf	NO - documento offerta tecnica.pdf riporta 5,9kg senza e 6,6kg con batteria di ricambio (valori comunque fuori tolleranza)	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf			
20. Batteria interna al litio di durata di minima 4 ore (± 15%) in funzionamento ventilatorio, implementabile con batteria esterna;	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf
21. Possibilità di scaricare i dati con dispositivo USB o con SD CARD;	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - come da chiarimenti forniti - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf
22. Blocco parametri impostati;	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf
23. Dotato di borsa specifica;	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf
24. Dotazione completa (da consegnare insieme all'apparecchiatura) di:							
i. alimentatore (se esterno all'apparecchiatura) completo di cavo di alimentazione;	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf
ii. Filtri aria antipolvere monouso (sono accettati anche i filtri lavabili riutilizzabili) in numero sufficiente a garantire la copertura per tutta la durata del contratto (massimo 18 mesi).	non vengono dichiarati quantitativi sufficienti a coprire fabbisogno 18 mesi	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf
iii. manuale d'uso in lingua italiana;	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf
iv. memory card o chiavetta USB per lo scarico dei dati di compliance ed efficacia con capacità non inferiore a 1 GB.	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf	no - non offre memory card o chiavetta USB e vincola trasmissione a presenza rete wi-fi - scheda tecnica.pdf	si - offerta tecnica.pdf
CONFORMITA'	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI

Handwritten signatures and initials.

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016, MEDIANTE RDO SUL MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN UN UNICO LOTTO, DI VENTILATORI POLMONARI PRESSOVOLUMETRICI DA DESTINARE A DIVERSE AREE SOCIO SANITARIE LOCALE DI ATS SARDEGNA.

VERBALE DI 2° SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

L'anno duemiladiciotto, il giorno 12 del mese di Luglio, presso la sede dell'ASSL di Cagliari, via Pier della Francesca n. 1 – Selargius (CA), si è riunita in seduta riservata, per procedere alla valutazione delle offerte tecniche, la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione del Direttore ASSL di Cagliari n. 1965 del 04/06/2018, composta da:

Presidente Componente	Ing. Giovanni Secci, Dirigente Ingegnere di ATS Sardegna
Componente	Dott. Cesare Severino, Dirigente Medico di ATS Sardegna
Componente	Dott.ssa Sara Samuela Tamponi, Dirigente Farmacista di ATS Sardegna
Segretario	Dott.ssa Elisabetta Sirigu, collaboratore amministrativo di ATS Sardegna

Si precisa, altresì, che alla seduta partecipa la Dott.ssa Elisabetta Sirigu, funzionario della stazione appaltante, la quale, svolgerà le funzioni di segretario e, pertanto, curerà le operazioni di mera verbalizzazione della seduta della commissione e delle relative operazioni, senza con ciò partecipare alle valutazioni e decisioni del collegio.

La seduta odierna è stata convocata per procedere all'attribuzione del punteggio tecnico sulla base dei criteri ed in ragione dei relativi fattori ponderali indicati nel disciplinare di negoziazione, sull'offerta tecnica presentata dai concorrenti:

VIVISOL S.R.L.
MEDICAIR CENTRO S.R.L.
MEDIGAS ITALIA SRL
SAPIO LIFE SRL

L'esito di tali valutazioni è riportato nella tabella allegata al presente verbale.

I COMPONENTI

Dott. Cesare Severino

Dott.ssa Sara Samuela Tamponi

IL PRESIDENTE/COMPONENTE

Ing. Giovanni Secci

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Elisabetta Sirigu

Criterio	Tipologia	Punti max	Medicair	coefficiente	Punti	Medigas	coefficiente	Punti	Sapiolife	coefficiente	Punti	Vitalcol	coefficiente	Punti
Volume corrente minimo: =50 ml (0 punti) =40 e <50 ml (1 punto) =30 e <40 ml (3 punti) <30 ml (5 punti)	QUANTITATIVO	5	300-2500 ml (Adulti), 50-500 ml (Pediatrico)	0,00	0	0,05 - 2 L	0,00	0	30ml	0,60	3	50ml	0,00	0
Volume corrente massimo: =2000 (0 punti) =2500 e >2000 (1 punto) >2500 (3 punti)	QUANTITATIVO	3	300-2500 ml (Adulti), 50-500 ml (Pediatrico)	0,33	1	0,05 - 2 L	0,00	0	2500ml	0,33	1	2500ml	0,33	1
Valore massimo impostabile (pap): =40 (0 punti) =45 e >40 (1 punto) =50 e >45 (2 punti) >50 (3 punti)	QUANTITATIVO	3	4-40 cmH2O	1,00	3	(pap 4 - 50 cmH2O)	0,67	2	5-50 cm H2O	0,67	2	50 cm H2O	0,67	2
Valore massimo impostabile della frequenza respiratoria rispetto al minimo richiesto (bpm) =40 (0 punti) =50 e >40 (2 punti) >50 (4 punti)	QUANTITATIVO	4	4-40 bpm (Adulti), 6-80 bpm (Pediatrico)	1,00	4	Frequenza respiratoria da 4 a 50 atti al minuto	0,50	2	80 bpm (pediatrico) 60 bpm (adulti)	1,00	4	80 bpm	1,00	4
Livello di rumorosità in db =38 db (0 punti) =30 e <38 db (1 punto) =25 e <30 db (3 punti) >25 db (5 punti)	QUANTITATIVO	5	< 30 dB(A) e 10 cmH2O a 1 m	0,60	3	28dB	0,60	3	< 30 dB	0,60	3	35dB	0,20	1
Peso completo di batteria interna =5 Kg (0 punti) =4,5 Kg e <5 Kg (1 punto) =4,0 e <4,5 Kg (3 punti) <4 Kg (5 punti)	QUANTITATIVO	5	5,2 kg	0,00	0	Dimensioni contenute con peso completo di batteria interna pari a 4,72 kg	0,20	1	3,4kg	1,00	5	3,2Kg	1,00	5
Capacità Memory Card =1 GB (0 punti) >1 e <2 GB (1 punto) >2 GB (2 punti)	QUANTITATIVO	2	2GB	0,50	1	2GB	0,50	1	non dichiara capacità memory card	0,00	0	4GB	1,00	2
Caratteristiche del software di visualizzazione dei dati utilizzo paziente (della-con riferimento ai parametri monitorati inclusi nella configurazione offerta e non a quelli ulteriori potenzialmente attivabili e alle modalità di trasmissione dati offerte nella configurazione proposta)	DISCREZIONALE	6	ampio display (non specifica le dimensioni); non vengono dettagliate particolari caratteristiche utili a valutare l'intuitività e la facilità di utilizzo	0,50	3	ottimo display in termini di ampiezza 7", non vengono dettagliate particolari caratteristiche utili a valutare l'intuitività e la facilità di utilizzo	0,67	4	ottimo display in termini di ampiezza 7", non vengono dettagliate particolari caratteristiche utili a valutare l'intuitività e la facilità di utilizzo	0,67	4	ottimo display (ampio 7" LCD a colori) con icone "big button" che facilitano e rendono intuitive le impostazioni e la visualizzazione dei parametri	1,00	6
Minori tempi di intervento dal momento della chiamata (ore) =6 ore (0 punti) =5 e >4 ore (1 punto) =3 e <4 (3 punti) <3 (4 punti)	QUANTITATIVO	4	Intervento garantito in un tempo inferiore alle 3 ore (solari) dalla ricezione della richiesta/chiamata	1,00	4	tempo di intervento entro 6 (sei) ore solari (esclusi sabato, domenica, festivi)	0,00	0	non dichiara tempi di intervento (veco che non si partiva di tempi minimi a pena di esclusione ma la durata massima prevista è 6 ore)	0,00	0	entro 2h+50minuti	1,00	4
Mesi di garanzia (condizioni da capitolato) =24 (0 punti) =30 e >24 (1 punto) =36 e >30 (2 punti) =42 e >36 (4 punti) =48 e >42 (5 punti) >48 (7 punti)	QUANTITATIVO	7	36 (frattempo) mesi sull'apparecchiatura offerta	0,20	2	24 mesi	0,00	0	37	0,57	4	48	1,00	7

[Handwritten signature]

Criterio	Tipologia	Punti max	Medicall	coeff.	Punti	Medigas	coeff.	Punti	Sapielle	coeff.	Punti	Vivisol	coeff.	Punti
Soluzioni proposte per incrementare l'autonomia di funzionamento senza alimentazione da rete elettrica, rispetto al minimo indicato in capitolato (2). Batteria interna al litio di durata di minima 4 ore (±15%) in funzionamento ventilatorio, implementabile con batteria esterna;	DISCREZIONALE	8	batteria interna ha autonomia 4 ore - autonomia incrementabile con batterie mod. click-on integrabile, che aggiunge una autonomia di ulteriori 8 ore (15 in tutto)	0,83	5	E' possibile l'utilizzo di un gruppo batteria esterna (Akkupack) che opera come gruppo di continuità e in grado di aumentare la capacità di funzionamento di ulteriori 11 ore	0,87	4	non si rilevano soluzioni volte ad aumentare l'autonomia offerta dalla batteria principale/integrata	0,00	0	Implementabile batteria esterna dedicata (8 ore garantite già con la batteria integrata) che consente ulteriori 8 ore (18 in tutto)	1,00	6
Modulo per monitoraggio SpO2 offerto senza ulteriore incremento della base d'asta	SINO	2	non offerto	0,00	0	non offerto	0,00	0	no	0,00	0	si	1,00	2
Modulo per monitoraggio EtCO2 offerto senza ulteriore incremento della base d'asta	SINO	2	non offerto	0,00	0	non offerto	0,00	0	no	0,00	0	no	0,00	0
Certificato per l'utilizzo durante il volo. Conformità RTCA/DO-160	SINO	2	non offerto	0,00	0	non offerto	0,00	0	no	0,00	0	si	1,00	2
Fornitura senza incremento di costo rispetto alla base d'asta di ulteriori pacchi batterie (concerneranno all'attribuzione del punteggio solo gli ulteriori pacchi batterie offerti che consentiranno un'autonomia in funzionamento ventilatorio standard pari ad almeno il pacco batterie base offerto); =1 (2 punto) =>2 (3 punti)	QUANTITATIVO	3	ulteriori 22 batterie esterne (1 per ciascun ventilatore)	1,00	3	non vengono offerti ulteriori pacchi batterie rispetto a quelli base offerti	0,00	0	non vengono offerti ulteriori pacchi batterie rispetto a quelli base offerti	0,00	0	ulteriori 22 batterie esterne (1 per ciascun ventilatore)	1,00	3
Ulteriori modalità di ventilazione offerte rispetto alle minime richieste	DISCREZIONALE	6	non rilevano particolari modalità di ventilazione ulteriori	0,00	0	non rilevano particolari modalità di ventilazione ulteriori	0,00	0	si segnala in particolare la modalità MPV	1,00	6	modalità IVAPS	1,00	6
Presenza funzione "sospiro" / "respirazione" / "sospirazione"	SINO	2	si	1,00	2	sospirone	1,00	2	no	0,00	0	si	1,00	2
Regolazione parametri (p.e.: intervallo sospiri, ampiezza) funzione "sospiro" / "respirazione" / "sospirazione"	DISCREZIONALE	3	ampie possibilità di regolazione dei parametri	0,87	2	ampie possibilità di regolazione dei parametri, si segnalano in particolare 10 step disponibili per il trigger inspiratorio	1,00	3	ampie possibilità di regolazione dei parametri	0,87	2	ampie possibilità di regolazione dei parametri	0,87	2
Totale		70			33			22			34			55

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016, MEDIANTE RDO SUL MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN UN UNICO LOTTO, DI VENTILATORI POLMONARI PRESSOVOLUMETRICI DA DESTINARE A DIVERSE AREE SOCIO SANITARIE LOCALE DI ATS SARDEGNA.

VERBALE DI 3° SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

L'anno duemiladiciotto, il giorno 11 del mese di Settembre, presso la sede dell'ASSL di Cagliari, via Pier della Francesca n. 1 - Selargius (CA), si è riunita in seduta riservata, per procedere alla valutazione delle offerte tecniche, la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione del Direttore ASSL di Cagliari n. 1965 del 04/06/2018, composta da:

Presidente Componente Ing. Giovanni Secci, Dirigente Ingegnere di ATS Sardegna
Componente Dott. Cesare Severino, Dirigente Medico di ATS Sardegna
Componente Dott.ssa Sara Samuela Tamponi, Dirigente Farmacista di ATS Sardegna
Segretario Dott.ssa Elisabetta Sirigu, collaboratore amministrativo di ATS Sardegna

Si precisa, altresì, che alla seduta partecipa la Dott.ssa Elisabetta Sirigu, funzionario della stazione appaltante, la quale, svolgerà le funzioni di segretario e, pertanto, curerà le operazioni di mera verbalizzazione della seduta della commissione e delle relative operazioni, senza con ciò partecipare alle valutazioni e decisioni del collegio.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti delle Commissioni e del Segretario, dà inizio ai lavori.

Si dà atto che, successivamente alla comunicazione di esclusione, in data 29/08/2018 l'operatore economico General Ray ha contestato le motivazioni dell'esclusione.

In riferimento a tali contestazioni dell'operatore economico General Ray, si rappresenta quanto segue:

Relativamente alla voce 19 del Capitolato Tecnico che richiede "dimensioni contenute con peso (completo di batteria interna) non superiore ai 5kg +/-10%.

La Commissione, preso atto delle indicazioni pervenute, rileva che il peso rientra nel limite massimo di tolleranza del 10%, ovvero 5,5 kg (batteria compresa); pertanto l'offerta risulta, rispetto a tale parametro, di fatto conforme;

Relativamente alla voce 24.ii del Capitolato Tecnico che richiede "Filtri aria antipolvere monouso (sono accettati anche i filtri lavabili riutilizzabili) in numero sufficiente a garantire la copertura per tutta la durata del contratto (massimo 18 mesi), si osserva quanto segue.

Si confermano i motivi di esclusione già rilevati nel corso della seduta riservata del 19/06/2018.

L'offerta tecnica in questione è del tutto carente in merito alla richiesta del capitolato sopra indicata, relativa alla fornitura di filtri aria in quantità sufficiente per un impiego pari a mesi 18. In nessuna parte dell'offerta tecnica, infatti, General Ray assume tale impegno per il periodo richiesto, limitandosi esclusivamente ad indicare una dotazione standard di vendita, certamente non sufficiente.


La Commissione conferma pertanto che l'offerta del concorrente General Ray risulta, carente, imprecisa e non ammissibile in relazione alla specifica di cui alla voce 24.ii del Capitolato Tecnico.

I COMPONENTI

Dott. Cesare Severino



Dott.ssa Sara Samuela Tamponi



IL PRESIDENTE/COMPONENTE

Ing. Giovanni Secci



IL SEGRETARIO

Dott.ssa Elisabetta Sirigu

