PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DI TERRENI DI COLTURA PER LA MICROBIOLOGIA E DIAGNOSTICI CON PROCEDURA MANUALE PER LE AREE SOCIO SANITARIE LOCALI DI SASSARI, NUORO, ORISTANO E CAGLIARI DELL'ATS SARDEGNA.

Chiarimenti del 12.10.2018

QUESITO n. 14: Gradiremo sapere per il LOTTO 8 le voci b, c, d, o, p, q, r, le volete in micropiastra o provetta?
Il kit alla voce a deve contenere anche la micropiastra e i controlli positivo e negativo per salmonella, brucella e protei?
il kit deve identificare la S.Typhi Totale o H e O, lo stesso per le Paratyphi e la Brucella totale?

RISPOSTA: Si comunica che:

- voce a --> E' un metodo su micropiastra. Il kit deve contenere i reagenti e i controlli.

Il kit deve identificare la salmonella typhi O, salmonella typhi H, salmonella paratyphi A totale, salmonella paratyphi B totale e Brucella totale; pertanto la voce b può essere eliminata.

- voce c --> per agglutinazione su micro piastra
- voce d --> per agglutinazione su micro piastra
- voce o --> per agglutinazione su micro piastra
- voce p --> per agglutinazione su micro piastra
- voce q --> per agglutinazione su micro piastra
- voce r --> per agglutinazione su micro piastra

Anche per le voci e, f, i si deve intendere per agglutinazione su micropiastra

Quesito n. 15: Modifica Lotto 16 (Sub lotti A, B, C, D, F) In relazione ai punti sotto indicati dei sub lotti (a, b, c, d, f) appartenenti al Lotto 16 della gara in oggetto si rileva che i sub lotti posti in gara sono stati indicati in maniera tale da non permettere ad altre aziende di poter partecipare alla stessa, poiché tali diagnostici sono prodotti esclusivamente da una sola azienda presente nel mercato; pertanto si richiede la modifica del Lotto 16.

RISPOSTA:

Al fine di consentire la più ampia partecipazione degli operatori economici in sede di gara si specifica quanto segue:

- Le voci A), C) ed F) sono state rettificate come da "comunicazione del 12/10/2018 – MODIFICHE AL CAPITOLATO);
- Le voci B) e D) garantiscono la partecipazione di più operatori economici, pertanto rimangono invariate.

Quesito n. 16: E' possibile indicare un minimo d'ordine o è motivo di esclusione?

RISPOSTA: Il capitolato tecnico di gara non indica un minimo d''ordine in quanto gli ordinativi verranno effettuati sulla base delle effettive esigenze.

SPANO ANTONIO LORENZO
Firmato digitalmente da SPANO ANTONIO LORENZO
Data: 2018.10.12 12:32:22 +02'00'

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Lorenzo Spano

Azienda Tutela Salute
Via Enrico Costa, 57
07100 Sassari
C.F.:92005870909
P.IVA: 00935650903
www.atssardegna.it

S.C. Logistica e Valorizzazione del Patrimonio
Via Amendola, 57
07100 Sassari
sc.logistica.patrimonio@atssardegna.it
sc.logistica.patrimonio@pec.atssardegna.it

Direttore
Dott. Antonio Lorenzo Spano
antoniolorenzo.spano@atssardegna.it

Dirigente
Ing. Cristian Filippo Riu
cristianfilippo.riu@atssardegna.it

Posizione Organizzativa
Dott. Mario Russo
mario.russo@atssardegna.it

Referente interno
Dott.ssa Sergia Piana
sergia.piana@atssardegna.it
Tel. 079 2061809