GARA A PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 5 TELECOMANDATI DIGITALI, SERVIZI CONNESSI E SERVIZI OPZIONALI PER DIVERSI PRESIDI DI ATS SARDEGNA

I chiarimenti ed eventuali informazioni complementari sulla documentazione di gara sono consultabili sul sito www.atssardegna.it

***

CHIARIMENTI E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

1) **Domanda**

Con riferimento alla procedura richiamata in oggetto, con la presente si pone il seguente chiarimento. Le caratteristiche indicate nell'appendice A) capitolato tecnico - caratteristiche tecniche, sono da considerarsi di minima pena esclusione o verranno prese in considerazione anche specifiche leggermente difformi motivate da opportune condizioni di equivalenza?

Risposta

Come precisato nell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico e anche nel Disciplinare di gara, l'offerta tecnica dovrà rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche tecniche minime indicate nella Appendice A al Capitolato. E' fatta salva l'applicazione del principio di equivalenza previsto dall'art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016, e cioè la possibilità per l'offerente di dimostrare nella propria offerta, con qualunque mezzo appropriato, che le soluzioni da esso proposte consentono di soddisfare in maniera equivalente le esigenze manifestate dalla stazione appaltante.

2) **Domanda**

A seguito della procedura in oggetto, con la presente si richiede il seguente chiarimento:

Richiesta di chiarimenti circa a quantità di fantocci da fornire ovvero: secondo l'"appendice A) capitolato tecnico – caratteristiche tecniche" è richiesta la fornitura di fantocci/dispositivi e dotazioni per l'effettuazione dei controlli di qualità e l'analisi di tutti i parametri per valutare le apparecchiature ai sensi del D.Lgs 187/2000 e s.m.i. A tale proposito si chiede di specificare se ciascun telecomandato deve essere dotato di questi fantocci, per un ammontare complessivo di 5, o se è prevista la fornitura di un solo set.

Risposta

L'Appendice A al Capitolato Tecnico prevede che la fornitura delle apparecchiature oggetto dell'appalto includa anche la fornitura dei fantocci/dispositivi necessari per l'esecuzione dei controlli di qualità e l'analisi di tutti i parametri da valutare, ai sensi del D.Lgs. 187/2000 e s.m.i., sulle apparecchiature stesse. E' pertanto richiesto un set di fantocci per ciascuna apparecchiatura.

3) Domanda

Con riferimento alla fornitura richiamata in oggetto si trasmette, con la presente, la richiesta di chiarimenti allegata. In riferimento all'appendice A del capitolato tecnico, pag. 4, si richiede di specificare se la fornitura dei fantocci /dispositivi per l'effettuazione dei controlli di qualità e da intendersi come un set di fantocci a corredo dell'intera fornitura o se è richiesto un set di fantocci per ciascuna apparecchiatura in gara.

Risposta

Si veda il precedente chiarimento n. 2

***

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Si da avviso che a seguito di richiesta formulata nel corso dei sopralluoghi preliminari, sul sito www.atssardegna.it sono state messe a disposizione degli operatori economici le planimetrie dei diversi siti di installazione in formato .dwg (prelevare la cartella compressa denominata “DWGPlanimetriePresidi”).