



Regione Autonoma della Sardegna
ATS Sardegna - ASSL SASSARI

VERBALE DI GARA N. 4 DEL 12/09/2018 – SEDUTA RISERVATA –

Oggetto: Gara telematica per l'acquisto di un Sistema Holter Ecg completo di n. 4 Registratori per Il Centro Prevenzione, Diagnosi e Terapia dell'ipertensione Arteriosa e delle complicanze cardiovascolari – S. Camillo

L'anno duemiladiciotto, il giorno 12/09/2018 alle ore 9:00 si è riunita presso il **Centro Prevenzione, Diagnosi e Terapia dell'ipertensione Arteriosa e delle complicanze cardiovascolari – S. Camillo** - in seduta riservata - la Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 881 del 05/07/2018, e modificata con Determinazione n. 6154 del 18.07.2018, così composta:

- Presidente: Dott. ssa Paola Giordano - Dirigente Medico Cardiologo
- Componente: Dott.ssa Emanuela Bulla- Dirigente Medico Cardiologo
- Componente: Dr.ssa Franca Maria Uneddu – Dirigente Medico Cardiologo

Il presente verbale contiene l'attività di valutazione della Commissione che si è riunita in seduta riservata nella data sopra indicata.

Premesso che in data 19/04/2018 si è svolta la prima seduta pubblica avente ad oggetto la Gara telematica per l'acquisto di un Sistema Holter Ecg completo di n. 4 Registratori per Il Centro Prevenzione, Diagnosi e Terapia dell'ipertensione Arteriosa e delle complicanze cardiovascolari – S. Camillo per l'importo complessivo di € 12.000,00 al netto dell'IVA e al termine della quale è stata ammessa la Ditta Sanifarm srl unica ditta partecipante.

Cio' premesso

La Commissione ha proceduto alla valutazione della conformità delle **caratteristiche tecniche minime** rispetto a quelle richieste nel capitolato di gara e da cui è emerso che la strumentazione offerta dalla Ditta Sanifarm srl, unica ditta partecipante, è in possesso dei requisiti richiesti .

La Commissione ha proceduto successivamente alla valutazione tecnico-qualitativa delle stesse, con relativa attribuzione dei punteggi di preferenza in conformità a quanto previsto nel Disciplinare di gara e attribuendo i punteggi secondo quanto previsto dalla documentazione di gara "Criteri di aggiudicazione" come di seguito elencato:

	Caratteristica	P.ti
22	Stazione di refertazione con doppio monitor, con caratteristiche identiche a quello principale, per una migliore gestione del lavoro di refertazione	6
23	Possibilità di rilevazione apnee paziente	10
24	Possibilità di utilizzare batterie standard ricaricabili o non ricaricabili del tipo AA o AAA	8
25	Monitor con diagonale superiore a 21"	4
26	Tempo di registrazione superiore alle 24 ore	4
27	Ulteriori tipologie di Analisi rispetto al punto 8 dei requisiti minimi	5
28	Modalità di presentazione ed analisi grafica dei principali parametri (tracciati, trends, tabelle, istogrammi);	5
29	Criteri di filtraggio ed analisi dei tracciati, finalizzata alla riduzione degli artefatti	5
30	Possibilità di personalizzare completamente i referti layout e loghi aziendali	4
31	Possibilità di produrre e utilizzare referti predefiniti al fine di velocizzare l'attività di refertazione	4
32	Grado di protezione IP del registratore contro l'ingresso dei liquidi	6
33	Peso del registratore	6
P.ti Tot		67

alle ore 9:45 viene dichiarata chiusa la seduta riservata della Commissione Giudicatrice

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale composto da n. 2 (due) pagine che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso e trasmesso al RUP.

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

- Presidente: F.to Dott. ssa Paola Giordano - Dirigente Medico Cardiologo

- Componente: F.to Dott.ssa Emanuela Bulla- Dirigente Medico Cardiologo

- Componente: F.to Dr.ssa Franca Maria Uneddu – Dirigente Medico Cardiologo
