

## VERBALE N° 1 DEL 12/08/2019

**Verifica inventariale documentazione amministrativa presentata dalle Ditte partecipanti alla PROCEDURA APERTA TELEMATICA, EX ART. 60 DEL D. LGS. N° 50/2016 E SS.MM.II, PIATTAFORMA "SARDEGNA-CAT", PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE, IN N°9 DISTINTI LOTTI DI AGGIUDICAZIONE, DI APPARECCHIATURE/ATTREZZATURE VARIE PER PEDIATRIA, NEONATOLOGIA E GINECOLOGIA, DA DESTINARE A PRESIDI DIVERSI DI A.T.S. SARDEGNA (RIF. CODICI CC.II.GG.: 7941325CB1 LOTTO 1, 7941941909 LOTTO 2, 79419429DC LOTTO 3, 7941944B82 LOTTO 4, 7941945C55 LOTTO 5, 7941946D28 LOTTO 6, 7941948ECE LOTTO 7, 794195221F LOTTO 8, 794195656B LOTTO 9).**

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici, del mese di agosto, alle ore 10,10, nella sede di A.T.S. Sardegna (Azienda per la Tutela della Salute), presso gli uffici della A.S.S.L. di Oristano, in Via Carducci, 35, in Oristano, il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gabriella Ferrai, Collaboratore Tecnico di A.T.S. Sardegna – supportato dal Dr. Paolo Sanna, Collaboratore Amministrativo,

### PREMESSO E CONSIDERATO

- che con Determinazione n° 4979 del 24/06/2019 del Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica di A.T.S. Sardegna è stata indetta apposita procedura Aperta telematica, piattaforma "Sardegna-Cat", per l'affidamento della fornitura e installazione, in n° 9 distinti lotti di aggiudicazione, di apparecchiature varie per pediatria, neonatologia e ginecologia e relativi materiali e servizi accessori, analiticamente descritti in Allegato 1 al Capitolato Tecnico, tra cui l'assistenza/manutenzione ordinaria minima di mesi 24 e la formazione, per un **importo complessivo, a base d'asta, di € 1.272.300,00**, Iva/E, di cui € 150.000,00 (Iva/E) per il **lotto 1**, € 20.000,00 (Iva/E) per il **lotto 2**, € 90.000,00 (Iva/E) per il **lotto 3**, € 130.000,00 (Iva/E) per il **lotto 4**, € 140.000,00 (Iva/E) per il **lotto 5**, € 20.000,00 (Iva/E) per il **lotto 6**, € 482.500,00 (Iva/E) per il **lotto 7**, € 149.800,00 (Iva/E) per il **lotto 8** e € 90.000,00 (Iva/E) per il **lotto 9**;
- che si è proceduto alla regolare pubblicazione del bando di gara (integrale e per estratto) secondo le modalità e i tempi previsti dagli artt. 72 e 73 del D. Lgs. n° 50/2016 come di seguito indicato:
  - sulla G.U.U.E. n° GU/S S125-305075-IT del 02/07/2019;
  - sulla G.U.R.I. n° 77 del 03/07/2019 – 5<sup>a</sup> serie speciale;
  - su n° 2 quotidiani nazionali e n° 2 quotidiani regionali (rispettivamente, "Il Messaggero" e "Libero", e "Il Giornale" ribattuta Sardegna e "Il Corriere dello Sport" edizione regionale, in data in data 11/07/2019);
  - sul sito informatico di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti, in data 02/07/2019;
- che sono stati forniti i seguenti chiarimenti, dal n° 1 al n° 21, ad appositi correlati quesiti pervenuti da Ditte diverse, tramite la piattaforma telematica "Sardegna-Cat" in cui si svolge la gara:
  - chiarimenti dal n° 01 al n° 10, pubblicati in data 12/07/2019;
  - chiarimenti dal n° 11 al n° 21, pubblicati in data 19/07/2019;
- che tutti i chiarimenti di cui sopra sono allegati al presente Verbale con il n° 1 per farne parte integrante e sostanziale;


- che la data della presente seduta pubblica di gara è stata prefissata in sede di bando e relativo estratto.

Preso atto che in data 30/07/2019, ore 14:00 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte, come prestabilito nel bando di gara.

Si dà atto che sono presenti, all'odierna seduta pubblica, i Rappresentanti di Ditta come da unito elenco, allegato RD al presente Verbale.

L'Ing. Gabriella Ferrai fa presente che, la seduta odierna è convocata per procedere ad una prima fase di verifica inventariale della documentazione amministrativa, rinviando l'esame di merito della stessa a successiva/e seduta/e riservata/e.

Si dichiara aperta la seduta e si dà quindi avvio alle operazioni di verifica inventariale della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte partecipanti alla procedura di affidamento in oggetto.

Previo accesso al portale telematico "Sardegna-Cat", ove si svolge la gara, si evince che le Ditte che risultano partecipanti sono 13 (tredici), come di seguito specificate (*in ordine alfabetico*):

- Burke & Burke SpA;
- Carestream Health Italia Srl;
- Grandi Impianti Service Srl;
- Hill Rom;
- Linet Italia Srl Unipersonale;
- Movj;
- Rappresentanze Dr. Alessandro Dessì;
- Samsung Electronics Italia;
- Sanifarm Srl;
- Seda SpA con Socio Unico;
- Siemens Healthcare Srl;
- Tecnologie Avanzate T.A.;
- Terapon Srl.

L'esame oggetto della presente seduta pubblica attiene, nello specifico, alla verifica della mera presenza, per ciascuna Ditta, della documentazione amministrativa richiesta all'art. 14 del Disciplinare di gara.

La **documentazione amministrativa** è di seguito sinteticamente riportata:

1. **domanda di partecipazione** (comune a tutti i lotti partecipati, in gara pluri-lotto), redatta **in bollo** e preferibilmente in conformità al modello **Allegato 2** al Disciplinare di gara, contenente anche **eventuali dichiarazioni integrative**;
2. **documento di gara unico europeo** (D.G.U.E.) di cui all'art. 85 del D. Lgs. n° 50/2016, **come da modello Allegato 3** al Disciplinare di gara;
3. **garanzia provvisoria** ex art. 93 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., per singolo lotto;
4. **ricevute pagamento contributo ANAC** (per singolo lotto);
5. **eventuale procura**;
6. **eventuale dichiarazione di avvalimento**;
7. **eventuale documentazione in caso di RTI o altri soggetti plurimi**;
8. **copia di documento d'identità in corso di validità**.

Si dà avvio alla verifica inventariale della documentazione amministrativa presentata dalle tredici Ditte partecipanti alla gara, procedendo all'apertura dei relativi file, con le risultanze di seguito specificate:

tutte e tredici le Ditte partecipanti hanno prodotto ed allegato i file contenenti la documentazione amministrativa richiesta all'art. art. 14 del Disciplinare di gara.

Di seguito, nella tabella sotto riportata, si riassumono le Ditte concorrenti e i rispettivi lotti partecipati:

DITTA	LOTTI PARTECIPATI								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Burke & Burke SpA				X			X	X	
Carestream Health Italia Srl									X
Grandi Impianti Service Srl					X				
Hill Rom			X						
Linet Italia Srl Unipersonale			X						
Movi	X	X							
Rappresentanze Dr. Alessandro Dessi		X							
Samsung Electronics Italia									X
Sanifarm Srl		X	X			X			
Seda SpA con Socio Unico					X	X			
Siemens Healthcare Srl									X
Tecnologie Avanzate T.A.									X
Terapon Srl	X	X			X				

Al termine delle suddette operazioni si dà atto che:

- il presente Verbale, illustrativo delle attività svolte nell'odierna seduta, viene pubblicato sulla piattaforma telematica, tra la documentazione di gara;
- con successiva/e e separata/e seduta/e riservata/e si procederà alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte partecipanti alla procedura, attivando, ove necessario e possibile, l'eventuale soccorso istruttorio, ai fini dell'ammissione/esclusione dei Concorrenti.


La seduta si chiude alle ore 12:40.

Il presente Verbale, redatto su carta libera per uso amministrativo, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**Il R.U.P.:** Ing. Gabriella Ferrai



**Il Collaboratore Amministrativo:** Dr. Paolo Sanna



**ALLEGATI:** n° 1: chiarimenti dal n° 1 al n° 21;  
RD: elenco Rappresentanti Ditte.



li, 12/07/2019

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PIATTAFORMA "SARDEGNA-CAT", PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE PER PEDIATRIA/NEONATOLOGIA E GINECOLOGIA, IN N° 9 DISTINTI LOTTI DI AGGIUDICAZIONE, DA DESTINARE A PP.OO. DIVERSI DI A.T.S. SARDEGNA, CON OPZIONI, EVENTUALI, DI ESTENSIONE DI FORNITURA E DI CONTRATTO DI MANUTENZIONE "FULL-RISK", POST-GARANZIA ORDINARIA MINIMA DI MESI 24 (RIF. CODICI CC.II.GG.: 7941325CB1 LOTTO 1, 7941941909 LOTTO 2, 79419429DC LOTTO 3, 7941944B82 LOTTO 4, 7941945C55 LOTTO 5, 7941946D28 LOTTO 6, 7941948ECE LOTTO 7, 794195221F LOTTO 8, 794195656B LOTTO 9).

**Quesito n° 1 del 03/07/2019**

**Richiesta chiarimento**

1) *Regolamento tecnico – allegato 1 al capitolato tecnico*

*Lotto 3: n. 3 letti da travaglio e parto*

*Caratteristiche tecniche minime a pena esclusione*

*"Parte terminale trasformabile elettricamente in supporto orientabile per le cosce o divarica gambe".*

*Chiediamo che venga accettata una soluzione integrata manuale, eseguibile in modo ergonomico utilizzando una sola mano, che consente di posizionare/orientare i reggi gambe in un lasso di tempo limitatissimo.*

2) *"Sovramaterasso in un pezzo unico"*

*Chiediamo che venga accettata una soluzione in due pezzi studiata ad hoc per favorire una più facile, veloce ed efficace sanificazione sia del materasso stesso che del piano rete.*

**RISPOSTA al quesito 1:**

punto 1): si accetta la movimentazione manuale esclusivamente per la sola "parte terminale trasformabile in supporto orientabile per le cosce o divarica gambe", fatte salve tutte le altre richieste delle movimentazioni elettriche a pena esclusione;

punto 2): si conferma la richiesta del sovra materasso in pezzo unico.

**Quesito n° 2 del 04/07/2019**

**Richiesta chiarimento:**

*Con riferimento ai punteggi di qualità espressi nell'Allegato 1 al Capitolato Tecnico, e relativamente al parametro "Assistenza tecnica e formazione", si chiede di chiarire cosa si intenda con "percentuale manutentiva annua offerta".*

**RISPOSTA al quesito 2:**

Al riguardo si precisa che tale parametro è stato erroneamente riportato in allegato 1 al Capitolato Tecnico e, pertanto, e da considerarsi un refuso, ovvero, non sarà oggetto di valutazione. La percentuale manutentiva annua offerta, intesa quale valore percentuale annuo offerto, non eccedente la misura indicata, per singolo lotto, nel Capitolato Tecnico di gara, dovrà comunque essere riportata nell'offerta economica di gara, come indicato nei modelli allegati 4 OE al Disciplinare di gara.

**Quesito n° 3 del 05/07/2019**

**Richiesta chiarimento:**

*in riferimento al lotto n.7 della procedura di gara in oggetto , inviamo i seguenti chiarimenti:*

- 1. Si chiede conferma che il requisito "Pulsossimetria integrata con tecnologia MASIMO..." non sia una specifica di minima e che possano essere considerate equivalenti soluzioni con tecnologia NELLCOR integrata o soluzioni con tecnologia MASIMO non integrata;*
- 2. Si chiede conferma che la soluzione con portelli completamente ribaltabili siano equivalenti a quelle abbattibili*

**RISPOSTA al quesito 3:**

1. La richiesta della pulsossimetria integrata discende dalla necessità di avere la disponibilità in un unico assemblato (uno per ogni incubatrice) di tutti i parametri vitali riferiti al singolo neonato, sia per una pronta lettura degli stessi in situazioni di emergenza, sia per potere ottimizzare gli spazi disponibili. Viene, pertanto, confermato requisito minimo ed esclusivo quello della pulsossimetria integrata, e confermata la tecnologia richiesta (Masimo) nell'allegato di gara. Resta comunque possibile per la ditta, proporre una tecnologia alternativa a quella richiesta, con riferimento alla quale, in sede di presentazione dell'offerta tecnica, dovrà essere prodotta la relativa documentazione comprovante tale equivalenza, ai sensi dell'art. 68 del Codice dei Contratti.
2. Si comunica che la soluzione con portelli abbattibili, che rimangono agganciati alle cerniere, è ritenuta equivalente a quella con portelli completamente ribaltabili.

GA  
M

#### Quesito n° 4 del 05/07/2019

##### Richiesta chiarimento:

in riferimento al Lotto n.8 della procedura di gara in oggetto , inviamo i seguenti chiarimenti:

1. Si chiede conferma che un'autonomia di 1 ora sia sufficiente;
2. Si chiede conferma che la modalità HFO con volume garantito sia considerata caratteristica preferenziale e non di minima poiché appartenente ad una specifica apparecchiatura.

##### RISPOSTA al quesito 4:

1. È indicata autonomia di 2 ore
2. La caratteristica è indicata come requisito minimo, scaturisce dalle esigenze cliniche del reparto e non risulta una privativa industriale

#### Quesito n° 5 del 05/07/2019

##### Richiesta chiarimento:

Considerato che i lotti 7 ed 8, a differenza di tutti gli altri lotti che richiedono una singola tecnologia per ognuno di essi, sono composti da un agglomerato di differenti tecnologie e differenti tipologie di apparecchi, si segnala che viene limitata la partecipazione delle aziende produttrici ai lotti stessi, in favore di rivenditori / distributori.

Al fine di garantire all'Ente appaltante una maggiore pluralità di offerte e di dare la possibilità alle aziende produttrici di partecipare, si chiede che gli stessi vengano suddivisi come per i restanti lotti per apparecchiature singole.

Si segnala inoltre che qualora venga accolta la proposta di cui sopra la cifra stanziata per i ventilatori neonatali con alta frequenza (€ 15.000 cad.) è estremamente inferiore ai valori medi di mercato.

##### RISPOSTA al quesito 5:

Poiché la suddivisione dei lotti e la base d'asta sono state oggetto di preventiva progettazione, si ritiene di dover confermare i contenuti di gara.

#### Quesito n° 6 del 05/07/2019

##### Richiesta chiarimento:

Si chiede un chiarimento in merito al pagamento del contributo ANAC relativo al lotto 5 (20 MONITOR DEFIBRILLATORE) CIG 7941945C55

Nel disciplinare di gara è richiesto un versamento da parte della ditta di € 35,00 mentre sul portale ANAC risulta N.D. e di conseguenza non selezionabile: "[50004] I lotti che non possono essere selezionati o hanno importo nullo o sono già stati pagati. In caso di variazione dei termini di tali lotti da parte della SA (data scadenza o importo del contributo), il codice contributo è già presente nella lista dei codici."

**RISPOSTA al quesito 6:**

Il contributo Anac, dovuto dalle Ditte partecipanti, con riferimento al lotto 5 (rif. codice C.I.G. 7941945C55), è pari a € 35,00, come correttamente riportato all'art. 11 del Disciplinare di gara. A tal riguardo si precisa che la relativa scheda Anac è stata aggiornata (per errore materiale era stata perfezionata con importo di riferimento non corretto). La medesima rettifica è stata apportata anche per gli importi relativi ai restanti lotti, con esclusione del lotto 1.

Con l'occasione si precisa che il contributo Anac dovuto dalle Ditte partecipanti per il lotto 3 è pari a € 20,00, e non pari a Euro zero, come per errore materiale indicato nel sommenzionato prospetto riepilogativo dei contributi Anac dovuti dalle Ditte, ex art. 11 del succitato Disciplinare, che, a ogni buon fine viene di seguito riportato negli importi corretti:

Numerolotto	Oggetto lotto	Codice C.I.G.	Contributo Ditta	Contributo S.A.
1	N° 2 SISTEMI CARDIOTOGRAFICI CENTRALIZZATI	7941325CB1	€ 20,00	€ 600,00
2	N° 4 CARDIOTOCOGRAFI ANTE-PARTUM, AMBULATORIALI, FASCIA MEDIA	7941941909	zero	
3	N° 3 LETTI DA TRAVAGLIO E PARTO	79419429DC	€ 20,00	
4	CENTRALE DI MONITORAGGIO COMPLETA DI N° 13 MONITOR	7941944B82	€ 20,00	
5	N° 20 MONITOR DEFIBRILLATORE	7941945C55	€ 35,00	
6	N° 1 VIDEO-LARINGOSCOPIO PEDIATRICO	7941946D28	zero	
7	N° 3 INCUBATRICI/CULLE DA TRASPORTO	7941948ECE	€ 70,00	
	N° 23 INCUBATRICI NEONATALI			
8	N° 2 CULLETTE DA TRASPORTO	794195221F	€ 20,00	
	N° 5 MONITOR TRANSCUTANEI			
	N° 1 SISTEMA TRATTAMENTO IPOTERMICO			
	N° 3 VENTILATORI NEONATALI			
	N° 3 INFANT RESUSCITATOR			
N° 3 BILIRUBINOMETRI				
9	N° 1 RADIOLOGICO PORTATILE DIGITALE	794195656B	zero	

**Quesito n° 7 del 06/07/2019**

**Richiesta chiarimento:**

*Con riferimento alla gara in oggetto, si segnala che nel lotto numero 8, a differenza di tutti gli altri lotti che richiedono una singola tecnologia per ognuno di essi, questo è composto da un agglomerato di differenti tecnologie presenti in varie tipologie di apparecchiature con nessun tipo di relazione possibile tra esse.*

*Si segnala che la richiesta espressa nel lotto 8 limita la più ampia partecipazione delle aziende produttrici proprietarie di tecnologie specifiche al lotto stesso, non garantendo così la massima partecipazione alla gara, con conseguente violazione del Codice Appalti*

*Al fine di garantire la più ampia partecipazione e una maggiore pluralità di offerte si chiede all'ente appaltante di dare la possibilità alle aziende produttrici di poter partecipare dividendo il lotto per singole apparecchiature, così come è stato già fatto per i restanti lotti.*

**RISPOSTA al quesito 7:**

Vedi risposta al quesito n. 5

**Quesito n° 8 del 08/07/2019**

**Richiesta chiarimento:**

*In Riferimento capitolato tecnico - Allegato 1*

*E' richiesto per la centrale: "Doppio display TFT/LCD da almeno 19" ciascuno, per la visualizzazione di tutti i dati rilevati dai monitor di terapia intensiva a letto del paziente"*

*Si richiede se è possibile offrire un singolo display da 26 pollici Full HD. Riteniamo la soluzione proposta adeguata alla ottima visualizzazione fino a 16 pazienti monitorati tramite monitor multiparametrici da posto letto. Si chiede pertanto che una centrale con display da 26 pollici Full HD possa essere accettata come equivalente a quanto richiesto dal capitolato.*

**RISPOSTA al quesito 8:**

L'esigenza nasce dal dover disporre di due display da disporre in locali/posizioni differenti, non è quindi possibile offrire un singolo display, come richiesto dalla ditta.

**Quesito n° 9 del 08/07/2019**

**Richiesta chiarimento:**

*La presente per chiedere gentilmente in riferimento al lotto 3, letti parto, cosa si intende per trasformabile elettricamente?*

**RISPOSTA al quesito 9:**

Per trasformabile elettricamente s'intende la possibilità di eseguire quanto riferito al punto indicato della scheda tecnica per mezzo di comandi elettrici; fatto salvo l'accoglimento di quanto indicato nella risposta al quesito 1.

CR  
ST

Quesito n° 10 del 11/07/2019

**Richiesta chiarimento:**

*In merito al lotto 6, si chiede di specificare esattamente quante lame e di che misura devono essere offerte insieme al videolaringoscopio.*

**RISPOSTA al quesito 10:**

Si ritiene come dotazione minima necessaria n. 3 lame per tipo per le seguenti classi di pazienti:

1. Neonati prematuri
2. Neonati a termine
3. Pediatrici per le diverse età

il , 19/07/2019

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, PIATTAFORMA "SARDEGNA-CAT", PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE PER PEDIATRIA/NEONATOLOGIA E GINECOLOGIA, IN N° 9 DISTINTI LOTTI DI AGGIUDICAZIONE, DA DESTINARE A PP.OO. DIVERSI DI A.T.S. SARDEGNA, CON OPZIONI, EVENTUALI, DI ESTENSIONE DI FORNITURA E DI CONTRATTO DI MANUTENZIONE "FULL-RISK", POST-GARANZIA ORDINARIA MINIMA DI MESI 24 (RIF. CODICI CC.II.GG.: 7941325CB1 LOTTO 1, 7941941909 LOTTO 2, 79419429DC LOTTO 3, 7941944B82 LOTTO 4, 7941945C55 LOTTO 5, 7941946D28 LOTTO 6, 7941948ECE LOTTO 7, 794195221F LOTTO 8, 794195656B LOTTO 9).

**Quesito n° 11 del 15/07/2019**

**Richiesta chiarimento**

- 1) Si chiede se la documentazione a comprova dei requisiti previsti ai paragrafi 7.1 e 7.2 debbano essere caricati su AVCP entro il termine della gara o solo successivamente, su richiesta dell'Ente.
- 2) Si chiede se l'imposta di bollo possa essere pagata anche tramite F24; si domanda, in tal caso, quali siano i codici tributo.
- 3) Avendo la domanda di partecipazione 9 pagine, è necessario effettuare un pagamento di 32 euro ( pari a n. 2 marche da bollo, una ogni 4 pagine) oppure basta un unico versamento da 16 euro?
- 4) Codesta Ditta chiede delucidazioni in merito alla compilazione dell'Offerta economica relativamente al lotto 6:

PRODOTTO indicare descrizione e codice di tutti i prodotti facenti riferimento alla fornitura	Quantità richiesta	Importo unitario (Iva esclusa)	Importo totale (Iva esclusa)	Ribasso % offerto
Videolaringoscopio pediatrico	1			
Importo complessivo lotto 6 (Iva esclusa)				

Come da immagine, nella tabella, viene indicato solamente il dispositivo Videolaringoscopio.

Si chiede, pertanto, se possano essere aggiunte anche le voci delle Lame monouso, con relativo prezzo unitario, o se queste ultime non debbano essere quotate, andando ad indicare, quindi, solo il videolaringoscopio.



**RISPOSTA al quesito 11:**

- 1) I requisiti di idoneità ex art. 7.1 del Disciplinare di gara nonché quelli di capacità tecnico-professionale, ex art. 7.2 del medesimo Disciplinare, dovranno essere resi nel DGUE, ovvero, nell'ambito della documentazione amministrativa denominata "busta di qualifica". In merito al caricamento di tali dati in AVCP (Anac) potrà essere effettuato anche successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, su richiesta dell'Ente;
- 2) la domanda di partecipazione dovrà essere corredata da documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, pari a Euro 16,00 ogni quattro pagine, che, come indicato all'art. 14.1 del Disciplinare di gara, dovrà essere effettuato mediante modello F23, codice tributo "456T";
- 3) per quanto inerente all'importo dell'imposta di bollo, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 642/1972 e ss.mm.ii., ed in particolare, in materia di Contratti Pubblici, in applicazione della Risposta n° 35 dell'Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti, Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali, avente ad oggetto: "*Imposta di bollo sui documenti prodotti nell'ambito dei contratti Pubblici. Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212*", l'importo fiscalmente dovuto è quello di Euro 16,00 per foglio, ovvero, Euro 16,00 ogni quattro facciate di foglio;
- 4) lo schema di dettaglio dell'offerta economica (modello OE), ex allegato 4 al Disciplinare di gara, in quanto schema, è da considerarsi minimale, ovvero, la Ditta concorrente può dettagliare l'offerta fermo restando che il prezzo richiesto è, ai fini di relativa aggiudicazione, quello relativo all'intero lotto di gara (nella fattispecie a n° 1 Videolaringoscopio), così come richiesto e descritto nel Capitolato Tecnico di gara e suo allegato 1 (quindi il prezzo deve essere complessivo di tutti gli accessori richiesti e offerti), nel quale, con riferimento agli eventuali materiali di consumo si precisa che "*...se l'attrezzatura necessita di materiale consumabile dovrà essere allegato l'elenco dei materiali, la descrizione tecnica (confezionamento, durata, modalità di conservazione, etc.) e il relativo prezzo di listino (da indicare solo nell'offerta economica) suddiviso preferibilmente in fasce di consumo con relativo sconto applicato e riservato all'ATS Sardegna...*".

**Quesito n° 12 del 12/07/2019**

**Richiesta chiarimento:**

*Si chiede conferma di poter fornire lame monouso al fine di evitare contaminazioni crociate e ridurre i tempi di riutilizzo legati alla sterilizzazione.*

**RISPOSTA al quesito 12:**

Le lame non sono monouso e si rimanda ai quesiti n. 10 e n. 11 punto 4).

M      GF

Quesito n° 13 del 15/07/2019

**Richiesta chiarimento:**

Q1..Lotto 1. *Relativamente alla centrale di monitoraggio ed alla dicitura del capitolato "LAN e/o modem e/o wireless", si richiede di confermare la preferenza verso un sistema Wifi di collegamento dei cardiocografi alla centrale.*

*Si richiede inoltre di specificare se in reparto è già presente una rete wifi o se la realizzazione deve essere a carico della ditta partecipante.*

Q2..Lotto 1. *Con riferimento alla caratteristica "Possibilità di memorizzare i tracciati completi di annotazioni e dati delle cartelle paziente (partogrammi e moduli) ed esportazioni dati"*

*Si chiede di confermare che il partogramma elettronico sia da inserire in offerta.*

*Si chiede anche di confermare se la funzione di "esportazione" citata si riferisce al collegamento alla cartella clinica ospedaliera per l'acquisizione di anagrafica ed archiviazione dei reperti prodotti.*

Q3..Lotto 1: *in merito alla richiesta di nr.2 sonde telemetriche per ogni cardiocografo, si chiede l'eliminazione di tale caratteristica in quanto, unitamente alle altre specifiche, individuano univocamente un solo fornitore limitando la concorrenza o penalizzando tutti gli altri concorrenti.*

*Si richiede pertanto che sistemi telemetrici ad una sola sonda ad ultrasuoni non siano penalizzati nel punteggio.*

Q4..Lotto 1: *nella tabella di attribuzione dei punti qualità (sub 2.3) vengono assegnati 3 punti alle postazioni di monitoraggio offerte in aggiunta. Il punteggio prevede un punto per ogni postazione aggiuntiva ipotizzando quindi 3 postazioni in totale.*

*Essendo il lotto cumulativo per nr.2 centrali destinate a due siti diversi, si chiede di confermare se le tre stazioni aggiuntive richieste come miglioria siano il totale richiesto per entrambe le centrali.*

Q5.Lotto 2: *tabella attribuzione dei punti qualità sub 2.1 "Sistema totalmente cableless con sonde wireless". Il sistema telemetrico non è menzionato nelle caratteristiche tecniche del lotto inoltre è utilizzato per il parto in acqua ma questo lotto ha come oggetto cardiocografi anteparto ambulatoriali, questo punteggio qualità sembra un rifiuto del lotto precedente.*

*Si richiede che i 7 punti previsti vengano riassegnati ad una diversa caratteristica come per esempio l'analisi anteparto che non viene valutata ma che ricopre un ruolo fondamentale a livello clinico in questo ambito.*

Q6.Lotto 1 e 2. *E' richiesta la possibilità di eseguire monitoraggi trigemellari in entrambi i lotti. Al fine di rendere comparabili le offerte di tutti i partecipanti, si chiede di specificare per ognuno dei tre gruppi di cardiocografi (2 intraparto per Oristano, 4 Intraparto per Cagliari e 4 anteparto) il numero totale esatto di sonde ad ultrasuoni richieste.*

Q7. *Lotto 3 E' richiesta la possibilità rotelle dal diametro di 10 cm anzichè da 15cm*

*Lotto 3. "Parte terminale trasformabile elettricamente in supporto orientabile per le cosce o divarica gambe" : si richiede se , essendo nel nostro la parte terminale*

GR  
trasformabile facilmente e velocemente , è possibile accettare il supporto per le cosce (Goepel) non regolabile elettricamente.

Lotto 3 ü"sponde pieghevoli con impugnature incorporate" : Si richiede se è possibile accettare sponde rimovibili.

**RISPOSTA al quesito 13:**

Q1. Si conferma che la richiesta di base relativa alla centrale di monitoraggio è ciò che è indicato nel capitolato: LAN e/o Modem e/o Wireless, i sistemi sono perfettamente alternativi. Come indicato nella griglia dei punteggi, al punto Sub 1.1 una connessione la connettività wifi è considerata caratteristica generale premiante, insieme ad altre caratteristiche ivi indicate che concorrono alle migliori funzionali rispetto alle configurazioni di base richieste.

E' indifferente che sia presente o meno una linea wifi nel reparto perchè, qualunque configurazione proposta (LAN, Modem o Wireless), dovrà essere configurata completamente a carico del concorrente e con reti indipendenti e dedicate.

Q2. Si conferma la necessità che l'apparecchiatura proposta possa memorizzare tracciati completi di annotazioni e dati delle cartelle paziente (partogrammi e moduli) ed esportazione dei dati. L'esportazione è intesa come esportazione di un dato che può essere aperto nei formati standard (es. excel, pdf, xml, ecc...)

Q3. Si conferma la richiesta di almeno due trasduttori esterni (oltre il trasduttore tocografico) che possano garantire le funzionalità richieste nei punti precedenti. I trasduttori possono non essere entrambi ad US, trattasi di refuso.

Q4. Le stazioni di monitoraggio aggiuntive sono da considerarsi in totale, così come indicato

Q5. Si conferma il punteggio aggiuntivo per sistemi cableless con sonde wireless, non è richiesta la telemetria.

Q6- Il punteggio aggiuntivo viene attribuito se presente almeno un cardiocitografo per sito e completo di sonde.

Q7. Si che il diametro minimo indicato per le ruote è di 15 cm.

Parte terminale, vedi risposta quesito n. 1

Le sponde amovibili non sono considerate equivalenti a quelle pieghevoli.

**Quesito n° 14 del 15/07/2019**

**Richiesta chiarimento:**

*In riferimento alle caratteristiche tecniche e dotazione richiesta del Lotto 7 N. 3 INCUBATRICI/CULLA DA TRASPORTO, si chiede di chiarire se per la voce "dotata di bombole aria e ossigeno da 5 litri con riduttore di pressione e manometro di controllo" descritta all'ALLEGATO 1 al Capitolato Tecnico (Pediatria e più 9 lotti), si deve intendere*

che nella configurazione di offerta le suddette incubatrici debbano essere complete di "bombole aria e ossigeno con riduttore e manometro" o se trattasi di refuso per come invece regolamenta qui di seguito l'AIFA:

*"Comunicazione per i titolari di AIC di gas medicinali (20/06/2017)*

*Avviso alle Aziende Farmaceutiche 20/06/2017*

*Facendo seguito ai comunicati AIFA del 03.04.2015, del 10.04.2015, del 04.12.2015 e del 22.12.2016, si conferma che i Titolari di AIC di gas medicinali non possono più riempire bombole di proprietà di terzi (farmacie, distributori, ospedali, case di cura, autoambulanze, altri mezzi di soccorso, studi medici, ecc.), ma devono utilizzare esclusivamente bombole proprie, rilasciate in accordo alle condizioni previste dall'autorizzazione all'immissione in commercio.*

**RISPOSTA al quesito 14:**

Si accetta la fornitura di bombole vuote della capacità richiesta.

**Quesito n° 15 del 16/07/2019**

**Richiesta chiarimento:**

**LOTTO 4**

*Nel Capitolato Tecnico viene richiesto tra le caratteristiche minime della centrale di monitoraggio, la memorizzazione per almeno 48 ore di almeno due forme d'onda per ciascun paziente, allarmi ed eventi più significativi di tutti i pazienti, mentre sul monitor paziente la registrazione per 120 ore dei trend grafici e tabellari di tutti i parametri.*

*Semberebbe essere una inversione dovuta ad un refuso. Si chiede cortese rettifica o conferma.*

*Per quanto riguarda i monitor paziente si richiede inoltre la registrazione per 120 ore dei trend grafici e tabellari di tutti i parametri e l'archiviazione dei trend delle ultime 168 ore circa.*

*Non è chiaro cosa viene richiesto. Si chiede cortese chiarimento e rettifica o conferma.*

**LOTTO 7**

*Nel Capitolato Tecnico sono riportate delle caratteristiche di minima che sono limitative al novero dei potenziali fornitori che potrebbero presentare valida offerta, e che riportiamo integralmente:*

*"Per le incubatrici da reparto:*

*- Pulsossimetria integrata con tecnologia Masimo, per la determinazione della saturazione d'ossigeno e della frequenza del polso;*

*Per le incubatrici da trasporto intraospedaliero:*

*- dotata di bombole aria e ossigeno da 5 litri con riduttore di pressione e manometro di controllo"*

*Pertanto si chiede la possibilità di offrire, per il principio dell'equivalenza, le incubatrici da reparto dotate di un Pulsossimetro reso solidale alla incubatrice tramite apposito alloggiamento, ma sganciabile dalla incubatrice, in quanto un'eventuale rottura dello stesso non pregiudicherebbe l'utilizzo dell'incubatrice, evitando il fermo macchina e le incubatrici da trasporto dotate di bombole aria e ossigeno da 3 litri, considerato che trattandosi di trasferimento intraospedaliero, l'utilizzo di bombole da 5 litri risulta essere sovradimensionato vista la breve durata di un trasporto interno da un reparto all'altro; ed inoltre bombole di tale capienza andrebbero soltanto ad appesantire il sistema di trasporto.*

**RISPOSTA al quesito 15:**

**Lotto 4:**

Si comunica che per un refuso, l'indicazione di memorizzazione per monito paziente risulta scorretta: la memorizzazione minima è pertanto da intendersi per 48 ore (di trend e forme d'onda).

GR  
Lotto 7: vedi risposta quesiti n. 3 e n. 14 (capacità minima richiesta 5l).

### **Quesito n° 16 del 16/07/2019**

#### **Richiesta chiarimento:**

*in relazione al Lotto 9 N.1 1 Radiologico portatile digitale, Allegato 1, "Generatore ad alta tensione", "corrente anodica selezionabile", si richiede di poter presentare offerta per una soluzione che pur avendo un range di mAs più ampio non rientra precisamente nel dato inferiore richiesto (0.2 mAs)*

#### **RISPOSTA al quesito 16:**

Come richiesto viene accettato un valore di corrente anodica selezionabile all'interno del range, sebbene non rientrante nel dato inferiore, ma contenuto fra il minimo e il massimo indicati (0,2 mAs e 200 mAs)

### **Quesito n° 17 del 16/07/2019**

#### **Richiesta chiarimento:**

*In riferimento alle opzioni indicate all'interno dell'allegato 1 al capitolato tecnico, definite come "contratto di assistenza e manutenzione triennale full risk, post-garanzia ordinaria minima di mesi 24", si chiede dove le presenti opzioni debbano essere descritte come indicato a pag.28 del documento. Si chiede conferma che possa essere redatto un documento, relativo alla sola opzione, da inserire nella busta tecnica non essendo presente uno spazio dedicato all'interno dello schema "allegato OT".*

#### **RISPOSTA al quesito 17:**

Nell'ambito dell'offerta tecnica, la documentazione afferente alle opzioni relative al "contratto di assistenza e manutenzione triennale full risk, post-garanzia ordinaria minima di mesi 24", può essere inserita tra gli "Allegati generici" della "Busta Tecnica", sulla piattaforma telematica di gara.

### **Quesito n° 18 del 16/07/2019**

#### **Richiesta chiarimento:**

- 1. Si chiede se i trend richiesti al punto 18 siano di tipo grafico o tabellare/numerico*
- 2. Si chiede conferma che l'autotest richiesto ai punti 8 e 17 debba essere operatore indipendente e se debba essere effettuato anche in caso di apparecchio scollegato dalla rete CA.*

AR CR

**RISPOSTA al quesito 18:**

1. è indifferente se grafico o tabellare/numerico
2. Si conferma che è richiesta la possibilità che l'apparecchio offerto effettui autonomamente i test di controllo di tutti i parametri che ne permettano l'uso efficiente ed efficace. Non è essenziale che l'auto test sia operatore indipendente o ad esempio eseguito in seguito ad accensione o a tempo prestabilito o altre possibilità. Deve poter essere svolto anche in assenza di collegamento alla rete CA.

**Quesito n° 19 del 16/07/2019**

**Richiesta chiarimento:**

1. *In relazione alla richiesta di monitor postoletto con display da 17", in considerazione che tutti i principali concorrenti dispongono di modelli da 15 o da 19", e in considerazione della limitata base d'asta, al fine di poter garantire una più ampia partecipazione si chiede possano essere accettati anche display con dimensione a partire dai 15", essendo tra l'altro la dimensione del monitor paziente oggetto di valutazione*
2. *Si chiede la risoluzione indicata del monitor postoletto possa essere considerata non vincolante*
3. *Si chiede se possibile indicare il reparto di destinazione, sia per meglio definire l'accessoristica necessaria, sia per poter quantificare i tempi di intervento e risoluzione (oggetto di valutazione). Si chiede inoltre la possibilità di un sopralluogo per definire i costi relativi al cablaggio LAN richiesto e per la definizione dei supporti a parete necessari.*
4. *In relazione al parametro ECG, si chiede conferma del numero di cavi a 12 derivazioni e 3 derivazioni richiesti, e si chiede conferma che i cavi a 12 derivazioni debbano essere per uso adulto mentre quelli a 3 derivazioni per uso neonatale.*
5. *In relazione alla richiesta di "registrazione 120 trend" e "archiviazione dei trend delle ultime 168 ore circa", evidenziando la discordanza tra le due indicazioni, si chiede siano non di minima essendo lo standard di memorizzazione postoletto pari a 48 ore, al fine di garantire la più ampia partecipazione e potendo la Commissione valutare eventualmente in qualità durate maggiori.*

**RISPOSTA al quesito 19:**

1. Si confermano dimensioni minime del monitor (17")
2. Si conferma la risoluzione minima indicata
3. Il reparto di destinazione è la nuova pediatria del P.O. San Francesco di Nuoro, se necessario un sopralluogo, potrà essere concordato telefonicamente con l'ing. Gabriella Ferrai tel. 339 5393223

- 
3. Si confermano le richieste di cui all'allegato 1, devono essere offerti monitor completi di dotazione minima: n. 1 cavi adulti (12 derivazioni) e n. 1 cavi neonatali (3 derivazioni), per ogni postazione
4. Vedi quesito n. 15

### **Quesito n° 20 del 18/07/2019**

#### **Richiesta chiarimento:**

*Con riferimento alla documentazione tecnica, art. 15, punto 3, pag. 27 del disciplinare di gara, siamo a chiedere che cosa intendiate per "autorizzazioni" relative al prodotto, desumendo che non possano essere Certificati CE, Dichiarazioni di conformità o Certificazioni ISO, rientrando queste in "Certificazioni e Conformità".*

#### **RISPOSTA al quesito 20:**

Per autorizzazioni si intendono quelle eventualmente in possesso della Ditta concorrente ai fini della distribuzione delle apparecchiature oggetto di gara (voce eventuale).

### **Quesito n° 21 del 18/07/2019**

#### **Richiesta chiarimento:**

*La scrivente ..... intende a mezzo della presente ribadire e reiterare il contenuto della richiesta di chiarimento inviata in data 05.07 u.s. della quale si riporta il contenuto sotto il profilo letterale:*

*Considerato che i lotti 7 ed 8, a differenza di tutti gli altri lotti che richiedono una singola tecnologia per ognuno di essi, sono composti da un agglomerato di differenti tecnologie e differenti tipologie di apparecchi, si segnala che viene limitata la partecipazione delle aziende produttrici ai lotti stessi, in favore di rivenditori / distributori.*

*Al fine di garantire all'Ente appaltante una maggiore pluralità di offerte e di dare la possibilità alle aziende produttrici di partecipare, si chiede che gli stessi vengano suddivisi come per i restanti lotti per apparecchiature singole.*

*Si segnala inoltre che qualora venga accolta la proposta di cui sopra la cifra stanziata per i ventilatori neonatali con alta frequenza (€ 15.000 cad.) è estremamente inferiore ai valori medi di mercato.*

*Preso atto della Vostra –insoddisfacente risposta che non ha fatto altro che ribadire l'impianto della Gara senza entrare, in alcun modo, nel merito della censura svolta, la scrivente intende rimarcare che l'attuale configurazione dei lotti si concreta in una –ingiustificata ed illegittima- pratica restrittiva della libera partecipazione alle Gare di una pluralità di concorrenti, in questo caso qualificati in quanto produttori di apparecchiature e titolari di tecnologie e soluzioni di avanguardia.*

*Tale iniziativa, come a Voi noto, deve qualificarsi quale realizzata in palese violazione delle norme che presiedono alle procedure ad evidenza pubblica.*

*Di talchè la presente comunicazione deve intendersi come richiesta di intervento – immediato- a Vostra cura ed in sede di autotutela, modificando l'assetto della Gara nei termini indicati.*

*L'esponente si riserva la prerogativa ed il diritto di segnalare la fattispecie, anche in sede consultiva di parere, alle competenti Autorità di controllo, fatta salva, in ogni caso, ogni migliore e più opportuna tutela.*

*Certi del Vostro, fattivo, intervento a tutela dei –molteplici interessi coinvolti, si resta a disposizione per ogni chiarimento.*

**RISPOSTA al quesito 21:**

Si conferma quanto già espresso nel quesito n. 5





SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

A.T.S. SARDEGNA

SC INGEGNERIA CLINICA

ELENCO RAPPRESENTANTI DITTE PRESENTI ALLA SEDUTA PUBBLICA DI GARA DEL 12/08/2019

PRESENTE IN QUALITA' DI: (indicare con X)

Rif.	NOMINATIVO (IN STAMPATELLO)	DITTA RAPPRESENTATA (IN STAMPATELLO)	FIRMA	Legale Rappresentante	Delegato in forma scritta	Partecipante senza delega formale	Altro
1	MARCO MELONI	BUNKE & BUNKE			X		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

