

## **CAPITOLATO TECNICO**

### **PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SMONTAGGIO, RITIRO, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEL TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA "PHILIPS GYROSCAN 1 T " DAL P.O. S.MARTINO DI ORISTANO.**

#### **1) OGGETTO DELL'APPALTO - TIPOLOGIA DELL'OBBLIGAZIONE**

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di smontaggio non conservativo e rottamazione del Tomografo a Risonanza Magnetica "Philips Gyroscan 1 T" di tutti i suoi componenti e accessori a sistema e degli impianti ad essa connessi, per un **importo stimato a base di gara pari a Euro 12.000,00 Iva esclusa (onnicomprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).**

In particolare, le prestazioni richieste sono identificate come:

- Disconnessione del Tomografo RM dall'impianto elettrico della Radiologia Territoriale del P.O. S.Martino di Oristano e messa in sicurezza dell'impianto.
- Smontaggio non conservativo dell'intero Tomografo RM "Philips Gyroscan 1 T" comprese tutte le relative apparecchiature, componenti ed accessori presenti a corredo dell'apparecchiatura anzidetta (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: componenti elettrici, idraulici, di ventilazione/condizionamento di espulsione dei gas criogeni etc. originariamente connessi al tomografo compresi gli impianti presenti nel "vano tecnico" e quelli installati esternamente sul solaio dei locali) e predisposizione al trasporto.
- Rimozione del lucernario sul solaio dei locali dove è ubicata l'apparecchiatura, ed estrazione del corpo principale della RM per mezzo di autogrù utilizzando tale accesso, ovvero altra soluzione concordata in sede di sopralluogo.
- Riposizionamento del lucernario e messa in sicurezza edile ed elettrica di tutto il sito RM.
- Trasporto e conferimento presso centro di smaltimento con mezzo autorizzato SISTRI e rilascio, direttamente all'ente ospedaliero, di un formulario di smaltimento.
- Successivo ritiro e trattamento dei R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) ai sensi delle norme vigenti.

In relazione al ritiro ed al trattamento della RM "Philips – Gyroscan 1T", dovranno essere osservate le disposizioni del D. Lgs. 151/2005 e s.m.i., per quanto non abrogato, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI) recante l'istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e ss.mm.ii., del D.Lgs. 205/2010 e ss.mm.ii., recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti del D.M. 8 marzo 2010, n. 65 per l'espletamento delle attività di ritiro dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.) nonché del D.Lgs. 49/2014 recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.).

Requisiti minimi di partecipazione:

**tecnico-organizzativi:** aver espletato i servizi richiesti per apparecchiature analoghe (in termini di dimensioni e peso) a quella oggetto del presente capitolato (almeno n° 1 incarichi nell'ultimo quinquennio) ;

**economico-finanziari:** fatturato nell'ultimo quinquennio pari al valore stimato a base di gara pari a Euro 12.000,00 (Iva/E).

**Il servizio è richiesto “a corpo” e “chiavi in mano” e non è ammessa la partecipazione alla gara per sole specifiche tipologie delle prestazioni richieste o per la presentazione di offerte parziali.**

## **2) SOPRALLUOGO**

Al fine della corretta esecuzione della commessa è indispensabile una diretta conoscenza dello stato dei luoghi, nella presente procedura è prevista, l'esecuzione di un sopralluogo preventivo obbligatorio, **a pena di esclusione**, atto a verificare:

- il reale stato dei locali del vecchio sito RMN della radiologia territoriale del P.O. S.Martino di Oristano all'interno dei quali è ubicata l'apparecchiatura oggetto dell'appalto;
- la presenza di apparecchiature, componenti, accessori a corredo dell'apparecchiatura principale e per i quali si richiede lo smaltimento;
- la presenza e la disposizione degli impianti da dismettere.

Il sopralluogo dovrà essere eseguito presso i siti interessati da un rappresentante della ditta, munito di un documento di identità valido e delega del Legale Rappresentante.

Il sopralluogo sarà coordinato dalla S.C. Ingegneria Clinica, (che concorderà, con ciascun Concorrente, la data di effettuazione dello stesso). Si invitano pertanto le Imprese concorrenti a contattare, **entro e non oltre il giorno specificato nell'Invito di gara**, la S.C. Ingegneria Clinica alla mail *ingegneriaclinica.oristano@atssardegna.it*. Saranno così fissati gli appuntamenti presso i locali interessati entro e non oltre il penultimo giorno antecedente quello di scadenza per la presentazione delle offerte (ovvero, due giorni prima quello di scadenza offerte).

Al termine del sopralluogo ad ogni ditta partecipante verrà rilasciato un attestato che, al fine di dimostrare l'avvenuto sopralluogo, dovrà essere inserito tra la documentazione amministrativa.