

Nuoro, 30.10.2018

ATS-AZIENDA TUTELA SALUTE
NP.2018/72638 del 30/10/2018 ore 10,43
Mitt.: ASSSL Nuoro Presidio Ospedaliero S...
Ass.: ASSSL Nuoro DIREZIONE ASSSL
Class.: 1.

Direttore ASSSL Nuoro
Dott.ssa G. Cattina



Oggetto: Fornitura URGENTE letti UU.OO. P.O. S. Francesco

In merito alla richiesta inerente le caratteristiche dei letti di degenza, **non elettrici**, da destinare alle Unità Operative di questo Presidio Ospedaliero, si comunicano di seguito le note tecniche:

1. **Dimensioni:** lunghezza cm. 205; larghezza cm.85;
2. Basamento a pompa, ad altezza variabile; con attuatore oleodinamico; due snodi e tre sezioni con "trendelemburg" e "antitrendelemburg"; sezione schienale e piedi regolabili con manovelle; sezione bacino fissa; quattro ruote frenanti e blocco; pedale per elevazione altezza pianale; sponde ribaltabili; pantografo altezza variabile;
3. Asta porta-flebo;
4. Testiera e pediera estraibili;

Distinti saluti.

Il Direttore del P.O. San Francesco

ATS Sardegna - ASSSL Nuoro
Ospedale "San Francesco" - Nuoro
Direzione Sanitaria
Dirigente Medico
Dott.ssa Antonella Tatti