ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Nuoro

Ospedale San Francesco
Direzione di Presidio

12/08/2019

ATS-AZIENDA TUTELA SALUTE
NP.2019/44099 del 19/08/2019 ore 08.17
Mitt.: ASSL Nuoro Presidio Ospedaliero S...
Ass.: ASSL Nuoro DIREZIONE ASSL
Class.: 1.

Al Direttore Servizio Giuridico Amministrativo
Dr. F. Pittalis
Sede

Epc Al Direttore ASSL Nuoro
Dott.ssa Grazia Cattina

Oggetto: sollecito richiesta **urgente sostituzione container per il Blocco Operatorio**

Si ritrasmette in allegato per gli adempimenti di competenza, la richiesta di sostituzione e di revisione dei container per la sterilizzazione dello strumentario chirurgico in dotazione al Blocco Operatorio.

La suddetta richiesta riveste carattere d'urgenza.

Si resta in attesa di sollecito riscontro

(si allegano la richiesta e gli elenchi con le caratteristiche ed i formati dei container)

Cordiali saluti

Il Direttore del P.O. San Francesco

ATSSardegna - ASSL Nuoro
Ospedale "San Francesco" - Nuoro
Direzione Sanitaria
Dirigente Medico
Dott.ssa Pasquala Pinna

www.atssardegna.it
www.assinuoro.it

ASSL Nuoro, Direzione Sanitaria P.O. San Francesco
Via Mannironi 08100 NUORO
Tel. 0784-240225; fax 0784-240238
segreteria.ds.hsf@asinuoro.it - dir.po.sanfrancesco@pec.asinuoro.it

ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Nuoro

Pirrone

COMPLESSO OPERATORIO ASSL NUORO

ATS-AZIENDA TUTELA SALUTE
NR.2018/32125 del 04/05/2018 ore 13,32
Mitt.: ASSL Nuoro Presidio Ospedaliero S...
Ass.: ASSL Nuoro DIREZIONE ASSL
Class.: 1. Fasc.: 291 del 2018

Alla Cortese Attenzione

Direttore ASSL Nuoro
Dott.ssa Grazia Cattina

e P.C.

Direttore Sanitario
P.O. "San Francesco"
Dott. Pasquale Arca

OGGETTO: Richiesta sostituzione container **55x27x27**

Con la presente si richiede l'acquisto urgente di n° **125** container per sterilizzazione a vapore, secondo le specifiche di seguito descritte, misura **55x27x15** che sostituiranno quelli in dotazione di formato **55x27x27**. La presente richiesta trova giustificazione nella obsolescenza di quelli in dotazione e nel rischio di lesioni da movimentazione carichi legato al peso del formato di cui in oggetto con all'interno lo strumentario chirurgico.

DESCRIZIONE CONTAINER (fondi e coperchi)
Prodotti in materiale di alluminio anodizzato
Il contenitore e le sue componenti devono poter tollerare la sterilizzazione a vapore senza che si produca alcune effetto negativo sul contenitore o le sue componenti.
Il contenitore e le sue componenti riutilizzabili devono poter tollerare gli adeguati procedimenti di pulizia, eseguiti secondo le indicazioni fornite dal fabbricante, senza che si producano effetti negativi sul contenitore o le sue componenti
I contenitori devono essere:

- formato **55x27x15 (lunghezza x larghezza x altezza)**
- raggiati ed esenti da spigoli vivi; per permettere agevolmente tutte le operazioni di pulizia gli interni devono essere arrotondati - possedere un sistema di chiusura anti-manomissione; - dotati di maniglie esterne ergonomiche con arresto a 90° preferibilmente termoisolate per il trasporto in sicurezza; in ogni caso la ditta vincitrice deve fornire specifici dispositivi in modo da evitare possibili scottature;
- dotati di guarnizioni a tenuta tra coperchio e fondo al fine di fornire proprietà di barriera microbiologica (punto 4.6 UNI EN 868-1);
- le guarnizioni devono essere di tenuta stampata in unico pezzo senza giunzioni e fissata allo stesso senza alcun collante; le guarnizioni devono essere accessibili per permettere le operazioni di pulizia e devono essere specificate la frequenza e il metodo di manutenzione delle stesse nonché i cicli di vita utile;
- i contenitori devono essere dotati di sistemi di accatastamento stabile e sicuro;
- i coperchi e/o sovracoperchi devono essere stabili e colorati - il colore non deve subire alterazioni/scolorimenti cromatici nella termodisinfezione e sterilizzazione - con barriera batteriologica solo sul coperchio e che non comporti materiale di consumo monouso (filtri) - per lo

stesso modello, deve essere possibile adattare qualsiasi coperchio a qualsiasi base della stessa dimensione - esternamente al contenitore vi deve essere la possibilità di porre sigilli a garanzia del controllo di eventuale apertura accidentale del container - etichette con indicatori di processo - etichette/targhette di identificazione.

Si richiede, inoltre, la revisione dei seguenti container in dotazione alle varie sale operatorie

FORMATO	QUANTITA'
55 X 27 X 20	42
45 x 27 x 15	12
45 x 27 x 10	12
27 X 27 X 27	21
27 x 27 x 20	43
27 X 27 X 15	35
27 X 27 X 10	43

ATSSardegna - Area Socio Sanitaria Locale - Nuoro
Firma
COMPLESSO OPERATORIO

ATSSardegna - ASSL Nuoro
Ospedale "San Francesco" - Nuoro
Direzione Sanitaria
Dirigente Medico
Dott.ssa Fabriziala Pinna