

GARA A VALENZA REGIONALE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI: SISTEMI DI DRENAGGIO CHIRURGICO; SACCHE E SISTEMI DI RACCOLTA LIQUIDI; SACCHE E CONTENITORI PER NUTRIZIONE ED INFUSIONE, CONTENITORI PER ORGANI, DISPOSITIVI PER SOMMINISTRAZIONE PRELIEVO E RACCOLTA - CND A06 - 08 - 09 - 99

VERBALE DEFINITIVO DEI CHIARIMENTI

SCHEDA 1

• Quesito n. 1 del 23/10/2017:

Argomento: CERTIFICAZIONE CE E ISO IN LINGUA ORIGINALE

" Si chiede, in riferimento alla documentazione tecnica, se è possibile presentare certificazioni CE ed ISO dei dispositivi medici offerti in lingua originale (inglese) poichè trattasi di certificazioni."

RISPOSTA:

Sì, è possibile presentare certificazioni CE ed ISO in lingua inglese o, in alternativa, in lingua francese, senza traduzione; nel caso di utilizzo di altre lingue è invece necessario allegare obbligatoriamente anche traduzione.

• Quesito n. 2 del 24/10/2017:

Argomento: PREZZO OFFERTO PARI O INFERIORE A BASE D'ASTA - RICHIESTA PERCENTUALE SCONTO DIVERSA DA ZERO

"L'Art.7 - Deposito telematico dell'offerta economica del Disciplinare Telematico, lettera a) File "SchemaOfferta.xls" è così rubricato: "(..) non è possibile inserire 0 (zero) come percentuale di ribasso". Si chiede chiarimento in quanto è previsto offrire prezzo pari o inferiore a base d'asta".

RISPOSTA:

Si tratta effettivamente di un refuso, è possibile inserire zero (zero) e di conseguenza l'offerta che viene calcolata è uguale alla base d'asta.

• Quesito n. 3 del 24/10/2017

Argomento: FILE DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA (OFFERTA A PREZZI UNITARI)

"Si chiede se il singolo file .pdf del "Dettaglio dell' Offerta Economica" (Offerta a prezzi unitari) debba essere firmato digitalmente oppure se solo il file .zip deve essere firmato digitalmente e marcato temporalmente?"

RISPOSTA:

Vedasi Disciplinare telematico.

Il file del Dettaglio di Offerta Economica ("Offerta a prezzi unitari") dovrà essere contenuto in un file .zip (l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e dovrà avere formato .pdf. Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente e marcato temporalmente (la sua estensione finale dovrà essere .tsd).

• Quesito n. 4 del 24/10/2017

Argomento: "Dettaglio dell'offerta economica (Offerta a prezzi unitari)"

“Si chiede se in caso di partecipazione a più lotti debbano essere presentati più files "Dettaglio dell'offerta economica (Offerta a prezzi unitari)" o un unico file compilato per i lotti per cui si partecipa?”

RISPOSTA:

Può essere compilato un unico file per tutti i lotti per cui si intende partecipare.

- **Quesito n. 5 del 25.10.2017**

“Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti relativi alla procedura in oggetto.

DGUE: si chiede conferma che nella parte IV - lettera C debbano essere compilati unicamente i punti 1b e 11.

Dettaglio dell'offerta economica: “Offerta a prezzi unitari”: il file del dettaglio offerta economica prezzi unitari (messo a disposizione tra i documenti di gara) deve essere firmato e marcato entro il 21/11/2017 ore 12:00? Si chiede di specificare la data esatta entro la quale debba essere marcato il file in quanto non risulta chiaro dal Timing di gara.

Campionatura: Si chiede conferma che sono richiesti nr. 2 campioni solamente per i lotti 1 e 2. Per i restanti lotti è dunque sufficiente la sola documentazione fotografica o verranno richiesti campioni in un successivo momento?

RISPOSTA:

DGUE: i punti 1b e 11 della parte IV - lettera C devono essere compilati obbligatoriamente; altri punti devono invece essere compilati solo se del caso (ad esempio il punto 10 in ipotesi di riserva di subappalto).

Dettaglio dell'offerta economica: “Offerta a prezzi unitari”: Vedasi Disciplinare telematico. La firma digitale e la marcatura temporale dovranno essere necessariamente apposte sul file .zip entro il termine utile per procedere all'invio/deposito telematico dello stesso. Secondo il Timing attuale (probabilmente in fase di modificazione – seguiranno avvisi) l'inizio del periodo per il caricamento del file di dettaglio offerta economica–prezzi unitari (dettaglio offerta economica.zip.p7m.tsd) è il 18/12/2017 alle ore 9.00; il termine ultimo per il caricamento del file di dettaglio offerta economica–prezzi unitari è il 18/12/2017 alle ore 11.00.

Campionatura: Si conferma.

- **Quesito n. 7 Del 26.10.2017**

Argomento: Lotto 182 : Misure?

“Quali misure sono richieste per il lotto 182 sacche nutrizione parenterale totale?”

RISPOSTA:

Lotto 182 : sacche per nutrizione parenterale totale: si richiedono sacche tali da assicurare una capienza da 3000 ml (+- 10%)

- **Quesito n. 8 del 26.10.2017**

Argomento: Scheda tecnica - allegato B1

“Con la presente si chiede se è possibile avere le schede B1 e B2 in formato editabile”

RISPOSTA:

Sì, è possibile. Si allega file editabile.

- **Quesito n. 9 del 27.10.2017**

Argomento: Documento CRITERI E METODOLOGIE DI VALUTAZIONE OFFERTE

“Buongiorno, in merito all'allegato messo da voi a disposizione, per evidente refuso, è stato inserito uno schema di valutazione relativo ad altra procedura di gara. Si richiede lo schema di valutazione corretto.”

RISPOSTA:

Il file contiene effettivamente i seguenti refusi:

a) si fa erroneamente riferimento al software di gestione CAT Sardegna anziché CSAMED NET4MARKET;

b) il file riporta in calce una parte non attinente alla gara di che trattasi.

Si provvederà immediatamente alla sostituzione del file.

- **Quesito n. 10 del 27.10.2017**

Argomento: Lotto 38 voce B

“Buongiorno, al Lotto 38 voce B si richiede un tubo lungo 30 m con un connettore flessibile. Si chiede conferma della correttezza della richiesta.”

RISPOSTA:

Si conferma. Nel dettaglio si specifica ulteriormente che trattasi di un tubo con connettore flessibile lungo 30 m ca.(+-10%) intendendo un tubo a bolle.

- **Quesito n. 13 del 30.10.2017**

“chiediamo cortesemente che venga ripubblicato il file "Metodologia di applicazione dei criteri di valutazione", quello presente nella documentazione di gara è relativo ad un'altra procedura.”

RISPOSTA:

Si provvederà immediatamente alla sostituzione del file.

Quesito n. 14 del 31.10.2017

Argomento: CRITERI DI VALUTAZIONE, OFFERTA E SPECIFICHE TECNICHE

“Buongiorno, siamo con la presente a chiedere i seguenti chiarimenti:

1. Chiediamo di verificare ed eventualmente ripubblicare i criteri di valutazione in quanto a ns. avviso non sono attinenti alla gara;
2. il Disciplinare di gara all'art. 6 al paragrafo di Deposito Telematico dell'offerta economica indica che "il punteggio prezzo sarà assegnato sulla base della percentuale di ribasso sul valore del singolo lotto al netto Iva, che costituisce base d'asta", mentre nei Criteri di Valutazione è indicato "il massimo dei punti relativi al prezzo andrà assegnato alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso". Chiediamo di chiarire il metodo di attribuzione del punteggio economico e anche con quanti decimali si può esprimere il ribasso.
3. in alcune specifiche tecniche di sacche urina viene indicato "tubo di raccordo 90/130 cm"; chiediamo se è possibile offrire più di un articolo oppure chiediamo di poterci indicare la preferenza di tubo da 90 o da 130 cm.”

RISPOSTA:

1. Vedasi risposta al quesito n. 9 del 27.10.2017
2. Non vi è alcuna contraddizione tra la previsione del disciplinare di gara e quella contenuta nell'allegato "Metodologia di applicazione dei criteri di valutazione": il punteggio prezzo sarà assegnato sulla base della percentuale di ribasso sul valore annuale del singolo lotto netto Iva, che costituisce la base d'asta; di conseguenza, il massimo dei punti andrà assegnato a chi avrà formulato il ribasso, in termini percentuali, più alto, che corrisponde ovviamente al prezzo più basso. Il numero massimo di cifre decimali da inserire per la formulazione del ribasso percentuale offerto è 2 (due) (Vedasi art. 7 del disciplinare telematico)
3. Si conferma che è richiesta la fornitura di due distinte misure: 90 e 130 cm, quindi è possibile e dev'essere offerto più di un articolo.

• **Quesito n. 15 del 31.10.2017**

Argomento: Richiesta chiarimenti - lotto 19

“Lotto 19 – voci G) H): chiediamo di voler scorporare le voci citate dal lotto in oggetto, in quanto non omogenee rispetto ai restanti riferimenti e, a nostro giudizio, limita notevolmente la partecipazione a numerose aziende operanti nel settore. In alternativa, al fine di garantire la più ampia partecipazione alle varie aziende presenti sul mercato, chiediamo la possibilità di presentare offerta per l' 80% del lotto (pertanto n. 6 voci su 8). “

RISPOSTA:

Si conferma quanto specificato nell'allegato A e negli ulteriori atti di gara.

I progettisti confermano che il lotto è articolato in modo tale da assicurare il giusto equilibrio tra esigenze di approvvigionamenti dell'Azienda e competitività (che ovviamente non significa possibilità per qualunque operatore economico, in composizione monocratica, di partecipare alla procedura di gara: diversamente non sarebbero stati previsti istituti quali il contratto di rete, la riunione temporanea di imprese, il consorzio, il sub appalto, etc.).

L'ulteriore ipotesi prevista nel quesito (consentire di presentare offerta per l'80% del lotto) è evidentemente impraticabile: renderebbe incomparabili le offerte economiche, e creerebbe un "vuoto" negli approvvigionamenti rispetto a quanto progettato.

- **Quesito n. 16 del 31.10.2017**

Argomento: vostra risposta a chiarimento 5

"Buongiorno, nella risposta al chiarimento 5 mancano le domande. Sareste così gentili da pubblicarle?"

RISPOSTA:

Si riportano le domande del quesito n. 5:

"DGUE: si chiede conferma che nella parte IV - lettera C debbano essere compilati unicamente i punti 1b e 11.

Dettaglio dell'offerta economica: "Offerta a prezzi unitari": il file del dettaglio offerta economica prezzi unitari (messo a disposizione tra i documenti di gara) deve essere firmato e marcato entro il 21/11/2017 ore 12:00? Si chiede di specificare la data esatta entro la quale debba essere marcato il file in quanto non risulta chiaro dal Timing di gara.

Campionatura: Si chiede conferma che sono richiesti nr. 2 campioni solamente per i lotti 1 e 2. Per i restanti lotti è dunque sufficiente la sola documentazione fotografica o verranno richiesti campioni in un successivo momento?"

- **Quesito n. 17 del 31.10.2017**

Argomento: SPECIFICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA

"Buongiorno, nel file "CRITERI E METODOLOGIE DI VALUTAZIONE" è allegato la "specificazione dei criteri di valutazione qualitativa" relativa a elicotteri. Si chiede la sostituzione con il file esatto."

RISPOSTA:

Abbiamo provveduto a pubblicare il file corretto.

- **Quesito n. 19 del 31.10.2017**

Argomento: Vari documentazione amministrativa e tecnica

"1. DGUE parte IV lettera c - si chiede conferma che non comporta causa di esclusione compilare solo le sezioni 1b e 11 (a meno che non si ricorra al sub appalto).

2. Dettaglio offerta economica a prezzi unitari - la data entro quale va apposta la MARCATURA TEMPORALE è il 21/11 oppure il 18/12?

3. Documentazione tecnica: all'interno della cartella zip devono esserci tante cartelle quanti sono i lotti di partecipazione. I file all'interno di queste cartelle si possono inserire in formato pdf (senza firma) presupponendo che la firma della cartella zip equivalga alla firma dei singoli file contenuti al suo interno?"

RISPOSTA:

1. Come da risposta ad altro quesito, nel DGUE, i punti 1b e 11 della parte IV - lettera C devono essere compilati obbligatoriamente; altri punti devono invece essere compilati solo se del caso (ad esempio il punto 10, in ipotesi di riserva di subappalto).

2. Vedasi Disciplinare telematico. Secondo il Timing attuale (probabilmente in fase di modificazione – seguiranno avvisi) il caricamento del file di dettaglio offerta economica-prezzi unitari (dettaglio offerta economica.zip.p7m.tsd) è possibile dalle ore 09:00 alle ore 11.00 del 18/12/2017.

3. Si conferma.

- **Quesito n. 20 del 31.10.2017**

Argomento: Ricerca allegato

"Dove si trova l'allegato da voi menzionato (allegato 1) nella risposta chiarimenti del 31/10/2017 ore 13:13?"

RISPOSTA:

Si trova nell'apposita sezione "allegati", all'interno del forum di gara.

- **Quesito n. 21 del 31.10.2017**

Argomento: Polizza provvisoria

"La polizza provvisoria va intestata a ATS Sardegna oppure all'Asl Olbia?"

RISPOSTA:

La polizza provvisoria dev'essere intestata a ATS Sardegna - ASSL OLBIA.

- **Quesito n. 22 del 31.10.2017**

Argomento: (art. 48 comma 7) - PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE ED IN RTI

"Rif.to Disciplinare di gara - Art. 2 - Soggetti ammessi:

"Si sottolinea:
(art. 48 comma 7) E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti "

DOMANDA:

Per quanto ci risulta, il divieto previsto dall'art. 48 comma 7 e dall'art. 198 comma 2, non è tuttavia applicabile in caso di partecipazione a diversi lotti della stessa procedura.

Si chiede quindi la conferma della possibilità di partecipare alla gara IN LOTTI DIVERSI E DISTINTI sia individualmente che in RTI."

RISPOSTA:

E' possibile partecipare a più lotti in composizione diversa (ad esempio: lotto 1 come concorrente singolo, lotto 3 come RTI ecc.); in relazione al singolo lotto è vietata la partecipazione in forma singola e, contestualmente, in RTI, Consorzio GEIE ecc.

- **Quesito n. 23 del 31.10.2017**

Argomento: Richiesta chiarimenti

"1) Disciplinare di gara – Art. 2 lettera C) REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA

Nel caso si offrano più di 40 lotti o si offrano lotti per un valore complessivamente considerato (quadriennio) superiore a € 1.000.000,00 occorre presentare due buone referenze bancarie o, in alternativa una buona referenza bancaria e una comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Si chiede di precisare cosa si intenda per "buone" referenze bancarie.

2) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – lettera b) "allegato 3"

Nel Disciplinare di gare è indicato di presentare copia scannerizzata dell'allegato 3 contenente una serie di dichiarazioni, tra le quali la seguente:

- di aver tenuto conto, nella predisposizione della propria offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;

Leggendo l'allegato 3 tale dichiarazione non compare. Si chiede pertanto se occorra fare una dichiarazione a parte o se si possa integrare l'allegato 3.

3) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – lettera h)

Si chiede se per i documenti allegati in copia occorra fare una dichiarazione per ogni documento oppure se si possa fare una dichiarazione di conformità cumulativa dei documenti presentati in copia.

4) Si chiede conferma che i propri costi aziendali relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in percentuale d'incidenza sul prezzo complessivo offerto, di cui all'art. 95 c. 10 del Codice, siano da indicare nel Dettaglio dell'Offerta Economica "Offerta a prezzi unitari".

OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è composta da due documenti:

2. lo Schema offerta in excel
3. il Dettaglio offerta a prezzi unitari

Nel Disciplinare di gara in calce al paragrafo è indicato:

ATTENZIONE: ENTRAMBI I DOCUMENTI COSTITUENTI L'OFFERTA ECONOMICA (punti 1 e 2) DEVONO ESSERE FIRMATI DIGITALMENTE E MARCATI TEMPORALMENTE DAL SOTTOSCRITTORE DELL'ISTANZA E QUINDI AVERE FORMATO .p7m.tsd.

Nel Disciplinare Telematico è indicato che il file del Dettaglio di Offerta Economica ("Offerta a prezzi unitari") dovrà essere contenuto in un file .zip e dovrà avere formato .pdf. Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente e marcato temporalmente.

Si chiede quindi se sia il file Dettaglio di Offerta Economica ("Offerta a prezzi unitari") che la cartella .zip debbano entrambi essere firmati digitalmente e marcati temporalmente.

Responsabile Procedimento

Nel Disciplinare di gara è indicato come Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Maria Caterina Cassitta, mentre nel Capitolato Speciale d'Appalto è indicato l'Avv. Roberto Di Gennaro.

Si chiede di indicare quale sia il Responsabile del Procedimento per questa gara."

RISPOSTA:

1) Per "buona" referenza bancaria s'intende un'attestazione dell'istituto inerente l'affidabilità del soggetto nei confronti dei quali è prestata. Con "affidabilità" s'intende correttezza e puntualità nell'adempimento degli impegni assunti con l'Istituto bancario nonché assenza di situazioni critiche (solvibilità) note all'istituto nei confronti di terzi.

2) Si tratta effettivamente di un refuso; così come previsto dall'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 56/2016, trattandosi di forniture senza posa in opera, non è necessario indicare gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

3) E' possibile fare una dichiarazione di conformità cumulativa dei documenti presentati in copia.

4) Si ribadisce quanto indicato nel punto 2).

Per quanto concerne l'offerta economica, il file del Dettaglio di Offerta Economica ("Offerta a prezzi unitari") dovrà essere contenuto in un file .zip; quest'ultimo dovrà essere firmato digitalmente e marcato temporalmente.

Il Responsabile del Procedimento per questa gara è divenuta la Dr.ssa Maria Caterina Cassitta, designata dall'originario RUP, avv. Roberto Di Gennaro, ai sensi dell'art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016.

- **Quesito n. 24 del 31.10.2017**

Argomento: IMPORTO CAUZIONE PROVVISORIA

“dopo l'abilitazione ai lotti ai quali si partecipa, nella reportistica, viene rilasciato il Report con indicazione dei lotti e degli importi delle cauzioni provvisorie. Tali importi sono diversi da quelli indicati nel Vostro allegato "cauzioni +CIG, etc."

Tale differenza può generare equivoci nella richiesta delle cauzioni provvisorie. Si prega di chiarire.”

RISPOSTA:

La cauzione dev'essere costituita per gli importi di cui all'apposito allegato pubblicato (2% del valore quadriennale); causa malfunzionamento, nel report prodotto dal sistema net4market - csamed comparivano importi errati: si sta provvedendo alla modifica delle impostazioni.

- **Quesito n. 25 del 1.11.2017**

Argomento: LOTTO 183 Sacche per infusione a pressione denominate premisacca, volumi

“vogliate cortesemente specificare le seguenti caratteristiche che vengono richieste dal personale utilizzatore onde evitare esclusioni del Dispositivo Medico ev proposto:

-MANOMETRO: A PISTONE con CODICE COLORE o ANEROIDE?

-MECCANISMO DI SGONFIAGGIO PREMISACCA: ROTELLINA VICINO AL BULBO O 3 VIE?”

RISPOSTA:

Il quesito non è chiarissimo; pare di capire che si chieda, in relazione al criterio di valutazione "caratteristiche d'utilizzo del dispositivo - Facilità d'uso e maneggevolezza del dispositivo, quale sia la soluzione preferibile:

- MANOMETRO: 1) A PISTONE con CODICE COLORE; 2) ANEROIDE;

- MECCANISMO DI SGONFIAGGIO PREMISACCA: 1) ROTELLINA VICINO AL BULBO; 2) 3 VIE.

Se questo è il quesito, si comunica che in entrambi i casi le soluzioni proposte sono considerate in linea di massima equivalenti, in relazione al criterio di valutazione.

- **Quesito n. 26 del 2.11.2017**

Argomento: richiesta chiarimento per la DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

"ART.5

CAMPIONATURA

Le ditte dovranno presentare campionatura, ove previsto, come richiesto in allegato A al CSA;

relativamente agli altri lotti è richiesta documentazione fotografica o, in alternativa, un filmato, su supporto informatizzato. "

DOMANDA: si chiede di chiarire se la "documentazione fotografica o filmato" richiesti per i lotti dove non sono previsti campioni, debba essere presentata come plico "CAMPIONI" da inviare al Vs. Servizio Provveditorato in via Bazzoni Sircana o se tale documentazione faccia parte dell'offerta tecnica da depositare sul portale.

RISPOSTA:

Poichè la documentazione fotografica (o filmati) ha valenza di dimostrazione del requisito di ammissione tecnico-organizzativo dev'essere inclusa, su supporto informatizzato (vedasi disciplinare di gara - parte " requisiti di capacità tecnico professionale") all'interno della documentazione amministrativa caricata a sistema entro il termine di presentazione delle offerte di cui al timing di gara.

- **Quesito n. 27 del 2.11.2017**

Argomento: Documentazione fotografica

“In riferimento alla richiesta di documentazione fotografica e/o filmati su supporto magnetico da presentare ove non sia richiesta campionatura, chiediamo se per documentazione fotografica si intende il depliant illustrativo che generalmente presenta la foto della famiglia del prodotto (es. per i cateteri è rappresentata l'immagine di un catetere e poi sono indicati i codici/misure disponibili) oppure se bisogna presentare la fotografia di ogni singolo dispositivo offerto sia nella confezione chiusa, per capire dall'etichetta la tipologia di prodotto ed il relativo codice, che nella confezione aperta per vedere bene il prodotto.”

RISPOSTA:

La documentazione alternativa alla campionatura, ove la stessa non sia prevista nel bando, può essere costituita da entrambe le soluzioni proposte:

- depliant illustrativo di ciascun dispositivo offerto con chiara individuazione del prodotto (tipologia di prodotto ed il relativo codice);
- fotografie (o filmato) di ciascun dispositivo offerto, con chiara individuazione del prodotto (tipologia di prodotto ed il relativo codice), evincibili ad esempio allegando anche foto della confezione chiusa, con visibili in etichetta i dati richiesti.

- **Quesito n. 28 del 3.11.2017**

Argomento: RICHIESTA CONFERMA PREZZO A BASE ASTA PER LOTTO 96

“LOTTO 96 Set per accesso percutaneo alla via biliare composto da ago mandrinato tipo Chiba calibro 21-22 G, irrigiditore metallico, filoguida specifico, cannule coassiali e repere distale radiopaco (diametro rispettivamente 4 Fr circa e 6 Fr circa) di lunghezza di 20 cm circa - PREZZO A BASE ASTA EURO 10,00

Si chiede conferma del prezzo a base asta del lotto 96 in quanto non ci risulta che sul mercato esistano dispositivi con prezzo simile”

RISPOSTA:

Premesso che il prezzo a base d'asta è dato dal valore annuale del lotto, si conferma quanto indicato nell'allegato A.

- **Quesito n. 31 del 3.11.2017**

Argomento: Documentazione Tecnica

“Buongiorno, in riferimento al Disciplinare telematico che prevede l'inserimento di tutta la documentazione tecnica in un'unica cartella zip da 32Mb, considerando che la ns. azienda conta di rispondere a circa la metà dei lotti della presente procedura e che non è possibile contenere la documentazione tecnica in una sola cartella, chiediamo cortesemente che sia consentito poter inserire almeno due o più cartelle zip da 32Mb ciascuna.”

RISPOSTA:

Sì è consentito; sarà possibile depositare fino a 3 cartelle zip da 32 MB ciascuna.

- **Quesito n. 32 del 6.11.2017**

Argomento: Lotto 13

“Voce A): da quanti ml sono il soffiETTO e la sacca?”

Voce F): è possibile data la base d'asta che si sia stata erroneamente invertita con la voce G? Infatti la voce della sacca di ricambio (voce G) ha il prezzo molto più alto rispetto al drenaggio a soffiETTO (Voce F).”

RISPOSTA:

lotto 13, voce A): si conferma quanto previsto in allegato A: i millilitri del drenaggio a soffiETTO sono 150; non è prevista sacca di ricambio.

In relazione ai prezzi riferiti alle voci G e F, non vi è stata inversione di voce, si confermano le stime specificate nell'allegato A, ricordando comunque che le sub voci non costituiscono limite per l'operatore economico: l'unico limite è il valore annuale complessivo del lotto a base d'asta.

- **Quesito n. 33 del 6.11.2017**

Argomento: Lotto 14

“Dalla descrizione del Lotto si evince che è simile e/o uguale al drenaggio Lotto 10 ma le basi d'asta sono molto differenti, potrebbe trattarsi di un refuso? Inoltre ci potete indicare i calibri dei drenaggi dato che il soffiETTO è richiesto con l'ago?”

RISPOSTA:

I due lotti non sono identici ma parzialmente simili.

Si potrebbe ipotizzare una sovrastima del valore del lotto 10, e di ciò si potrebbe tener conto in fase di valutazione di congruità delle offerte; tuttavia, ciò non impedisce di presentare offerta sia per il lotto 10 che per il lotto 14.

Relativamente al lotto 14 verranno valutati i calibri del drenaggio CH 6;CH 8;CH 10.

- **Quesito n. 34 del 6.11.2017**

Argomento: Lotto 51

“Voce B): Viene richiesto un catetere toracico curvo con introduttore conico atraumatico; per quanto di nostra conoscenza non esistono in commercio. Chiedete cateteri trocar toracici o cateteri toracici angolati e curvi?”

RISPOSTA:

lotto 51 - voce B : si conferma quanto presente nell'allegato A : si richiede un catetere toracico curvo, esistente in commercio.

- **Quesito n. 35 del 6.11.2017**

Argomento: Lotto 70

“Viene richiesto solo il 24CH, è possibile offrire le altre misure disponibili a parità di condizioni?”

RISPOSTA:

Lotto 70: si conferma quanto richiesto nelle specifiche dell'allegato A perchè altre misure non sono d'interesse.

- **Quesito n. 36 del 6.11.2017**

Argomento: Lotto 77

“Voce A e B: la misura 8mm riportata per quale parte del drenaggio si intende? La parte piatta normalmente viene indicata con due misure es. 4x10mm o 3x7mm, ecc.”

RISPOSTA:

Lotto 77 : voci A e B : la misura di 8 mm (+/-10%), riportata nelle descrizioni dell'allegato A è da ritenersi riferita alla lunghezza della parte piatta; non si è ritenuto e non si ritiene necessario porre limiti ulteriori.

- **Quesito n. 37 del 6.11.2017**

Argomento: Lotto 17

“Il drenaggio è richiesto con ago, potete indicarci le misure dei drenaggi su cui va montato l'ago?”

RISPOSTA:

Potranno essere richiesti drenaggi con misure in un range da CH 7 a CH 18 (non è richiesto che siano disponibili tutti i calibri compresi nel range).

- **Quesito n. 39 del 6.11.2017**

Argomento: Lotto 19 - Sub Lotto G e H

“Buongiorno

Si richiede cortesemente se le caratteristiche indicate nel Lotto 19 sub Lotto G e H sono da ritenersi esatte e vincolanti in quanto le stesse potrebbero identificare un preciso prodotto. Nell'attesa di un cortese riscontro porgiamo cordiali saluti.”

RISPOSTA:

Vedasi risposta a quesito analogo (n. 15 del 31.10.2017)

- **Quesito n. 40 del 6.11.2017**

Argomento: Intestazione cauzione provvisoria

“Buonasera,

la cauzione provvisoria deve essere intestata a ATS Sardegna Via Enrico Costa 57 Sassari oppure a ASSI Olbia Via Bazzoni Sircana 2/2A Sassari?”

RISPOSTA:

Il soggetto giuridico nei confronti del quale dev'essere emessa garanzia è ATS Sardegna; nell'attuale organizzazione il Provveditorato dell'ASSL di Olbia è la struttura che sta seguendo la procedura di aggiudicazione: pertanto, l'eventuale omissione nella cauzione della dicitura "ASSL OLBIA" non sarebbe rilevante.

L'indirizzo della sede legale di ATS Sardegna è Via Enrico Costa 57 Sassari.

- **Quesito n. 41 del 7.11.2017**

Argomento: richiesta chiarimenti

“Con riferimento alla procedura in oggetto, siamo a chiedere:

1) cauzione provvisoria.

1.1) deve avere validità di 210 gg dal 21/11/17?

1.2) può essere cumulativa per tutti i lotti di partecipazione?

2) Si chiede conferma che eventuali certificazioni in lingua straniera potranno essere corredate, anziché di traduzioni giurate, di traduzioni redatte internamente dal partecipante.

3) Allegato 3. Si conferma che, in caso di dimezzamento del valore della cauzione del 50%, sono ammissibili queste due opzioni: 1) allegare certificazione qualità senza compilare il punto 1 paragrafo “in ordine al rilascio cauzione provvisoria”; 2) compilare il suddetto punto 1 senza allegare la certificazione qualità. Si chiede, comunque sia, se pur allegando la certificazione qualità sia ammessa la compilazione del punto 1.

4) All'art. 2 del disciplinare si dispone che i requisiti di capacità tecnico professionale sono alternativamente dimostrati o con campionatura o con documentazione fotografica (o in alternativa a quest'ultima opzione, con un filmato su supporto). Qualora non sia richiesta campionatura nel file “quadro lotti”, si chiede:

4.1) le foto dei prodotti vanno accluse nella cartella della documentazione tecnica?

4.2) E' sufficiente presentare le schede tecniche qualora includessero delle foto?

4.3) Si dispone che “L'autenticità della campionatura, della documentazione fotografica e/o dei filmati deve poter essere certificata a richiesta da quest'Azienda”; cosa si intende con tale previsione?

4.4.) l'allegazione di foto implica il contrassegno della voce 11 – sez. C – parte IV criteri di selezione del DGUE? Si chiede di indicare eventuali altre voci del DGUE da contrassegnare in proposito.

5) Si chiede se sia corretta tale modalità di organizzazione e firma della documentazione amministrativa. Tutti i file in formato pdf (nessuno dei quali firmati digitalmente) saranno contenuti in una cartella zippata firmata digitalmente.

6) Si chiede di confermare che, nell'ambito della documentazione amministrativa sarà sufficiente presentare un solo documento d'identità del firmatario.

7) Documentazione tecnica.

7.1) Stante quanto consigliato dal disciplinare telematico, si chiede conferma che sono ammesse schede tecniche e foto a colori.

7.2) Si chiede se sia corretta tale modalità di organizzazione e firma della documentazione tecnica. Tutti i file in formato pdf (nessuno dei quali firmati digitalmente) saranno contenuti in una cartella del lotto di specie. Tale cartella (non zippata e non firmata digitalmente), assieme a quelle degli eventuali altri lotti, sarà inserita in una cartella zippata e firmata digitalmente.

7.3) Si chiede conferma che, per maggior chiarezza, è possibile designare il nome delle sottocartelle dei vari lotti e dei file in esse contenuti, con i suffissi dei lotti di partecipazione.

8) Offerta a prezzi unitari.

8.1) Entro quale data va compilata, firmata digitalmente e marcata temporalmente?

8.2) Si chiede conferma della correttezza di tale modalità di firma e organizzazione. Il file in pdf (non firmato digitalmente) sarà inserito, assieme al documento d'identità, in una cartella zippata, firmata digitalmente e marcata temporalmente. Il file in pdf sarà unico anche in caso di più lotti di partecipazione.

8.3) Non è previsto alcun inserimento del numero seriale della marcatura temporale; si conferma comunque la marcatura per la suddetta cartella zippata?

8.4) I costi per la sicurezza vanno o meno indicati? Se sì, dove?

9) Schema Offerta xls. Lo schema va compilato, firmato digitalmente e marcato temporalmente entro il 28.11.17 ore 12.00 (senza tuttavia ancora caricarlo a sistema); da quale data è possibile firmarlo e marcarlo?

La stessa domanda si pone per l'inserimento del numero di serie della marcatura temporale: si può inserire in qualsiasi momento entro il 28.11.17 ore 12?

10) Relativamente all'eventuale form d'integrazione offerta, ci sono date di compilazione, firma e caricamento da osservare sin d'ora?

11) Rileviamo che il file relativo ai criteri e metodologie non risulta pertinente con l'oggetto di gara.

12) Si chiede di pubblicare la scheda B1 E B2 in formato editabile.

13) DGUE.

13.1) I requisiti generali di cui all'art. 80 richiamati tra le pagg. 6 e 9 del Disciplinare, sono assolti con la presentazione del DGUE parte III?

13.2) Si chiede di confermare che il punto 8 pag. 11 non necessita di alcuna dichiarazione aggiuntiva essendo fattispecie già presente nel DGUE.

13.3) Si chiede di confermare che le voci non compilate della parte I non vanno compilate dal partecipante.

13.4) Capacità economico finanziaria. Si prevede di presentare – a seconda dei casi – una o due referenze bancarie. Si chiede: quale voce del DGUE va correlativamente contrassegnata per indicare la presentazione delle referenze bancarie? Non va indicato alcun dato sul fatturato globale né su quello specifico?

13.5) Parte IV – sez. C punto 12). Va compilato?

13.6) Parte IV sezione alfa – indicazione globale per tutti i criteri di selezione: va compilata?

RISPOSTA:

1.1) Vedasi disciplinare di gara (pag. 4): la cauzione provvisoria deve avere validità di almeno 210 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte (28/11/2017).

1.2) sì, è possibile ferma l'indicazione dei lotti per cui è emessa cauzione e dei relativi importi.

2) Sono ammesse certificazioni in lingua francese o inglese senza traduzione; nel caso di certificazioni in altra lingua straniera, la documentazione dovrà essere presentata corredata da traduzione in lingua italiana dichiarata fedele all'originale dall'offerente (si ricorda che in caso di dichiarazioni mendaci si realizzerebbe una delle cause di esclusione previste dall'art. 80, da segnalare anche ad ANAC per ulteriori provvedimenti di sua competenza).

3) Si conferma.

4) Premesso che sul singolo lotto, dove sia richiesta campionatura, non sono ammesse foto o filmati come documentazione alternativa, le risposte ai quesiti sono le seguenti:

4.1) Vedasi riscontro al quesito n. 26 del 2.11.2017.

4.2) sì, purchè le foto siano ben chiare e visibili.

4.3) La previsione del disciplinare *"L'autenticità della campionatura della documentazione fotografica e/o dei filmati deve poter essere certificata a richiesta da quest'Azienda"* riproduce la previsione dell'allegato XVII del Codice dei Contratti Pubblici sulle modalità di prova della veridicità della documentazione di gara che può essere richiesta dalla S.A. all'offerente). Nel caso di richiesta l'offerente dovrà dimostrare di aver prodotto campioni o foto o filmati autentici, cioè esattamente riferiti al bene offerto, così come prodotto in fabbrica per quella marca e quel modello.

4.4) si conferma, vedasi riscontro a quesito analogo (n. 19 del 31/10/2017 - punto 1); per le istruzioni relative alla compilazione del DGUE vedasi allegato 2 al disciplinare di gara.

5) si conferma.

6) il quesito è generico e non è possibile dare risposta univoca perchè non differenzia le varie situazioni ipotizzata in atti di gara.

Se s'intendeva chiedere, a fronte del fatto che sarà solo una persona a rendere dichiarazioni sostitutive e a firmare l'offerta, se sia sufficiente allegare una sola volta il documento di quella persona, la risposta è "Sì".

7.1) Il disciplinare telematico non lo vieta ma raccomanda, in considerazione delle caratteristiche del software di gestione della gara, che "l'utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento."

La scarsa intellegibilità potrebbe rendere la documentazione inesatta o lacunosa" (vedasi disciplinare - parte tecnica).

7.2) Vedasi disciplinare telematico.

7.3) si consiglia di creare sottocartelle denominandole con l'indicazione del sub lotto (es.: cartella lotto 1 - sottocartella 1a); sottocartella 1b, etc.).

8.1) vedasi Timing di gara: il caricamento del file di dettaglio offerta economica–prezzi unitari (dettaglio offerta economica.zip.p7m.tsd), richiesto ai soli aggiudicatari, è possibile dalle ore 09:00 alle ore 11:00 del 27/12/2017.

8.2) si conferma.

8.3) si conferma.

8.4) Vedasi riscontro al quesito n. 23 del 31.10.2017 punto 2).

9) Leggere attentamente le istruzioni ben dettagliate all'art. 7 "ART. 7 - DEPOSITO TELEMATICO OFFERTA ECONOMICA (MODALITÀ DI COMPILAZIONE, SALVAGUARDIA, TRASPARENZA E INVIOLEBBILITÀ DELL'OFFERTA TELEMATICA)" del disciplinare telematico.

Il file "schema offerta.xls" era possibile firmarlo e marcarlo dal 18/10/2017 ore 14:00.

Sì; raccomandiamo di tener conto dei tempi necessari per il caricamento.

10) NO, si tratta di adempimento eventuale richiesto ai soli aggiudicatari che verrà concertato con loro.

11) Vedasi riscontro al quesito n. 9 del 27.10.2017

12) si sta provvedendo a pubblicare i file anche in formato editabile.

13.1) si conferma, salvi ovviamente gli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni che saranno effettuati dalla S.A. .

13.2) se si voleva chiedere se sia sufficiente fare dichiarazione, ai sensi dell'art. 80 c. 5 lett. m del Codice dei Contratti Pubblici, nella parte III del DGUE senza includere alcuna dichiarazione aggiuntiva, si conferma.

13.3) Si riproduce la dicitura presente nel DGUE, dopo la parte I, uniforme in tutta Europa:

" Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico "

13.4) vedasi istruzioni alla compilazione del DGUE - all. 2 al disciplinare di gara; deve essere compilato obbligatoriamente il punto 6 della parte IV – lettera B e devono essere allegati i documenti; altri punti vanno compilati solo se previsti nei requisiti d'ammissione nel disciplinare.

13.5) il punto 12 della parte IV lettera C va compilato se del caso.

13.6) No.

- **Quesito n. 42 del 7.11.2017**

Argomento: Richiesta chiarimenti

“Buongiorno,

con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

Lotto 60 a/b/c

E' possibile sapere se, considerata la medesima funzionalità ,venga accettato un drenaggio interamente radiopaco nella parte piatta(come per esempio chiesto nella descrizione vs lotto 77) anzichè con soltanto una linea rx?

Lotto 65

E' possibile sapere se sia possibile rispondere a tale lotto avendo tre quarti delle misure dei drenaggi (10-15-19) e possedendo tutte le caratteristiche tecniche richieste?

Lotto 66

E' possibile sapere se sia possibile rispondere a tale lotto avendo tre quarti delle misure dei drenaggi (10-15-19) e possedendo tutte le caratteristiche tecniche richieste?

Lotto 165

Si fa presente che la descrizione di tale lotto identifica in maniera inequivocabile un prodotto unico presente sul mercato. Tale specifica impedirebbe infatti la partecipazione a più aziende e pertanto chiediamo se sia possibile rivedere tale descrizione.

Lotto 166 a/b/c

Chiediamo chiarimento circa la sterilità richiesta in quanto i protocolli di sala non necessitano, nè prevedono tale caratteristica. Non ci risulterebbe, infatti, che siano presenti sul mercato prodotti con tale requisito.

Lotto 166 d/e/f

Chiediamo chiarimento circa la sterilità richiesta in quanto tale caratteristica contrasta con il concetto di dispositivo riutilizzabile.

Lotto 166 g/h/i

Chiediamo chiarimento circa la sterilità richiesta in quanto i protocolli di sala non necessitano, nè prevedono tale caratteristica. Non ci risulterebbe, infatti, che siano presenti sul mercato prodotti con tale requisito.

Ove la sterilità non sussista, è possibile ritenere che la descrizione e la funzionalità del prodotto sia sovrapponibile ai punti d/e/f?

RISPOSTA:

Lotto 60 a/b/c si conferma la specifica dell'allegato A: linea radiopaca su tutta la lunghezza del drenaggio.

Lotto 65: no, devono essere disponibili tutti i cinque CH richiesti, non solo il 60%.

Lotto 66 : vedasi risposta a quesito precedente, inerente il lotto 65.

Lotto 165: nel lotto è descritto un sacchetto che deve rispondere a requisiti specifici al fine di garantire il contenimento ed evitare l'espandimento di liquidi potenzialmente infetti; è quindi indiscussa l'utilità clinica e quand'anche una sola impresa fosse arrivata a questo livello tecnologico ciò non sarebbe impeditivo dell'acquisto; inoltre:

- dalle evidenze di mercato, non risulta che i dispositivi descritti siano *distribuiti* da una sola azienda;

- l'importo totale del lotto avrebbe consentito l'affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) del Codice.

Lotto 166 a/b/c/d/e/f/g/h/i: SI VEDA AVVISO DI CARATTERE GENERALE N. 2, per quanto concerne la sterilità.

L'ulteriore quesito "*Ove la sterilità non sussista, è possibile ritenere che la descrizione e la funzionalità del prodotto sia sovrapponibile ai punti d/e/f?*" non è chiaro: si evidenzia peraltro che i contenitori richiesti ai punti d/e/f sono destinati a sacche monouso di diversa capacità.

- **Quesito n. 44 del 7.11.2017**

Argomento: caratteristiche lotti 33 e 84

“Si chiede se il calibro (CH o F) indicato nelle descrizioni dei lotti 33 e 84 è tassativo o è ammessa una tolleranza (esempio se è richiesto un calibro 8F è possibile offrire un calibro di 8.5F?)”

RISPOSTA:

Lotto 33 e 84 : no, non è possibile, si confermano le specifiche indicate.

- **Quesito n. 45 del 7.11.2017**

Argomento: dichiarazione d'impegno di un fideiussore nel caso di microimprese, piccole e medie

“In riferimento alla voce 2) pag. 18 del Disciplinare “dichiarazione d'impegno di un fideiussore” essendo la ns. azienda una media impresa come previsto non viene applicato il comma 8 dell'art. 93 D.Lgs. 50/2016.

8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli [articoli 103 e 104](#), qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Al posto di tale documento possiamo presentare una dichiarazione dove dichiariamo “di essere una media impresa e quindi ci riteniamo esonerati dal presentare la dichiarazione d'impegno come previsto al comma comma 8 dell'art. 93 D.Lgs. 50/2016”?

RISPOSTA:

Si conferma: la previsione di legge è vincolante per le stazioni appaltanti.

- **Quesito n. 46 del 7.11.2017**

Argomento: chiarimenti lotti n° 13 - 18 - 51

“Buongiorno,

siamo con la presente a richiedere la possibilità di poter dividere i lotti in oggetto, n° 13 - 18 - 51, al fine di poter permettere una più ampia concorrenza. Nello stato attuale infatti, i lotti sopra citati sarebbero appannaggio di una sola azienda.”

RISPOSTA:

Si conferma la strutturazione dei lotti 13-18-51, articolati in modo tale da assicurare il giusto equilibrio tra esigenze di approvvigionamenti dell'Azienda e competitività.

Si consideri inoltre:

- che dalle evidenze di mercato, non risulta che i dispositivi descritti nei lotti citati siano distribuiti da una sola azienda;
- che, l'operatore economico che ha formulato il quesito non ha fornito alcuna prova della veridicità della propria asserzione.

- **Quesito n. 47 del 7.11.2017**

Argomento: Richiesta chiarimenti

“1) chiediamo conferma che dovranno essere inviati i campioni dei soli lotti n. 1 e 2;

2) qualora non sia necessario l'invio della campionatura, al fine di documentare la capacità tecnico – professionale, chiediamo se sarà sufficiente presentare la scheda tecnica dei prodotti offerti.

Chiediamo inoltre che cosa s'intende con la seguente dicitura “..... *L'autenticità campionatura, della documentazione fotografica e/o filmati deve poter essere certificata a richiesta da quest'azienda*”.

RISPOSTA:

Si conferma che la campionatura dev'essere depositata dove espressamente richiesta, mentre per gli altri lotti è richiesta documentazione fotografica o filmato;

Si ricorda che si sta parlando di requisiti di ammissione di carattere tecnico.

Per il resto si vedano le numerose risposte a quesiti già fornite. In ordine all'ulteriore quesito si veda risposta al quesito n. 41, punto 4.3.

- **Quesito n. 48 del 7.11.2017**

Argomento: LOTTO 137/138

“In riferimento ai lotti 137/138 dalle nostre esperienze lavorative , dopo aver consultato i nostri fornitori nazionali , è emerso che l'accessorio (ago punta retrattile 14G da 60 mm) non è prodotto da alcuna azienda .Pertanto chiediamo alla commissione di valutare la possibilità di inserire in alternativa un ago da 16 G lungo 60 mm”

RISPOSTA:

Si confermano le specifiche di allegato A; per quanto di conoscenza dei progettisti, il bene risulta reperibile sul mercato.

- **Quesito n. 49 del 8.11.2017**

Argomento: Chiarimenti

“In riferimento all’attribuzione del punteggio qualità si chiede di chiarire i punti di seguito elencati:

PUNTI A

“Atraumaticità: minor rischio di lesione/danno al paziente”

Come vengono valutati? Su quali dati/prove si farà riferimento?

“Resistenza agli urti e alla trazione (valutazione subordinata all’attendibilità dei dati forniti)” criterio C

Non è chiaro quali prove o metodi saranno alla base della valutazione.

“Altre caratteristiche tecniche.....es. inalterabilità del prodotto per il tempo di durata” al punto D si ripresenta poi il tempo di validità totale del dispositivo riservando 5 punti:

Qual è la differenza tra un punto e l’altro?

LOTTO N.153: Cosa si intende per reggisacca dotato di più di tre punti di sostegno?”

RISPOSTA:

il criterio di valutazione è adeguatamente dettagliato: *"Atraumaticità: minor rischio di lesione/danno al paziente nel posizionamento e nell'utilizzo del prodotto"*.

Quindi la valutazione verrà svolta dalla commissione analizzando le caratteristiche del bene (risultanti dalla documentazione di gara in atti), nelle parti in rilievo nella fase di posizionamento e nella fase di utilizzo. E' rimessa alla discrezionalità dell'offerente la modalità di presentazione dell'offerta più idonea a porre in evidenza dette caratteristiche del bene offerto in relazione al criterio di valutazione indicato.

Il criterio di valutazione è adeguatamente dettagliato: Resistenza agli urti e alla trazione (valutazione subordinata all'attendibilità dei dati forniti).

Quindi la valutazione verrà svolta dalla commissione analizzando le *prove* risultanti dalla documentazione di gara in atti, nella gamma delle possibilità offerte dalla pratica; a titolo di esempio:

- dalla mera dichiarazione della ditta;

- a prove effettuate in fase di progettazione/realizzazione del bene, con criteri scientifici condivisibili, da parte del produttore;

- a ulteriori prove presso laboratori di fama internazionale, con metodi scientificamente attendibili.

E' rimessa alla discrezionalità dell'offerente la modalità di presentazione dell'offerta più idonea a porre in evidenza dette caratteristiche del bene offerto in relazione al criterio di valutazione indicato.

L'inalterabilità nel tempo del prodotto riguarda il periodo di effettivo utilizzo sul paziente; il tempo di validità totale del dispositivo riguarda invece il tempo di durata del dispositivi, garantito dalla produzione alla scadenza (periodo totale di possibile utilizzo).

Nel primo caso, è rimessa alla discrezionalità dell'offerente la modalità di presentazione dell'offerta più idonea a porre in evidenza dette caratteristiche del bene offerto in relazione al sub criterio di valutazione indicato, nel secondo caso si tratta di un caso oggettivo: è il periodo di tempo garantito dalla ditta produttrice, entro il quale il prodotto può essere utilizzato sul paziente.

Lotto 153 : per reggisacca si intende la parte della sacca o il dispositivo fornito con essa, nel prezzo a base d'asta, cui la sacca dev'essere ancorata; i punti di aggancio sono quelli che consentono di ancorare la sacca al letto, equilibrandone il suo peso a riempimento.

- **Quesito n. 50 del 8.11.2017**

Argomento: lotti 80 e 81

“Buongiorno,
in riferimento ai tubi a bolla richiesti ai lotti 80 e 81 e dalle informazioni in nostro possesso, ci risulta che i tubi a bolla da voi attualmente utilizzati siano in matasse da 50 m.

Chiediamo di modificare il capitolato sostituendo "matasse da 30 m +/-" in "matasse da 50 m +/-".

Chiediamo inoltre di poter indicare il prezzo al metro.”

RISPOSTA:

Lotto 80/81

Si confermano le due misure dei lotti 80 e 81, nonché le unità di misura (a mero titolo di cortesia: le necessità dell'Azienda sono valutate dall'Azienda stessa).

- **Quesito n. 52 del 8.11.2017**

Argomento: RICHIESTA CHIARIMENTI LOTTI N. 174 -175

“Buongiorno, qui di seguito sottoponiamo la seguente richiesta di chiarimenti:

Lotto n. 174 voce A

Chiediamo di poter rispondere con sacca di svuotamento con capacità 2000 ml in quanto anche alla voce B viene richiesta la sacca con la medesima capacità di 2 litri.

Lotto n. 175

Si chiede di poter rispondere con una sacca di svuotamento da 2 litri in quanto la caratteristica richiesta nel capitolato tecnico "1,5 litri (+/-10%)" restringe il numero di Aziende che possono formulare offerta

In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti

RISPOSTA:

Lotto 174/175

Le specifiche sono formulate in base alle esigenze produttive di ATS. E' noto che la stazione appaltante non è obbligata a consentire a *ogni* operatore economico di partecipare a *ogni* gara d'appalto, se questo non è conciliabile con le proprie esigenze produttive.

- **Quesito n. 53 del 8.11.2017**

Argomento: richiesta chiarimenti campioni

"Spett.le Ats Sardegna Assl 2 Olbia, in riferimento a quanto indicato in oggetto, si chiede se i campioni da presentare sono per le prime due voci o anche per le restanti, poiché non abbiamo trovato indicazioni."

RISPOSTA:

Campionatura: vedasi riscontro a precedente identico quesito (n. 47 del 7.11.2017 punto 1).

- **Quesito n. 55 del 9.11.2017**

Argomento: Ftalati

"Scheda B1: Per minor presenza di ftalati diversi dal DEHP si considerano solo gli ftalati banditi dal regolamento CE REACH (regolamento CE n. 1907/2006) presenti nella candidate list?

Scheda B2: La voce "minor presenza di ftalati" è suddivisa in due sub-voci: che differenza c'è tra "minor presenza di ftalati diversi dal DEHP" e "privo di DEHP"?"

RISPOSTA:

Scheda B1: per minor numero di ftalati si intende minor presenza di ftalati diversi dal DEHP, banditi dal regolamento CE REACH (regolamento CE n. 1907/2006) presenti nella candidate list.

Relativamente alla scheda B2: verrà assegnato un punteggio in caso di eventuale assenza del DEHP; ulteriore punteggio è riservato per la eventuale minore presenza degli altri ftalati, diversi dal DEHP.

- **Quesito n. 56 del 9.11.2017**

Argomento: Specifiche lotto 149

In riferimento al lotto n.149 chiediamo se le sacche, visti i fabbisogni limitati all'Aulss di Cagliari, sono destinate alla gestione territoriale/domiciliare e se come tali debbano essere non sterili ma in confezioni singole.

Chiediamo inoltre se la lunghezza 130cm è fondamentale o se possa essere accettata anche una lunghezza di 120cm.

RISPOSTA:

lotto 149 : Le sacche richieste sono quelle non sterili, è ammissibile l'offerta in confezione singola. Si conferma quanto chiaramente specificato nell'allegato A: una lunghezza di 120 cm comporterebbe l'esclusione dell'offerta (lunghezza non inferiore a 130 cm).

Si chiarisce inoltre che l'eventuale previsione di utilizzo, ex ante, in una sola Area di ATS, non impedirebbe ad ATS l'utilizzo in altre Aree.

- **Quesito n. 57 del 9.11.2017**

Argomento: Foto illustrativa

“Buongiorno, le foto dei prodotti offerti (per i lotti dove non è richiesta campionatura) devono essere inserite nella documentazione amministrativa (come allegato al DGUE) oppure tra la documentazione tecnica?”

RISPOSTA:

Vedasi riscontro al quesito 26 del 2.11.2017.

- **Quesito n. 58 del 9.11.2017**

Argomento: Documentazione tecnica

“La firma sulla cartella zip contenente la documentazione tecnica equivale alla firma di ogni singolo file/cartella contenuti nella cartella zip?”

RISPOSTA:

Si conferma.

- **Quesito n. 59 del 9.11.2017**

Argomento: CIG

“Si fa presente che al momento i CIG non risultano ancora attivi per il pagamento.”

RISPOSTA:

E' ora possibile effettuare il pagamento.

- **Quesito n. 60 del 10.11.2017**

Argomento: CHIARIMENTI LOTTI N. 149 E 157

“Lotto 149

descrizione: Sacca da letto per la raccolta dell'urina a circuito chiuso, non sterile, priva di lattice e ftalati, trasparente, in PVC atossico di grado medicale, con inchiostri e coloranti atossici biocompatibili per il corpo, di capacità 2000ml, con doppia saldatura di rinforzo su tutti i lati, munita di scala graduata di precisione, valvola antireflusso, punto di prelievo senza ago, occhiello fermatubo di scarico, reggisacca incorporato e supporto integrato, dotata di rubinetto di scarico, stringitubo, filtro aria, raccordo di connessione universale e tubo di connessione LUNGHEZZA NON INFERIORE A 130C

Quesito: La descrizione della sacca ha le caratteristiche di una sacca sterile, vedi circuito chiuso e punto di prelievo senza ago. Trattasi di un refuso, e invece si tratta di SACCA STERILE?

Lotto 157

descrizione: Sacche per urina in PVC DEHP FREE , sterili, doppia saldatura dei bordi, senza rubinetto di scarico, CON VALVOLA ANTIREFLUSSO con tubo di raccordo 90/130cm capacità 2000ml graduata ogni 100 ml. Monouso

Quesito: Per le sacche da urina STERILI, il prezzo base d'asta risulta troppo basso, soprattutto perché le sacche da urina sterili, prevedono un rubinetto di scarico anche se monouso.

RISPOSTA:

lotto 149 : vedasi risposta a precedente quesito (n. 56).

Lotto 157: l'Azienda intende esplorare il mercato per verificare se a questo prezzo sia possibile acquisire i prodotti, come risulta da indagini preliminari.

- **Quesito n. 61 del 10.11.2017**

Argomento: Documentazione fotografica

“Buongiorno, come da precedente chiarimento la documentazione fotografica va caricata all'interno dell'Amministrazione, chiediamo cortesemente la possibilità di aggiungere ulteriori cartelle da 32mb, oltre le tre già presenti, in quanto pur utilizzando immagini con bassa risoluzione le fotografie che necessitano di parecchio spazio.

RISPOSTA:

Si è chiesto al gestore del sistema l'ampliamento della capacità di ricezione.

SCHEDA 2

- **Quesito n. 3 del 6.11.2017**

Argomento: LOTTO 175 - Dispositivo per la misurazione della diuresi oraria

“Al lotto 175B è richiesta una sacca di ricambio per misuratore di diuresi oraria del Lotto 70A, che però risulta essere un drenaggio a sezione circolare. Si chiede di verificare se è corretto il lotto indicato. Inoltre si chiede di specificare se le sacche devono essere da 1,5 o 2 Litri.”

RISPOSTA:

Effettivamente si tratta di refuso: il lotto di rinvio è il 175, non il 70; la misura della sacca è indicata nella descrizione del lotto 175 A.

- **Quesito n. 5 del 8.11.2017**

Argomento: RICHIESTA CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA

“Buongiorno, chiediamo se è necessario compilare la parte B CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA”

RISPOSTA:

Si conferma che è necessario compilarlo in relazione al requisito di ammissione richiesto (punto 6 del DGUE) e depositare la documentazione richiesta.

- **Quesito n. 6 del 8.11.2017**

Argomento: Richiesta di chiarimenti

“Spett.le Amministrazione, in riferimento alla ‘Gara a valenza regionale per la fornitura di dispositivi medici: [...] CND A06 - 08 - 09 - 99’, riportiamo di seguito alcune richieste di chiarimento:

- in merito alla valutazione qualitativa dei lotti il Capitolato Speciale d'Appalto riporta che ‘l'aggiudicazione avrà luogo all'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016) secondo i criteri di cui al fascicolo allegato sub 1, “Criteri attribuzione punteggi”. Si chiede di confermare che tale allegato è nominato invece ALLEGATO "B/1";
- si chiede di confermare che il Capitolato Speciale d'appalto è complessivamente composto da 7 pagine, nonostante il piè di pagina riporti un totale di 9.

Inoltre relativamente al Lotto 166 si evidenzia che:

- alle voci A, B, C, D, E, H, G e I vengono richiesti prodotti "sterili".

Dal momento che i dispositivi oggetto della richiesta sono destinati all'aspirazione di fluidi corporei, con modalità di applicazione che non prevede alcun contatto diretto con il paziente, la sterilità del prodotto non risulta essere una caratteristica necessaria a questo tipo di fornitura. Si sottolinea inoltre che la quasi totalità delle realtà ospedaliere italiane, nonché delle aziende fabbricanti sul mercato europeo, utilizzano e propongono questi dispositivi in categoria MONOUSO, ma NON STERILE.

A fronte di quanto succitato, nel rispetto del principio di par condicio ed al fine di favorire la più ampia partecipazione, si chiede di voler confermare la possibilità di proporre prodotti monouso, non sterili;

- alle voci G, H e I vengono richiesti Contenitori MONOUSO dedicati alle Sacche di cui alle voci rispettivamente A, B e C.

Si fa presente che l'utilizzo di SACCHE Monouso (di cui alle voci A, B e C) prevede l'utilizzo di Contenitori di supporto che per loro stessa definizione devono essere riutilizzabili.

Le sacche monouso infatti sono progettate e realizzate al fine di garantire un agevole smaltimento dei fluidi aspirati, senza CONTAMINARE i contenitori di supporto che proprio per tale ragione possono e debbono essere RIUTILIZZABILI.

Pertanto le versioni riutilizzabili dei Contenitori per le Sacche alle voci A, B e C sono già presenti tra i prodotti richiesti nell'ambito del lotto 166 alle voci D, E ed F.

A fronte di quanto succitato si chiede di voler confermare che i prodotti richiesti alle voci G, H e I sono da intendersi come Contenitori Monouso dotati di VASO + COPERCHIO, utilizzabili indipendentemente dalle sacche richieste alle voci A, B e C. In alternativa si chiede di voler prevedere la possibilità di poter quotare anche per queste voci dei Contenitori RIUTILIZZABILI (con caratteristiche equivalenti a quelli inseriti alle voci D, E ed F);

- alle voci L, N e R vengono richiesti prodotti comprensivi di REGOLATORE DI VUOTO. Si chiede di precisare per tali Regolatori:
 - la scala di aspirazione richiesta (0-250, 0-600, 0-1000 mbar);
 - se sono da intendersi comprensivi di innesto rapido a muro ed in caso positivo di specificarne la tipologia (AFNOR o UNI);
 - se in uscita dal regolatore di vuoto è da prevedersi un raccordo a PORTAGOMMA per tubo di aspirazione paziente.

RISPOSTA:

Nel fascicolo allegato sub 1 al capitolato sono comprese le schede B1 e B2 e la metodologia di applicazione dei criteri.

Si conferma che il Capitolato Speciale d'appalto è complessivamente composto da 7 pagine.

lotto 166 : vedasi risposte già fornite per quesiti analoghi, sia per quanto concerne la sterilità sia per quanto concerne la capacità dei contenitori: in sintesi, la sterilità non è più richiesta, sono invece confermate le diverse misure, correlate alla misure delle sacche, delle due diverse tipologie di contenitori (monouso e riutilizzabili), entrambi necessari per le esigenze della produzione di ATS.

La scala di aspirazione richiesta per il regolatore del vuoto è la standard :1000 mbar.

Sono ammissibili innesti a muro con attacco sia Afnor sia Uni, considerati equivalenti.

Sono ammissibili regolatori di vuoto con raccordo a portagomma o senza purché le caratteristiche ne consentano la funzionalità, benché privo, considerati equivalenti.

AVVISI DI INTERESSE GENERALE

- Avviso di interesse generale del 27.10.2017 : QUESITO DI INTERESSE GENERALE**

OGGETTO: PREZZO OFFERTO PARI O INFERIORE A BASE D'ASTA - RICHIESTA PERCENTUALE SCONTO DIVERSA DA ZERO

TESTO: L'Art.7 - Deposito telematico dell'offerta economica del Disciplinare Telematico, lettera a) File "SchemaOfferta.xls" è così rubricato: "(..) non è possibile inserire 0 (zero) come percentuale di ribasso". Si chiede chiarimento in quanto è previsto offrire prezzo pari o inferiore a base d'asta.

RISPOSTA:

Si tratta effettivamente di un refuso, è possibile inserire zero (zero) e di conseguenza l'offerta che viene calcolata è uguale alla base d'asta.

- Riscontro chiarimenti di interesse generale 1 del 31.10.2017:**

| n. | Chiarimento | Riscontro |
|------------------------------|---|---|
| quesito n. 7 del 26.10.2017 | Quali misure sono richieste per il lotto 182 sacche nutrizione parenterale totale? | Lotto 182 : sacche per nutrizione parenterale totale: si richiedono sacche tali da assicurare una capienza da 3000 ml (+- 10%). |
| quesito n. 9 del 27.10.2017 | In merito all'allegato messo da voi a disposizione, per evidente refuso, è stato inserito uno schema di valutazione relativo ad altra procedura di gara. Si richiede lo schema di valutazione corretto. | Il file contiene effettivamente i seguenti refusi: a) si fa erroneamente riferimento al software di gestione CAT Sardegna anziché CSAMED NET4MARKET; b) il file riporta in calce una parte non attinente alla gara di che trattasi. Si provvederà immediatamente alla sostituzione del file. |
| quesito n. 10 del 27.10.2017 | Al Lotto 38 voce B si richiede un tubo lungo 30 m con un connettore flessibile. Si chiede conferma della correttezza della richiesta. | Si conferma. Nel dettaglio si specifica ulteriormente che |

| | | |
|--|--|---|
| | | trattasi di un tubo con connettore flessibile lungo 30 m ca.(+-10%) intendendo un tubo a bolle. |
|--|--|---|

- **Avviso di interesse generale del 3.11.2017 : avviso differimento termini** Si comunica il differimento dei termini della procedura di cui sopra, come di seguito specificato:

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: si differisce il termine dal 21/11/2017 **al 28/11/2017 h 12.00**

Data seduta pubblica accesso alla documentazione: si differisce il termine dal 22/11/2017 **al 29/11/2017 h 13.30.**

- **Avviso di carattere generale 2 del 3.11.2017:** Attenzione, si pubblica avviso d'interesse generale: si dà atto che, a seguito di quesiti posti da potenziali offerenti, si è reso necessario apportare un'integrazione e una rettifica al CSA della gara in oggetto.

OGGETTO: RICHIESTA CHIARIMENTI PA SISTEMI DI DRENAGGI CHIRURGICO, SACCHE E SISTEMI DI RACCOLTA LIQUIDI

QUESITO: *"In riferimento alla gara in oggetto, chiediamo i seguenti chiarimenti:*

- *lotto 38-rif. b: chiediamo che cosa intendete per "..... connettore flessibile...". Per quanto ci risulta, i tubi in matassa sono "lineari" o "a bolla (rigonfiamento ogni 90 cm. ca) ;*
- *lotto 166 : chiediamo di voler eliminare la dicitura " sterile" dalle voci a),b) c), d) e), f), g) h) i) in quanto non ci risultano essere in commercio prodotti con tali caratteristiche (i dispositivi in oggetto, non venendo a contatto con il paziente, non necessitano di essere sterili)."*

RISPOSTA:

- **Lotto 38b :** si intende un tubo connettore flessibile *"del tipo a bolle"*;
- **Lotto 166 :** per le voci segnalate (dalla lettera a) alla lettera i) si ritiene di accogliere l'osservazione formulata eliminando la dicitura "sterile", riportata per mero errore di trascrizione.

- **Avviso di interesse generale 3 del 6.11.2017: Variazione indirizzo per la campionatura:** Si comunica che nel timing di gara, in relazione al deposito della campionatura, si è indicato erroneamente l'indirizzo della sede amministrativa; i campioni devono invece essere trasmessi al seguente indirizzo: Farmacia interna ospedale "Giovanni Paolo II" loc. Tannaule Via Bazzoni Sircana - Olbia piano S-3. In ogni plico, all'esterno dovrà essere specificato "Contiene campioni per la fornitura di dispositivi medici: sistemi di drenaggio chirurgico; sacche e sistemi di raccolta liquidi; sacche e contenitori per nutrizione ed infusione, contenitori per organi, dispositivi per

somministrazione prelievo e raccolta - cnd A06 - 08 - 09 - 99” e alla campionatura dovrà essere allegato un documento che riporti il numero dei campioni presentati, con l'esatta indicazione del nome commerciale del prodotto, della ditta produttrice, il nome della ditta offerente e il lotto di riferimento.

Qualora gli operatori economici avessero già provveduto all'invio della campionatura all'indirizzo indicato nel timing di gara, i plichi contenenti la citata campionatura saranno trasmessi, a cura del Servizio Provveditorato, al Servizio Farmaceutico Ospedaliero.

• **Avviso di interesse generale 4 del 9.11.2017:** Differimento termini: Si comunica il differimento di alcuni ulteriori termini della procedura di cui sopra, come di seguito specificato:

- Termine ultimo perentorio (pena l'impossibilità di chiedere) per la richiesta di chiarimenti (spazio “chiarimenti” dedicato alla procedura di gara): si differisce il termine dal 08/11/2017 al 10/11/2017 h 12.00
- Pubblicazione verbale definitivo dei chiarimenti: si differisce il termine dal 14/11/2017 al 16/11/2017 h 12.00

Si comunica, inoltre, che verrà immediatamente pubblicato il timing di gara aggiornato, indicante i termini successivi, modificati in conseguenza del differimento dei termini per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione e della data della seduta pubblica di accesso alla documentazione.

• **Avviso di interesse generale n. 5 del 13.11.2017:** Si comunica che ai sensi dell'art 34 comma 35 della Legge 221/2012, l'aggiudicatario, entro sessanta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, dovrà rimborsare le spese di pubblicazione sui quotidiani e sulla GURI, ex art. 216 c. 11 del D.Lgs. 50/2016. A tal fine, perchè possano essere valutati gli effetti della previsione normativa, si consideri: a) che le spese saranno ripartite tra gli aggiudicatari dei vari lotti proporzionalmente alla loro incidenza sul valore complessivo dell'appalto stimato ex ante; b) che questa Azienda affida il servizio di pubblicazione a imprese terze, acquisendo preventivi prima dell'ordine di pubblicazione; c) che il costo della pubblicazione è pari ad € 3.176,49.

• **Avviso di interesse generale n. 6 del 16.11.2017:** Alcune imprese hanno segnalato criticità nel pagamento del contributo; si comunica che il problema è stato risolto.

