Lotti deserti procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici: sistemi di drenaggio chirurgico, sacche e sistemi di raccolta liquidi, sacche e contenitori per nutrizione ed infusione, contenitori per organi, dispositivi per somministrazione prelievo e raccolta - CND A06 - 08 - 09 – 99.

- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO -

Legenda:

Codice dei contratti: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Azienda: ATS - Azienda Tutela della Salute Sardegna

Appaltatore, Aggiudicatario: il soggetto giuridico cui è aggiudicato l'appalto

Offerente: il soggetto che presenta offerta relativamente all'appalto di che trattasi

S.A.: stazione appaltante, quindi ATS - Azienda Tutela della Salute Sardegna -

CSA: Capitolato Speciale d'appalto

CGA: : il capitolato generale d'appalto adottato con Delibera del Direttore Generale ATS n. 120 del 16 marzo 2017 e integrato con Delibera del Direttore Generale n° 362 del 30.04.2019.

Giorni naturali e consecutivi: ogni giorno inclusi domeniche e altri festivi

Sommario

PREMESSE

1. OGGETTO DELLA FORNITURA - TIPOLOGIA DI CONTRATTO – TIPOLOGIA DELL'OBBLIGAZIONE

2. DURATA DELLA FORNITURA – MODIFICHE CONTRATTUALI - OPZIONE DI PROROGA - VALORE DELLA PROCEDURA

3. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI

4. MODIFICHE DELLE FORNITURE IN PERIODO DI VIGENZA CONTRATTUALE

5. CAMPIONATURA

6. PATTO D'INTEGRITA'

7. RINVIO AL CGA – SCHEMA DI CONTRATTO

8. SOSPENSIONE DEI LAVORI (DELLE FORNITURE) – INDENNIZZO DOVUTO ALL'APPALTATORE

PREMESSE

Con Deliberazione del Commissario Straordinario di ATS (Azienda per la Tutela della Salute Sardegna) n. 189 del 04/11/2019 è stata approvata la programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2020/2021) ex art. 21 Decreto Legislativo n. 50/2016 dell'ATS (Azienda per la Tutela della Salute Sardegna).

Nella citata programmazione è ricompreso l'intervento N.I. CUI 92005870909201800030 relativo alla fornitura di "SISTEMI DI DRENAGGI CHIRURGICI, PERCUTANEI e SACCHE DI RACCOLTA - (CND A06 -A09)", in gran parte costituita dai lotti deserti o non aggiudicati della precedente procedura aperta aggiudicata nell'anno 2018.
L'appalto viene espletato nell'interesse delle Aree Socio Sanitarie facenti capo all' Azienda per la Tutela della Salute Sardegna; è inoltre prevista opzione di estensione per l'Azienda Ospedaliera G.Brotzu e per le AOU Cagliari e AOU Sassari, in virtù di appositi atti di conferimento di mandato con rappresentanza, tutti acquisiti prima del 31/12/2016, in relazione alla precedente procedura che ha generato lotti deserti e non aggiudicati.
In data 24/09/2020 è stata pubblicata sul BURAS la L.R. 11/09/2020 n.24, che prevede la Riforma del Sistema sanitario regionale e la riorganizzazione sistematica delle norme in materia.
Tale riforma prevede, tra l'altro, l'istituzione dell'Azienda regionale della salute (ARES) la quale dovrà svolgere, in maniera centralizzata, la funzione di centrale di committenza per conto delle aziende sanitarie e ospedaliere della Sardegna ai sensi degli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. Il processo è appena iniziato; in base a quanto disposto dalle "Disposizioni transitorie", art.47 comma 3 della L.R. L.R. 11/09/2020 n.24 verranno trasferiti all'ARES i rapporti e gli obblighi amministrativi e giuridici, attivi e passivi, debitori e creditizi, di carattere finanziario, fiscale, o patrimoniale esistenti alla data della cessazione e di tutte le cause pendenti e le pretese in corso o future, e del patrimonio, del personale e delle funzioni ad essa facenti capo secondo le disposizioni di cui alla presente legge.
Pertanto, gli assetti attuali dell'ATS subiranno modificazioni e le esigenze potrebbero essere diverse da quelle conosciute al momento dell'indizione della procedura o al momento dell'aggiudicazione.

ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA - TIPOLOGIA DI CONTRATTO – TIPOLOGIA DELL'OBBLIGAZIONE

L'appalto è costituito da n° 41 lotti.

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici " dispositivi di drenaggio e raccolta liquidi" CND A06 e "contenitori per organi" CND A09.

I prodotti da fornire, sono descritti nell'**allegato "A"- Quadro descrittivo e quantitativo**.

Nell'allegato A sono riportati i quantitativi annui complessivi ripartiti per ciascuna Area Socio Sanitaria richiedente. I quantitativi annui indicati, per tipo e per numero, sono presunti e non tassativi anche se determinati in modo, per quanto possibile, attendibile perché riferiti ai fabbisogni storici e all'andamento atteso della domanda (stime delle variazioni in aumento o diminuzione); l'aggiudicazione di 1 o più lotti impegna l'Azienda ad emettere ordinativi di fornitura esclusivamente sulla base delle effettive necessità.

L'aggiudicatario, pertanto, dovrà somministrare solo quelle quantità che gli verranno richieste, senza sollevare eccezioni.

L'affidamento in oggetto è indetto mediante procedura aperta ex art. 60 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., sopra soglia europea, da svolgersi in modalità telematica, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ex art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

L'appalto è finalizzato alla stipulazione di accordi quadro con un solo operatore economico aggiudicatario per lotto, ex art. 54 del Codice, con particolare riferimento al comma 3.

In seguito all'aggiudicazione, i singoli contratti di fornitura verranno, pertanto, stipulati a mezzo accordi quadro da parte dell'azienda, che si farà carico per la parte di competenza di tutti gli adempimenti relativi alla stipula ed alla gestione dei contratti, in conformità alla propria organizzazione interna.

Le forniture previste in CSA costituiscono lo scopo degli accordi, i cui contratti attuativi saranno regolati dal presente CSA e dagli ulteriori atti di gara, dal CGA, in quanto compatibile con il nuovo Codice e dall'offerta tecnico-economico accettata;

L'aggiudicazione avrà luogo:

- all'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016) secondo i criteri di cui al fascicolo **allegato sub 1,** "*Criteri attribuzione punteggi*" suddivisi in 6 raggruppamenti per insiemi di lotti:

- sistemi di drenaggio chirurgico (dal lotto 1 al lotto 6 e il lotto° 11) e sistemi di drenaggio percutaneo (dal lotto n° 22 al lotto n° 34)
- tubi medicali di raccordo sterili" (lotto n°7)
- tubi medicali di raccordo non sterili" (lotti dal n°8 al n° 10)
- sistemi di drenaggio chirurgico (dal lotto 11 al lotto 21 e il lotto° 41)
- sacche e sistemi di raccolta liquidi (lotti n° 35, 36, 38 e 39);
- sacche e sistemi di raccolta liquidi non sterili (lotti N° 37 e n°40)

i criteri sono specificati in fac simili di scheda offerta tecnica che costituirà una parte dell'offerta tecnica richiesta.

In relazione al singolo lotto, in caso di prodotti e/o misure multipli, i concorrenti dovranno presentare offerta per tutti i prodotti e le misure indicati per ciascuna voce, essendo esclusa la possibilità di aggiudicazioni frazionate nell'ambito del lotto.

L'appalto è concepito come obbligazione di risultato; pertanto le forniture dovranno essere rese perfettamente operative e includere, consegnate nel luogo indicato nei singoli ordini, ogni prestazione necessaria a tale scopo, anche se non espressamente prevista in atti di gara ed in offerta, fino alla consegna nei locali di destinazione (a questo riguardo si veda, in particolare, nell'ambito di CGA, l'art. 3).

Il Responsabile del Procedimento della presente procedura, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, è la Dott.ssa Marina Cassitta.

Hanno concorso alla procedura come da determina n.4887 del 6.10.2020 i seguenti soggetti:

- dott.ssa Caterina Bucciero;
- dott. Salvatore D'Angelo
- dott.ssa Marina Cassitta
- dott.ssa Maria Amic
- ausiliari del RUP, per tutti gli adempimenti amministrativi, dalla fase di progettazione alla fase di esecuzione: la dott.ssa Annamaria Porcu e la dott.ssa Maria Amic.

ART. 2 DURATA DELLA FORNITURA – MODIFICHE CONTRATTUALI - OPZIONE DI PROROGA – VALORE DELLA PROCEDURA

La durata degli accordi quadro, considerata la rapidità del processo di aggiornamento delle forniture, anche al fine di allineare la scadenza di questi contratti con i contratti relativi alla precedente gara a valenza regionale, è di anni 2 (due) decorrenti dalle date di stipulazione dei contratti, con opzione di proroga per ulteriori 3 mesi. Inoltre nel determinare il valore del presente appalto, ex art. 35 c.4 del D.Lgs 50/2016, come meglio specificato di seguito, si è tenuto conto della possibilità di variazione anche in aumento (fino al 30% del valore complessivo dell'appalto) ai sensi dell'art. 106 c.12 del Codice.

	DESCRIZIONE	IMPORTO
A	Valore biennale Iva esclusa	2.981.430,60
B	Opzione estensione 30% ex art.106 D.Lgs 50/2016	894.429,18
C	Opzione rinnovo 3 mesi	372.678,83
D	Opzione 30% ex art.106 D.lgs 50/2016 su rinnovo 3 mesi	111.803,65
E	Fondo ex articolo 113 D.Lgs 50 2016 smi	59.628,61
	Totale al netto dell'Iva	4.419.970,86

Il valore del contratto stimato ex art. 35 c. 4 del D.Lgs 50/2016 è pertanto pari ad **€ 4.360.342,25** netto Iva, considerando un valore annuale di **€ 1.490.715,30 netto Iva**, ed incluse l'opzione di proroga per ulteriori 3 mesi nonché l'opzione di variazione in aumento fino al 30% del valore complessivo dell'appalto; i valori indicati sono altresì netto D.U.V.R.I.

ART.3 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI

Nell'Allegato A al presente capitolato sono indicate le specifiche tecniche, richieste lotto per lotto e componente per sub componente, cui le offerte dovranno corrispondere, e sono specificati, per ogni lotto e per ogni eventuale sub componente: l'unità di misura, la quantità annuale complessiva stimata e le relative suddivisioni per Aziende, il prezzo unitario (indicativo, in caso di lotti compositi) e l'importo complessivo del lotto annuo, che costituisce la base d'asta (impossibilità di offerte in aumento); ciò significa che in caso di lotti compositi i valori indicativi delle singole sub componenti non sono vincolanti, mentre lo è, come detto, il valore complessivo annuale del lotto, ferme le quantità indicate.
Tutti i dispositivi medici dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia.

ART.4 MODIFICHE DELLE FORNITURE IN PERIODO DI VIGENZA CONTRATTUALE

Le modifiche delle forniture in periodo di vigenza contrattuale sono regolate dall'art. 106 del Codice.
L'appaltatore ha l'obbligo di fornire, per tutta la durata contrattuale, i beni offerti ed aggiudicati in gara (marca e modello). Qualora ciò diventi impossibile, si procederà, di norma, a revoca dell'aggiudicazione e a nuova aggiudicazione scorrendo la graduatoria di gara.
Solo nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta e nel corso del contratto il bene oggetto di fornitura diventi irreperibile sul mercato per fatto imprevedibile al momento della presentazione dell'offerta stessa, l'appaltatore può chiedere l'autorizzazione a fornire un bene sostitutivo, con caratteristiche qualitative migliori o equivalenti o, in subordine, analoghe, purchè sufficienti rispetto all'esigenza sanitaria da soddisfare, nei primi due casi senza oneri aggiuntivi per gli acquirenti, nel terzo caso con riduzione del prezzo.

ART.5 CAMPIONATURA

Le ditte dovranno presentare campionatura, ove previsto, come richiesto in allegato A al CSA. La campionatura e la documentazione di cui sopra hanno valenza di dimostrazione del requisito di ammissione tecnico-organizzativo (allegato XVII parte seconda, capacità tecnica, lettera i) al Codice).

Il disciplinare di gara fornisce ulteriori istruzioni al riguardo e disciplina le modalità di applicazione del "soccorso istruttorio" – art. 83 c. 9 del Codice). .

ART. 6 PATTO D'INTEGRITA'

Alla procedura e al contratto si applica il **patto d'integrità.** Il Patto d'Integrità è **allegato sub 2** al presente capitolato e dev'essere accettato espressamente dai potenziali offerenti, a pena d'esclusione.

ART. 7 RINVIO AL CGA – SCHEMA DI CONTRATTO

Il bando e il disciplinare di gara potranno ulteriormente specificare le disciplina contrattuale, come meglio specificato in deliberazione di autorizzazione a contrarre.
Per tutto quanto non previsto dal presente CSA e dagli altri atti di gara, si applica il CGA, in quanto compatibile con il Codice; il CGA regola anche le penali, le ulteriori cause di risoluzione anche di diritto del contratto ed il diritto di recesso.
Lo schema di contratto è costituito dal connubio tra i seguenti atti, indicati in ordine di priorità e, quindi, di prevalenza:
a) CSA e relative norme ed atti di rinvio ed eventuali integrazioni/specificazioni contrattuali in atti di gara;
b) CGA e relative norme ed atti di rinvio;
c) eventuali precisazioni e/o integrazioni alle regole contrattuali date nel termine di ricevimento offerte;
d) offerta tecnico – economica accettata;

ART. 8 SOSPENSIONE DEI LAVORI (DELLE FORNITURE) – INDENNIZZO DOVUTO ALL'APPALTATORE

INDENNIZZO EX ART. 23 DEL DM 7/03/2018 N. 49 DEL MIT A CARICO DELLA S.A.

In caso di sospensione totale o parziale delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle previste all'art. 107 cc. 1, 2 e 4 del D.lgs 50/2016, la S.A. sarà tenuta a versare all'esecutore, ai sensi dell'art. 1382 C.C., le somme così come di seguito riportato:

Relativamente alla lettera a) [di cui all'art. 10 comma 2 del DM 7/03/2018 N. 49 DEL MIT] il risarcimento è determinato nella misura pari al 50% del risultato ottenuto applicando la disposizione del decreto.

Relativamente alla lettera b) [di cui all'art. 10 comma 2 del DM 7/03/2018 N. 49 DEL MIT], la penale è determinata nella misura prevista dal decreto.

Relativamente alla lettera c) [di cui all'art. 10 comma 2 del DM 7/03/2018 N. 49 del MIT], la penale per i costi del personale, è determinata nella misura prevista dal decreto; la misura dei costi di personale si riferisce esclusivamente al personale preposto direttamente alla commessa (le altre spese di personale sono comprese nelle spese generali) ed è ragguagliata al tempo lavoro previsto e, relativamente a questo, alle ore /lavoro non rese.

Relativamente alle lettere c) e d) [di cui all'art. 10 comma 2 del DM 7/03/2018 N. 49 del MIT], la penale, per i costi di ammortamento, è determinata nella misura prevista dal decreto, solo se la sospensione riguardi anche il mancato utilizzo di apparecchiature; in tutti gli altri casi non si computa alcun importo penale per queste voci.

L'ammontare totale della penale costituito dalla somma dei sub valori di cui sopra, è ragguagliato alla durata della sospensione. Nei casi di sospensione parziale, inoltre, il valore è determinato moltiplicando detto risultato con la percentuale ottenuta rapportando il valore/giorno del contratto al valore (non della penale per la sospensione, ma) delle prestazioni sospese (si vedano le modalità di computo del periodo di differimento termini contrattuali ai fini esplicativi).

MODALITÀ DI COMPUTO DEL PERIODO DI DIFFERIMENTO TERMINI CONTRATTUALI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELL'APPALTO.

Sospensione totale: differimento di tanti giorni quanti sono stati i giorni di sospensione totale

Sospensione parziale: si calcola il valore/giorno del contratto e si calcola il valore (non della penale per la sospensione, ma) delle prestazioni sospese sul valore/giorno del contratto; se ne determina l'incidenza percentuale; alla ripresa, si determinano i giorni totali di sospensione parziale, il numero si moltiplica per la percentuale precedentemente determinata ed il risultato è il numero di giorni di differimento del termine contrattuale. Ad esempio: valore giorno del contratto € 5.000.00; valore/giorno della sospensione: € 2.500,00; percentuale sul valore giorno: 50%; giorni di sospensione parziale: 10; 10*50%= 5; 5 sono i giorni di differimento del termine contrattuale. Per il calcolo del valore giorno si usa il valore stimato contrattuale annuo/365; per il calcolo del valore delle forniture/servizi sospesi si usano i valore di aggiudicazione e, se acquisiti, i valori di analisi dell'offerta in sede di verifica di congruità.

In caso di dubbio si procede in via equitativa, concordando con verbale tra direttore dell'esecuzione e appaltatore.

DISPOSITIVI DI DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI (CND A06)

€ 1.490.715,30

CODICE CND	RIF . LOTTO		Descrizione dispositivo	UM	Prezzo unitario indicativo presunto	ASSL OLBIA	ASSL NUORO	ASSL LANUSEI	ASSL SASSARI	ASSL ORISTANO	ASSL SANLURI	ASSL CARBONIA	ASSL CAGLIARI	QUANTITA' TOTALI	VALORE ATS	QUANTITA' DA CAMPIONARE	CIG per lotto
A0601010102	1		**Sistema di drenaggio** chiuso in aspirazione continua e controllata 48mm Hg/cm2, monouso e sterile di adeguato materiale di grado medicale, a singola molla, precompresso, con attivatore "flap-stop",riutilizzabile sullo stesso paziente,dotato di valvola antireflusso interna e valvola di scarico,connettore ad Y,scala graduata su entrambi i lati disponibile nelle seguenti capacità:														
		A	150 ml ca. (+-20%)	pz	€ 70,00	50	50	20	90	10	0	0	50	**270**	**€ 18.900,00**	**2**	
		B	300 ml ca. (+-20%)	pz	€ 70,00	50	50	20	90	10	0	0	50	**270**	**€ 18.900,00**		
		C	450ml ca. (+-20%)	pz	€ 70,00	50	50	20	90	10	0	0	50	**270**	**€ 18.900,00**		
	tot.lotto 1																**8527935297**
A0601010103	2		**Sistema di drenaggio a soffietto,**privo di lattice e DEHP FREE dotato di memoria termoplastica, clamp di chiusura e raccordo per la connessione al redon. Capacita' 50ml o 100 ml dotato di ago, monouso ,sterile.	pz	€ 2,25	300	0	50	300	0	50	200	200	**1.100**	**€ 2.475,00**	**2**	
	tot.lotto 2																**85313103BA**
A06010103	3		**Cannula di aspirazione chirurgica tipo Yankauer,**monouso sterile,di idoneo materiale di grado medicale, trasparente, priva di lattice, lunghezza cm 25 ca. (+-20%), dotata di foro di controllo, punta dritta e atraumatica,provvista di foro distale e quattro fori laterali contrapposti. Dotata di idonea e confortevole impugnatura antiscivolamento adeguata per il controllo del vuoto. Estremità posteriore con raccordo universale antisfilamento per evitare disconnessioni accidentali,monouso sterile, MISURE con tolleranza +/- 15 %:	pz	€ 0,95	1.200	2.000	400	400	400	200	600	1.000	**6.200**	**€ 5.890,00**		
		A	CH 12														
		B	CH 18													**2**	
		C	CH 22														
		D	**Set di aspirazione chirurgica** composto da : A) Cannula di aspirazione chirurgica tipo Yankauer,monouso sterile,di idoneo materiale di grado medicale, trasparente, priva di lattice, lunghezza cm 25 ca. (+-20%), con foro di controllo e punta dritta misura CH 22, atraumatica,provvista di foro distale e fori laterali contrapposti. Dotata di idonea e confortevole impugnatura antiscivolamento per il controllo del vuoto, possibilità di varie misure della cannula . Estremità posteriore con raccordo universale antisfilamento idoneo per evitare disconnessioni accidentali. B) Tubo in PVC di grado medicale, privo di lattice, con diametro 7mm e lunghezza tubo di 200 cm ca.(+-20%)	pz	€ 2,00	600	2.500	100	400	200	200	3.000	3.000	**10.000**	**€ 20.000,00**	**2**	
			Cannula di aspirazione chirurgica tipo Yankauer,monouso sterile,di idoneo materiale di grado medicale, trasparente, priva di lattice, lunghezza cm 25 ca. (+-20%), senza foro di controllo, punta dritta ,leggera e maneggevole,atraumatica,provvista di foro distale e fori assimmetrici. Dotata di idonea e confortevole impugnatura. Misure CON TOLLERANZA +/- 15%	pz	€ 0,95	3.500	6.000	1.600	8.000	2.400	400	1.000	3.000	**25.900**	**€ 24.605,00**		
		E	CH 12														
		F	CH 18														
		G	CH 22													**2**	
		H	CH 24/30														
		I	**Set di aspirazione chirurgica** composta da : A) Cannula di aspirazione chirurgica tipo Yankauer,monouso sterile, di idoneo materiale di grado medicale, trasparente, priva di lattice, lunghezza cm 25 ca. (+-20%), senza foro di controllo, punta dritta, atraumatica,provvista di foro distale e quattro fori laterali contrapposti CH 22. Dotata di idonea e confortevole impugnatura antiscivolamento per il controllo del vuoto, Estremità posteriore con raccordo universale antisfilamento per evitare disconnessioni accidentali. B) Tubo in PVC di grado medicale, privo di lattice, con diametro 7mm e lunghezza tubo di 200 cm ca.(+-20%)	pz	€ 2,00	1.000	2.500	100	3.000	400	200	600	1.000	**8.800**	**€ 17.600,00**	**2**	
	tot.lotto 3																**8531342E1F**

CODICE CND	RIF . LOTTO		Descrizione dispositivo	UM	Prezzo unitario indicativo presunto	ASSL OLBIA	ASSL NUORO	ASSL LANUSEI	ASSL SASSARI	ASSL ORISTANO	ASSL SANLURI	ASSL CARBONIA	ASSL CAGLIARI	QUANTITA' TOTALI	VALORE ATS	QUANTITA' DA CAMPIONARE	CIG per lotto
	4		**Cannula di aspirazione chirurgica tipo Yankauer**,di idoneo materiale di grado medicale, trasparente, priva di lattice, senza foro di controllo con punta a bulbo, atraumatica,provvista di foro distale e quattro fori laterali simmetrici, di confortevole impugnatura ergonomica e antiscivolamento. Misure: lunghezza cm 25 c.a (+-20%), Estremità posteriore con raccordo universale antisfilamento per evitare disconnessioni accidentali. misure CH 24/25, monouso sterile.	pz	€ 0,95	1.000	3.000	200	0	2.000	200	500	1.000	**7.900**	**€ 7.505,00**	**2**	
	tot.lotto 4																**853136946A**
	5		**Cannula di aspirazione chirurgica,tipo Yankauer** di idoneo materiale di grado medicale, trasparente ,priva di lattice,con selettore scorrevole , punta a bulbo dotata di foro distale e quattro fori laterali simmetrici. Dotata di idonea impugnatura ergonomica e antiscivolamento. Estremità poteriore con raccordo universale antisfilamento per evitare disconnesioni accidentali, monouso sterile, Misura: CH 24/25.	pz	€ 3,00	2.000	5.000	300	600	400	200	500	2.000	**11.000**	**€ 33.000,00**	**2**	
	tot.lotto 5																**853138519**
	6		**Cannula di aspirazione ORTOPEDICA tipo Poole,** di idoneo materiale di grado medicale, priva di lattice,plurifenestrata, Dotata di idonea impugnatura ergonomica e antiscivolamento. Provvista di ampio foro distale,atraumatica e adeguata a garantire una aspirazione rapida ed efficiente. Misure: lunghezza cm 27c.a (+-20%). monouso, sterile.	pz	€ 1,80	1.000	1.000	200	800	400	200	400	1.000	**5.000**	**€ 9.000,00**	**2**	
	tot.lotto 6																**8531405220**
	7		**Tubo di raccordo** per aspirazione, di grado medicale o in PVC trasparente e termosensibile,monouso sterile,privo di lattice con memoria che impedisce l'attorcigliamento, con connettore flessibile, resistente a depressione in mmHg di almeno (-400), diametro 6mm x 360 cm (ca. (+-20%)	pz	€ 3,00	200	500	400	50	7.000	5.000	50	3.000	**16.200**	**€ 48.600,00**	**2**	
	tot.lotto 7																**85314295ED**
	8		**Tubo di raccordo** di grado medicale per raccordo in PVC termosensibile,monouso, privo di lattice con memoria che impedisce l'attorcigliamento, con connettore flessibile, diametro 7mm x 30 m ca.(+-20%).	pz	€ 29,00	100	300	50	50	0	0	50	1.000	**1.550**	**€ 44.950,00**	**2m**	
A060102	tot.lotto 8																**8531445322**
	9		**Tubo medicale di raccordo** "a bolle" in silicone di grado medicale,privo di lattice e ftalati, diametro 7 mm ,lunghezza m 30 c.a (+-20%), monouso	pz	€ 11,40	200	600	150	600	50	0	0	1.000	**2.600**	**€ 29.640,00**	**2m**	
	tot.lotto 9																**853146861C**
	10		Tubo di connessione in PVC o altro materiale di grado medicale con connettore flessibile e con memoria che impedisce l'attorcigliamento,dotato di valvola di scarico o rubinetto.Misura Fr 12 o Fr 14 lunghezza cm 30 o 40 ca(-+20%)	pz	€ 26,00	0	0	0	0	0	0	0	40	**40**	**€ 1.040,00**	**1**	
	tot.lotto 10																**8531506578**
			Sistema di drenaggio toracico,tipo Boulau, di materiale grado medicale, monouso, sterile e privo di lattice,con asta regolabile composto da:														

CODICE CND	RIF . LOTTO		Descrizione dispositivo	UM	Prezzo unitario indicativo presunto	ASSL OLBIA	ASSL NUORO	ASSL LANUSEI	ASSL SASSARI	ASSL ORISTANO	ASSL SANLURI	ASSL CARBONIA	ASSL CAGLIARI	QUANTITA' TOTALI	VALORE ATS	QUANTITA' DA CAMPIONARE	CIG per lotto
A0601010201	11	A	camera di raccolta da 2.000 a 3.000 ml , con sistema di ancoraggio al letto o per la deambulazione del paziente, monouso sterile,	pz	€ 25,00	200	500	100	300	200	100	100	400	**1.900**	**€ 47.500,00**	**2**	
A0601010401		B	set di tubi,di grado medicale,privi di lattice,per il drenaggio toracico tipo Boulau,con connettore universale, monouso sterili,	pz												**2**	
	tot.lotto 11																**85315211DA**
A0601010401	12		**Catetere toracico retto** monouso sterile, privo di lattice e DEHP FREE dotato di superficie satinata e trasparente,linea radiopaca, lume interno in poliuretano,dotato di fori ellittici lisci e a punta smussata.Deve essere provvisto di adeguati indicatori di profondità, almeno ogni 2cm ca.(+-20%). Si richiedono varie misure:	pz	€ 8,00	50	200	20	250	50	0	0	200	**770**	**€ 6.160,00**		
		A	CH 16														
		B	CH 18														
		C	CH 20													2	
		D	CH 22														
		E	CH 24/25														
			Catetere toracico curvo monouso sterile, privo di lattice e DEHP FREE dotato di superficie satinata e trasparente, linea radiopaca, lume interno in poliuretano,dotato di fori ellittici lisci e a punta smussata.Deve essere dotato di indicatori di profondità almeno ogni 2cm ca.(+-20%). Si richiedono diametri vari:	pz	€ 8,00	50	100	20	20	0	0	0	100	**290**	**€ 2.320,00**		
		A	CH 16														
		B	CH 18														
		C	CH 20													2	
		D	CH 22														
		E	CH 24/25														
	tot.lotto 12																**8531556EB8**
	13	A	**Set di tubi toracici,**privi di lattice e ftalati in adeguato materiale di grado medicale,completo di : ago introduttore, filo guida dilatatori,cannula per il tubo toracico di diverse misure. Il set deve essere adeguato per il drenaggio di fluidi dalla cavità pleurica , monouso, sterili.	pz	€ 4,00	300	0	10		0	0	0	200	**510**	**€ 2.040,00**	2	
A0680		B	**Adattatore** per tubi toracici, ,privo di lattice e ftalati in adeguato materiale di grado medicale, monouso, sterile	pz	€ 56,00	30	0	10	0	0	0	0	10	**50**	**€ 2.800,00**	1	
	tot.lotto 13																**8531571B1A**
A0601010402	14		**Drenaggio Tipo VieW** in silicone di grado medicale, trasparente, privo di lattice e DEHP FREE, lunghezza 50 cm (+/-10%) e linea radiopaca su tutta la lunghezza, Foratura distale, monouso, sterile, Misure con tolleranza +/- 10%.	pz	€ 4,00	**1.000**	**500**	**500**	**2.000**	**100**	**1.000**	**2.000**	**4.000**	**13.900**	**€ 55.600,00**		
		A	CH 9/10														
		B	CH 12														
		C	CH 14/15													2	
		D	CH 18														
		E	CH 20/21														
		F	CH 24														
		G	CH 28														
		H	CH 30														
	tot.lotto 14																**8531594E14**
			Drenaggio tipo Redon in PVC trasparente di grado medicale, DEHP FREE, lunghezza totale 50cm(+-20%),foratura di 14cm ca (+-20%), linea radiopaca,monouso. Sterile,. Misure:	pz	€ 2,50	**0**	**0**	**50**	**0**	**50**	**110**	**1.000**	**0**	**3.710**	**€ 9.275,00**		
		A	CH 6														

CODICE CND	RIF . LOTTO		Descrizione dispositivo	UM	Prezzo unitario indicativo presunto	ASSL OLBIA	ASSL NUORO	ASSL LANUSEI	ASSL SASSARI	ASSL ORISTANO	ASSL SANLURI	ASSL CARBONIA	ASSL CAGLIARI	QUANTITA' TOTALI	VALORE ATS	QUANTITA' DA CAMPIONARE	CIG per lotto
	15	B	CH 8														
		C	CH 10														
		D	CH 12														
		E	CH 14													2	
		F	CH 16														
		G	CH 18														
	tot.lotto 15																8531628A24
	16		**Drenaggio in silicone** di grado medicale, monouso sterile, privo di lattice e ftalati; scanalato con profilo a spirale(4 scanalature esterne di lunghezza cm 30 ca.+-20%), lunghezza totale 110 cm ca (+-20%). Dotato di estremità radiopaca su tutta la parte scanalata. con ago guida, Misure TOLLERANZA +/-10%	pz	€ 27,00	100	500	100	200	20	0	0	100	**1.020**	**€ 27.540,00**		
		A	CH 7/8											**0**			
		B	CH10/9											**0**			
		C	CH12											**0**			
		D	CH15/14											**0**		2	
		E	CH 19/20											**0**			
		F	**Drenaggio in silicone** di grado medicale, monouso sterile, privo di lattice e ftalati; scanalato con profilo a spirale(4 scanalature esterne di lunghezza cm 30 ca.+-20%), . Dotato di estremità radiopaca su tutta la parte scanalata. senza ago guida, lunghezza cm 80 (+-20%) , Misura CH 24	pz	€ 27,00	20	20	10	20	10	0	0	20	**100**	**€ 2.700,00**	1	
	tot.lotto 16																8531691E20
A0601010402	17		Kit monouso sterile privo di lattice, composto da 1 tubo di drenaggio rotondo in silicone radiopaco in un unica estrusione, tipo "Hubless", privo di lume interno, con striscia blu radiopaca; dotato di 4 scanalature esterne longitudinali indipendenti, anima centrale rigida anticollabimento, con ago in acciaio; fornito di adattatore per il collegamento al reservoir. Deve essere confezionato in doppio involucro sterile. Il Kit deve contenere al suo interno **una medicazione in schiuma di poliuretano, idrofilica ed assorbente imbibita di clorexidina gluconato a lento rilascio, con foro centrale** e fenestratura radiale, misure:														
			con ago, misure:														
		A	drenaggio 10 Fr, lunghezza 113 cm, disco 2,5 cm, foro 4 mm (+-20%)	pz	€ 73,00	10	100	20	30	0	0	0	50	**210**	**€ 15.330,00**		
		B	drenaggio 15 Fr , lunghezza 122 cm, disco 2,5 cm , foro 4 mm (+-20%)	pz	€ 73,00	10	200	50	60	50	0	0	50	**420**	**€ 30.660,00**		
		C	drenaggio 19 Fr, lunghezza 122 cm ,disco 2,5 cm , foro 7 mm (+-20%)	pz	€ 73,00	10	100	50	30	50	0	0	50	**290**	**€ 21.170,00**	2	
		D	drenaggio 24 Fr, lunghezza 83 cm, disco 2,5 cm, foro 7 mm (+-20%)	pz	€ 73,00	10	100	50	30	50	0	0	50	**290**	**€ 21.170,00**		
			con ago, misure:														
		E	drenaggio 10 Fr , lunghezza 113 cm con ago da 3,2 mm (+-20%) , disco 2,5 cm , foro 4 mm (+-20%)	pz	€ 87,37	10	100	20	50	0	0	0	50	**230**			
		F	drenaggio 15 Fr,lunghezza 122 cm con ago da 4,8 mm (+-20%) , disco 2,5 cm, foro 4 mm (+-20%)	pz	€ 87,37	10	100	50	50	30	0	0	50	**290**	**€ 25.337,30**		
		G	drenaggio 19 Fr , lunghezza 122 cm con ago da 6,4mm (+-20%) , disco 2,5 cm , foro 7 mm (+-20%)	pz	€ 87,37	10	100	50	50	0	0	0	50	**260**	**€ 22.716,20**		
		H	drenaggio 19 Fr, lunghezzza 122 cm ,con ago da 6,4mm (+-20%) a curvatura variabile , disco 2,5 cm ,foro7mm (+-20%	pz	€ 87,37	10	100	50	50	0	0	0	50	**260**	**€ 22.716,20**		
	tot.lotto 17																85317227B7
	18		**Sonda di drenaggio** capillare tipo Penrose, in silicone di grado medicale,priva di lattice e DEHP FREE, monouso sterile. Dotata di superfice interna zigrinata e corrugata per evitare il collabimento delle pareti. Lunghezza cm 30 c.a,(+-20%), linea radiopaca su tutta la lunghezza. Misure disponibili ca (+-20%):		€ 2,00	**500**	**0**	**50**	**0**	**70**	**90**	**0**	**1.000**	**3.050**	**€ 6.100,00**		
		A	6 mm														
		B	8 mm														
		C	10 mm													2	
		D	12 mm														
	tot.lotto 18																8531751FA3
	19		Catetere **toracico retto** in silicone atossico trasparente, privo di lattice e ftalati, **con estremità a becco di flauto**. Dotato di foratura con cinque fori ellitici, lunghezza o 50 cm ca.(+-10%) provvisto di **indicatori di profondità** e linea radiopaca , monouso, sterile, Misure con tolleranza +/- 10%	pz	€ 10,00	60	160	20	200	60	0	0	60	**560**	**€ 5.600,00**		
		A	CH 24														
		B	CH 30														

CODICE CND	RIF . LOTTO		Descrizione dispositivo	UM	Prezzo unitario indicativo presunto	ASSL OLBIA	ASSL NUORO	ASSL LANUSEI	ASSL SASSARI	ASSL ORISTANO	ASSL SANLURI	ASSL CARBONIA	ASSL CAGLIARI	QUANTITA' TOTALI	VALORE ATS	QUANTITA' DA CAMPIONARE	CIG per lotto
		C	CH 32														
		D	CH 34													2	
		E	CH 36														
	tot.lotto 19																8531770F51
A0601010403	20		**Drenaggio piatto** monouso e sterile, privo di lattice, in silicone radiopaco. Dotato di 4 scanalature esterne longitudinali indipendenti, prive di lume interno. Il drenaggio deve avere, la scanalatura per l' intera lunghezza (30 cm ca.(+-20%) . Lunghezza totale di 110 cm ca.(+-20%) disponibile nelle seguenti misure:												**€ 0,00**		
		A	7mm (+-20%) senza ago	pz	€ 59,49	20	100	100	30	0	0	0	30	**280**	**€ 16.657,20**		
		B	10mm (+-20%) senza ago	pz	€ 59,49	20	100	100	50	0	0	0	30	**300**	**€ 17.847,00**	1	
			con ago														
		C	7mm (+-20%) con ago	pz	€ 75,04	50	100	100	30	0	0	0	50	**330**	**€ 24.763,20**	1	
		D	10mm (+-20%) con ago	pz	€ 75,04	50	100	100	30	0	0	0	50	**330**	**€ 24.763,20**		
	tot.lotto 20																85317964C9
	21		**Drenaggio scanalato** ad estrusione unica, senza ago, privo di lattice e ftalati,dotato di un tubo in silicone di grado medicale. Il drenaggio deve essere dotato di un profilo con 4 scanalature, realizzato in un' unica estrusione.Il collegamento tra la sezione scanalata e il tubo di connessione deve avvenire senza riduzione del lume interno. Lunghezza totale 110 cm ca.(+-20%) sezione scanalata di 30cm ca. (+-20%), deve essere dotato di linea radiopaca su tutta la lunghezza del drenaggio, monouso sterile, Misure: TOLLERANZA +/- 20%	pz	€ 27,00	60	100	20	0	20	0	0	60	**260**	**€ 7.020,00**		
		A	CH 10														
		B	CH 12														
		C	CH 14/15													2	
		D	CH 18/19														
			Drenaggio scanalato ad estrusione unica dotato di ago guida.monouso sterile, privo di lattice e ftalati,dotato di un tubo in silicone di grado medicale. Il drenaggio deve essere dotato di un profilo con 4 scanalature, realizzato in un' unica estrusione.Il collegamento tra la sezione scanalata e il tubo di connessione deve avvenire senza riduzione del lume interno. Lunghezza totale 110 cm ca.(+-20%) sezione scanalata di 30cm ca. (+-20%), deve essere dotato di linea radiopaca su tutta la lunghezza del drenaggio, MISURE CON TOLLERANZA +/-20%	pz	€ 27,00	60	100	20	0	20	0	0	60	**260**	**€ 7.020,00**		
		A	CH 10														
		B	CH 12														
		C	CH 14/15													2	
		D	CH 18/19														
	tot.lotto 21																85318311AC
A060201	22		**Catetere percutaneo per drenaggio biliare** in poliuretano con punta locking pig-tail 2 cm ca.(+-20%) con ampi fori laterali, cannula a punta smussa e mandrino, sistema di ancoraggio sul cono del catetere, cono luer lock, lungh 30 cm ca. , MISURE : (+-20%)	pz	€ 98,00	0	0	5	0	0	0	5	100	**110**	**€ 10.780,00**		
		A	8 Fr													1	
		B	10 Fr														
	tot.lotto 22																8531872381
	23		**Set per drenaggio di ascessi**, composto da: catetere in poliuretano radiopaco lungh. 26 cm ca. (+-20%) punta Malecot (Fr. -12 lunghezza cm 33), FR -14, Fr 16, Fr 18, Fr 20, Fr 24, Fr 28 lunghezza cm 41ca. (+-20%). dilatatori radiopachi (vari Fr.) lungh. 20 cm ca. (+-20%) 2 stiletti flessibili radioopachi guida in acciaio ricurva lungh.100 cm ca. (+-20%) ago di Chiba 22G lungh. 20 cm ca. (+-20%) ago cannula punta trocar lungh. 20 cm ca. (+-20%) tubo di connessione con rubinetto lungh. 30 cm ca. (+-20%)	pz	€ 130,00	0	0	5	0	0	0	20	100	**125**	**€ 16.250,00**	1	
	tot.lotto 23																8531905EB9
	24		**Drenagglo per grandi raccolte di liquidi,** privo di lattice e DEHP FREE in PVC di grado medicale, con per accesso Seldinger dotato di eventuale dilatatore e cannula, di diametro da Fr 16. punta a J lunghezza almeno fino a 40 cm. ca. (+-20%)	pz	€ 120,00	0	0	0	0	0	0	0	20	**20**	**€ 2.400,00**	1	
	tot.lotto 24																85319389F6

CODICE CND	RIF . LOTTO		Descrizione dispositivo	UM	Prezzo unitario indicativo presunto	ASSL OLBIA	ASSL NUORO	ASSL LANUSEI	ASSL SASSARI	ASSL ORISTANO	ASSL SANLURI	ASSL CARBONIA	ASSL CAGLIARI	QUANTITA' TOTALI	VALORE ATS	QUANTITA' DA CAMPIONARE	CIG per lotto
	25		**Drenaggi percutanei** resistenti all'arricciamento, con memoria di forma, biocompatibili e resistente alle incrostazioni, con linea radiopaca distale. Pareti sottili, largo lume interno, larghi fori laterali e punta rastremata. Diametro da 8 Fr. lunghezza almeno fino a 30 cm circa. Sterile e monouso. Per ascessi e raccolte fluide.	pz	€ 64,70	0	0	0	0	0	0	0	200	**200**	**€ 12.940,00**	**1**	
	tot.lotto 25																8531958A77
A0600202	**26**		**Catetere per il drenaggio toracico** con Trocar metallico ¾ trocar, punta tagliente , in PVC trasparente di grado medicale , privo di lattice e Dehp , con fori ellitici contrapposti nella parte distale, con linea radiopaca su tutta la lunghezza e marcatori di profondità ,adattabile ai comuni sistemi di drenaggio, monouso, sterile, misure:	pz	€ 8,00	100	100	0	200	100	100	110	200	**910**	**€ 7.280,00**		
		A	cm 20/25 CH 16/18														
		B	cm 40(+/- 15%) CH 20														
		C	cm 40(+/- 15%) CH 24													**2**	
		D	cm 40(+/- 15%) CH 28														
		E	cm 40(+/- 15%) CH 32														
	tot.lotto 26																8531981D71
A060203	**27**		**Drenaggio pleurico con accesso percutaneo ,** privo di lattice e ftalati in adeguato materiale di grado medicale, con linea di estensione che elimina la formazione di ematomi e necrosi tissutali, con la possibilità di avere il controllo remoto deconnettendo la cannula con un attacco a baionetta.Deve essere composto da una cannula in poliuretano con punta PIG TAIL ago tipo Verres, siringa da almeno 60ml, sacca di raccolta di almeno 2.000ml ca (+-20%), munito di bisturi e linea di estensione, misure tolleranza +/- 15%, monouso, sterile, misure con tolleranza +/- 15%	pz	€ 90,00	50	200	6	50	30	0	20	100	**456**	**€ 41.040,00**	**1**	
		A	**CH 9 /10**														
		B	**CH 12 /14**														
	tot.lotto 27																8532005143
	28	**A**	**Valvola tipo Heimlich** , priva di lattice e DEHP FREE, costituita da un corpo di idoneo materiale di grado medicale, dotato di membrana unidirezionale e doppio raccordo conico (in materiale plastico di grado medicale, privo di lattice e DEHP FREE., monouso, sterile.	pz	€ 9,00	100	200	25	460	50	0	100	200	**1.135**	**€ 10.215,00**	**1**	
		B	**Valvola tipo Heimlich** priva di lattice e DEHP FREE, costituita da un corpo di idoneo materiale di grado medicale,dotato di membrana unidirezionale e doppio raccordo conico (in materiale plastico di grado medicale,privo di lattice e DEHP FREE,collegata con una sacca di raccolta dei liquidi tramite tubo di connessione in materiale plastico,anch'esso privo di lattice,di cm 50 ca(+-20%). La sacca dovra' avere capacità di almeno 2.000 ml ca.(+-20%),deve essere dotata di valvola antireflusso e rubinetto di scarico,monouso, sterile,	pz	€ 17,00	200	200	60	220	100	0	100	200	**1.080**	**€ 18.360,00**	**1**	
	tot.lotto 28																8532021E73
A060204	**29**		**Kit per toracentesi** monouso sterile completamente privo di lattice e DEHP ,costituito da un drenaggio percutaneo in poliuretano con doppia valvola unidirezionale integrata tale da favorire l'aspirazione e la raccolta dell'aspirato in una sola manovra e dotato di almeno tre fori per garantire un buon drenaggio. Deve avere in dotazione un ago retrattile di tipo Verres, munito di adeguato e sicuro sistema di sicurezza in modo da individuare il corretto posizionamento e prevenire eventuali lesioni accidentali del polmone. Il kit deve contenere un raccordo per aspirazione attiva,un bisturi per incisione,una siringa da almeno 60ml,una linea di estensione con doppio attacco per collegare il catetere al sistema di raccolta; in dotazione deve essere contenuta una sacca di raccolta del drenato in pvc di capacità di almeno 2000ml ca.(+-20%)	pz	€ 90,00	600	600	600	1.000	400	250	400	600	**4.450**	**€ 400.500,00**	**1**	
			CH 9														
			CH 12														
	tot.lotto 29																8532046318

CODICE CND	RIF . LOTTO		Descrizione dispositivo	UM	Prezzo unitario indicativo presunto	ASSL OLBIA	ASSL NUORO	ASSL LANUSEI	ASSL SASSARI	ASSL ORISTANO	ASSL SANLURI	ASSL CARBONIA	ASSL CAGLIARI	QUANTITA' TOTALI	VALORE ATS	QUANTITA' DA CAMPIONARE	CIG per lotto
A060204	30		**Kit per paracentesi** privo di lattice e ftalati (o solo se non disponibile,privo di DEHP FREE),costituito da ago di Verres centimetrato in acciaio,con indicatore di sicurezza e blocco della profondità, sia acustico che con indicatore di colore sull'ago, al fine di individuarne il corretto posizionamento e prevenire eventuali lesioni degli organi. Deve essere dotato di valvola unidirezionale integrata per impedire l'incremento del pneumotorace. ago con mandrino retrattile (dotato di adeguato sistema di sicurezza), sacca di raccolta del drenato di 7.000ml ca(+-20%),siringa e set per estensione, monouso,sterile	pz	€ 16,50	500	200	100	200	100	830	200	1.000	4.700	€ 77.550,00	2	
	tot.lotto 30																853207288B
A060204	31		**kit per paracentesi** costituito da: ago di Verres centimetrato in acciaio, con indicatore di sicurezza e blocco della profondità, Deve essere dotato di valvola unidirezionale , siringa da 60 ml, sacca di raccolta in PVC graduata da almeno ml 5.000, completa di rubinetto di scarico , rubinetto con doppia valvola unidirezionale integrata,lipidi resistente, prolunga in PVC. Sterile, monouso, confezione singola.	pz	€ 20,00	100	0	0	0	0		20	0	120	€ 2.400,00	2	
	tot.lotto 31																85320939DF
A060205	32		**Set di drenaggio percutaneo per pericardiocentesi,** completamente privo di lattice privo di DEHP , monouso sterile, costituito da: a) catetere di drenaggio radiopaco con fori con estremità tipo Pig TailL, misura CH 6/8 b) sacca di raccolta liquidi dotata di valvola unidirezionale con attacco luer lock c) set di introduzione	pz	€ 70,00	50	100	10	0	20	0	5	50	235	€ 16.450,00	1	
	tot.lotto 32																8532118E7F
A060299	33		**Drenaggio percutaneo** rigido punta dritta, biocompatibili e resistenti alle incrostazioni, con repere radiopaco distale. Pareti sottili, fori laterali distali ovali e punta rastremata. lunghezza ca 25 cm. Sterile e monouso. Misure tolleranza +/- 15%	PZ	€ 58,00	0	0	0	0	0	0	20	60	80	€ 4.640,00		
		A	6 Fr														
		B	8 Fr													1	
		C	10/12 Fr														
	tot.lotto 33																8532143324
	34		**Drenaggio percutaneo** in poliuretano, interno armatura spiralata in nitinol, punta locking pigtail, foratura multipla. lungh 30 cm. Misure con tolleranza +/- 15%:	PZ	€ 78,00	0	0	0	40	0	0	0	100	140	€ 10.920,00		
		A	6 Fr														
		B	8 Fr													1	
		C	10/12 Fr														
	tot.lotto 34																8532164478
A060301	35		**Sacca di** raccolta e sostituzione da 150/ 200 ml +/- 30% raccordabile ai sistemi a circuito chiuso,di adeguato materiale di grado medicale, graduata, con valvola antireflusso, monouso, sterile.	PZ	€ 1,30	3.500	0	0	0	0	0	0	200	3.700	€ 4.810,00	2	
	tot.lotto 35																85322370B7
A06030301	36	A	**Sacca raccolta urina da litri 5** a circuito chiuso con valvola antireflusso dotate di un sistema di svuotamento che prevede l'utilizzo di sacche secondarie,complete di stativo rinforzato,camera di gocciolamento con valvola di non ritorno,filtro aria,rubinetto di scarico,tubo da cm 110 circa +/-20% , monouso, sterile.	PZ	€ 3,60	500	0	0	0	1.300	0	0	0	1.800	€ 6.480,00	2	
A06030301		B	**Sacca raccolta urina da litri 5 /6 litri** a circuito chiuso con valvola di non ritorno da raccordare con le sacche descritte precedentemente, monouso, sterile.	PZ	€ 1,75	1.000	0	0	0	4.000	0	0	0	5.000	€ 8.750,00	2	
	tot.lotto 36																8532261484

CODICE CND	RIF . LOTTO		Descrizione dispositivo	UM	Prezzo unitario indicativo presunto	ASSL OLBIA	ASSL NUORO	ASSL LANUSEI	ASSL SASSARI	ASSL ORISTANO	ASSL SANLURI	ASSL CARBONIA	ASSL CAGLIARI	QUANTITA' TOTALI	VALORE ATS	QUANTITA' DA CAMPIONARE	CIG per lotto
A06030301	**37**		**Sacca secondaria di raccolta** dedicata allo **svuotamento e smaltimento** in sicurezza delle sacche urina e dei sistemi di drenaggio. Deve essere munita all'interno di un adeguato SISTEMA SOLIDIFICANTE, tale da evitare il richio di contaminazione con i liquidi biologici e deiezioni corporee. La sacca di smaltimento si deve raccordare al tubo della sacca urina utilizzata o al suo rubinetto di scarico.	pz	€ 3,50	5.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**21.000**	**€ 73.500,00**	**2**	
	tot.lotto 37																85322879F7
A06030302	**38**	**A**	**Dispositivo per la misurazione della diuresi orari**a a circuito chiuso, on punto di prelievo senza ago, trasparente, da 500ml , privo di lattice e DHEP. Completo di camera di gocciolamento con filtro e valvola antireflusso. Munito di tubo da 120 cm ca(+-20%),c,piastrina stringitubo e clamp fermalenzuolo. Scarico di sicurezza per il "troppo pieno" per la fuoriuscita automatica del liquido in eccesso. Supporto in plastica e lacci per il fissaggi al letto in sicurezza. Ganci reggisacca di svutamento. Sacca di svuotamento di capacità 1,5/2 L ca(+-20%), con filtro idrofobico, monouso,sterile.	pz	€ 7,20	500	0	50	400	0	0	200	0	**1.150**	**€ 8.280,00**	**2**	
		B	Sacca di ricambio dedicata e raccordabile da 1.500 ml a 2.000 ml	pz	€ 1,20	2.000	200	100		200	100	100	200	**2.900**	**€ 3.480,00**	**2**	
		C	Sacca di ricambio dedicata e raccordabile da 3.000 ml a 4.000 ml	pz	€ 1,80	500	300	200	200	200	200	200	300	**2.100**	**€ 3.780,00**		
	tot.lotto 38																8532325953
	39		**Dispositivo per la misurazione della diuresi oraria** a circuito chiuso con sacca fissa da 2.000 ml ca.(+-20%). trasparente,da 500ml dotato di comparto di precisione con graduazione ad intervalli di -1ml. Completo di camera di gocciolamento con filtro e valvola antireflusso. Munito di tubo da 120 cm ca(+-20%),con punto di prelievo senza ago,piastrina stringitubo e clamp fermalenzuolo. Scarico di sicurezza per il "troppo pieno" per la fuoriuscita automatica del liquido in eccesso. Supporto in plastica e lacci per il fissaggi al letto in sicurezza. Ganci reggisacca di svuotamento. on ganci e linguette di fissaggio, tubo da almeno 150 cmca.(+-20%).monouso,sterile.	pz	€ 8,50	200	50	50	400	50	50	50	50	**900**	**€ 7.650,00**	**2**	
	tot.lotto 39																8532346AA7
A06030399	**40**		**Sacchetto** o contenitore monouso per la raccolta e smaltimento in sicurezza dei liquidi biologici munito di adeguato gelificante nel suo interno, senza lattice e ftalati, di capacità da 1 litro ca. +/- 30%, da utilizzare in ambito ospedaliero.	pz	€ 0,70	6.000	0	100	3.000	1.000	3.500	400	3.000	**17.000**	**€ 11.900,00**	**2**	
	tot.lotto 40																8532383930
A090101	**41**		**Sacca per isolamento organi**, priva di lattice e ftalati , adeguatamente confezionanata in confezione singola,in materiale di grado medicale morbido,resistente a basse temperature sotto zero, sottoposto a trattamento antistatico;dotata di due stringhe scorrevoli che ne consentono adeguata e facile chiusura. Dimensioni 50 X50 +/-25%, monouso, sterile.	pz	€ 7,00	50	100	20	300	20	0	60	100	**650**	**€ 4.550,00**	**1**	
	tot.lotto 41																85324039B1
															€ 1.490.715,30		

REQUISITI DI AMMISSIONE

A) REQUISITI GENERALI (art. 80 del D.Lgs 50/2016)

Sono ammessi alla procedura i soggetti che risultino in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti:

- Inesistenza di pronuncia di sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità' di contrattare con la pubblica amministrazione;

- insussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e

alle informazioni antimafia;resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

- assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D Lgs 50 del 18/04/2016 s.m.i.;

- che l'operatore economico non sia stato sottoposto a fallimento o non si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o non sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del D.Lgs. 50/2016 smi e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

- assenza di una situazione di colpevolezza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

- che l'operatore economico non abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure non abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero non abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- assenza di significative e persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno determinato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

- che l'operatore economico non abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

- assenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Dlgs 50 del 18/04/2016 non diversamente risolvibile;

- assenza di una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- assenza di sanzioneinterdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.
- non iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- assenza di violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
- essere in regola (dimostrata con certificazione, di cui alla L. 68/99, o autocertificazione) con le norme sul diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non abbiano denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- assenza, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Note importanti:

1. Il possesso dei suddetti requisiti è provato direttamente dal concorrente mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 artt. 46 e 47. Il concorrente, per ciascuno dei soggetti descritti dall'art. 80 comma 1, 2

e 3 dovrà riportare tutti gli eventuali precedenti penali con effetti definitivi e i procedimenti penali pendenti, nonché le eventuali misure di prevenzione cui sia stato assoggettato ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

2. Devono possedere i requisiti di cui all'art. 80 commi 1 e 2 del Codice tutti i soggetti indicati all'art. 80 comma 3.

3. In relazione ai requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 il concorrente e gli altri soggetti previsti dall'art. 80 del Codice non sono tenuti ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato successivamente depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione (provvedimento giurisdizionale) ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Gli operatori economici stabiliti in paesi diversi dall'Italia dimostrano il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

5. Con riferimento al requisito di cui all'art. 80 comma 5 alla lett. m) il concorrente allega alternativamente:

- la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui al precedente punto 5, **saranno esclusi** i concorrenti per i quali fosse accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'accertamento del fatto. Ai fini della verifica di cui sopra, ove si versi in una delle situazioni di cui al punto 5, è preferibile che l'offerente alleghi all'offerta economica tutti i documenti utili a dimostrare che la situazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta, specificandolo in documentazione amministrativa.

I requisiti ex art. 80 devono essere posseduti da tutti i soggetti, anche in composizione plurima (ad esempio, RTI costituiti o costituendi) a pena d'esclusione.

B) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016)

Gli operatori economici devono essere iscritti alla C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali o analogo registro di Stato aderente alla UE, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016

(iscrizione in uno dei registri commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs 50/2016), per oggetto attinente all'appalto; i concorrenti dovranno specificare: la ragione sociale, i nominativi dei rappresentanti legali, la camera, il numero e la data di iscrizione, l'oggetto sociale, limitatamente a quanto attinente il presente appalto (il requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti, anche in composizione plurima (ad esempio, RTI costituiti o costituendi) a pena d'esclusione.

C) REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA (art. 83 comma 1 lett.b) d.lgs 50/2016)

Sono ammesse a presentare offerta le imprese concorrenti che dimostrino, ex allegato XVII al D.Lgs 50/2016, il possesso della capacità finanziaria ed economica attraverso la presentazione di due idonee referenze bancarie o, in alternativa, di una idonea referenza bancariae una copertura assicurativa contro i rischi professionali.

D) REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE (art. 83 comma 1 lett. c) D.lgs 50/2016)

Ai fini dell'ammissione alla presente procedura di gara, gli operatori economici partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica ed organizzativa:

presentazione di un elenco delle principali forniture analoghe a quelle poste in gara effettuate negli ultimi cinque anni (periodo determinato al fine di garantire la partecipazione delle PMMI), con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e privati degli appalti stessi. Costituisce requisito minimo di ammissione l'aver svolto, per Enti sanitari pubblici o privati, nel quinquennio, almeno una fornitura analoga, di durata almeno semestrale, senza limiti di valore, ovvero, in alternativa, più forniture analoghe di durata, nel complesso, almeno annuale senza limiti di valore.

Allegato B SCHEDA N° 2 : "TUBI MEDICALI DI RACCORDO STERILI" (lotto n°7)

Duplicare la presente tabella e utilizzarla per ogni lotto offerto con una descrizione sintetica.

N° di riferimento dell'Allegato A:	
Ditta offerente :	
Nome e codice prodotto:	
Numero identificativo di iscrizione /N° di Repertorio della banca dati dispositivi medici del Ministero della salute	

				Descrizione sintetica del prodotto offerto con riferimento alla misura campionata (a cura della Ditta Offertente)	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
A	Funzionalità ed ergonomia	*Maneggevolezza ed efficacia rispetto alla destinazione d'uso*			C	15
B	Caratteristiche tecniche	*Maggior* facilità e tipologia delle connessioni			C	13
		Maggior resistenza al collabimento			C	12
		Minor memoria			C	8
C	Certificazioni	Prove di tenuta (uni en 1617.1997 e 1618:1997)			A	3
		Sistema di Gestione Qualità per Dispositivi medici (ISO13485)			A	3
		Sistema di Gestione Qualità della ditta produttrice (ISO13485)			A	3
D	Confezionamento ed etichettatura	*TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO*	Maggior resistenza alla rottura dell'involucro primario a garanzia della sterilità, es. doppia busta ecc.		C	2
			Facilità della manovra di apertura		C	1
		CARATTERISTICHE DELL'ETICHETTATURA	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili		C	1
			Presenza di indicatore del punto di apertura		A	1
			Presenza di istruzioni per l'utilizzo del prodotto		A	1
		MINOR NUMERO DI SACCHE PER CONFEZIONE SECONDARIA			B	2
E	Metodo di sterilizzazione	*RAGGI GAMMA, BETA, VAPORE ED ALTRI*			A	3
		OSSIDO DI ETILENE			A	0,5
F	Tempo di validità	5			A	2
		<5 e >=3			A	1
		<3			A	0,5

Per ovvie ragioni di spazio le informazioni richieste nella presente scheda possono essere fatte anche a tergo della stessa, purchè venga debitamente evidenziato l'ordine progressivo richiesto. Tutti i requisiti che formano o costituiscono titoli per l'attribuzione di un punteggio non sufficientemente individuati e non facilmente individuabili nelle schede tecniche , non verranno presi in considerazione per l'attribuzione del relativo punteggio.

totale max 70 punti

DATA …… FIRMA……

Allegato B **SCHEDA N°4** : "SISTEMI DI DRENAGGIO CHIRURGICO" (lotti dal n°11 al n° 21 e il n° 41)

Duplicare la presente tabella e utilizzarla per ogni lotto offerto con una descrizione sintetica.

N° di riferimento dell'Allegato A:	
Ditta offerente :	
Nome e codice prodotto:	
Numero identificativo di iscrizione /N° di Repertorio della banca dati dispositivi medici del Ministero della salute	

				Descrizione sintetica del prodotto offerto con riferimento alla misura campionata (a cura della Ditta Offertente)	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
A	Funzionalità ed ergonomia	Maneggevolezza ed efficacia rispetto alla destinazione d'uso			C	16
B	Caratteristiche tecniche	*Minor atraumaticità del dispositivo:* minor rischio di lesione/danno al paziente nel posizionamento e nell'utilizzo del prodotto			C	10
		Maggior morbidezza del materiale			C	5
		Maggior compatibilità e tipologia delle connessioni			C	5
C	Certificazioni	Biocompatibilità dei materiali (EN ISO 10993) : prove eseguite e sintesi dei risultati			A	10
		Prove di tenuta (uni en 1617.1997 e 1618:1997)			A	5
		Sistema di Gestione Qualità per Dispositivi medici (ISO13485)			A	3
		Sistema di Gestione Qualità della ditta produttrice (ISO 9001)			A	3
D	Confezionamento ed etichettatura	TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO	MAGGIOR robustezza dell'involucro primario a garanzia della sterilità, es. doppia busta ecc.		C	2
			Facilità della manovra di apertura		C	1
		CARATTERISTICHE DELL'ETICHETTATURA	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili		C	1
			Presenza di indicatore del punto di apertura		A	1
			Presenza di istruzioni per l'utilizzo del prodotto		A	1
		MINOR NUMERO DI PEZZI PER CONFEZIONE SECONDARIA			B	2
E	Metodo di sterilizzazione	RAGGI GAMMA, BETA, VAPORE ED ALTRI			A	3
		OSSIDO DI ETILENE			A	0,5
F	Maggior Tempo di validità	5			A	2
		<5 e >=3			A	1
		<3			A	0,5
Per ovvie ragioni di spazio le informazioni richieste nella presente scheda possono essere fatte anche a tergo della stessa, purchè venga debitamente evidenziato l'ordine progressivo richiesto. Tutti i requisiti che formano o costituiscono titoli per l'attribuzione di un punteggio non sufficientemente individuati e non facilmente individuabili nelle schede tecniche , non verranno presi in considerazione per l'attribuzione del relativo punteggio.						**totale max 70 punti**

DATA …… FIRMA……

Allegato B **SCHEDA n°5** : "SACCHE E SISTEMI DI RACCOLTA LIQUIDI" (lotti n°35, 36, 38 e 39)

Duplicare la presente tabella e utilizzarla per ogni lotto offerto con una descrizione sintetica.

N° di riferimento dell'Allegato A:	
Ditta offerente :	
Nome e codice prodotto:	
Numero identificativo di iscrizione /N° di Repertorio della banca dati dispositivi medici del Ministero della salute	

				Descrizione sintetica del prodotto offerto con riferimento alla misura campionata (a cura della Ditta Offertente)	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
A	Funzionalità ed ergonomia	*maneggevolezza ed efficacia rispetto alla destinazione d'uso*			C	25
		maggior facilità di lettura della scala volumetrica			C	10
B	Caratteristiche tecniche	Maggior tenuta della saldatura della sacca			C	22
C	Confezionamento ed etichettatura	*TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO*	MAGGIOR robustezza dell'involucro primario a garanzia della sterilità, es. doppia busta ecc.		C	2
			Facilità della manovra di apertura		C	1
		CARATTERISTICHE DELL'ETICHETTATURA	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili		C	1
			Presenza di indicatore del punto di apertura		A	1
			Presenza di istruzioni per l'utilizzo del prodotto		A	1
		MINOR NUMERO DI PEZZI PER CONFEZIONE SECONDARIA			B	2
D	Metodo di sterilizzazione	*RAGGI GAMMA, BETA, VAPORE ED ALTRI*			A	3
		OSSIDO DI ETILENE			A	0,5
E	Maggior Tempo di validità	5			A	2
		<5 e >=3			A	1
		<3			A	0,5

Per ovvie ragioni di spazio le informazioni richieste nella presente scheda possono essere fatte anche a tergo della stessa, purchè venga debitamente evidenziato l'ordine progressivo richiesto. Tutti i requisiti che formano o costituiscono titoli per l'attribuzione di un punteggio non sufficientemente individuati e non facilmente individuabili nelle schede tecniche , non verranno presi in considerazione per l'attribuzione del relativo punteggio.

totale max 70 punti

DATA ..... FIRMA.....

Allegato B SCHEDA N°1 : "SISTEMI DI DRENAGGIO CHIRURGICO" (lotti dal n°1 al n°6 e n°11), " SISTEMI DI DRENAGGIO PERCUTANEO" (lotti dal n°22 al n°34),

Duplicare la presente tabella e utilizzarla per ogni lotto offerto con una descrizione sintetica.

N° di riferimento dell'Allegato A:	
Ditta offerente :	
Nome e codice prodotto:	
Numero identificativo di iscrizione /N° di Repertorio della banca dati dispositivi medici del Ministero della salute	

				Descrizione sintetica del prodotto offerto con riferimento alla misura campionata (a cura della Ditta Offertente)	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
A	Funzionalità ed ergonomia	*Maneggevolezza ed efficacia rispetto alla destinazione d'uso*			C	14
		Presenza di sistemi di sicurezza per il paziente			C	4
		Presenza di sistemi di sicurezza per l'operatore			C	4
B	Caratteristiche tecniche	*Minor atraumaticità del dispositivo: minor rischio di lesione/danno al paziente nel posizionamento e nell'utilizzo del prodotto*			C	10
		Facilità e tipologia delle connessioni			C	10
C	Certificazioni	Biocompatibilità dei materiali (EN ISO 10993) : prove eseguite e sintesi dei risultati			A	6
		Prove di tenuta (uni en 1617.1997 e 1618:1997)			A	3
		Sistema di Gestione Qualità per Dispositivi medici (ISO13485)			A	3
		Sistema di Gestione Qualità della ditta produttrice (ISO13485)			A	3
D	Confezionamento ed etichettatura	*TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO*	MAGGIOR robustezza dell'involucro primario a garanzia della sterilità, es. doppia busta ecc.		C	2
			Facilità della manova di apertura		C	1
		CARATTERISTICHE DELL'ETICHETTATURA	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili		C	1
			Presenza di indicatore del punto di apertura		A	1
			Presenza di istruzioni per l'utilizzo del prodotto		A	1
		MINOR NUMERO DI PEZZI PER CONFEZIONE SECONDARIA			B	2
E	Metodo di sterilizzazione	*RAGGI GAMMA, BETA, VAPORE ED ALTRI*			A	3
		OSSIDO DI ETILENE			A	0,5
F	Maggior Tempo di validità	5			A	2
		<5 e >=3			A	1
		<3			A	0,5

Per ovvie ragioni di spazio le informazioni richieste nella presente scheda possono essere fatte anche a tergo della stessa, purchè venga debitamente evidenziato l'ordine progressivo richiesto. Tutti i requisiti che formano o costituiscono titoli per l'attribuzione di un punteggio non sufficientemente individuati e non facilmente individuabili nelle schede tecniche , non verranno presi in considerazione per l'attribuzione del relativo punteggio.

totale max 70 punti

DATA …… FIRMA……

Allegato B **SCHEDA N°3** : "TUBI MEDICALI DI RACCORDO NON STERILI" (lotti dal n°8 al n°10),

Duplicare la presente tabella e utilizzarla per ogni lotto offerto con una descrizione sintetica.

N° di riferimento dell'Allegato A	
Ditta offerente :	
Nome e codice prodotto:	
Numero identificativo di iscrizione /N° di Repertorio della banca dati dispositivi medici del Ministero della salute	

				Descrizione sintetica del prodotto offerto con riferimento alla misura campionata (a cura della Ditta Offertente)	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
A	Funzionalità ed ergonomia	Maneggevolezza ed efficacia rispetto alla destinazione d'uso			C	12
B	Caratteristiche tecniche	*Maggior* facilità e tipologia delle connessioni			C	12
		Maggior resistenza al collabimento			C	12
		Minor memoria			C	10
C	Certificazioni	Prove di tenuta (uni en 1617.1997 e 1618:1997) (ALLEGARE ATTESTATO)			A	3
		Sistema di Gestione Qualità per Dispositivi medici (ISO13485)			A	3
		Sistema di Gestione Qualità della ditta produttrice (ISO13485)			A	3
D	Confezionamento ed etichettatura	TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO	Maggior resistenza alla rottura dell'involucro primario		C	3
			Facilità della manovra di apertura		C	2
		CARATTERISTICHE DELL'ETICHETTATURA	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili		A	1
			Presenza di indicatore del punto di apertura		A	1
			Presenza di istruzioni per l'utilizzo del prodotto		A	1
		MINOR NUMERO DI PEZZI PER CONFEZIONE SECONDARIA			B	5
E	MAGGIOR Tempo di validità	5			A	2
		<5 e >=3			A	1
		<3			A	0,5

Per ovvie ragioni di spazio le informazioni richieste nella presente scheda possono essere fatte anche a tergo della stessa, purchè venga debitamente evidenziato l'ordine progressivo richiesto. Tutti i requisiti che formano o costituiscono titoli per l'attribuzione di un punteggio non sufficientemente individuati e non facilmente individuabili nelle schede tecniche , non verranno presi in considerazione per l'attribuzione del relativo punteggio.

totale max 70 punti

DATA ……..…….. FIRMA……..

Allegato B **SCHEDA n°6** : "SACCHE E SISTEMI DI RACCOLTA LIQUIDI NON STERILI" (lotti n°37 e n°40)

Duplicare la presente tabella e utilizzarla per ogni lotto offerto con una descrizione sintetica.

N° di riferimento dell'Allegato A:	
Ditta offerente :	
Nome e codice prodotto:	
Numero identificativo di iscrizione /N° di Repertorio della banca dati dispositivi medici del Ministero della salute	

				Descrizione sintetica del prodotto offerto con riferimento alla misura campionata (a cura della Ditta Offertente)	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	
A	Funzionalità ed ergonomia	*maneggevolezza ed efficacia rispetto alla destinazione d'uso*			C	25	
		maggior facilità di lettura della scala volumetrica			C	10	35
B	Caratteristiche tecniche	Maggior tenuta della saldatura della sacca			C	22	22
C	Confezionamento ed etichettatura	*TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO*	MAGGIOR robustezza dell'involucro primario a garanzia della sterilità, es. doppia busta ecc.		C	2	
			Facilità della manovra di apertura		C	1	3
		CARATTERISTICHE DELL'ETICHETTATURA	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili		C	1	
			Presenza di indicatore del punto di apertura		A	1	
			Presenza di istruzioni per l'utilizzo del prodotto		A	1	3
		MINOR NUMERO DI PEZZI PER CONFEZIONE SECONDARIA			B	5	5
d	Maggior Tempo di validità	5			A	2	
		<5 e >=3			A	1	
		<3			A	0,5	2
Per ovvie ragioni di spazio le informazioni richieste nella presente scheda possono essere fatte anche a tergo della stessa, purchè venga debitamente evidenziato l'ordine progressivo richiesto. Tutti i requisiti che formano o costituiscono titoli per l'attribuzione di un punteggio non sufficientemente individuati e non facilmente individuabili nelle schede tecniche , non verranno presi in considerazione per l'attribuzione del relativo punteggio.						**totale max 70 punti**	70

DATA …….…… FIRMA……..