

Criterio di valutazione	n.	Sub - criteri di valutazione	P.ti	P.ti	Criteri	OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO	LABOINDUSTRIA	CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE	OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO	LABOINDUSTRIA
			relativi	Tot.	valut					
Criteri costruttivi	1	Qualità dei materiali impiegati in funzione della protezione della cute del paziente (materiali delicati non devono irritare la cute del paziente)	15	15	C	15	9	Qualità dei materiali impiegati in funzione della protezione della cute del paziente (materiali delicati non devono irritare la cute del paziente)	<ul style="list-style-type: none">Rivestimento base: PoliestereTelo ad alto scorrimento Ultra Low Friction: Nylon RIP-STOP (pag.1 scheda tecnica) Il concorrente allega dichiarazioni relative alla qualità dei materiali (documento “dichiarazione anallergico”). NOTA: Non sono presenti tali riferimenti nella documentazione tecnica ufficiale.	<ul style="list-style-type: none">Tavola: Polietilene indeformabileTelo ad alto scorrimento: Nylon/PE Prodotto Skin-compatible/friendly (anallergico, materiale di rivestimento con proprietà antimicrobiche). (pag.1 scheda tecnica)
Prova pratica su campione	2	Facilità nella sostituzione del telo	6	30	C	6	1,2			
		Superamento di fessure e dislivelli	7		A	7	1,4			
		Trasportabilità	5		C	5	1			
		Grado di scorrevolezza	12		C	12	2,4			
Sanificazione	3	Modalità per la sanificazione	5	5	C	5	3,5	Superamento di fessure e dislivelli	PROVA PRATICA	PROVA PRATICA
Portata massima	4	Superiore a 150 Kg.	15	15	A	15	15	PROVA PRATICA		
Garanzia	5	Da 12 mesi e un giorno fino a 16 mesi	1	5	A	5	5	Trasportabilità	PROVA PRATICA	PROVA PRATICA
		Da 16 mesi fino a 20 mesi	3					PROVA PRATICA		
		Da 20 mesi fino a 24 mesi	4					Grado di scorrevolezza	PROVA PRATICA	PROVA PRATICA
		Superiore a 24 mesi	5					PROVA PRATICA		
Totale punti max assegnabili				70		70	38,5	Modalità per la sanificazione	<ul style="list-style-type: none">Manutenzione e pulizia del telo di scorrimento: Lavaggio max 60° (pag.1 scheda tecnica)Manutenzione e pulizia del telaio: disinfettanti diluiti al 5% anche a base alcolica (pag.1 scheda tecnica) Il concorrente allega anche dichiarazione (dichiarazione sanificazione) nella quale afferma che il prodotto può essere sanificato con soluzioni a base di cloro, di alcool al 70% oppure con acqua a temperatura di 80°. NOTA: LA DICHIARAZIONE DEL CONCORRENTE NON CORRISPONDE CON QUANTO RIPORTATO NELLE SCHEDE TECNICHE DEL PRODOTTO. CHIEDERE CHIARIMENTI IN PROVA PRATICA	Disinfettabile con i normali detergenti di uso ospedaliero purché incolori. <ul style="list-style-type: none">Cover: lavaggio max 60°Tavola: lavaggio a mano (pag.1 scheda tecnica)
								Portata massima superiore a 150 Kg	Portata massima: 300 Kg (pag.1 scheda tecnica)	Portata massima: 300 Kg (pag.1 scheda tecnica)
								Garanzia da 12 mesi e un giorno fino a 16 mesi	-	-
								Da 16 mesi fino a 20 mesi	-	-
								Da 20 mesi fino a 24 mesi	-	-
								Superiore a 24 mesi	25 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili (pag.1 scheda tecnica)	36 mesi (documento “modello di offerta tecnica”)