

VALUTAZIONE LOTTO 14															
					Coefficiente tra 0 e 1 attributo	Valutazione CEA Spa	Coefficiente tra 0 e 1 attributo	Valutazione Medical Spa	Coefficiente tra 0 e 1 attributo	Valutazione Secured Spa	Coefficiente tra 0 e 1 attributo	Valutazione Tecnomedical Srl	Coefficiente tra 0 e 1 attributo	Valutazione Teleflex Medical	
			CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE											
A	Funzionalità ed ergonomia	Maneggevolezza ed efficacia rispetto alla destinazione d'uso		C	16	sufficiente 0,20	3,20 ottimo 1	16,00	sufficiente 0,20	3,20	sufficiente 0,20	3,20	sufficiente 0,20	3,20	
B	Caratteristiche tecniche	Minor atraumaticità del dispositivo: minor rischio di lesione/danno al paziente nel posizionamento e nell'utilizzo del prodotto		C	10	sufficiente 0,20	2,00 ottimo 1	10,00	sufficiente 0,20	2,00	insufficiente 0	0,00	sufficiente 0,20	2,00	
		Maggior morbidezza del materiale		C	5	sufficiente 0,20	1,00 ottimo 1	5,00	sufficiente 0,20	1,00	sufficiente 0,20	1,00	sufficiente 0,20	1,00	
		Maggior compatibilità e tipologia delle connessioni		C	5	sufficiente 0,20	1,00 ottimo 1	5,00	sufficiente 0,20	1,00	sufficiente 0,20	1,00	sufficiente 0,20	1,00	
C	Certificazioni	Biocompatibilità dei materiali (EN ISO 10993) : prove eseguite e sintesi dei risultati		A	10		10	10		10		10		10	
		Prove di tenuta (uni en 1617.1997 e 1618:1997)		A	5		0	5		0		0		0	
		Sistema di Gestione Qualità per Dispositivi medici (ISO13485)		A	3		3	3		3		3		3	
		Sistema di Gestione Qualità della ditta produttrice (ISO 9001)		A	3		3	3		3		3		0	
D	Confezionamento ed etichettatura	TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO	MAGGIOR robustezza dell'involucro primario a garanzia della sterilità, es. doppia busta ecc.	C	2	discreto 0,40	0,80 ottimo 1	2,00	discreto 0,40	0,80	sufficiente 0,20	0,40	sufficiente 0,20	0,40	
			Facilità della manovra di apertura	C	1	sufficiente 0,20	0,20 ottimo 1	1,00	discreto 0,40	0,40	discreto 0,40	0,40	sufficiente 0,20	0,20	
		CARATTERISTICHE DELL'ETICHETTATURA	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	C	1	sufficiente 0,20	0,20 ottimo 1	1,00	discreto 0,40	0,40	discreto 0,40	0,40	sufficiente 0,20	0,20	
			Presenza di indicatore del punto di apertura	A	1		1	1		1		1		1	
			Presenza di istruzioni per l'utilizzo del prodotto	A	1		0	1		0		0		0	
		MINOR NUMERO DI PEZZI PER CONFEZIONE SECONDARIA	B	2		2	1,5		0,5		0,5		0,5		2
E	Metodo di sterilizzazione	RAGGI GAMMA, BETA, VAPORE ED ALTRI		A	3		0	0		0		0		3	
		OSSIDO DI ETILENE		A	0,5		0,5	0,5		0,5		0,5		0	
F	Maggior Tempo di validità	5		A	2		2	2		2		2		2	
		<5 e >=3		A	1		0	0		0		0		0	
		<3		A	0,5		0	0		0		0		0	
					totale max 70 punti										
							29,90		67,00		28,80		26,40		29,00

TOTALE RIPARAMETRATO 31,24 70,00 30,09 27,58 30,30