

VALUTAZIONE LOTTO 36										
					Coefficiente tra 0 e 1 attribuito	Valutazione Medical Spa	Coefficiente tra 0 e 1 attribuito	Valutazione Sanifarm Srl		
			CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE						
A	Funzionalità ed ergonomia	maneggevolezza ed efficacia rispetto alla destinazione d'uso		C	25	ottimo 1	25,00	discreto 0,40	10,00	
		maggior facilità di lettura della scala volumetrica		C	10	ottimo 1	10,00	buono 0,60	6,00	
B	Caratteristiche tecniche	Maggior tenuta della saldatura della sacca		C	22	ottimo 1	22,00	discreto 0,40	8,80	
C	Confezionamento ed etichettatura	TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO	MAGGIOR robustezza dell'involucro primario a garanzia della sterilità, es. doppia busta ecc.	C	2	ottimo 1	2,00	sufficiente 0,20	0,40	
			Facilità della manovra di apertura	C	1	ottimo 1	1,00	discreto 0,40	0,40	
		CARATTERISTICHE DELL'ETICHETTATURA	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	C	1	ottimo 1	1,00	ottimo 1	1,00	
			Presenza di indicatore del punto di apertura	A	1		1		1	
			Presenza di istruzioni per l'utilizzo del prodotto	A	1		1		1	
		MINOR NUMERO DI PEZZI PER CONFEZIONE SECONDARIA			B	2		2		1
		D	Metodo di sterilizzazione	RAGGI GAMMA, BETA, VAPORE ED ALTRI		A	3		0	
OSSIDO DI ETILENE				A	0,5		0,5		0,5	
E	Maggior Tempo di validità	5		A	2		2		2	
		<5 e >=3		A	1		0		0	
		<3		A	0,5		0		0	
				totale max 70 punti		67,50		32,10		

TOTALE RIPARAMETRATO

70,00

33,29