

VALUTAZIONE LOTTO 22											
					Coefficiente tra 0 e 1 attribuito	Valutazione Cook Italia Srl	Coefficiente tra 0 e 1 attribuito	Valutazione MdM Srl	Coefficiente tra 0 e 1 attribuito	Valutazione Medical Spa	
			CRITERIO DI ATTRIBUZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE							
A	Funzionalità ed ergonomia	Maneggevolezza ed efficacia rispetto alla destinazione d'uso	C	14	buono 0,60	8,40	ottimo 1	14,00	distinto 0,80	11,20	
		Presenza di sistemi di sicurezza per il paziente	C	4	buono 0,60	2,40	ottimo 1	4,00	ottimo 1	4,00	
		Presenza di sistemi di sicurezza per l'operatore	C	4	buono 0,60	2,40	ottimo 1	4,00	ottimo 1	4,00	
B	Caratteristiche tecniche	Minor atraumaticità del dispositivo: minor rischio di lesione/danno al paziente nel posizionamento e nell'utilizzo del prodotto	C	10	buono 0,60	6,00	ottimo 1	10,00	ottimo 1	10,00	
		Facilità e tipologia delle connessioni	C	10	buono 0,60	6,00	ottimo 1	10,00	ottimo 1	10,00	
C	Certificazioni	Biocompatibilità dei materiali (EN ISO 10993) : prove eseguite e sintesi dei risultati	A	6		6		6		6	
		Prove di tenuta (uni en 1617:1997 e 1618:1997)	A	3		0		3		3	
		Sistema di Gestione Qualità per Dispositivi medici (ISO13485)	A	3		3		3		3	
		Sistema di Gestione Qualità della ditta produttrice (ISO13485)	A	3		3		3		3	
D	Confezionamento ed etichettatura	TIPOLOGIA DI CONFEZIONAMENTO PRIMARIO	MAGGIOR robustezza dell'involucro primario a garanzia della sterilità, es. doppia busta ecc.	C	2	buono 0,60	1,20	ottimo 1	2,00	ottimo 1	2,00
			Facilità della manovra di apertura	C	1	discreto 0,40	0,40	ottimo 1	1,00	ottimo 1	1,00
		CARATTERISTICHE DELL'ETICHETTATURA	Misure, lotto e scadenza in caratteri o simboli ben visibili	C	1	ottimo 1	1,00	ottimo 1	1,00	ottimo 1	1,00
			Presenza di indicatore del punto di apertura	A	1		1		1		1
			Presenza di istruzioni per l'utilizzo del prodotto	A	1		1		1		1
		MINOR NUMERO DI PEZZI PER CONFEZIONE SECONDARIA		B	2		2		0,4		0,4
E	Metodo di sterilizzazione	RAGGI GAMMA, BETA, VAPORE ED ALTRI		A	3		0		0		0
		OSSIDO DI ETILENE		A	0,5		0,5		0,5		0,5
F	Maggior Tempo di validità	5		A	2		0		2		2
		<5 e >=3		A	1		1		0		0
		<3		A	0,5		0		0		0
				totale max 70 punti		45,30		65,90		63,10	

TOTALE RIPARAMETRATO

48,12

70,00

67,03