Procedura negoziata per la fornitura di sistemi viti e placche
CUI 920058709092019142

lotto	descrizione	q.tà	q.tà	q.tà
1a	sistema placche mesh e viti CMF(Cranio Maxillo Facciale) in titanio, varie misure, forme e lunghezza. Placche con spessore di circa 0,5 mm. viti autofilettanti e antiperforanti, con taglio a croce per l'inserzione del cacciavite. Mesh con spessori variabili da 0,1 mm. A 0,6 mm. Circa. Viti standard di diam. 1,2 mm. circa e viti di emergenza di diamentro1,4 mm. circa. Comprese di strumentario in comodato d'uso gratuito	viti in titanio vario diametro, tipologia e lunghezza n. 300	placche di varie forme spessori e dimensioni n. 50	mesh di varie forme spessori e dimensioni n. 10
1b	sistema placche mesh e viti micro in titanio varie misure, forme e lunghezza. Placche di varieforme edimensioni con spessori variabili da 0,4 a 0,8 mm. Circa. Mesh con spessori variabili da 0,1 a 0,6 mm. Circa. Viti con taglio a croce per l'inserzione del cacciavite. Viti standard di diametro 1.5 mm. circa e viti di emergenza di diametro 1,9 mm. circa. comprese di strumentario in comodato d'uso gratuito	viti in titanio vario diametro, tipologia e lunghezza n. 1000	placche di varie forme spessori e dimensioni n. 200	mesh di varie forme spessori e dimensioni n. 10
1c	sistema placche mesh e viti mini in titanio varie misure, forme e lunghezza. Placche di varie forme edimensioni con spessori variabili da 0,6 a 1 mm. Circa. Mesh con spessori variabili da 0,3 a 0,6 mm. Circa. Viti standard di diametro 2.0 mm. circa e viti di emergenza di diametro 2,3 mm. circa. comprese di strumentario in comodato d'uso gratuito	viti in titanio vario diametro, tipologia e lunghezza n. 1500	placche di varie forme spessori e dimensioni n. 300	mesh di varie forme spessori e dimensioni n. 10
1d	sistema placche e viti mini in titanio varie misure. Placche di varie forme edimensioni con spessori variabili da 1,0 a 2,8 mm. circa. Viti standard di diametro 2.4 mm. circa e viti di emergenza di diametro 2,7 mm. circa. il sistema deve comprendere lo strumentario e le cassette di alloggiamento dei dispositivi e dello strumentario in comodato d'uso gratuito. lo strumentario deve essere dettagliatamente descritto.	viti in titanio vario diametro, tipologia e lunghezza n. 150	placche di varie forme spessori e dimensioni n. 50	mesh di varie forme spessori e dimensioni n. 5
1e	perforatori elicoidali di vario diametro e lunghezza, compatibili con maipoli Kavo e Stryker in dotazione al reparto	perforatori di vario diametro e lunghezza n. 130 (almeno 10 per tipologia e lunghezza delle viti)	=======	=======
1f	viti per bloccaggio intramascellare autofilettanti e autoperforanti diametro 2,0 mm. Circa	viti in titanio di varia tipologia e lunghezza n. 100	=======	=======

lotto	descrizione	q.tà	q.tà	q.tà
2	n. 25 impianti costituiti da: Placca da epifisiodesi in titanio a due e quattro fori fornite in diverse misure di lunghezza e di diametro (12, 16, 20 mm) centralmente rastremata, simmetrica e margini in linea, per l'introduzione di viti cannulate (ø 4.5 mm da 16 a 36 mm) e non cannulate (ø 4.5 mm da 24 a 36 e ø 3.5 da 12 a 16 mm) in titanio; Foro centrale della placca per posizionare un filo di Kirschner (ø 1.6 mm) nella fisi durante l'intervento allo scopo di ottenere maggiore precisione nell'impianto e ridurre l'esposizione a radiazioni per il paziente e gli operatori; Codice-colore tra placca e viti con la possibilità che queste ultime vengano posizionate utilizzando lo stesso foro con angolazione sino a 60°; Basso profilo della placca senza angolazioni della stessa per minimizzare l'impatto sui tessuti molli; Confezionamento sia sterile che non sterile.			