ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

OGGETTO: Gara procedura aperta affidamento fornitura aghi e siringhe CND A01 - A02

Chiarimenti al 29/11/2019

35. Quesito
Chiediamo se è possibile specificare la misura dell'ago per il lotto 66 voce a) e b).
Risposta
Possono essere offerte varie misure tra cui deve essere offerta per la voce a) la mis. G21 e per voce b) la mis. G 22

36. Quesito
LOTTO 37 - Si chiede di poter offrire ago anestesia spinale con punta sprotte 25Gx90mm anziché 25Gx80mm, 26Gx90mm anziché 26Gx80mm, 27Gx90mm anziché 27Gx80mm
Risposta
Si conferma

37. Quesito
LOTTO 41 - Si chiede di poter offrire ago anestesia con punta a matita tipo Whitacre 25Gx100mm anziché 25Gx105mm
Risposta
Si conferma quanto richiesto

38. Quesito
LOTTO 42 - Si chiede di poter offrire catetere con lunghezza 80cm ca.
Risposta
Si conferma quanto richiesto

39. Quesito
Campionatura: all'art. 4 del Capitolato speciale viene indicato che la campionatura da presentare è di 3 pezzi per lotto. Nel caso in cui in un lotto ci siano più voci/prodotti, è sufficiente campionare una misura a scelta o devono essere campionati 3 pezzi per ogni voce/prodotto appartenente al lotto?
Risposta
Si chiedono n. 3 pz. per lotto misura a scelta.

40. Quesito
Relativamente al Vs. lotto n. 3, il confezionamento a strip è obbligatorio? E' possibile offrire un prodotto confezionato in blister singoli e già "staccati" uno dall'altro?
Risposta
Si conferma la possibilità.

41. Quesito
Relativamente al Vs. lotto n. 66 non è indicata la misura dell'ago per le siringhe richieste. E' a scelta dell'operatore economico?
Risposta
Vedi risposta quesito 35

42. Quesito
Relativamente al Vs. lotto n. 67, trattandosi di aggiudicazione al prezzo, si chiede di specificare il confezionamento richiesto tra quello singolo e quello in busta da 10 pezzi visto che, dal punto di vista economico, la differenza è molto ampia;
Risposta
Si riporta la descrizione del Capitolato Tecnico da cui si evince che possono essere offerti le due possibilità di confezionamento:
"*Ogni siringa può essere contenuta in un involucro, con apertura peel open, tale da assicurare la conservazione della sterilità per tutta la durata della validità oppure in busta di plastica inerte contenenti max 10 pezzi: in tal caso la*

siringa deve essere autoprotetta, la sterilità deve essere assicurata con tappi o opportuni sistemi situati alle estremità, riportare i dati variabili del prodotto (lotto e scadenza) e riportare sistemi di riconoscimento dell'avvenuto utilizzo"

43. Quesito
Relativamente al Vs. lotto n. 68 si chiede una tolleranza in merito alla lunghezza del corpo della siringa di 7,2 cm.
Risposta
Si conferma la prescrizione del Capitolato Tecnico.

44. Quesito
Relativamente al Vs. lotto n. 69, è richiesta una siringa con dispositivo di sicurezza ma senza ago. Confermate la descrizione o trattasi di refuso?
Risposta
Trattasi di refuso. Si chiede siringa senza ago.

45. Quesito
Dopo attenta lettura della lex specialis di gara si chiede di voler cortesemente provvedere ai seguenti chiarimenti relativamente al lotto 70, in particolare in riferimento all'indicazione di cui a pag. 18 del Capitolato Tecnico.
Si chiede conferma che la dicitura riferita al confezionamento primario singolo "con apertura peel open" possa essere considerata indicativa e che verranno accettate offerte di prodotti con confezionamento primario singolo anche con modalità di apertura differente.
Preme precisare che in caso contrario la scrivente non sarà in grado di presentare offerta.
Risposta
La dicitura è indicativa. Le ditte possono presentare confezionamenti con aperture differenti purché conformi alla normativa vigente. Si rinvia, comunque, alle disposizioni dell'art. 68 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

46. Quesito
Lotto 3 Per quanto di nostra conoscenza gli aghi di tipo butterfly presentano Gauge con misura DISPARI: a tal proposito chiediamo la possibilità di offrire le misure G21x19mm e G22x19mm e se trattasi di errore aver indicato le misure G20/G22. Si richiede inoltre se è possibile offrire dispositivi in CONFENZIONAMENTO DI VENDITA DA 200 PZ (4 box da 50 aghi cadauno)
Risposta
Si conferma la formulazione del Capitolato Tecnico.

47. Quesito
Lotto 9 Si chiede gentilmente di poter avere maggiori specifiche tecniche del dispositivo.
Risposta
Si richiede cannula per accedere alle fiale dei farmaci con tappo di gomma

48. Quesito
Lotto 66 Si chiede di chiarire se l'ago nella descrizione della siringa è un refuso; se non lo è, chiediamo di specificare le dimensioni dell'ago.
Risposta
Vedi risposta quesito 35

49. Quesito
"Il dispositivo ago di Huber con sistema di sicurezza integrato, viene richiesto in una gamma di calibri e lunghezze varie.
Si evidenzia che la misura G22 lunghezza 32, è poco usata e normalmente non presente nei listini delle aziende fornitrici, in quanto calibri molto sottili come i 22G sono poco indicati con cannule lunghe (maggiori di 25mm). Si richiede di rendere opzionale la voce 22G 32mm."
Risposta
Si conferma la formulazione del Capitolato Tecnico.

50. Quesito
Lotto 6
Viene richiesto un tubicino morbido in poliuretano, dato che il poliuretano è per sua natura "duro" siamo a richiedervi quale è la durezza richiesta in Shore (sha)?.
Differentemente, sono accettati anche dispositivi con tubetto morbido in PVC DEHP-FREE?
Risposta
Si conferma la formulazione del Capitolato Tecnico. Il valore in Shore deve essere ricompreso nella scala Shore A.

51. Quesito
Lotti 35/36/38/39
Per questi lotti richiedete preferibilmente con sistema di sicurezza, dalla nostra conoscenza del mercato, non esistono aghi spinali con questa caratteristica, trattasi di refuso?
Inoltre vengono richiesti aghi con BUONA VISIBILITA' SOTTO GUIDA ECOGRAFICA cosa intendete con questa dicitura?
Risposta
Non è un refuso: è richiesto preferibilmente dispositivo con sistema di sicurezza. Si precisa che i dispositivi devono rendere agevole l'utilizzo sotto guida ecografica.

52. Quesito
Con riferimento al lotto 66 dove viene indicata la siringa con ago, si chiede di volerci indicare il Gauge richiesto.
Risposta
Vedi risposta quesito 35

53. Quesito
LOTTO 10 - la misura 16G non ci risulta che sia disponibile sul mercato. E' un refuso? Eventualmente, in alternativa, si possono offrire con la misura 18G?
LOTTO 17 - le indicazioni delle misure sono vincolanti o sono misure indicative? Inoltre è vincolante il fatto che il dispositivo richiesto abbia 3 misure di avanzamento di escursione bioptica? O è un refuso?
LOTTO 21 - come da capitolato, si richiede la possibilità di separare l'ago bioptico dall'impugnatura. Si tratta di ago monouso utilizzabile con pistola pluriuso?
LOTTO 19 - non ci risultano dispositivi semiautomatici con aghi da 21G. Si tratta di un refuso? Sarebbero ammessi gli aghi da 20G?
LOTTO 61 - si richiede di specificare che il dispositivo sia riposizionabile o non riposizionabile.
Risposta
Lotto 10 - ammesso nei limiti di tolleranza già previsti nel capitolato tecnico
Lotto 17 - ammesso nei limiti di tolleranza già previsti nel capitolato tecnico. È vincolante la richiesta delle tre misure di avanzamento.
Lotto 21 - si richiede sistema sterile monouso – si conferma il capitolato tecnico
Lotto 19 - si conferma il capitolato tecnico
Lotto 61 – valutabile entrambe le tipologie

Il R.U.P.
Dott. Carlo Contini

CONTINI CARLO
Firmato digitalmente da CONTINI CARLO
Data: 2019.11.29 13:32:59 +01'00'