

Allegato B– descrizione della fornitura

Gara a procedura aperta in più lotti di aggiudicazione per la fornitura in service di sistemi diagnostici integrati (apparecchiature, reagenti, prodotti consumabili, assistenza tecnica “full risk” e addestramento del personale) per le attività di screening del cervicocarcinoma e per le attività ambulatoriali dell'Azienda della Tutela della Salute della Regione Sardegna, per 5 anni.

RIEPILOGO LOTTO, CIG, FABBISOGNO COMPLESSIVO, CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE

LOTTO N. 2	FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO INTEGRATO PER L'ESECUZIONE DELLE PROCEDURE ANALITICHE DI COLORAZIONE ROUTINARIA CITOLOGICA (PAPANICOLAU) E MONTAGGIO DEI PREPARATI CITOLOGICI, COMPLETO DI STAMPANTE PER VETRINI COMPRESSE EVENTUALI CARTUCCE, CON INTERFACCIAMENTO STAMPANTE CON IL GESTIONALE IN USO; EVENTUALE COLLEGAMENTO A CANALIZZAZIONE PREESISTENTE.
CIG 8327190692	

A - importo a base d’asta, al netto oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 437.683,84
B - oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze (D.Lgs. n. 81/2008 e smi.)	€ 354,00
C - importo complessivo del lotto (A+B), (IVA esclusa)	€ 438.037,84

ALLEGATO B – DESCRIZIONE FORNITURA

Gara a procedura aperta in più lotti di aggiudicazione per la fornitura in service di sistemi diagnostici integrati (apparecchiature, reagenti, prodotti consumabili, assistenza tecnica "full risk" e addestramento del personale) per le attività di screening del cervicocarcinoma e per le attività ambulatoriali dell'Azienda della Tutela della Salute della Regione Sardegna, per 5 anni.

LOTTO 2 – fabbisogno test (art. 1 CSA)

Ordine	ASSL	Sistemi integrati	Numero massimo test nel quinquennio
1	ATS Sardegna	4	196.184

Gli Operatori Economici devono specificare che il materiale necessario in fase di avviamento (soluzioni, reagenti per prove, controlli etc...) sono offerti in sconto merce,

La fornitura deve comprendere il ripristino in fornitura dei reagenti e/o materiali di consumo utilizzati in caso di sedute analitiche non conformi o usati per prove di assistenza tecnica.

ALLEGATO B – DESCRIZIONE FORNITURA

Gara a procedura aperta in più lotti di aggiudicazione per la fornitura in service di sistemi diagnostici integrati (apparecchiature, reagenti, prodotti consumabili, assistenza tecnica "full risk" e addestramento del personale) per le attività di screening del cervicocarcinoma e per le attività ambulatoriali dell'Azienda della Tutela della Salute della Regione Sardegna, per 5 anni.

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

PREMESSA

I sistemi ed i prodotti oggetto della fornitura, di seguito dettagliatamente descritti, devono soddisfare pienamente i requisiti specificati, nonché essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli che venissero emanati nel corso della durata dei contratti di fornitura. Devono essere nuovi di fabbrica e di ultima generazione.

Non saranno prese in considerazione le offerte che non rispettino le indicazioni minime tassativamente descritte di seguito e nel Capitolato Speciale di Appalto. La mancanza anche di un solo requisito richiesto minimo obbligatorio sarà motivo di esclusione dalla gara.

Per il presente lotto unico ed indivisibile, in modalità service, l'offerta dovrà essere dimensionata sul numero di sistemi analitici completi necessari, ed ai carichi di lavoro presunti per ciascuna Area Socio Sanitaria, rapportati al fabbisogno complessivo di 5 anni.

Si precisa che le ASSL di ATS Sardegna non dispongono di proprio personale addetto al facchinaggio, per cui tale adempimento deve essere assolto dalla Ditta fornitrice anche se si avvale di corrieri, con ogni spesa a proprio carico, pena l'irricevibilità della merce. Nel caso di urgenza, qualora il Fornitore dovesse avvalersi di mezzi di trasporto eccezionali o corrieri specializzati nel recapito di colli urgenti, non potrà rivalersi sulle Aree Socio Sanitarie Locali di ATS Sardegna per le eventuali spese aggiuntive sostenute.

Nelle pagine che seguono è indicata la descrizione dettagliata della fornitura del lotto N.2.

ALLEGATO B – DESCRIZIONE FORNITURA

Gara a procedura aperta in più lotti di aggiudicazione per la fornitura in service di sistemi diagnostici integrati (apparecchiature, reagenti, prodotti consumabili, assistenza tecnica "full risk" e addestramento del personale) per le attività di screening del cervicocarcinoma e per le attività ambulatoriali dell'Azienda della Tutela della Salute della Regione Sardegna, per 5 anni.

SCHEMA LOTTO N. 2	
FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO INTEGRATO PER L'ESECUZIONE DELLE PROCEDURE ANALITICHE DI COLORAZIONE ROUTINARIA CITOLOGICA (PAPANICOLAU) E MONTAGGIO DEI PREPARATI CITOLOGICI, COMPLETO DI STAMPANTE PER VETRINI COMPRESSE EVENTUALI CARTUCCE, CON INTERFACCIAMENTO STAMPANTE CON IL GESTIONALE IN USO; EVENTUALE COLLEGAMENTO A CANALIZZAZIONE PREESISTENTE.	
PRESIDI/SERVIZI INTERESSATI ATS SARDEGNA: U.O.C. ANATOMIA PATOLOGICA ASSL CAGLIARI, ASSL NUORO, ASSL OLBIA E ASSL ORISTANO	
Quantità richieste	
N° 4 o più apparecchiature (numero adeguato al carico di lavoro richiesto) in LOCAZIONE, in modalità service e corredata di PC, SOFTWARE e STAMPANTI ed eventuali strumenti necessari per la preparazione dei campioni;	4
Materiali di consumo occorrenti per l'esecuzione completa dei test	196.184
1 - CARATTERISTICHE DEL SISTEMA INTEGRATO	
<p>Il sistema offerto è un'apparecchiatura, corredata di:</p> <ul style="list-style-type: none">• tutti gli accessori necessari al suo buon funzionamento, nonché• materiale complementare alla strumentazione <p>che deve possedere i requisiti minimi obbligatori di seguito elencati:</p>	
1.1 Caratteristiche tecniche minime obbligatorie del sistema	
Coloratore/montavetrini automatico integrato	
Random access, con almeno 30 stazioni di colorazione, idoneo per effettuare la colorazione con la metodica di Papanicolaou per la citologia	
Possibilità di esecuzione di differenti programmi in simultanea	
Schermo touch-screen a colori con Interfaccia grafica in italiano	

ALLEGATO B – DESCRIZIONE FORNITURA

Gara a procedura aperta in più lotti di aggiudicazione per la fornitura in service di sistemi diagnostici integrati (apparecchiature, reagenti, prodotti consumabili, assistenza tecnica "full risk" e addestramento del personale) per le attività di screening del cervicocarcinoma e per le attività ambulatoriali dell'Azienda della Tutela della Salute della Regione Sardegna, per 5 anni.

Rappresentazione grafica del processo di colorazione
Software per la programmazione e la gestione dei reagenti con segnalazione del loro grado di usura (numero cestelli e giorni dal cambio)
Filtro a carboni attivi e sistema di aspirazione per l'abbattimento dei vapori tossici.
Identificazione e avvio automatico del protocollo di colorazione mediante sistema code-rac
Montavetrini integrato per coprioggetto in vetro completamente automatico
Compatibilità con vetrini coprioggetto di varie dimensioni e dei più comuni produttori in commercio; dispensazione senza bolle d'aria
Rilevazione di vetrini copri-oggetto difettosi e scarto automatico senza interruzione del flusso di lavoro
Sistema di pulizia del beccuccio operativo anche in fase di lavoro.
Sistema di scarico esausti in contenitori indicativamente da 10 lt
1.2 Caratteristiche tecniche minime obbligatorie dei reagenti e prodotti monouso da fornire in quantità adeguata al carico di lavoro richiesto
Sostituto alcolico 100%, (miscela alcolica o denaturato incolore esente da accise, con grado alcolico > 99,9° e denaturazione senza l'utilizzo di metanolo, in taniche preconfezionate idonee per la strumentazione proposta e in confezione non superiore a 5 lt CND W01030705
Sostituto alcolico 95% (se coerente con la strumentazione proposta, costituito da miscela alcolica o denaturato incolore esente da accise, con grado alcolico 95° +/- 1% e denaturazione senza l'utilizzo di metanolo, in taniche preconfezionate idonee per la strumentazione proposta (posizione A1) ed in confezione non superiore a 5 lt CND W01030705
Sostituto dello xilolo a base di isoparaffine in taniche precaricate ed idonee per l'utilizzo nel coloratore proposto ed in confezione non superiore a 5 litri CND W01030705
Acqua demineralizzata (se coerente con la strumentazione proposta), con carica batteriologica max 100 cfu/ml, metalli pesanti max 0.1 ppm) in taniche idonee e non superiori a 5 lt
Coloranti per citologia (Ematossilina, OG6, Orange, EA 50)

ALLEGATO B – DESCRIZIONE FORNITURA

Gara a procedura aperta in più lotti di aggiudicazione per la fornitura in service di sistemi diagnostici integrati (apparecchiature, reagenti, prodotti consumabili, assistenza tecnica "full risk" e addestramento del personale) per le attività di screening del cervicocarcinoma e per le attività ambulatoriali dell'Azienda della Tutela della Salute della Regione Sardegna, per 5 anni.

CND W01030708
Coloratori automatici di vetrini istologici CND W0202059002
Liquido di montaggio preparati citologici, idoneo per il montavetrini fornito
Vetrini coprioggetto 24x50 idonei per il montavetrini automatico, eccellente qualità di vetro bianco, trasparenti, esenti da polveri, sporcizia ed incrinature, sgrassati, con superficie regolare e spessore uniforme, privi di umidità, in confezioni non superiori a 1000 pezzi (in scatole da 50 pezzi)