

OGGETTO: GARA PROCEDURA APERTA FORNITURA GUANTI CHIRURGICI CND T01 –
Gara n. 8277407 – RISCOントRO RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Quesito 11)

"In riferimento ai Lotti 1 e 2 della presente procedura si rileva che è stata inserita tra le caratteristiche tecniche oggetto di valutazione il livello prestazionale per le prove meccaniche, e che all'interno dei requisiti normativi generali presenti all'articolo 2 del presente capitolato speciale è indicata la normativa EN 388 (ovvero la normativa vigente per quanto riguarda i guanti da lavoro da utilizzare per far fronte ai rischi meccanici come l'abrasione, il taglio da lama, lo strappo/lacerazione, la perforazione e se applicabile l'urto). La scrivente fa presente che l'applicazione di tale normativa è ordinariamente estranea ai contesti sanitari, e non rappresenta più un requisito per la certificazione DPI in ambito sanitario. La norma in commento, infatti, trova la sua fisiologica applicazione ai guanti ad uso domestico o a quelli ad uso industriale/artigianale, come del resto rappresentato dallo stesso pittogramma della norma. Per le ragioni sovraesposte e al fine di garantire una congrua valutazione dei prodotti offerti, la scrivente chiede di confermare che tale requisito, e la relativa valutazione in griglia, sia frutto di un refuso"

Risposta quesito 11)

Trattasi di refuso - La normativa EN 388 non è applicabile ai guanti chirurgici.

Ulteriore precisazione:

Data limite richiesta chiarimenti è stata indicata come segue: 05/10/2021 ore 13:00

11/10/2021

Il R.U.P.
Gigliola Ventura