PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI TEST RAPIDI METODICHE MANUALI PER LA ATS SARDEGNA - PER ANNI QUATTRO

RICHIESTE CHIARIMENTI E RISPOSTE

QUESITI LOTTO 1A

LOTTO 1a Voce 4 E' possibile offrire test immunocromatografico su card anziché test immunoenzimatico su membrana?

RISPOSTA
Si conferma quanto gia' risposto nella precedente nota richiesta chiarimenti e risposte.

LOTTO 1a Voce 3 Ci risulta non essere più in commercio alcun test per Leptostirosi IHA. E' possibile offrire test rapido immunocromatografico?

RISPOSTA
Si conferma quanto gia' risposto nella precedente nota richiesta chiarimenti e risposte.

LOTTO 1D

QUESITO
LOTTO 1d Voce 3 Viene richiesto test per identificazione STREPTO GROUP (A, B, C, D) e Streptococco Pneumoniae da coltura. La richiesta non è chiara. Trattasi di due test differenti. Intendete un test per la identificazione Strepto al lattice e poi un altro test per identificazione Streptococco Pneumoniae da coltura? In questo caso dovete creare due voci differenti.

RISPOSTA
Si conferma quanto gia' risposto nella precedente nota richiesta chiarimenti e risposte.

QUESITO
Prendiamo atto dei chiarimenti pubblicati.
Relativamente alla voce 32 del lotto 1 confermate che trattasi di due test differenti ma non specificate come
procedere per l'offerta.
Dobbiamo aggiungere una voce 32A E 32B? Dobbiamo offrire entrambi i test? quanti test richiedete per ogni analita? Senza queste informazioni non possiamo procedere con l'offerta.

RISPOSTA
Si conferma quanto gia' risposto nella precedente nota richiesta chiarimenti e risposte con la precisazione che le quantità devono essere divise per due:

Cagliari 100+100
Nuoro 115+115
Olbia 150+150
Sanluri 100+100
Sassari 300+300

LOTTO N. 7

Quesito
1) per il prodotto riga 10 Agar triptoso, terreno neutro per tipizzazione salmonelle ed altro, si chiede di specificare la formulazione del terreno richiesto; inoltre, per il principio di equivalenza, si chiede se è accettato un terreno non selettivo utilizzato per la coltivazione di un'ampia varietà di microrganismi da alimenti, acqua, campioni ambientali e clinici

RISPOSTA
La formulazione tipica (g/L) del terreno di coltura "Agar triptoso", riportata al punto 10 del capitolato in esame, è la seguente:

Triptosio 10.0
Destrosio 1.0
Sodio Cloruro 5.0
Agar 15.0
pH Finale 7.2 ± 0.2 a 25°C

Pertanto, per rispondere alla richiesta posta al quesito 1, dovrà essere fornita la formulazione del terreno di coltura che si intende fornire come prodotto equivalente.

Quesito
2) per il prodotto riga 22 fattori X e V supplement liofilizzato ricostituibile, si chiede se è accettato un test in dischi di carta bibula, contenenti i relativi fattori della coagulazione, utilizzati per la differenziazione di Haemophilus spp.

RISPOSTA
Si conferma quanto previsto negli atti di gara, fatto salvo il principio di equivalenza, con la precisazione che Il prodotto riportato al punto 22 del capitolato in esame, "Fattori X e V supplement", deve intendersi come un arricchimento nutritivo, contente i fattori X e V, da aggiungere ai terreni di coltura liquidi

Quesito
3) per il prodotto riga 23 Dischetti di ureasi si chiede se è accettato un Test rapido per evidenziare la produzione di ureasi in forma di provette con terreno essiccato

RISPOSTA
Si conferma quanto previsto negli atti di gara, fatto salvo il principio di equivalenza, con la precisazione che Il prodotto riportato al punto 23, "Dischetti di Ureasi", deve intendersi come un Test rapido per evidenziare la produzione di ureasi da parte dei microrganismi.

LOTTO N. 9

QUESITO N. 1 LOTTO n. 9

con riferimento al lotto 9, si chiede di chiarire il concetto di “dispositivo di inoculo manuale”

RISPOSTA
per "dispositivo di inoculo manuale" intemdiamo :
Pipetta elettronica multicanale programmabile, per l’inoculo dei pozzetti della micropiastra dedicata al saggio in microdiluizione in brodo.
Programmabile = per quanto riguarda il volume della sospensione microbica da inoculare nei pozzetti della micropiastra dedicata al saggio in microdiluizione in brodo; infatti, piastre diverse, possono richiedere volumi di inoculo diversi.

QUESITI GENERALI

QUESITO N. 1

Buongiorno, con la presente si chiede se la documentazione allegata per questa procedura (RDO: rfq 382535) è la stessa del rif. RDO: rfq_382429 pubblicata sempre in data odierna e successivamente invalidata.

RISPOSTA
Buongiorno, si conferma che la Rdo è la stessa.

QUESITO N. 2

Si chiede se è possibile presentare le referenze bancarie già rilasciate per la precedente procedura rfq_380172 annullata e sostituita dalla presente

RISPOSTA
Sì è possibile