



Nuoro, 17 gennaio 2019

ATS-AZIENDA TUTELA SALUTE
NP. 2019/4479 del 22/01/2019 ore 09,40
Mitt.: ASSL Nuoro Radioterapia
Ass.: SC Servizio Giuridico Amministrat...
Class.: 2.



Al Direttore del Servizio
Giuridico Amministrativo di Area

Dr. F. Pittalis

Al Direttore ASSL Nuoro

Dr.ssa G. Cattina

Oggetto: acquisto DPI personale Blocco Operatorio San Francesco rif.tp norma CEI EN ISO 61331-1

In seguito all'indagine condotta presso il blocco operatorio al fine di individuare i camici da sostituire si richiede l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale come da tabella allegata, con le caratteristiche di seguito elencate:

Camici per la protezione completa anteriore laterale e posteriore del corpo. Protezione frontale con sovrapposizione completa, MODELLO SPEZZATO (CORPETTO+GONNELLINO)

Protezione richiesta: 0,5 mm Pb frontale-0,25 mm Pb posteriore testata fino a 150 kV

Materiale privo di Pb e di peso contenuto

Rivestimento esterno in materiale privo di lattice, idrorepellente, facilmente lavabile, possibilmente antibatterico

Modello completamente avvolgente

Protezione anteriore con pannelli che si sovrappongano totalmente

Chiusura anteriore con velcro

Taschino interno portadosimetro

Taschino esterno portadosimetro non protetto

Spalline imbottite con protezione RX

Fascia lombare interna

Occhiali per la protezione del cristallino

Protezione richiesta: 0,75 mm Pb frontale 0,35 laterale

Collari per protezione della tiroide

Protezione richiesta: 0,5 mm Pb su tutta la circonferenza

Caratteristiche generali come elencate per i camici

Si allega elenco delle taglie. Poiché l'assegnazione dei DPI è personale si richiede altresì che camici e collari riportino il nome dell'operatore di assegnazione.

In attesa di cortese sollecito riscontro, si porgono distinti saluti

Dr.ssa Francescanna Cabras
ESPERTO QUALIFICATO
N° 966 - I Grado

