

VERBALE 

*PROCEDURA APERTA, IN MODALITA' TELEMATICA, PER LA FORNITURA DI PROTESI VASCOLARI CARDIACHE (CND P0701)", IN UNIONE DI ACQUISTO FRA ATS SARDEGNA E L'AOB/AA.OO.UU. DELLA REGIONE SARDEGNA, PER ANNI TRE*  
- valutazione offerta tecnica lotto B15"

L'anno duemilaDICIOTTO il giorno QUINDICI del mese di OTTOBRE, alle ore 11.00, nella sede dell'A.S.S.L. Cagliari in Selargius - via Piero della Francesca n. 1 - si è riunita la Commissione giudicatrice nominata con Delibera n. 1233 del 14.12.2017, per la valutazione dell'offerta tecnica per il lotto B15 della procedura aperta per l'affidamento della fornitura indicata in oggetto, composta da:

- presidente	Dott. Gian Franco Fadda	Direttore di Struttura Complessa di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare - Ospedale San Francesco - Nuoro
- componente	Dott. Luigi Pibiri	Responsabile di Struttura Semplice "Chirurgia dell'Aorta" AOBrotzu
- componente	Dott.ssa Adalgisa Gisella Carrucciu	Dirigente Farmacista P.O. Binaghi ASSL Cagliari
- segretario verbalizzante	Dott.ssa Rafaella Casti	Collaboratore Amm.vo Esperto del Servizio Acquisti

#### PREMESSO

- che con Determinazione n. 5709 del 05.07.18 si è proceduto all'aggiudicazione in via definitiva della fornitura di cui sopra, per la durata di anni tre, per un importo complessivo, iva esclusa, di € 7.737.166,23 iva esclusa;
- che la documentazione tecnica, e relativa campionatura, relativa al lotto B15 è stata regolarmente presentata dall'Operatore Economico Memis S.R.L. con le modalità ed entro i termini indicati nel Disciplinare di gara, come risulta indicato nel verbale n. 4 del 09.01.18, qui richiamato;
- che, per mero errore di catalogazione delle offerte tecniche pervenute per la gara in oggetto, nello specifico per errore di catalogazione della documentazione tecnica relativa al lotto B15, la Commissione giudicatrice non ha provveduto alla valutazione tecnico-qualitativa della suddetta documentazione tecnica, e della relativa campionatura;
- che tale errore di catalogazione ha comportato, di conseguenza, l'erronea dichiarazione di diserzione di tale lotto;

\*\*\*\*


Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, nel giorno e nell'ora predetti il Presidente della Commissione Giudicatrice, constatata la regolarità della costituzione della medesima e la presenza di tutti i suoi componenti, procede all'esame dell'offerta tecnica presentata dall'O.E. Memis S.r.l per il lotto B15.

In esito alle operazioni predette le risultanze ed i punteggi attribuiti dalla Commissione all'offerta relativa al lotto B15 risultano i seguenti:

**1° ELEMENTO DI VALUTAZIONE:** verifica della perfetta rispondenza a tutte le caratteristiche tecniche richieste dal capitolato:

❖ **LOTTO B15:** Ha presentato offerta il seguente concorrente: **MEMIS S.r.l**

L'offerta è così valutata: l'offerta risulta conforme e rispondente a tutte le caratteristiche tecniche minime ed essenziali richieste dal disciplinare tecnico, così come dettagliatamente indicato nella scheda di valutazione allegata al presente verbale per farne parte integrante.



**2° ELEMENTO DI VALUTAZIONE:** verifica degli "ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA" richiesti dal disciplinare, a seguito della quale sono stati attribuiti, secondo l'applicazione del metodo aggregativo- compensatore o della somma pesata, i punteggi dettagliatamente indicati nella scheda di valutazione allegata al presente verbale per farne parte integrante.

Si riepilogano, nella tabella che segue, le risultanze dei lavori:

LOTTO D10	Punti Tot. max	MEMIS S.r.l
A - Caratteristiche tecniche del device	55	43
B - Altre Caratteristiche	15	8
PUNTI MAX OFFERTA TECNICA	70	51

\*\*\*

Per quanto precede la Commissione giudicatrice, ritenuto di aver completato le proprie valutazioni dichiara di ammettere alla fase successiva della presente gara l'offerta presentata dall'O.E. Memis S.r.l. in merito al lotto B15

Ultimati i lavori, si rinvia a successiva seduta pubblica per la fase successiva (apertura offerta economica lotto B15). La Commissione redige e sottoscrive il verbale, disponendo nel contempo di dare comunicazione dei risultati delle valutazioni tecniche effettuate ai concorrenti tramite la piattaforma informatica.

Le operazioni di gara procedono senza soluzione di continuità e si concludono alle ore 12,00.





Di quanto precede è redatto il seguente verbale sottoscritto dalla Commissione giudicatrice come segue:

- presidente Dott. Gian Franco Fadda

- componente Dott. Luigi Pibiri

- Componente Dott.ssa Adalgisa Gisella Carrucciu

- segretario verbalizzante Dott.ssa Rafaella Casti

**LOTTO/SUB-LOTTO B15**

PROTESI VASCOLARI SINTETICHE IN DAGRON TESSUTO

DESCRIZIONE FORNITURA	Protesi vascolari in dactron con conformazione atta ad imitare la morfologia dei seni di Valsalva. Impregnata di gelatina. Disponibile in tutti i diametri da 20 a 34 mm ca
DITTA	MEMIS
PRODOTTO OFFERTO	CODICE CAMPIONATO: VK730024ADP
codici scheda tecnica	dal codice 730016ADP al codice 730034 ADP
RDM	
NOTE	MARCA: GELWEAVE
GIUDIZIO TECNICO	CONFORME A QUANTO RICHIESTO

**PUNTEGGI**

A - Caratteristiche tecniche del device

1. Spessore della parete

2. Suturabilità

3. Flessibilità e conformabilità

4. Tromboresistenza, biocompatibilità

5. Porosità minima / permeabilità minima

Giudizio

Coefficiente

punteggio max

punteggio

osservazioni  
supplementari

NON  
VALUTABILE IN  
QUANTO IL  
REQUISITO NON  
E' RICHIESTO PER  
LA PROTESI IN  
ESAME

6. Reperere anatomico e/o guida radiopaca

7. Compliance

8. Sfilacciatura al taglio (minima possibile)

9. Caratteristiche trattamento con gelatina o con collagene

**PUNTEGGI**

B - Altre Caratteristiche

1. Ampiezza di gamma delle misure disponibili

2. Funzionalità della confezione e sicurezza dell'imballo

3. follow-up documentato da pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali

Giudizio

Coefficiente

punteggio max

punteggio

osservazioni  
supplementari

TOTALE

51

distinto  
distinto  
distinto  
distinto  
distinto  
distinto  
ottimo  
ottimo  
ottimo

0,8  
0,8  
0,8  
0,8  
0,8  
0,8  
1  
1  
1

5  
5  
5  
5  
5  
5  
10  
10  
10

4  
4  
4  
4  
4  
4  
8  
5  
5  
10

ottimo  
buono  
insufficiente

1  
0,6  
0

5  
5  
5

5  
3  
0

SUB TOTALE

8

5

0

TOTALE

51