

# LOTTO 5

## AMMESSI

EUROMED  
GAMED

## ESCLUSI

MOTIVO DI ESCLUSIONE

# LOTTO 7

## AMMESSI

MEDICAL

## ESCLUSI

TELEFLEX

### MOTIVO DI ESCLUSIONE

non conforme per  
mancanza parte superiore in  
silicone e incavi per  
fissaggio, alette e morsetti  
di chiusura ad incastro. Non  
presenta varie misure

# LOTTO 8

## AMMESSI

MEDICAL

## ESCLUSI

MEDICA VALEGGIA

VYGON

## MOTIVO DI ESCLUSIONE

propone unica medicazione  
di dimensione universale  
adatta a tutte le misure

non conforme rispetto ai  
requisiti minimi richiesti

# LOTTO 9

## AMMESSI

MEDICAL

## ESCLUSI

GAMED

TELEFLEX

### MOTIVO DI ESCLUSIONE

non offre varie tipologie ma un unico dispositivo universale, che comunque è indipendente dal tipo di CVC utilizzato

non offre varie tipologie ma solo dispositivi di fissaggio per CVC/PICC "ARROW"

# LOTTO 10

## AMMESSI

GAMED

MEDICAL

## ESCLUSI

EUROMED

### MOTIVO DI ESCLUSIONE

propone unica tipologia non  
specifica per cateteri  
vescicali e dimensione  
adatta a vari fissaggi

# LOTTO 14

AMMESSI	ESCLUSI	MOTIVO DI ESCLUSIONE
LOHMAN		
PAUL HARTMAN		

# LOTTO 15

**AMMESSI**

EUROFARM  
LOHMAN

**ESCLUSI**

MOTIVO DI ESCLUSIONE

# LOTTO 35

AMMESSI	ESCLUSI	MOTIVO DI ESCLUSIONE
MEDTRONIC TEGEA		



# LOTTO 71

AMMESSI	ESCLUSI	MOTIVO DI ESCLUSIONE
COLOPLAST DIALMEDICA		

# LOTTO 93

AMMESSI	ESCLUSI	MOTIVO DI ESCLUSIONE
SIAD WELCARE		

# LOTTO 135

AMMESSI	ESCLUSI	MOTIVO DI ESCLUSIONE
GAMED	SIAD	non è un dispositivo di classe 2A
WELCARE		

# LOTTO 146

**AMMESSI**

BFACTORY  
DEALFA

**ESCLUSI**

INTEGRA  
VISIOCARE

**MOTIVO DI ESCLUSIONE**

non conforme per misure  
non conforme per misure