

DITTA		CARDIOMED						
LOTTO 41			PUNTEGGIO		CARDIOMED	Giudizi o Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Permeabilità al vapore MVTR ( g/mq /24 h )	20	T DIRETTO	0	insufficiente	0	non viene indicato MVTR nel formato in rotolo
		Maneggevolezza anche con guanti e conformabilità	5	D	0	insufficiente	0	
		Presenza sul film di griglia per la misurazione della lesione	5	SI/NO	0	insufficiente	0	
		facilità di rimozione del film dal supporto protettivo	15	D	0	insufficiente	0	
		Anallergicità massa adesiva (con idonea dichiarazione)	7	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Confezionamento (robustezza dell'involucro, presenza di invito all'apertura)	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		DEALFA						
LOTTO 41			PUNTEGGIO		CARDIOMED	Giudizi o Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Permeabilità al vapore MVTR ( g/mq /24 h )	20	T DIRETTO	1	ottimo	20	
		Maneggevolezza anche con guanti e conformabilità	5	D	0,75	buono	3,75	
		Presenza sul film di griglia per la misurazione della lesione	5	SI/NO	1	ottimo	5	
		facilità di rimozione del film dal supporto protettivo	15	D	1	ottimo	15	
		Anallergicità massa adesiva (con idonea dichiarazione)	7	D	1	ottimo	7	
	CONFEZIONAMENTO	Confezionamento (robustezza dell'involucro, presenza di invito all'apertura)	8	D	0,75	buono	6	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	0,5	discreto	4	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,75	buono	1,5	
TOTALE							62,25	

DITTA		EUROFARM						
LOTTO 41			PUNTEGGIO		CARDIOMED	Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Permeabilità al vapore MVTR ( g/mq /24 h )	20	T DIRETTO	0,75	buono	15	
		Maneggevolezza anche con guanti e conformabilità	5	D	0	insufficiente	0	
		Presenza sul film di griglia per la misurazione della lesione	5	SI/NO	0	insufficiente	0	
		facilità di rimozione del film dal supporto protettivo	15	D	0	insufficiente	0	
		Anallergicità massa adesiva (con idonea dichiarazione)	7	D	1	ottimo	7	
	CONFEZIONAMENTO	Confezionamento (robustezza dell'involucro, presenza di invito all'apertura)	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	0,25	sufficiente	2	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,75	buono	1,5	
TOTALE							25,5	



DITTA		SMITH						
LOTTO 41			PUNTEGGIO		CARDIOMED	Giudizi o Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Permeabilità al vapore MVTR ( g/mq /24 h )	20	T DIRETTO	0,75	buono	15	
		Maneggevolezza anche con guanti e conformabilità	5	D	0,75	buono	3,75	
		Presenza sul film di griglia per la misurazione della lesione	5	SI/NO	1	ottimo	5	
		facilità di rimozione del film dal supporto protettivo	15	D	1	ottimo	15	
		Anallergicità massa adesiva (con idonea dichiarazione)	7	D	1	ottimo	7	
	CONFEZIONAMENTO	Confezionamento (robustezza dell'involucro, presenza di invito all'apertura)	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							63,75	

BBRAUN								
LOTTO 42			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0,25	sufficiente	2,5	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0,25	sufficiente	2,5	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h ( g/mq)	10	T DIRETTO	0,25	sufficiente	2,5	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	1	ottimo	2	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0,75	buono	6	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0,5	discreto	5	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea ( a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0,5	discreto	4	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
<b>totale</b>							<b>36,5</b>	

BSN MEDICAL								
LOTTO 42			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	FALSO	insufficiente	0	non indica MVTR nelle 72 ore, non indica gestione sudato nelle 72 ore
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	FALSO	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h ( g/mq)	10	T DIRETTO	FALSO	insufficiente	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	FALSO	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	FALSO	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	FALSO	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	FALSO	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea ( a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	FALSO	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	FALSO	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	FALSO	insufficiente	0	
totale							0	

	COLOPLAST							
LOTTO 42			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	FALSO	insufficiente	0	non indica MVTR nelle 72 ore, non indica gestio ne sudat o nelle 72 ore
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hq	10	T DIRETTO	FALSO	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h ( g/mq)	10	T DIRETTO	FALSO	insufficiente	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	FALSO	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	FALSO	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	FALSO	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	FALSO	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea ( a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	FALSO	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	FALSO	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	FALSO	insufficiente	0	
totale							0	



		DEALFA						
LOTTO 42			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	FALSO	insufficiente	0	non indica MVTR nelle 72 ore, non viene indicata la dimensione del tampone attivo
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hq	10	T DIRETTO	FALSO	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h ( g/mq)	10	T DIRETTO	FALSO	insufficiente	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	FALSO	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	FALSO	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	FALSO	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	FALSO	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea ( a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	FALSO	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	FALSO	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	FALSO	insufficiente	0	
totale							0	

EUROFARM								
LOTTO 42			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0,25	sufficiente	2,5	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h ( g/mq)	10	T DIRETTO	0,25	sufficiente	2,5	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	1	ottimo	2	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea ( a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0,25	sufficiente	2	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0,25	sufficiente	2	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,75	buono	1,5	
totale							12,5	

FARMAC ZABAN								
LOTTO 42			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h ( g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	1	ottimo	2	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	1	ottimo	8	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea ( a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0,75	buono	6	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0,75	buono	6	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,75	buono	1,5	
<b>totale</b>							<b>35,5</b>	

	MEDTRONIC							
LOTTO 42			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	FALSO	insufficiente	0	struttura a due strati
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hq	10	T DIRETTO	FALSO	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h ( g/mq)	10	T DIRETTO	FALSO	insufficiente	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	FALSO	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	FALSO	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	FALSO	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	FALSO	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea ( a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	FALSO	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	FALSO	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	FALSO	insufficiente	0	
totale							0	

MONLYCKE								
LOTTO 42			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0,5	discreto	5	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h ( g/mq)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	1	ottimo	2	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0,75	buono	7,5	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea ( a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0,5	discreto	4	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
<b>totale</b>							<b>50,5</b>	

PAUL HARTMANN								
LOTTO 42			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0,75	buono	7,5	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0,75	buono	7,5	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h ( g/mq)	10	T DIRETTO	0,25	sufficiente	2,5	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	1	ottimo	2	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	1	ottimo	8	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0,5	discreto	5	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea ( a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0,5	discreto	4	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
<b>Totale</b>							<b>48,5</b>	

SMITH								
LOTTO 42			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0,75	buono	7,5	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0,75	buono	7,5	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h ( g/mq)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	1	ottimo	2	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	1	ottimo	8	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	1	ottimo	10	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea ( a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
totale							65	

SOFAR								
LOTTO 42			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h ( g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	1	ottimo	2	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	1	ottimo	8	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea ( a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0,75	buono	6	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0,25	sufficiente	2	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,75	buono	1,5	
totale							21,5	



TEGEA								
LOTTO 42			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h ( g/mq)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	1	ottimo	2	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	1	ottimo	8	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0,75	buono	7,5	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea ( a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0,75	buono	6	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
totale							65,5	

VISIOCARÉ								
LOTTO 42			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	non indica MVTR e compressione
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h ( g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea ( a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
<b>totale</b>							<b>0</b>	

	<b>BSN MEDICAL</b>							
<b>LOTTO 43</b>			<b>PUNTEGGIO</b>			<b>Giudizio Commissione</b>	<b>Punteggio Ditta</b>	<b>NOTE</b>
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h ( g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea ( a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
						<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	

	<b>COLOPLAST</b>							
<b>LOTTO 43</b>			<b>PUNTEGGIO</b>			<b>Giudizio Commissione</b>	<b>Punteggio Ditta</b>	<b>NOTE</b>
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h ( g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea ( a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
						<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	

	<b>LOHMAN</b>							
<b>LOTTO 43</b>			<b>PUNTEGGIO</b>			<b>Giudizio Commissione</b>	<b>Punteggio Ditta</b>	<b>NOTE</b>
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h ( g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea ( a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
						<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	

	<b>MEDTRONIC</b>							
<b>LOTTO 43</b>			<b>PUNTEGGIO</b>			<b>Giudizio Commissione</b>	<b>Punteggio Ditta</b>	<b>NOTE</b>
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h ( g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea ( a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
						<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	

	BBRAUN							
LOTTO 45			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	struttura a due strati anziché tre
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h ( g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea ( a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
						<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	

	<b>DEALFA</b>							
<b>LOTTO 45</b>			<b>PUNTEGGIO</b>			<b>Giudizio Commissione</b>	<b>Punteggio Ditta</b>	<b>NOTE</b>
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	manca mvtr nelle 72ore
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h ( g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea ( a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
						<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	



	EUROFARM							
LOTTO 45			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0,5	discreto	5	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h ( g/mq)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	1	ottimo	2	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea ( a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0,25	sufficiente	2	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0,25	sufficiente	2	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,75	buono	1,5	
						<b>TOTALE</b>	<b>24,5</b>	

	<b>FARMAC ZABAN</b>							
<b>LOTTO 45</b>			<b>PUNTEGGIO</b>			<b>Giudizio Commissione</b>	<b>Punteggio Ditta</b>	<b>NOTE</b>
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h ( g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	1	ottimo	2	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	1	ottimo	8	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea ( a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0,75	buono	6	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,75	buono	1,5	
						<b>TOTALE</b>	<b>37,5</b>	

	SMITH							
LOTTO 45			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h ( g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea ( a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
						<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	

	<b>SO FAR</b>							
<b>LOTTO 45</b>			<b>PUNTEGGIO</b>			<b>Giudizio Commissione</b>	<b>Punteggio Ditta</b>	<b>NOTE</b>
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h ( g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea ( a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
						<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	

	<b>URGOMEDICAL</b>							
<b>LOTTO 45</b>			<b>PUNTEGGIO</b>			<b>Giudizio Commissione</b>	<b>Punteggio Ditta</b>	<b>NOTE</b>
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h ( g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea ( a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
						<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	

	BSN MEDICAL							
LOTTO 46			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	misur a 5x6 fuori dalla tollera bilità +/- 20%
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h ( g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea ( a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
						<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	

	<b>COLOPLAST</b>							
<b>LOTTO 46</b>			<b>PUNTEGGIO</b>			<b>Giudizio Commissione</b>	<b>Punteggio Ditta</b>	<b>NOTE</b>
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h ( g/mq)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	1	ottimo	2	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	1	ottimo	8	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	1	ottimo	10	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea ( a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
						<b>TOTALE</b>	<b>70</b>	

	<b>MEDTRONIC</b>							
<b>LOTTO 46</b>			<b>PUNTEGGIO</b>			<b>Giudizio Commissione</b>	<b>Punteggio Ditta</b>	<b>NOTE</b>
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	misur a 7,6*7, 6 fuori dalla tollera bilità +/- 20%
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR 24h ( g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea ( a garantire la sterilità del prodotto nei lotti 42-43)	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
						<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	



DITTA		BBRAUN						
LOTTO 47			PUNTEGGIO		BBRAUN	Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	manca mvtr nelle 72ore
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR ( 24h g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		COLOPLAST						
LOTTO 47			PUNTEGGIO		BBRAU N	Giudizio Commissione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	manca mvtr nelle 72ore
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR ( 24h g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		adeguato rapporto tra tamponi assorbente e bordo adesivo	2	D	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		DEALFA						
LOTTO 47			PUNTEGGIO		BBRAU N	Giudizio Commissione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	manca mvtr nelle 72ore
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR ( 24h g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		FARMAC ZABAN						
LOTTO 47			PUNTEGGIO		BBRAU N	Giudizio Commissione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0,75	buono	7,5	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR ( 24h g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	1	ottimo	8	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	0,5	discreto	1	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0,75	buono	6	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	0,75	buono	6	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,75	buono	1,5	
TOTALE							32	

DITTA	MONLYCKE							
LOTTO 47			PUNTEGGIO		BBRAU N	Giudizio Commissione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0,75	buono	7,5	
		Permeabilità al vapore MVTR ( 24h g/mq)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	1	ottimo	2	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0,75	buono	7,5	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0,75	buono	6	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							55	

DITTA		PAUL HARTMANN						
LOTTO 47			PUNTEGGIO		BBRAU N	Giudizio Commissione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		Permeabilità al vapore MVTR ( 24h g/mq)	10	T DIRETTO	0,5	discreto	5	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0,75	buono	6	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	0,5	discreto	1	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0,5	discreto	5	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0,5	discreto	4	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							53	

DITTA		SMITH						
LOTTO 47			PUNTEGGIO		BBRAU N	Giudizio Commissione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0,75	buono	7,5	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0,75	buono	7,5	
		Permeabilità al vapore MVTR ( 24h g/mq)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	1	ottimo	8	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	1	ottimo	2	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	1	ottimo	10	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							65	

DITTA	SOFAR							
LOTTO 47			PUNTEGGIO		BBRAU N	Giudizio Commissione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	non conforme nelle misure 10*10 e 10*20
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR ( 24h g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	



DITTA		BBRAUN						
LOTTO 48			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( q/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	manca mvtr nelle 72 ore
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR ( 24h g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA	COLOPLAST							
LOTTO 48			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( q/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	manca mvtr nelle 72 ore
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR ( 24h g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		DEALFA						
LOTTO 48			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( q/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	manca mvtr nelle 72 ore
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR ( 24h g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		EUROFARM						
LOTTO 48			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0,75	buono	7,5	
		Permeabilità al vapore MVTR ( 24h g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	1	ottimo	2	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0,75	buono	6	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0,25	sufficiente	2	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,75	buono	1,5	
<b>TOTALE</b>							<b>21</b>	

DITTA		FARMAC ZABAN						
LOTTO 48			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	non indica il metodo di prova
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR ( 24h g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		MEDTRONIC						
LOTTO 48			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	non aderente
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR ( 24h g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA	MONLYCKE							
LOTTO 48			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		Permeabilità al vapore MVTR ( 24h g/mq)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	0,75	buono	1,5	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0,75	buono	7,5	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0,75	buono	6	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							57	

DITTA		PAUL						
LOTTO 48			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	inadeguato gestione esudato sotto compressione
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR ( 24h g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	



DITTA		SMITH						
LOTTO 48			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0,75	buono	7,5	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		Permeabilità al vapore MVTR ( 24h g/mq)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	1	ottimo	8	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	1	ottimo	2	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	1	ottimo	10	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							67,5	

DITTA	SOFAR							
LOTTO 48			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( q/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR ( 24h q/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	1	ottimo	8	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	0,5	discreto	1	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0,25	sufficiente	2	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,75	buono	1,5	
TOTALE							22,5	

DITTA		TEGEA						
LOTTO 48			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	manca gestione dei fluidi nelle 24 ore, compressione 40 mmhg
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR ( 24h g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
<b>TOTALE</b>							<b>0</b>	

DITTA		VISIOCARE						
LOTTO 48			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	manca mvtr nelle 24/72 ore e gestione esudato sotto compressione
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR ( 24h g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		COLOPLAST						
LOTTO 49			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	manca mvtr nelle 72 ore
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR ( 24h g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		EUROFARM						
LOTTO 49			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0,75	buono	7,5	
		Permeabilità al vapore MVTR ( 24h g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	1	ottimo	2	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0,75	buono	6	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	0,25	sufficiente	2	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,75	buono	1,5	
TOTALE							21	

DITTA	MONLYCKE							
LOTTO 49			PUNTEGGIO			Giudizio Commis sione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		Permeabilità al vapore MVTR ( 24h g/mq)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	insufficie nte	0	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	1	ottimo	2	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	1	ottimo	10	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							62	

DITTA		SMITH						
LOTTO 49			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	manca mvtr nelle 72 ore
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR ( 24h g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	



DITTA		BBRAUN						
LOTTO 50			PUNTEGGIO			Giudizi o Commisione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	non conforme nella misura 7.5*7.5
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR ( 24h g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		BSN MEDICAL						
LOTTO 50			PUNTEGGIO			Giudizi o Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	non dichiara l'alta assorbenza e non viene indicato il thfc
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR ( 24h g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la <del>sterilità del prodotto</del>	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		COLOPLAST						
LOTTO 50			PUNTEGGIO			Giudizi o Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		Permeabilità al vapore MVTR ( 24h g/mq)	10	T DIRETTO	0,5	discreto	5	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	1	ottimo	2	
		tempo di permanenza medio della medicazione	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0,75	buono	7,5	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							54,5	

DITTA		DEALFA						
LOTTO 50			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0,75	buono	7,5	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0,75	buono	7,5	
		Permeabilità al vapore MVTR ( 24h g/mq)	10	T DIRETTO	0,5	discreto	5	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	1	ottimo	2	
		tempo di permanenza medio della medicazione	8	T DIRETTO	1	ottimo	8	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0,5	discreto	4	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,75	buono	1,5	
TOTALE							45,5	

DITTA		EUROFARM						
LOTTO 50			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0,75	buono	7,5	
		Permeabilità al vapore MVTR ( 24h g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	1	ottimo	2	
		tempo di permanenza medio della medicazione	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0,75	buono	6	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0,25	sufficiente	2	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,75	buono	1,5	
TOTALE							21	

DITTA		FARMA ZABAN						
LOTTO 50			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0,75	buono	7,5	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0,75	buono	7,5	
		Permeabilità al vapore MVTR ( 24h g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	1	ottimo	2	
		tempo di permanenza medio della medicazione	8	T DIRETTO	1	ottimo	8	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0,25	sufficiente	2	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0,75	buono	6	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,75	buono	1,5	
TOTALE							36,5	

DITTA		MONLYCKE						
LOTTO 50			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0,75	buono	7,5	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR ( 24h g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	1	ottimo	2	
		tempo di permanenza medio della medicazione	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0,75	buono	7,5	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0,75	buono	6	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							35	

DITTA		SMITH						
LOTTO 50			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0,5	discreto	5	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0,5	discreto	5	
		Permeabilità al vapore MVTR ( 24h g/mq)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	1	ottimo	2	
		tempo di permanenza medio della medicazione	8	T DIRETTO	1	ottimo	8	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	1	ottimo	10	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							60	



DITTA		TEGEA						
LOTTO 50			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0,75	buono	7,5	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR ( 24h g/mq)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	1	ottimo	2	
		tempo di permanenza medio della medicazione	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0,75	buono	7,5	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
<b>TOTALE</b>							<b>47</b>	

DITTA		COLOPLAST						
LOTTO 51			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		Permeabilità al vapore MVTR ( 24h g/mq)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	1	ottimo	2	
		tempo di permanenza medio della medicazione	8	T DIRETTO	1	ottimo	8	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	1	ottimo	10	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							70	

DITTA		MONLYCKE						
LOTTO 51			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento ( g/mq /24)	10	T DIRETTO	0,2	insufficiente	0	non conforme nella misura 12,5*12,5
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0,2	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR ( 24h g/mq)	10	T DIRETTO	0,2	insufficiente	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	0,2	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione	8	T DIRETTO	0,2	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0,2	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0,2	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0,2	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0,2	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,2	insufficiente	0	
TOTALE							0	