

DITTA		COLOPLAST						
LOTTO 53			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		Permeabilità al vapore MVTR (24h g/mq)	10	T DIRETTO	0,75	buono	7,5	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0,75	buono	7,5	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							55	

DITTA		CONVATEC						
LOTTO 53			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0,75	buono	7,5	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		Permeabilità al vapore MVTR (24h g/mq)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione	8	T DIRETTO	1	ottimo	8	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0,75	buono	7,5	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							63	

DITTA		BBRAUN						
LOTTO 54			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0,2	insufficiente	2	è adesiva non è associata a fibre idrocolloidi
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0,2	insufficiente	2	
		Permeabilità al vapore MVTR (24h g/mq)	10	T DIRETTO	0,2	insufficiente	2	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	0,2	insufficiente	0,4	
		tempo di permanenza medio della medicazione	8	T DIRETTO	0,2	insufficiente	1,6	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0,2	insufficiente	0,4	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0,2	insufficiente	2	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0,2	insufficiente	1,6	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	0,2	insufficiente	1,6	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,2	insufficiente	0,4	
TOTALE							0	

DITTA		CONVATEC						
LOTTO 54			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		Permeabilità al vapore MVTR (24h g/mq)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	SI/NO	1	ottimo	2	
		tempo di permanenza medio della medicazione	8	T DIRETTO	1	ottimo	8	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	1	ottimo	10	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							70	

DITTA LOTTO 55	BBRAUN							
			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	manca l'indicatore di cambio
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR (24h g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA LOTTO 55	COLOPLAST							
			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	manca l'indicatore di cambio
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR (24h g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA LOTTO 55	DEALFA							
			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	indicatore di cambio molto soggettivo
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR (24h g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
		CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		FARMAC						
LOTTO			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
55								
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	il cambiamento di colore della medicazione fornisce un indicatore di cambio (del tutto arbitrario)
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR (24h g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		SMITH						
LOTTO			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
55								
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		Permeabilità al vapore MVTR (24h g/mq)	10	T DIRETTO	0,75	buono	7,5	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	1	ottimo	8	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	1	ottimo	2	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	1	ottimo	10	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							67,5	

DITTA LOTTO 55	TEGEA							
			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	manca l'indicatore di cambio
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR (24h g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
		CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA LOTTO 55	URGO							
			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	manca l'indicatore di cambio
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR (24h g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione dichiarato in scheda tecnica	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		adeguato rapporto tra tampone assorbente e bordo adesivo	2	D	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
		CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		FARMAC						
LOTTO 57			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	tecnologia della struttura della medicazione che dimostri (sono richiesti dati di letteratura) come sia favorito il passaggio dell'essudato verso gli strati superiori, la non aderenza al letto della lesione, la non macerazione della cute	15	D	0	insufficiente	0	tempo di permanenza 7 giorni dichiarato sul foglietto illustrativo
		Capacità di riposizionamento senza perdita aderenza	10	D	0	insufficiente	0	
		Maneggevolezza e conformabilità	5	D	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione (dimostrato da studi e letteratura scientifica)	12	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		TEGEA						
LOTTO 57			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	tecnologia della struttura della medicazione che dimostri (sono richiesti dati di letteratura) come sia favorito il passaggio dell'essudato verso gli strati superiori, la non aderenza al letto della lesione, la non macerazione della cute	15	D	0	insufficiente	0	tempo di permanenza in situ 10 giorni
		Capacità di riposizionamento senza perdita aderenza	10	D	0	insufficiente	0	
		Maneggevolezza e conformabilità	5	D	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione (dimostrato da studi e letteratura scientifica)	12	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerte pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		VISIOCAR						
LOTTO 57			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	tecnologia della struttura della medicazione che dimostri (sono richiesti dati di letteratura) come sia favorito il passaggio dell'essudato verso gli strati superiori, la non aderenza al letto della lesione, la non macerazione della cute	15	D	1	ottimo	15	
		Capacità di riposizionamento senza perdita aderenza	10	D	1	ottimo	10	
		Maneggevolezza e conformabilità	5	D	1	ottimo	5	
		tempo di permanenza medio della medicazione (dimostrato da studi e letteratura scientifica)	12	T DIRETTO	1	ottimo	12	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	1	ottimo	10	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							70	

DITTA		AB MEDICA						
LOTTO 60			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Controllo carica batterica dimostrato con studi clinici/ dati di letteratura	20	D	0	insufficiente	0	monostrato
		tempo di permanenza medio della medicazione (dimostrato da studi e letteratura scientifica)	20	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Modalità di rilascio dell'argento sul letto della ferita (dimostrato da studi e letteratura scientifica)	12	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	D	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		BBRAUN						
LOTTO 60			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Controllo carica batteria dimostrato con studi clinici/ dati di letteratura	20	D	0	insufficiente	0	schiuma di poliuretano e alginato di calcio
		tempo di permanenza medio della medicazione (dimostrato da studi e letteratura scientifica)	20	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Modalità di rilascio dell'argento sul letto della ferita (dimostrato da studi e letteratura scientifica)	12	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	D	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		EUROMED						
LOTTO 60			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Controllo carica batteria dimostrato con studi clinici/ dati di letteratura	20	D	0	insufficiente	0	
		tempo di permanenza medio della medicazione (dimostrato da studi e letteratura scientifica)	20	T DIRETTO	0,75	buono	15	
		Modalità di rilascio dell'argento sul letto della ferita (dimostrato da studi e letteratura scientifica)	12	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0,25	sufficiente	2	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	D	0,75	buono	1,5	
TOTALE							18,5	

DITTA		MONLYCKE						
LOTTO 60			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Controllo carica batterica dimostrato con studi clinici/ dati di letteratura	20	D	1	ottimo	20	
		tempo di permanenza medio della medicazione (dimostrato da studi e letteratura scientifica)	20	T DIRETTO	1	ottimo	20	
		Modalità di rilascio dell'argento sul letto della ferita (dimostrato da studi e letteratura scientifica)	12	D	1	ottimo	12	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	D	1	ottimo	2	
TOTALE							70	

DITTA		PAUL						
LOTTO 60			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Controllo carica batterica dimostrato con studi clinici/ dati di letteratura	20	D	0	insufficiente	0	monostrato
		tempo di permanenza medio della medicazione (dimostrato da studi e letteratura scientifica)	20	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Modalità di rilascio dell'argento sul letto della ferita (dimostrato da studi e letteratura scientifica)	12	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	D	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		SMITH						
LOTTO 60			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Controllo carica batterica dimostrato con studi clinici/ dati di letteratura	20	D	1	ottimo	20	
		tempo di permanenza medio della medicazione (dimostrato da studi e letteratura scientifica)	20	T DIRETTO	1	ottimo	20	
		Modalità di rilascio dell'argento sul letto della ferita (dimostrato da studi e letteratura scientifica)	12	D	1	ottimo	12	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	D	1	ottimo	2	
TOTALE							70	

DITTA		COLOPLAST						
LOTTO 62			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità di assorbimento liquidi, dato richiesto : g/mq/24h	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		Ritenzione fluidi g/mq	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		Capacità di assorbire verticalmente, gelificare istantaneamente a contatto con fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale	3	D	1	ottimo	3	
		Capacità antisettica dimostrata (anche su biofilm)	5	D	1	ottimo	5	
		Mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata) in giorni	5	T DIRETTO	1	ottimo	5	
		Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità	2	D	0,5	discreto	1	
		tempo di permanenza medio della medicazione (dimostrato da studi e letteratura scientifica)	7	T DIRETTO	0,5	discreto	3,5	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	1	ottimo	10	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	D	1	ottimo	2	
TOTALE							65,5	

DITTA		FARMAC						
LOTTO 62			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità di assorbimento liquidi, dato richiesto : g/mq/24h	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		Ritenzione fluidi g/mq	10	T DIRETTO	0,75	buono	7,5	
		Capacità di assorbire verticalmente, gelificare istantaneamente a contatto con fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale	3	D	0	insufficiente	0	
		Capacità antisettica dimostrata (anche su biofilm)	5	D	0	insufficiente	0	
		Mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata) in giorni	5	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità	2	D	0,5	discreto	1	
		tempo di permanenza medio della medicazione (dimostrato da studi e letteratura scientifica)	7	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0,75	buono	6	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	0,75	buono	6	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	D	0,75	buono	1,5	
TOTALE							32	

DITTA		LOHMAN						
LOTTO 62			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità di assorbimento liquidi, dato richiesto : g/mq/24h	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Ritenzione fluidi g/mq	10	T DIRETTO	0,25	sufficiente	2,5	
		Capacità di assorbire verticalmente, gelificare istantaneamente a contatto con fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale	3	D	1	ottimo	3	
		Capacità antisettica dimostrata (anche su biofilm)	5	D	1	ottimo	5	
		Mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata) in giorni	5	T DIRETTO	1	ottimo	5	
		Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità	2	D	0,75	buono	1,5	
		tempo di permanenza medio della medicazione (dimostrato da studi e letteratura scientifica)	7	T DIRETTO	0,5	discreto	3,5	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0,5	discreto	5	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	D	0,75	buono	1,5	
TOTALE							43	

DITTA		SMITH						
LOTTO 62			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità di assorbimento liquidi, dato richiesto : g/mq/24h	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Ritenzione fluidi g/mq	10	T DIRETTO	0,25	sufficiente	2,5	
		Capacità di assorbire verticalmente, gelificare istantaneamente a contatto con fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale	3	D	1	ottimo	3	
		Capacità antisettica dimostrata (anche su biofilm)	5	D	1	ottimo	5	
		Mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata) in giorni	5	T DIRETTO	1	ottimo	5	
		Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità	2	D	0,75	buono	1,5	
		tempo di permanenza medio della medicazione (dimostrato da studi e letteratura scientifica)	7	T DIRETTO	1	ottimo	7	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	1	ottimo	10	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	D	1	ottimo	2	
TOTALE							52	

DITTA		TEGEA						
LOTTO 62			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità di assorbimento liquidi, dato richiesto : g/mq/24h	10	T DIRETTO	0,75	buono	7,5	
		Ritenzione fluidi g/mq	10	T DIRETTO	0,5	discreto	5	
		Capacità di assorbire verticalmente, gelificare istantaneamente a contatto con fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale	3	D	1	ottimo	3	
		Capacità antisettica dimostrata (anche su biofilm)	5	D	1	ottimo	5	
		Mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata) in giorni	5	T DIRETTO	1	ottimo	5	
		Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità	2	D	1	ottimo	2	
		tempo di permanenza medio della medicazione (dimostrato da studi e letteratura scientifica)	7	T DIRETTO	1	ottimo	7	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0,5	discreto	5	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	D	1	ottimo	2	
TOTALE							57,5	

DITTA		URGO						
LOTTO 62			PUNTEGGIO			Giudizio Commis sione	Puntegg io Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Capacità di assorbimento liquidi, dato richiesto : g/mq/24h	10	T DIRETTO	0,75	buono	7,5	
		Ritenzione fluidi g/mq	10	T DIRETTO	0,5	discreto	5	
		Capacità di assorbire verticalmente, gelificare istantaneamente a contatto con fluidi, evitando la macerazione della cute perilesionale	3	D	0	insufficie nte	0	
		Capacità antisettica dimostrata (anche su biofilm)	5	D	0	insufficie nte	0	
		Mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata) in giorni	5	T DIRETTO	0	insufficie nte	0	
		Maneggevolezza (confezionamento) e conformabilità	2	D	0,5	discreto	1	
		tempo di permanenza medio della medicazione (dimostrato da studi e letteratura scientifica)	7	T DIRETTO	0,5	discreto	3,5	
		Letteratura scientifica a supporto delle caratteristiche del prodotto offerto pubblicati su riviste a diffusione almeno nazionale	10	D	0,5	discreto	5	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	0	insufficie nte	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	D	0	insufficie nte	0	
TOTALE							30	

DITTA		FARMAC						
LOTTO 65			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Modalità rilascio argento sulla cute	20	D	1	ottimo	20	
		Mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata) in giorni	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Validità del prodotto dopo prima apertura	12	T	1	ottimo	12	
	CONFEZIONAMENTO	Funzionalità dell'erogatore spray	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0,75	buono	6	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,75	buono	1,5	
TOTALE							47,5	

DITTA		SOFAR						
LOTTO 65			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	Modalità rilascio argento sulla cute	20	D	1	ottimo	20	
		Mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata) in giorni	10	T DIRETTO	0,5	discreto	5	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	10	T DIRETTO	0,75	buono	7,5	
		Validità del prodotto dopo prima apertura	12	T	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Funzionalità dell'erogatore spray	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	0,75	buono	6	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0,75	buono	1,5	
TOTALE							48	

DITTA		BBRAUN						
LOTTO 66			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	AZIONE ANTISETTICA	Valutazione della biodisponibilità nel rilascio dell'argento (Dimostrata da dati di studi condotti sul prodotto offerto e pubblicati su riviste almeno a diffusione nazionale)	5	D	0	insufficiente	0	non ha almeno tre strati
		Mantenimento dell'azione antiseptica nel tempo (dimostrata) in giorni	5	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO (per tutte le caratteristiche è richiesta documentazione scientifica e/o certificazioni di laboratori accreditati che dimostrino i dati dichiarati)	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR (24h g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	D	0	insufficiente	0	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA	COLOPLAST							
LOTTO 66			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	AZIONE ANTISETTICA	Valutazione della biodisponibilità nel rilascio dell'argento (Dimostrata da dati di studi condotti sul prodotto offerto e pubblicati su riviste almeno a diffusione nazionale)	5	D	1	ottimo	5	
		Mantenimento dell'azione antiseptica nel tempo (dimostrata) in giorni	5	T DIRETTO	1	ottimo	5	
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO (per tutte le caratteristiche è richiesta documentazione scientifica e/o certificazioni di laboratori accreditati che dimostrino i dati dichiarati)	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		Permeabilità al vapore MVTR (24h g/mq)	10	T DIRETTO	0,75	buono	7,5	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	D	1	ottimo	2	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0,75	buono	6	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							57,5	

DITTA		CONVATEC						
LOTTO 66			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	AZIONE ANTISETTICA	Valutazione della biodisponibilità nel rilascio dell'argento (Dimostrata da dati di studi condotti sul prodotto offerto e pubblicati su riviste almeno a diffusione nazionale)	5	D	1	ottimo	5	
		Mantenimento dell'azione antisettica nel tempo (dimostrata) in giorni	5	T DIRETTO	1	ottimo	5	
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO (per tutte le caratteristiche è richiesta documentazione scientifica e/o certificazioni di laboratori accreditati che dimostrino i dati dichiarati)	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0,75	buono	7,5	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR (24h g/mq)	10	T DIRETTO	0,75	buono	7,5	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	D	1	ottimo	2	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	8	T DIRETTO	0,75	buono	6	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0,75	buono	6	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							51	

DITTA		LOHMAN						
LOTTO 66			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	AZIONE ANTISETTICA	Valutazione della biodisponibilità nel rilascio dell'argento (Dimostrata da dati di studi condotti sul prodotto offerto e pubblicati su riviste almeno a diffusione nazionale)	5	D	0	insufficiente	0	non conforme e manca argento
		Mantenimento dell'azione antiseptica nel tempo (dimostrata) in giorni	5	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO (per tutte le caratteristiche è richiesta documentazione scientifica e/o certificazioni di laboratori accreditati che dimostrino i dati dichiarati)	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR (24h g/mq)	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	D	0	insufficiente	0	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	0	insufficiente	0	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0	insufficiente	0	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	0	insufficiente	0	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	0	insufficiente	0	
TOTALE							0	

DITTA		MONLYCKE					
LOTTO 66			PUNTEGGIO		Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	AZIONE ANTISETTICA	Valutazione della biodisponibilità nel rilascio dell'argento (Dimostrata da dati di studi condotti sul prodotto offerto e pubblicati su riviste almeno a diffusione nazionale)	5	D	ottimo	5	
		Mantenimento dell'azione antiseptica nel tempo (dimostrata) in giorni	5	T DIRETTO	ottimo	5	
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO (per tutte le caratteristiche è richiesta documentazione scientifica e/o certificazioni di laboratori accreditati che dimostrino i dati dichiarati)	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	buono	7,5	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	buono	7,5	
		Permeabilità al vapore MVTR (24h g/mq)	10	T DIRETTO	discreto	5	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	D	ottimo	2	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	8	T DIRETTO	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	ottimo	2	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;	8	D	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	ottimo	2	
TOTALE						52	

DITTA		SMITH						
LOTTO 66			PUNTEGGIO			Giudizi o Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	AZIONE ANTISETTICA	Valutazione della biodisponibilità nel rilascio dell'argento (Dimostrata da dati di studi condotti sul prodotto offerto e pubblicati su riviste almeno a diffusione nazionale)	5	D	1	ottimo	5	
		Mantenimento dell'azione antiseptica nel tempo (dimostrata) in giorni	5	T DIRETTO	1	ottimo	5	
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO (per tutte le caratteristiche è richiesta documentazione scientifica e/o certificazioni di laboratori accreditati che dimostrino i dati dichiarati)	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		Permeabilità al vapore MVTR (24h g/mq)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	D	1	ottimo	2	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	8	T DIRETTO	1	ottimo	8	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto.	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							70	

DITTA		COLOPLAST							
LOTTO 68			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE	
	AZIONE ANTISETTICA	Valutazione della biodisponibilità nel rilascio dell'argento (Dimostrata da dati di studi condotti sul prodotto offerto e pubblicati su riviste almeno a diffusione nazionale)	5	D	1	ottimo	5	non conforme perché non ha almeno 3 strati	
		Mantenimento dell'azione antiseptica nel tempo (dimostrata) in giorni	5	T DIRETTO	1	ottimo	5		
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO (per tutte le caratteristiche è richiesta documentazione scientifica e/o certificazioni di laboratori accreditati che dimostrino i dati dichiarati)	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10		
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	1	ottimo	10		
		Permeabilità al vapore MVTR (24h g/mq)	10	T DIRETTO	0,75	buono	7,5		
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	D	0	insufficiente	0		
		Tempo di permanenza medio della medicazione	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0		
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2		
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8		
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	1	ottimo	8		
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2		
TOTALE							57,5		

DITTA		CONVATEC						
LOTTO 68			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	AZIONE ANTISETTICA	Valutazione della biodisponibilità nel rilascio dell'argento (Dimostrata da dati di studi condotti sul prodotto offerto e pubblicati su riviste almeno a diffusione nazionale)	5	D	1	ottimo	5	non conforme perché non ha almeno 3 strati
		Mantenimento dell'azione antiseptica nel tempo (dimostrata) in giorni	5	T DIRETTO	1	ottimo	5	
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO (per tutte le caratteristiche è richiesta documentazione scientifica e/o certificazioni di laboratori accreditati che dimostrino i dati dichiarati)	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0,5	discreto	5	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR (24h g/mq)	10	T DIRETTO	0,75	buono	7,5	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	D	0	insufficiente	0	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	8	T DIRETTO	0,75	buono	6	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							48,5	

DITTA		MONLYCKE						
LOTTO 68			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	AZIONE ANTISETTICA	Valutazione della biodisponibilità nel rilascio dell'argento (Dimostrata da dati di studi condotti sul prodotto offerto e pubblicati su riviste almeno a diffusione nazionale)	5	D	1	ottimo	5	non conforme perché non ha almeno 3 strati
		Mantenimento dell'azione antiseptica nel tempo (dimostrata) in giorni	5	T DIRETTO	1	ottimo	5	
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO (per tutte le caratteristiche è richiesta documentazione scientifica e/o certificazioni di laboratori accreditati che dimostrino i dati dichiarati)	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0,75	buono	7,5	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		Permeabilità al vapore MVTR (24h g/mq)	10	T DIRETTO	0,25	sufficiente	2,5	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	D	0	insufficiente	0	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0,75	buono	6	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							48	

DITTA		SMITH						
LOTTO 68			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	AZIONE ANTISETTICA	Valutazione della biodisponibilità nel rilascio dell'argento (Dimostrata da dati di studi condotti sul prodotto offerto e pubblicati su riviste almeno a diffusione nazionale)	5	D	1	ottimo	5	non conforme perché non ha almeno 3 strati
		Mantenimento dell'azione antiseptica nel tempo (dimostrata) in giorni	5	T DIRETTO	1	ottimo	5	
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO (per tutte le caratteristiche è richiesta documentazione scientifica e/o certificazioni di laboratori accreditati che dimostrino i dati dichiarati)	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0,5	discreto	5	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0,75	buono	7,5	
		Permeabilità al vapore MVTR (24h g/mq)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	D	0	insufficiente	0	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	8	T DIRETTO	1	ottimo	8	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							60,5	

DITTA		COLOPLAST						
LOTTO 69			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	AZIONE ANTISETTICA	Valutazione della biodisponibilità nel rilascio dell'argento (Dimostrata da dati di studi condotti sul prodotto offerto e pubblicati su riviste almeno a diffusione nazionale)	5	D	1	ottimo	5	
		Mantenimento dell'azione antiseptica nel tempo (dimostrata) in giorni	5	T DIRETTO	1	ottimo	5	
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO (per tutte le caratteristiche è richiesta documentazione scientifica e/o certificazioni di laboratori accreditati che dimostrino i dati dichiarati)	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		Permeabilità al vapore MVTR (24h g/mq)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	D	1	ottimo	2	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	8	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	1	ottimo	8	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							62	

DITTA		CONVATEC						
LOTTO 69			PUNTEGGIO			Giudizio Commissione	Punteggio Ditta	NOTE
	AZIONE ANTISETTICA	Valutazione della biodisponibilità nel rilascio dell'argento (Dimostrata da dati di studi condotti sul prodotto offerto e pubblicati su riviste almeno a diffusione nazionale)	5	D	1	ottimo	5	
		Mantenimento dell'azione antiseptica nel tempo (dimostrata) in giorni	5	T DIRETTO	1	ottimo	5	
	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO (per tutte le caratteristiche è richiesta documentazione scientifica e/o certificazioni di laboratori accreditati che dimostrino i dati dichiarati)	capacità di assorbimento (g/mq /24)	10	T DIRETTO	0,5	discreto	5	
		gestione dei fluidi TFHC nelle 24h g/mq, compressione 40 mm Hg	10	T DIRETTO	0	insufficiente	0	
		Permeabilità al vapore MVTR (24h g/mq)	10	T DIRETTO	1	ottimo	10	
		possibilità di ritagliare senza alterare le sue capacità tecniche	2	D	1	ottimo	2	
		Tempo di permanenza medio della medicazione	8	T DIRETTO	1	ottimo	8	
		Modalità di assorbimento (preferibilmente verticale per evitare la macerazione perilesionale)	2	D	1	ottimo	2	
	CONFEZIONAMENTO	Completezza di informazioni riportate sull'etichetta e sul confezionamento; apertura peel open del confezionamento primario o altra idonea a garantire la sterilità del prodotto	8	D	0,5	discreto	4	
	SERVIZIO POST VENDITA	Servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica:	8	D	1	ottimo	8	
	CARATTERISTICHE GENERALI	Certificazione e/o documentazione di laboratori relativi alla qualità della produzione (ESCLUSO LE NORME DELLA SERIE ISO 9000)	2	SI/NO	1	ottimo	2	
TOTALE							51	