

## **SERVIZIO ACQUISTI SERVIZI SANITARI**

PROCEDURA APERTA TELEMATICA:  
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI,  
STRUMENTAZIONI REAGENTI E MATERIALI PER LE DETERMINAZIONI:  
DELLA GLICEMIA, DELL' EMOCROMO E DELLA PCR DA DIGITOPUNTURA ,  
CON TECNOLOGIA "POINT OF CARE TESTING (POCT)".  
**COD. GARA 7060298**

**VERBALE N.5 del 05/09/2018**

### **SEDUTA RISERVATA**

Nell'anno 2018 il giorno cinque del mese di settembre , alle ore 09,00 - nei locali del Servizio Acquisti Servizi Sanitari , si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 6038 del 13/07/2018 , per esaminare la nota del 09/08/2018 trasmessa dalla Ditta Roche Diagnostic SPA di Monza avente per oggetto richiesta di ammissione alla procedura di gara , sono presenti i sottoindicati componenti :

#### COMMISSIONE GIUDICATRICE

- Ing. Giovanni Secci – Dirigente SCIC - Presidente
- Dr.ssa Rosanna Ledda – Dirigente Farmacista p.o. S.F. – Componente
- Dr.ssa Iana Lo Maglio - Dirigente Biologo Lab. Analisi p.o. S.F. - Componente
- R.U.P Antioca Serra – funzionario Servizio Acquisti Servizi Sanitari – Segretario verbalizzante

PREMESSO :

- ✓ che con verbale **n. 4 del 07.08.2018** La Commissione ha provveduto alla valutazione dell'idoneità della campionatura e alla valutazione dell'ammissione e/o esclusione delle concorrenti.
- ✓ Che con Provvedimento n. 2 del 08/08/2018 si è proceduto all'esclusione della Ditta Roche dalla procedura di gara e l'ammissione delle altre due concorrenti

tutto ciò premesso , il Presidente della Commissione Ing. Giovanni Secci constatata la presenza di tutti i componenti la Commissione, dichiara aperta la seduta .

Si procede alla lettura della nota del 09.08.2018 con la quale la Società Roche presenta istanza di riammissione alla procedura di gara in quanto ritiene che i sistemi da loro offerti non necessitano di uno stabilizzatore di corrente, richiesto dal capitolato tecnico che si riporta integralmente :

#### **D.) ASSISTENZA TECNICA (PER TUTTI I LOTTI)**

Il servizio di manutenzione e assistenza (full risk), deve comprendere:  
.....al punto sei



## **SERVIZIO ACQUISTI SERVIZI SANITARI**

- “Qualora sia necessario, la fornitura deve comprendere uno stabilizzatore di corrente elettrica o un sistema di alimentazione elettrica di emergenza (p.e. batteria tampone) a carico della ditta offerente”

### **La ditta in questione è stata esclusa per il seguente motivo:**

non si evince la disponibilità alla fornitura di uno stabilizzatore di corrente elettrica o un sistema di alimentazione elettrica di emergenza (p.e. batteria tampone) richiesto dal capitolato tecnico.

La Commissione, valutata l'istanza ritiene di non riammettere la società in questione, poichè la richiesta, di uno stabilizzatore o batteria tampone, è derivata dalla necessità di garantire, qualora fosse necessario, la funzionalità dell'apparecchiatura in qualsiasi situazione, ad esempio impiantistica, presente in ambito sanitario.

I rilievi mossi dall'operatore Roche sono relativi alla mancata offerta dello stabilizzatore, se pur vero nel lotto in esame poteva non avere rilevanza la disponibilità alla fornitura di tale accessorio (mentre indispensabile x il lotto n. 2) risulta, invece, rilevante la fornitura di una batteria tampone, anche alla luce delle stesse affermazioni della società sulle modalità di funzionamento della loro apparecchiatura, avendo anche affermato e documentato nelle schede tecniche, che per la ricarica sono necessari 120 minuti.

La voce del capitolato prevedeva la disponibilità alla fornitura di uno o dell'altro dispositivo e la società in questione non ha manifestato nessuna volontà in merito.

Tenuto conto che la società Roche, nell'istanza di partecipazione alla gara all.2), dichiara di aver preso visione e accettato tutte le clausole contenute negli atti di gara in modo pieno e incondizionato, nel rispetto della trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa che si concretizza nel principio di par condicio tra tutti i concorrenti, la Commissione rigetta la richiesta di riammissione.

I lavori della commissione si concludono alle ore 11,30

Il presente verbale, composto da due pagine, previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso:

### **COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Presidente

Ing. Giovanni Secci




Segretario verbalizzante

Antioca Serra



COMPONENTI :

Dr.ssa Rosanna Fedda



Dr.ssa Iana Lo Maglio

