

**PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER LA FORNITURA IN LEASING
OPERATIVO COMPRENSIVO DI ASSISTENZA FULL RISK E FULL SERVICE DI AUTOMEZZI
DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI EMERGENZA URGENZA SANITARIA E AL TRASPORTO
OSPEDALIERO**

CHIARIMENTO N. 12

D: Con la presente siamo a richiederVi alcuni chiarimenti e precisazioni in relazione al bando di gara in oggetto:

1. Nel lotto 3 e 4 viene riportata la seguente caratteristica tecnica: “per ogni automezzo ulteriore n° 01 supporto di interfaccia per termoculle utilizzate per il trasporto in emergenza dei neonati, o soluzione equivalente (ad es. fornitura di n° 01 ulteriore barella auto caricante dedicata al trasporto di termoculle per le cui caratteristiche si rimanda all’apposito allegato per la verifica della necessaria compatibilità)”; chiediamo se è corretta l’interpretazione di offrire n° 25 carrelli auto caricanti predisposti per il trasporto di una termoculla, in riferimento al lotto 3 e n° 04 carrelli auto caricanti predisposti per il trasporto di una termoculla, in riferimento al lotto 4; chiediamo inoltre di comunicare quantità, marca e modello della/e termoculla/e in dotazione nei vostri presidi ospedalieri.

2. Nel lotto 1 viene riportata la seguente caratteristica tecnica: “deve garantire la possibilità di alloggiare e ancorare sulla barella auto caricante di cui al punto precedente la barella ad alto biocontenimento Bio Bag ST Isol in dotazione al Servizio 118...”, si fa presente che il sistema è compatibile con tutti i modelli di barella attualmente sul mercato, quindi si chiede se il servizio 118 ha dedicato una barella specifica per questo tipo di sistema (indicare marca e modello della barella per la compatibilità e intercambiabilità) oppure se possiamo offrire una barella che rispetta i requisiti da voi richiesti e dove avrete la possibilità di alloggiare il sistema di biocontenimento in vostro possesso, sfruttando la duttilità di compatibilità del Bio bag con altre modelli di barella?.

R: Seguono risposte ai due quesiti:

1. L’interpretazione fornita è corretta ma non completa. Possono essere forniti n. 25 carrelli autocaricanti predisposti per il trasporto di una termoculla in riferimento al lotto n. 3 e n. 4 carrelli autocaricanti predisposti per il trasporto di una termoculla in riferimento al lotto 4. In alternativa possono essere offerti dei sistemi di interfaccia per termoculle compatibili con le barelle autocaricanti fornite insieme all’automezzo offerto.

Relativamente a marca e modello della termoculla, si cita a titolo di esempio la ATOM V808 in dotazione al P.O. San Francesco di Nuoro caratteristiche tecniche rinvenibili al seguente link: https://www.atomed.co.jp/english/product/cat_neonatology/033.html

La quantità delle termoculle, non nota nel dettaglio, non risulta comunque funzionale alla definizione dell’offerta in quanto viene richiesto per ogni automezzo n. 1 supporto di interfaccia ovvero n. 1 ulteriore barella allestita allo scopo.

2. Per le caratteristiche del sistema si rimanda al chiarimento n. 1 del 09.07.2019.

Ad ogni modo, non essendo stato indicato un modello specifico di barella dedicato al sistema, l'attrezzatura offerta dovrà rispettare i requisiti richiesti potendosi alloggiare sulla stessa il sistema di biocontenimento in possesso, in considerazione della duttilità del medesimo.

Il R.U.P.
Dott. Antonio Ssle