ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA
ACQUISTI E LOGISTICA

Oggetto: GARA A VALENZA AZIENDALE (A.T.S.) PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI PER LA DETERMINAZIONE E GESTIONE DEI PARAMETRI COLLEGATI ALL'ESAME CHIMICO FISICO DELLE URINE E DEL SEDIMENTO URINARIO

VERBALE SEDUTA RISERVATA DI GARA DEL 13.08.2019

In data 13.08.2019 alle ore 10:00 presso gli uffici del Servizio Farmacia Ospedaliera del P.O. San Francesco di Nuoro, si è riunita la Commissione giudicatrice costituita con Determinazione n. 4501 del 06.06.2019 per procedere in seduta riservata all'esame di merito della documentazione tecnica allegata alle offerte degli OO.EE. partecipanti alla procedura in oggetto e alla relativa attribuzione dei punteggi.

La Commissione giudicatrice risulta così costituita:

Dr.ssa Pietrina Deiana	Presidente
Dr.ssa Maria Cristina Garau	Componente
Dr. Giuseppe Maddau	Componente – Segretario verbalizzante

Si richiama il contenuto del verbale della seduta riservata della Commissione del 05.07.2019.
Sono agli atti e nella piena disponibilità della Commissione, ai fini dell'esame di merito e dell'attribuzione dei punteggi qualitativi, le offerte presentate dalle Ditte:

1) A. Menarini Diagnostics S.r.l.
2) Siemens Healthcare S.r.l.
3) Roche Diagnostics S.p.a.
4) Beckman Coulter S.r.l.

La Commissione procede all'esame della documentazione tecnica presentata dalle Ditte.
Il primo esame di merito è relativo ai criteri qualitativi A), B) e C) di cui all'Allegato 3 della Documentazione di gara ovvero, nello specifico:

A) Livello Organizzativo
B) Qualità e valore tecnico dei reagenti (caratteristiche reagenti)
C) Caratteristiche strumentazione

Relativamente ai suddetti criteri vengono altresì esaminati, in maniera dettagliata, i rispettivi sub criteri e vengono attribuiti i relativi punteggi, mediante espressione di un giudizio di merito associato a un coefficiente di valutazione e, di conseguenza, di un punteggio in valore assoluto, secondo

quanto stabilito dal Disciplinare di gara (rif. Art. 18), come da schema riepilogativo riportato di seguito:

	CRITERIO	SUB CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	BECKMAN		MENARINI		ROCHE		SIEMENS	
A)	**Livello Organizzativo**		**11**								
	A.1)	Semplicità d'uso ,manutenzione e pulizia dell'analizzatore; Numero dei reagenti. N.B. I calibratori ed i controlli non sono da considerare come reagenti	4	3	numero di reagenti più alto per il sedimento	4		4		4	
	A.2)	Modalità di carico dei reagenti e modalità di smaltimento dei rifiuti e loro ingombro	4	2	strisce sciolte in confezione da 100 strisce, non c'è tracciabilità	2	strisce singole da caricare sciolte	4		4	
	A.3)	Stessa tecnologia dei test indipendetemente dal formato utilizzato.Risultati standardizzati in qualsiasi ambito,dalle strutture decentralizzate (anche point of care) fino ai laboratori con maggiori volumi di attività	3	3		3		3		3	
B)	**Qualità e valore tecnico dei reagenti (caratteristiche reagenti)**		**10**								
	B.1)	Minor numero di consumabili sia per la semplificazione del processo che per la valutazione reale dei costi	4	1	5 consumabili	4		2	3 consumabili	4	
	B.2)	Stabilità dei reagenti e strisce on board	2	1	poco chiaro; assenza di tracciabilità	1	poco chiaro, stabilità ridotta, possibilità di strisce di lotti diversi insieme senza lettura di codice	2		2	
	B.3)	Sensibilità nella determinazione delle proteine urinarie e accuratezza per la rilevazione	2	2	10 mg/dl	1	12 mg/dl	2	10 mg/dl	1	15 mg/dl
	B.4)	Sensibilità nella determinazione del glucosio	2	2	20 mg/dl	2	20 mg/dl	2	35 mg/dl	1	62 mg/dl
C)	**Caratteristiche strumentazione**		**28**								
	C.1)	Modalità di controllo e verifica del carry over	2	2		2		2		2	

C.2)	Verifica corretto contatto urina-striscia e dello stato delle strisce	2	1	possibile disallineamento delle strisce	1	stato strisce non verificato, possibile disallineamento essendo strisce singole	1	non chiaro se presenti essicanti, assenza di verifica alterazione umidità	2	
C.3)	Modalità di determinazione dello stato delle strisce	2	0	stato strisce non verificato	0	stato strisce non verificato	0	assenza di pad per la verifica dell'umidità	2	
C.4)	Analisi dei campioni diversi dall'urina	2	2	unico approvato FDA	1	liquidi biologici non certificabili	0	non effettuabili	1	liquidi biologici non certificabili
C.5)	Modalità di determinazione del sedimento urinario: microscopia di immagini automatizzata, visione microscopica del campo reale e non con campo ricostruito	9	2,25	assenza di visione a campo intero, le particelle vengono isolate singolarmente dai fotogrammi	9		9		9	
C.6)	Possibilità di validare campioni altamente patologici direttamente a video senza dover ricorrere all'utilizzo del microscopio ottico	4	4		4		4		4	
C.7)	Determinazione dei parametri aggiuntivi che siano utili ed utilizzabili in sostituzione di altri test	1	1		1		1		1	
C.8)	Cadenza analitica dell'intero sistema: esame chimico fisico + sedimento	2	1	101 campioni / ora	2	130 campioni / ora	1	116 campioni / ora	1	106 campioni / ora
C.9)	Autonomia operativa	2	1	300 campioni / ora	1	150 campioni / ora	1	75 campioni / ora	2	450 campioni / ora
C.10)	Calibrazioni e controlli in automatico	2	2		2		2		2	

La Commissione rimanda a successiva seduta riservata la prosecuzione dell'esame dettagliato degli aspetti qualitativi suscettibili di attribuzione di punteggio qualitativo D) ed E).

Accertata la piena disponibilità di tutti i componenti, la Commissione si riunirà in data 23.09.2019.

I lavori si chiudono alle ore 18:00

Letto, approvato e sottoscritto

La Commissione giudicatrice

Dr.ssa Pietrina Deiana
Presidente

Dr.ssa Maria Cristina Garau
Componente

Dr. Giuseppe Maddau
Componente/segretario verbalizzante