



**S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO**  
**AREA CAGLIARI**  
Via Piero della Francesca, 1  
09047 Selargius (CA)

Oggetto: **PARERE DI CONGRUITA' TECNICA.**

DESCRIZIONE GARA	Procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016, mediante RdO n. 2578748 sul MePA, per l'affidamento della fornitura di dispositivi (CND H9099) con suture dedicate (CND H0199) per la sospensione della cupola vaginale al legamento sacrospinoso, da destinare alla S.C. Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale SS. Trinità della ASSL Cagliari. CIG: Z1F2D286EC		
CIG	Z1F2D286EC		
Richiesta d'Offerta (RdO) N°	2578748		
Trattativa Diretta (TD) N°	---		

Voci di capitolato tecnico (come da schede tecniche alle)	Motivazione (se non congruo)	Operatore Economico partecipante: <b>MEMIS SRL</b>
<b>POS 1A</b> <b>dispositivi per la sospensione della cupola vaginale al legamento sacrospinoso</b> Dispositivo sterile monouso tipo "capiro" che consenta l'applicazione di punti di sutura con una unica manovra in sedi di difficile accesso (legamento sacrospinoso del bacino) - Dimensioni, diametro braccio minore o uguale a 3 mm, larghezza della testa minore o uguale a 6,5 mm - Peso 40 gr ca. in quanto deve essere usato con una mano sola -- Il D.M. deve essere dotato di un sistema per il recupero del filo da sutura. CND H9099	Congruo <input checked="" type="checkbox"/> non congruo [ ]	...
<b>POS 1B</b> <b>fili in PGA assorbibile</b> intrecciato, rivestito, con ago TC tapercut 48 inch CND H0199	Congruo <input checked="" type="checkbox"/> non congruo [ ]	
<b>POS 1C</b> <b>fili in PDO assorbibile</b> monofilamento, colorato, con ago TC tapercut 48" e ago ½ cerchio 48 inch CND H0199	Congruo <input checked="" type="checkbox"/> non congruo [ ]	

<b>POS 1D</b> <b>fili in Poliestere non assorbibile</b> intrecciato, rivestito, con ago TC tapercut e ago circolare taper T 26mm ½ cerchio, 36 inch CND H0199	Congruo <input checked="" type="checkbox"/> ] non congruo [ ]	
---	--	--

DATA, TIMBRO E FIRMA del Responsabile o suoi delegato che valuta l'offerta tecnica	  Il Primario: <i>Dr.ssa Eleonora Coccollone</i> Matr. 52880
--	---