

CRITERI DI VALUTAZIONE LOTTI 1-2-3																
N° criterio	Criteri di valutazione	Articolo di riferiment o del Capitolato	N° sub-criterio di valutazio ne	Sub - criteri di valutazione	Modalità di applicazione del punteggio (Vedasi il documento "Metodolo gie di applicazione dei criteri di valutazione")	Punteggio sub criteri di valutazione	Punteggio massimo attribuibile	Giudizio Commissione - Exprivia	Punteggio commissione - Exprivia	Giudizio Commissione - Fuji	Puntegg io commissione - Fuji	Giudizio Commissione - Ebit	Puntegg io commissione - Ebit	Giudizio Commissione - Dedalus	Punteggio commissione - Dedalus	Note
1	Articolazione e qualità generale del piano proposto e della fornitura in noleggio proposta - Comprensione del contesto di riferimento	Art. 1 Art. 2 Art. 3	11	Qualità e completezza complessiva del piano proposto	C	2	4	0,6	1,2	0,8	1,6	1	2,0	1	2,0	La commissione valuta globalmente buona l'offerta di Exprivia, Distinta l'offerta di Fuji soprattutto per la struttura organizzativa impiegata nell'installazione e avvio. Ottime le altre offerte.
			12	Unitarietà e organicità del sistema per la gestione multidisciplinare della diagnostica per immagini	C	2		1	2,0	1	2,0	1	2,0	1	2,0	
2	Requisiti generali, tecnici e funzionali del sistema multidisciplinare di refertazione (RIS)	Art. 5	21	Completezza, semplicità d'utilizzo del sistema di refertazione	C	2	10	1	2,0	1	2,0	1	2,0	1	2,0	
			22	Caratteristiche tecniche e funzionali di base del sistema di refertazione	C	4		1	4,0	1	4,0	1	4,0	1	4,0	
3	Requisiti generali, tecnici e funzionali del sistema multidisciplinare per la gestione delle immagini e filmati (PACS)	Art. 5	23	Caratteristiche tecniche e funzionali avanzate del sistema di refertazione	C	4	10	1	4,0	1	4,0	1	4,0	1	4,0	
			31	Completezza, semplicità d'utilizzo del sistema PACS	C	2		1	2,0	1	2,0	1	2,0	1	2,0	
			32	Caratteristiche tecniche e funzionali di base del sistema PACS	C	4		1	4,0	1	4,0	1	4,0	1	4,0	
			33	Caratteristiche tecniche e funzionali avanzate del sistema PACS	C	4		1	4,0	1	4,0	1	4,0	1	4,0	
4	Integrazione tra il sistema RIS e PACS e moduli specifici	Art. 5	41	Tipologia e livello di integrazione tra il sistema RIS e il sistema PACS e relativi moduli specifici	C	6	6	1	6,0	1	6,0	1	6,0	1	6,0	
5	Requisiti generali, tecnici e funzionali dei moduli specifici	Art. 6	51	Caratteristiche tecniche e funzionali del sistema di refertazione vocale	C	2	2	1	2,0	1	2,0	1	2,0	1	2,0	
6	Quantità e caratteristiche tecniche e funzionali delle WorkStation, Patient CD e Sistemi di Visualizzazione Immagini	Art. 8	6.1	Ergonomia delle workstation e dei sistemi di visualizzazione delle immagini	C	1	10	0,8	0,8	0,8	0,8	1	1,0	0,8	0,8	EBIT un solo monior da 6M che risulta la configuraione ergonomica ottimale
			62	Caratteristiche tecniche e funzionali delle workstation di refertazione mammografiche e per per immagini RX –TC - RM	C	3		1	3,0	1	3,0	1	3,0	1	3,0	
			63	Caratteristiche tecniche e funzionali dei sistemi di visualizzazione immagini radiologiche certificate all'uso in sala operatoria e sala gessi	C	3		0,6	1,8	0,6	1,8	1	3,0	0,6	1,8	EBIT fornisce un disco SSD da 556 mentre gli altri inferiore o uguale a 128
			64	Caratteristiche tecniche e funzionali delle Workstation per l'osservazione in ambito medicale	C	2		0,8	1,6	0,8	1,6	1	2,0	0,8	1,6	
			65	Caratteristiche tecniche e funzionali dei CD Patient	C	1		0,6	0,6	0,6	0,6	1	1,0	0,6	0,6	EBIT offre il 50% in più dei sistemi CD paziente
7	Architettura Hardware e Software di base del Sistema della componente centrale e componente locale	Art. 9	71	Architettura e caratteristiche tecniche generali della soluzione proposta	C	3	8	0,6	1,8	0,8	2,4	1	3,0	0,8	2,4	EBIT mostra una soluzione più innovativa con caratteristiche di migliore scalabilità e caratteristiche tecniche e di capacità superiori. E' stato un dato voto sufficiente a
			72	Architettura e caratteristiche tecniche generali della memoria di Livello 1, Livello 2 e Livello3	C	2		0,6	1,2	0,8	1,6	1	2,0	0,8	1,6	
			73	Architettura e caratteristiche tecniche del sistema di Backup e Disaster Recovery	C	2		0,6	1,2	0,8	1,6	1	2,0	0,8	1,6	
			74	Grado di portabilità e scalabilità del sistema	C	1		0,6	0,6	0,8	0,8	1	1,0	0,8	0,8	
8	Tempistiche di realizzazione del progetto e struttura organizzativa dedicata al supporto all'avvio del sistema	Art. 13; Art. 22 Art. 14	81	Miglioramento delle tempistiche di realizzazione dell'intero progetto rispetto a quanto previsto nel Capitolato	C	3	5	0,8	2,4	0,4	1,2	1	3,0	0,6	1,8	Rispetto ai 210 gg della messa in esercizio previsti dal CT le offerte sono state le seguenti: EBIT 116 gg, Exprivia 135gg, Dedalus 152 gg, Fuji 170. Punteggio assegna a scalere di conseguenza
			82	Completezza e adeguatezza della struttura organizzativa dedicata al supporto all'avvio del sistema in termini di risorse strumentali e risorse umane	C	2		0,4	0,8	0	0,0	0,8	1,6	1	2,0	
9	Servizio di assistenza e manutenzione full risk - post collaudo	Art. 15	91	Caratteristiche generali del servizio di assistenza e manutenzione (call center, reperibilità, ecc..)	C	2	5	1	2,0	1	2,0	1	2,0	1	2,0	
			92	Competenza, conoscenze ed esperienza professionale specifica nel settore oggetto dell'appalto dell'Amministratore di Sistema	C	2		1	2,0	1	2,0	1	2,0	1	2,0	
			93	Miglioramento dei livelli del servizio di assistenza e manutenzione tecnica full risk e tolleranza ai guasti rispetto a quelli minimi previsti in Capitolato	C	1		1	1,0	1	1,0	1	1,0	1	1,0	
10	Servizio di supporto, formazione, addestramento e consulenza	Art. 16	101	Contenuti e articolazione del Piano di formazione e addestramento proposto	C	1	6	1	1,0	1	1,0	1	1,0	1	1,0	
			102	Numero di risorse umane proposte per la formazione e addestramento del personale	B	2			0,57		2,00		0,43		1,14	
			103	Strumenti proposti per la formazione e addestramento	C	1		1	1,0	1	1,0	1	1,0	1	1,0	
			104	Numero di giornate offerte di formazione on-site rispetto a quelle minime previste in Capitolato	B	2			0,96		2,00		1,20		1,51	
11	Proposte migliorative non previste espressamente nel Capitolato	Art. 21	111	Qualità delle proposte migliorative su ambiti non espressamente previsti in Capitolato ma coerenti con gli obiettivi del progetto	C	4	4	0,2	0,8	1	4,0	0,6	2,4	0,2	0,8	Vedi tabella MIGLIORATIVE*
TOTALE GENERALE							70		56,33		62,00		65,63		60,45	
PUNTEGGIO TECNICO: 70									60,08		66,13		70		64,48	
PUNTEGGIO ECONOMICO: 30																
TOTALE: 100																
PUNTEGGIO MINIMO (NON			42													
									ESPRIVIA		FUJI		EBIT		DEDALUS	WS mammo
								MIGLIORATIVE*				2				tavolette
									6			15				stampanti etichette
												5		8		scanner documentali
												34				WS RIS
												1		1	1	Portale