

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 5387 DEL 30/10/2020

Proposta n. 5818 del 27/10/2020

STRUTTURA PROPONENTE: SC Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri

Ing. Marcello Serra

OGGETTO **ASSL CARBONIA-** Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett.a) del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, alla ditta SOL S.p.A. della fornitura e posa di una nuova presa di Ossigeno, modello UNI presso la sala ricoveri e dei lavori di completamento dell'impianto di Vuoto per Aspirazione Endocavitaria, a servizio del reparto di Medicina P.O. Sirai di Carbonia. CIG: Z242EEF359.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Sig.ra Daniela Martinelli	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Claudio Piergianni	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO-CARBONIA-SANLURI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1130 del 31/10/2018 con la quale è stato attribuito all'Ing. Marcello Serra l'incarico di Direttore della SC Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali, così come integrato dal provvedimento del Direttore Generale n. 22 del 06/02/2017;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO

- che con nota protocollo interno n. 14 del 25/05/2020 il Dott. Alessandro Besson, in servizio presso il reparto di Medicina del P.O. Sirai, ha richiesto l'attivazione del sistema di aspirazione a muro centralizzato attraverso le bocchette già presenti ma non funzionanti nei travi testa letto, sottolineando l'importanza di tale sistema nell'attività routinaria e in quella di urgenza espletata nel reparto di Medicina che conta 33 posti letto, serviti unicamente da due aspiratori portatili, peraltro poco efficienti;
- che con nota del 28/09/2020, ad integrazione della suddetta nota protocollo interno n. 14 del 25/05/2020, è stata richiesta, dal Direttore della S.C. di Medicina del P.O. Sirai, una presa di Ossigeno nella sala ricoveri;

VISTA la direttiva 93/42 CEE che disciplina le condizioni di sicurezza per l'utilizzo del suddetto impianto di aspirazione (vuoto endocavitario), classificato quale dispositivo medico di classe IIB;

CONSIDERATO che a seguito di sopralluogo presso il reparto di Medicina è stato accertato che il preesistente impianto di Vuoto Endocavitario non è conforme alla suddetta normativa in quanto risultano assenti i necessari collegamenti tra le dorsali di Vuoto e i travi testa letto nei quali, tra l'altro sono già presenti, benché non funzionanti per la suddetta motivazione, le unità terminali per l'aspirazione endocavitaria;

RITENUTO

- di dover procedere all'affidamento dei lavori per il completamento e la riqualificazione del suddetto impianto al fine di rendere lo stesso conforme alla norma armonizzata UNI EN ISO 7396-1-2;
- di dover procedere altresì all'affidamento per la fornitura e posa della presa di Ossigeno, richiesta per la sala ricoveri;

CONSIDERATO che l'Area Tecnica di Carbonia ha provveduto alla richiesta di n. 3 preventivi a ditte specializzate;

DATO ATTO che il preventivo recante il prezzo più basso è risultato essere quello proposto dalla ditta SOL S.p.A. che prevede un costo complessivo pari ad € 4.243,94 oltre IVA di legge;

ACQUISITO agli atti il documento unico di regolarità contributiva DURC, prot. INPS_19205556, avente validità a tutto il 05/06/2020, con il quale è stata accertata la regolarità contributiva della ditta "SOL S.P.A." nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.;

PRECISATO che in relazione al presente affidamento è stato generato sulla piattaforma dell'ANAC, anche al fine del rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, lo SmartCig Z242EEF359;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'O.E. "SOL S.p.A.", della fornitura e posa di una nuova presa di Ossigeno, modello UNI presso la sala ricoveri e dei lavori di completamento dell'impianto di Vuoto per Aspirazione Endocavitaria a servizio del reparto Medicina del P.O. Sirai;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) DI AUTORIZZARE a contrarre e contestualmente **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'operatore economico "SOL S.p.A.", la fornitura e posa di una nuova presa di Ossigeno, modello UNI presso la sala ricoveri ed i lavori di completamento dell'impianto di Vuoto per Aspirazione Endocavitaria a servizio del reparto Medicina del P.O. Sirai per un importo pari ad € 4.243,94, oltre IVA al 10% pari ad € 424,39, per complessivi € 4.668,33;

2) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 4.243,94 oltre IVA 10% pari a € 4.668,33 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2020 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO (se noto)	IMPORTO IVA INCLUSA
DATOCS	2 sub 14	A102020301 (IMPIANTI)	(A7SIRDM0201) (MEDICINA GENERALE P.O. SIRAI)	€ 4.668,33

CIG: Z242EEF359

3) DI FORMALIZZARE la nomina dell'Ing. Ciro Claudio Piergianni, Dirigente Ingegnere presso l'Area Tecnica di Carbonia, quale RUP dei lavori oggetto del presente provvedimento;

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO-CARBONIA-SANLURI

Ing. Marcello Serra

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 30/10/2020 al 14/11/2020

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).
