

OGGETTO: RIF. SIRIGU- FORNITURA, IN DUE LOTTI DISTINTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, DI VENTILATORI PRESSOVOLUMETRICI DA DESTINARE A DIVERSE AREE SOCIO SANITARIE LOCALE DI ATS SARDEGNA.

Chiarimento 1

Vogliate confermare che in tempi di intervento (manutenzione straordinaria) sia quella indicata nel Capitolato tecnico: entro 6 ore solari dalla data di ricezione della richiesta. Si pone tale quesito, in quanto il Capitolato Generale riporta tempistiche di intervento (e di risoluzione del guasto) differenti. Grazie per collaborazione. Distinti saluti.

Riscontro chiarimento 1

Si conferma quanto inserito nel Capitolato Speciale d'appalto, considerata la sua prevalenza rispetto al Capitolato Generale di ATS Sardegna.

Chiarimento 2

In riferimento alla gara in oggetto, si chiedono i seguenti chiarimenti: - per l'allarme di pressione minima, si chiede di ritenere equivalenti anche dispositivi che , grazie ad algoritmi specifici, riescono a rilevare l'evento in oggetto ma lo fanno coincidere con l'allarme di disconnessione garantendo la medesima sicurezza al paziente;- per l'allarme di Bassa Frequenza ed Apnea, si chiede di ritenere equivalenti anche dispositivi che, grazie all'impostazione della frequenza di back up e ad altri allarmi equivalenti, garantiscono al paziente un livello di sicurezza identico pur non disponendo in maniera specifica degli allarmi in oggetto. Distinti saluti

Riscontro chiarimento 2

Fermo restando l'applicazione di tutti i principi a garanzia della massima partecipazione e la possibilità per i Concorrenti di presentare documentazione a supporto delle eventuali dichiarazioni di equivalenza, questa S.A. non ritiene di poter accogliere alcun tipo di modifica a quanto pubblicato in riferimento alle specifica richiesta per le seguenti motivazioni:

- Si ritiene che le specifiche tecniche richieste garantiscano la partecipazione di una pluralità di concorrenti, in grado di soddisfare requisiti minimi stabiliti da ATS Sardegna, considerando che, tali requisiti minimi sono già stati oggetto di numerose procedure di gara esperite in precedenza con ampia partecipazione dei concorrenti;
- Non si intende abbassare gli standard minimi di sicurezza indicati in capitolato, considerata la tipologia di patologie dei pazienti a cui saranno assegnati i beni in oggetto.

Chiarimento 3

Con riferimento alla Procedura in oggetto, siamo a porre i seguenti quesiti:- Nelle caratteristiche tecniche dei ventilatori oggetto di fornitura, si richiede il funzionamento sia con circuito bitubo che monotubo. Vogliate specificare se vengano accettati circuiti universali e/o dedicati;

Riscontro chiarimento 3

Si precisa che verranno accettati esclusivamente circuiti universali, poiché l'approvvigionamento avverrà attraverso altre procedure di gara.

Chiarimento 4

Rif. Pag.6 del Capitolato Tecnico: "Accertamento della presenza di tutte le componenti dell'apparecchiatura, ivi compresi i software" . Si chiede si specificare cosa si intenda per software e, nel dettaglio, se trattasi di software interno o di scarico dati.

Riscontro chiarimento 4

Ci si riferisce al software di funzionamento e comando dell'apparecchiatura.

Chiarimento 5

Vogliate confermare che la polizza provvisoria vada calcolata sull'importo del lotto di interesse/partecipazione e non su quello complessivo posto a base di Gara.

Riscontro chiarimento 5

Si conferma.

Chiarimento

6

Vogliate confermare che la Ditta concorrente, posto che tutta la documentazione descrittiva dell'apparecchiatura, quale scheda tecnica/manuale/Relazione/etc, verrà ovviamente resa in italiano, possa produrre la Dichiarazione di conformità CE nella lingua originale utilizzata dal produttore (inglese).

Riscontro chiarimento 6

La certificazione di conformità può essere prodotta in italiano o in inglese.